

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

II pirkimo objekto dalis: bipoliniai elektrodai sąnarių elektrochirurgijai 70 vnt.

Eil. Nr.	Privalomieji techniniai reikalavimai	Atitikimas reikalavimui (su nuoroda į gamintojo dokumentacijos puslapį)
1.	Elektrodai vienkartinio naudojimo, naudojami artroskopinių procedūrų metu;	Atitinka, Elektrodai vienkartinio naudojimo, naudojami artroskopinių procedūrų metu; (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 1-4)
2.	Elektrodai yra su davikliais, kurie leidžia generatoriaus kontrolės įrenginiui nustatyti, kokio tipo zondas yra prijungtas. Prijungus zondą generatorius nuskaito daviklio parodymus ir automatiškai pagal zondo tipą sureguliuoja išėjimo galingumą ir temperatūros parametrus pagal užprogramuotus išankstinius nustatymus.	Atitinka, Elektrodai yra su davikliais, kurie leidžia generatoriaus kontrolės įrenginiui nustatyti, kokio tipo zondas yra prijungtas. Prijungus zondą generatorius nuskaito daviklio parodymus ir automatiškai pagal zondo tipą sureguliuoja išėjimo galingumą ir temperatūros parametrus pagal užprogramuotus išankstinius nustatymus. (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 1-4)
3.	Bipoliniai elektrodai abliacijai (išgarinimui) ir hemostazei, lenkti 40°, 60°, 90° ir 90° aukšto profilio, su integruotu kabeliu, ne mažiau nei 7 tipų, 4 iš jų su atsiurbimo funkcija (turi būti galimybė pasirinkti);	Atitinka, Bipoliniai elektrodai abliacijai (išgarinimui) ir hemostazei, lenkti 40°, 60°, 90° ir 90° aukšto profilio, su integruotu kabeliu, ne mažiau nei 7 tipų, 4 iš jų su atsiurbimo funkcija (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 1-2) SAPHYRE, Ref. Nr. 7209686; 7209685; 7209684; 7210111; 7210113; 7210112; 7210491.
4.	Elektrodai kremzlės gydymui su slankiu apvalkalu ir lanksčia darbine galvute su žemos masės elektrodu, pritvirtinta lanksčiomis nitinolio vielomis.	Atitinka. Elektrodai kremzlės gydymui su slankiu apvalkalu ir lanksčia darbine galvute su žemos masės elektrodu, pritvirtinta lanksčiomis nitinolio vielomis. (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 3-4), DYONICS GLIDER; Ref. Nr. 7210438
5.	Turi būti pateikiamas generatorius elektrodams.	Taip

Vadybininkas
Evaldas Ročys

IV pirkimo objekto dalis: sraigčiai PKR girnelės raiščio transplantato ir dviejų pluoštų transplantato šlauninei fiksacijai 90 vnt.

Eil. Nr.	Privalomieji techniniai reikalavimai	Atitikimas reikalavimui (su nuoroda į gamintojo dokumentacijos puslapį)
1.	Sterilioje pakuotėje;	Atitinka, Sterilioje pakuotėje (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 5-6)
2.	Besirezorbuojantys sraigčiai;	Atitinka, Besirezorbuojantys sraigčiai (žr.

		katalogo kopijos ir vertimai psl. 5-6)
3.	Sraigčiai kaniuliuoti minimaliai 1,5 mm diametro;	Atitinka, Sraigčiai kaniuliuoti 1,5 mm diametro (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 5-6)
4.	Cheminė sudėtis - mišinys 80% PLLA + 20% HA (hydroxylapatite) arba PEEK (turi būti galimybė pasirinkti);	Atitinka, Cheminė sudėtis - mišinys 80% PLLA + 20% HA (hydroxylapatite) arba PEEK, yra galimybė pasirinkti (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 5-6)
5.	Sterilus įpakavimas su identifikavimo numeriu ir šios informacijos patvirtinimu kataloge;	Atitinka, Sterilus įpakavimas su identifikavimo numeriu ir šios informacijos patvirtinimu kataloge; (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 5-6)
6.	Turi būti: standartinė, standartinė su padidinta galvute, reversinė (reversinė versija 25 mm ilgio, storis nuo 6 iki 8 mm, ne mažiau 3 dydžių);	Atitinka. Yra: standartinė, standartinė su padidinta galvute, reversinė (reversinė versija 25 mm ilgio, storis nuo 6 iki 8 mm, 3 dydžių); (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 5-6), BIOSURE HA ir BIOSURE PK; ref. nr. 72201770; 72201773; 72201777; 72202261; 72202264; 72202268.
7.	Sraigčių storiai: nuo 6 iki 12 mm septynių storių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio storio);	Atitinka. Sraigčių storiai: nuo 6 iki 12 mm septynių storių (yra didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio storio); Sraigčių ilgiai: nuo 20 iki 35 mm 4 ilgių (yra didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio ilgio); (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 5-6) BIOSURE HA ir BIOSURE PK ref. nr. 72201768; 72201769; 72201770; 72201771; 72201772; 72201773; 72201774; 72201775; 72201776; 72201777; 72201778; 72201779; 72201780; 72201781; 72201782; 72201783; 72201784; 72201785; 72201786; 72201787; 72201788; 72201789; 72201790; 72201791; 72202259; 72202260; 72202261; 72202262; 72202263; 72202264; 72202265; 72202266; 72202267; 72202268; 72202269; 72202270; 72202271; 72202272; 72202273; 72202274; 72202275; 72202276; 72202277; 72202278; 72202279; 72202280; 72202281; 72202282.
8.	Sraigčių ilgiai: nuo 20 iki 35 mm ne mažiau 4 ilgių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio ilgio);	
9.	Turi būti pateikti instrumentai implantų įvedimui.	Taip.

Vadybininkas
Evaldas Ročys

VI pirkimo objekto dalis: endo saga PKR ir UKR transplantato bei PKR ir UKR dviejų pluoštų transplantato šlauninei fiksacijai 80 vnt.

Eil. Nr.	Privalomieji techniniai reikalavimai	Atitikimas reikalavimui (su nuoroda į gamintojo dokumentacijos puslapį)
1.	Sterilioje pakuotėje;	Atitinka, Sterilioje pakuotėje (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 7-12)
2.	Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys;	Atitinka, Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 11-12)

3.	Sagoje - keturios skylės;	Atitinka, Sagoje - keturios skylės; (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 7-12)
4.	Endosaga su iš anksto paruošta vientisa, nepinta kilpa be mazgo (poliesterio siūlas) ir dviem skirtingų spalvų įvertais 5# siūlais (vienas polietileninis, kitas poliesterio) implanto pravedimui ir pozicionavimui;	Atitinka, Endosaga su iš anksto paruošta vientisa, nepinta kilpa be mazgo (poliesterio siūlas) ir dviem skirtingų spalvų įvertais 5# siūlais (vienas polietileninis, kitas poliesterio) implanto pravedimui ir pozicionavimui; (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 7-12)
5.	Endo - sagos matmenys: ilgis 11- 12 mm, plotis 4 - 5 mm;	Atitinka, Endo - sagos matmenys: ilgis 12 mm, plotis 4 mm (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 11-12) ENDOBUTTON; ref. nr. 013186
6.	Kilpos ilgiai: nuo 10 iki 60 mm, ne mažiau 11 ilgių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinių ilgių kas 5mm);	Atitinka, Kilpos ilgiai: nuo 10 iki 60 mm, ne mažiau 11 ilgių (yra didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinių ilgių kas 5mm); (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 7-8), ENDOBUTTON CL Ultra; ref. 72203331; 72200146; 72200147; 72200148; 72200149; 72200150; 72200151; 72200152; 72200153; 72200154; 72200155.
7.	Privalo turėti opciją panaudoti endosagos padidrinimo implanta, įgalinantį padengti nuo 6 mm iki 10 mm diametro šlaunikaulio tunelį;	Atitinka, Turi opciją panaudoti endosagos padidrinimo implanta, įgalinantį padengti nuo 6 mm iki 10 mm diametro šlaunikaulio tunelį; (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 9-10), XTENDOBUTON ref. nr. 72200134
8.	Privalo turėti endosagos tvirtinimo kaulas-raištis-kaulas opciją, su kilpa, kurios ilgis nuo 15 iki 60 mm (ne mažiau 10 ilgių);	Atitinka, turi endosagos tvirtinimo kaulas-raištis-kaulas opciją, su kilpa, kurios ilgis nuo 15 iki 60 mm (10 ilgių); ENDOBUTTON CL BTB; ref. Nr. 72203330; 7210080; 7210081; 7210082; 7210083; 7210084; 7210085; 7210086; 7210087; 7210088. (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 9-10),
9.	Turi būti pateikti instrumentai implantų įvedimui.	Taip.

Vadykininkas
Evaldas Ročys

IX pirkimo objekto dalis: sraigčiai PKR sausgyslių transplantato blauzdinei fiksacijai (osteoporotiniams kaului ir revizinėms operacijoms) 150 vnt.

Eil. Nr.	Privalomieji techniniai reikalavimai	Atitikimas reikalavimui (su nuoroda į gamintojo dokumentacijos puslapį)
1.	Sterilioje pakuotėje;	Atitinka, Sterilioje pakuotėje; (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 13-14),
2.	Interferentiniai sraigčiai: besirezorbuojantys ir nesirezorbuojantys;	Atitinka, Interferentiniai sraigčiai: besirezorbuojantys ir nesirezorbuojantys; (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 13-14),
3.	Sraigčiai kaniuliuoti minimaliai 1,5 mm diametro;	Atitinka. Sraigčiai kaniuliuoti 1,5 mm diametro; (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 13-14),

4.	Cheminė sudėtis - mišinys 80% PLLA+ 20% HA (hydroxylapatite), ir PEEK (turi būti pasirinkimas iš abiejų rūšių);	Atitinka. Cheminė sudėtis - mišinys 80% PLLA+ 20% HA (hydroxylapatite), ir PEEK (yra pasirinkimas iš abiejų rūšių); (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 13-14),
5.	Sterilus įpakavimas su identifikavimo numeriu ir šios informacijos patvirtinimu kataloge;	Atitinka. Sterilus įpakavimas su identifikavimo numeriu ir šios informacijos patvirtinimu kataloge; (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 13-14),
6.	Turi būti: standartinė, reversinė (reversinė versija 25 mm ilgio, storis: nuo 6 iki 8 mm, ne mažiau 3 dydžių);	Atitinka. Yra: standartinė, standartinė su padidinta galvute, reversinė (reversinė versija 25 mm ilgio, storis nuo 6 iki 8 mm, 3 dydžių); (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 13-14), BIOSURE HA ir BIOSURE PK ref. nr. 72201770; 72201773; 72201777; 72202261; 72202264; 72202268.
7.	Sraigčių storiai: nuo 6 iki 12 mm septynių storių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio storio);	Atitinka. Sraigčių storiai: nuo 6 iki 12 mm septynių storių (yra didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio storio); Sraigčių ilgiai: nuo 20 iki 35 mm 4 ilgių (yra didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio ilgio); (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 13-14) BIOSURE HA ir BIOSURE PK ref. nr. 72201768; 72201769; 72201770; 72201771; 72201772; 72201773; 72201774; 72201775; 72201776; 72201777; 72201778; 72201779; 72201780; 72201781; 72201782; 72201783; 72201784; 72201785; 72201786; 72201787; 72201788; 72201789; 72201790; 72201791; 72202259; 72202260; 72202261; 72202262; 72202263; 72202264; 72202265; 72202266; 72202267; 72202268; 72202269; 72202270; 72202271; 72202272; 72202273; 72202274; 72202275; 72202276; 72202277; 72202278; 72202279; 72202280; 72202281; 72202282.
8.	Sraigčių ilgiai: nuo 20 iki 35 mm ne mažiau 4 ilgių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio ilgio);	
9.	Turi būti pateikti instrumentai implantų įvedimui.	Taip.

Vadybininkas,
Evaldas Ročys

X pirkimo objekto dalis: menisko susiuvimo inkarinė sistema 30 vnt.

Eil. Nr.	Privalomieji techniniai reikalavimai	Atitikimas reikalavimui (su nuoroda į gamintojo dokumentacijos puslapį)
1.	Sterilioje pakuotėje susideda iš dviejų "T" inkarų su #2 storio UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento;	Atitinka, Sterilioje pakuotėje susideda iš dviejų "T" inkarų su #2 storio UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento; (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 15-19)
2.	"T" inkarų cheminė sudėtis -	"T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras

	polimeras "peek optima" arba PLLA (turi būti pasirinkimas);	"peek optima" arba PLLA (yra pasirinkimas); (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 15-19)
3.	Dviguba "U" formos fiksacija;	Dviguba "U" formos fiksacija; (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 15-19)
4.	Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą;	Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą; (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 15-19)
5.	Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje;	Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje; (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 15-19)
6.	Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (turi būti pasirinkimas visų rūšių);	Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (yra pasirinkimas visų rūšių); (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 15-19) ULTRA FAST-FIX; ref. nr.72201490; 72201493; 72201491; 72201494; 72201492; 72201495.
7.	Turi būti pateikti instrumentai implantų įvedimui ir mazgo nukirpimui.	Taip.

XV pirkimo objekto dalies: peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams 100 vnt.

Eil. Nr.	Privalomieji techniniai reikalavimai	Atitikimas reikalavimui (su nuoroda į gamintojo dokumentacijos puslapį)
1.	Sterilioje pakuotėje su dviem 2#, skirtingų spalvų, UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais (diam. 4,5/5,0/5,5/6,5mm) bei su trimis 2#, skirtingų spalvų, UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais (diam. 5,5/6,5mm);	Sterilioje pakuotėje su dviem 2#, skirtingų spalvų, UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais (diam. 4,5/5,5/6,5mm) bei su trimis 2#, skirtingų spalvų, UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais (diam. 5,5/6,5mm); (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 20-21) Twinfix Ultra Ti; ref. Nr. 72202893; 72202895; 72202897; 72202898; 72202900.
2.	Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai ir PEEK CF (70% PEEK -Optima +30% Anglies pluoštas) Turi būti galimybė pasirinkti.	Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai. (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 20-21)
3.	Įsriegiamas, sriegis per visą implanto ilgį. Be kilpos (siūlai išeina iš heksogonalinio įgilinimo implanto proksimalinėje dalyje).	Įsriegiamas, sriegis per visą implanto ilgį. Be kilpos (siūlai išeina iš heksogonalinio įgilinimo implanto proksimalinėje dalyje). (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 20-21)
4.	Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentai 4 skirtingų spalvų (atskiriems diametrams).	Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentai skirtingų spalvų. (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 20-21)

Vadybininkas
Egidijus Ročys

XVII pirkimo objekto dalis: peties sąnario inkariniai siūlai 220 vnt.

Eil. Nr.	Privalomieji techniniai reikalavimai	Atitikimas reikalavimui (su nuoroda į gamintojo dokumentacijos puslapį)
1.	Vienoje sterilioje pakuotėje su vienu arba dviem 2#, skirtingų spalvų, pintais UHMW (ultra high molecular weight) polietileno siūlais;	Atitinka. Vienoje sterilioje pakuotėje su vienu ir dviem 2#, skirtingų spalvų, pintais UHMW (ultra high molecular weight) polietileno siūlais; (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 22-25)
2.	Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai;	Atitinka. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai; (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 22-25)
3.	Įsriegiamas ;	Atitinka. Įsriegiamas ; (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 22-25)
4.	Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas;	Atitinka. Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas; (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 22-25)
5.	Išmatavimai: išorinis diametras 2,8 mm, 3,5 mm, 5,0 mm ir 6,5 mm $\pm 0,05$ mm (turi būti pasirinkimas visų dydžių);	Atitinka. Išmatavimai: išorinis diametras 2,8 mm, 3,5 mm, 5,0 mm ir 6,5 mm (yra būti pasirinkimas visų dydžių); (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 22-25) TWINFIX TI; ref. nr. 72200755; 72200758; 72200752; 72200750.
6.	Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai;	Atitinka. Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai; (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 22-25)
7.	Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė arba cilindro formos;	Atitinka. Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė arba cilindro formos; (žr. katalogo kopijos ir vertimai psl. 22-25)
8.	Turi būti pateikti instrumentai implantų įvedimui.	Taip.

Vadybininkas
Evaldas Ro