

Tradintek UAB

J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, tel. nr. (8 5) 2685427, fakso nr. (8 5) 2496084, registro tvarkytojas VĮ Registrų Centras,
įmonės kodas 124942182, PVM mokėtojo kodas LT249421811

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Kauno klinikos
Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas

**PASIŪLYMAS
DĖL ANGIOGRAFIJOS APARATO PIRKIMO**

2014 m. lapkričio 17 d. Nr. 20141117-01

Vilnius

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas	UAB Tradintek
Tiekėjo adresas	Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	įmonės kodas 124942182, PVM mokėtojo kodas LT249421811
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	A/s: LT65 7044 0600 0136 8083 Bankas: AB SEB Bankas Banko kodas: 70440
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius, Vidas Morkūnas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Tomas Mickūnaitis
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Technikos direktorius, Raimondas Šimas
Telefono numeris	(8 5) 2685427
Fakso numeris	(8 5) 2496084
El. pašto adresas	info@tradintek.com

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

PASIŪLYMO KAINA

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Lt bei EUR (be PVM)	Vieneto kaina, Lt bei EUR (su PVM)	Kaina Lt bei EUR be PVM	Kaina Lt bei EUR su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Angiografijos aparatas	Innova IGS 530, gamintojas GE Healthcare	1	kompl.	2.475.000,00 Lt 716.809,55 EUR	2.994.750,00 Lt 867.339,55 EUR	2.475.000,00 Lt 716.809,55 EUR	2.994.750,00 Lt 867.339,55 EUR
	IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)						2.475.000,00 Lt 716.809,55 EUR	2.994.750,00 Lt 867.339,55 EUR

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

I. Siūlomos angiografinės sistemos Innova IGS 530 komplektacija:

1. Vienos projekcijos (vienos arkos) angiografijos sistema širdies ir periferinių kraujagyslių diagnostinėms ir intervencinėms procedūroms.
2. Paciento stalas su ant jo sumontuotais valdymo pultais elektrinei – mechaninei sistemos daliai ir atvaizdavimo sistemai.
3. Ant lubų montuojama monitorių tvirtinimo konsolė su vaizdo ir informaciniais monitoriais.
4. Sistemos (generatoriaus, vaizdų apdorojimo sistemos ir kt.) valdymo elementai ir vaizdo monitorius kontrolinėje patalpoje.
5. Papildoma diagnostinė darbo stotis vaizdų peržiūrai, analizei ir įrašymui į DVD/CD laikmenas.
6. Paciento fiziologinių rodiklių stebėjimo sistema.
7. Radiacinės apsaugos priemonės gydytojui (švinuoto stiklo ekranas su procedūrine lempa, širmos operaciniam stalui, individualios prijuostės 2 gydytojams (-joms), 2 slaugytojoms (-jams) bei radiologijos laborantei (-ui), 2 apsauginiai (nuo rentgeno spindulių) akiniai.
8. Automatinis švirkštas rentgeno kontrastiniams preparatams.

II. Sistemos specialiųjų reikalavimų atitikimo lentelė

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujama parametro reikšmės	Siūloma parametro reikšmė
1	2	3	4
1.	Sistemos darbo režimai:	1. Skaitmeninė rentgenoskopija; 2. Impulsinė skaitmeninė rentgenografija; 3. Skaitmeninė kardioangiografija; 4. Skaitmeninė substraktinė angiografija (DSA) 5. Erdvinė rotacinė DSA; 6. Apatinių galūnių slenkanti DSA.	1. Skaitmeninė rentgenoskopija; 2. Impulsinė skaitmeninė rentgenografija; 3. Skaitmeninė kardioangiografija; 4. Skaitmeninė substraktinė angiografija (DSA) 5. Erdvinė rotacinė DSA; 6. Apatinių galūnių slenkanti DSA. Techninis aprašas.pdf - 2, 3, 4, 9 psl.
2.	Reikalavimai stovui (LC tipo arkai): 2.1. tvirtinamas prie grindų 2.2. rotacinis kampas RAO/LAO 2.3. rotacinis kampas CRAN/CAUD 2.4. L-arkos sukimosi apie savo ašį diapazonas 2.5. maksimalus kampinis judėjimo greitis 2.6. judėjimo greitis keičiamas 2.7. susidūrimo apsauga 2.8. visi arkos judesiai motorizuoti 2.9. kintamas atstumas nuo	Būtina $\geq 115^{\circ}/105^{\circ}$ $\geq 45^{\circ}/45^{\circ}$ $\geq \pm 95^{\circ}$ $\geq 20^{\circ}/s$ Būtina Būtina Būtina Minimalus atstumas - ne	Tvirtinamas prie grindų $117^{\circ}/105^{\circ}$ $50^{\circ}/45^{\circ}$ $\pm 100^{\circ}$ $20^{\circ}/s$ Judėjimo greitis keičiamas Susidūrimo apsauga Visi arkos judesiai motorizuoti Minimalus atstumas - 89 cm,

	vamzdžio fokuso iki vaizdo stiprintuvo 2.10. C-arkos gylis	didesnis kaip 95 cm, maksimalus atstumas - ne mažesnis kaip 115 cm Ne mažesnis kaip 90 cm	maksimalus atstumas - 119 cm 107 cm Techninis aprasas.pdf - 2, 7, 8 psl.
3.	Specialus angiografinis paciento stalas: 3.1. reguliuojamo aukščio paciento stalas su "plaukiojančiu" anglies pluošto stalviršiu 3.2. stalviršio rentgeno absorbcijos ekvivalentas 3.3. minimalus stalo aukštis 3.4. maksimalus stalo aukštis 3.5. stalviršio ilgis 3.6. stalo skersinio judesio diapazonas 3.7. stalo išilginio motorizuoto judesio diapazonas 3.8. šoninis stalo priedas paciento rankai 3.9. galinis stalo priedas paciento galvai 3.10. leidžiamas paciento svoris	Būtina $\leq 1,0$ mm Al ≤ 80 cm ≥ 100 cm ≥ 275 cm ≥ 25 cm ≥ 120 cm Būtina Būtina ≥ 200 kg	Reguliuojamo aukščio paciento stalas su "plaukiojančiu" anglies pluošto stalviršiu 0,85 mm Al 78 cm 108 cm 333 cm 28 cm (± 14 cm) 170 cm Šoninis stalo priedas paciento rankai įtrauktas į pasiūlymą Galinis stalo priedas paciento galvai įtrauktas į pasiūlymą 204 kg Techninis aprasas.pdf - 12 psl.
4.	Vaizdo monitoriai: 4.1. vaizdų, vienu metu rodomų monitoriuje operacinėje, skaičius 4.2. galimybė pasirinkti vaizdų dydį operacinės monitoriuje 4.3. vaizdo monitorių skaičius kontrolinėje patalpoje 4.4. vaizdo monitorių tipas 4.5. vaizdo monitoriaus operacinėje ekrano įstrižainė 4.6. vaizdo monitorių kontrolinėje patalpoje ekrano įstrižainė	≥ 4 Būtina ≥ 2 LCD ≥ 120 cm (≥ 50 ") ≥ 18"	16 Galima pasirinkti vaizdų dydį operacinės monitoriuje Į pasiūlymą įtraukti 2 monitoriai kontrolei patalpai LCD 142,2 cm (56 ") 19" Techninis aprasas.pdf - 11, 9 psl.
5.	Skaitmeninis plokščias rentgeno detektorius: 5.1. detektoriaus išmatavimai (ilgis x plotis) 5.2. ne mažiau kaip trys galimi tyrimo laukai 5.3 detektoriaus matrica	$\geq (30 \times 30)$ cm Būtina, nurodyti išmatavimus $\geq (1500 \times 1500)$ elementų	(31 x 31) cm 30 x 30 cm, 20 x 20 cm, 16 x 16 cm, 12 x 12 cm (1536 x 1536) elementų Techninis aprasas.pdf - 9 psl.

6.	Generatorius: 6.1. galia 6.2. impulsinis režimas su tinkleliniu aukštos įtampos pertraukimu rentgeno vamzdyje 6.3. automatinė dozės reguliavimo ir optimizavimo sistema 6.4 kV diapazonas 6.5. autonominė kontrolinė paciento apšvitos matavimo sistema.	≥ 100 kW Būtina Būtina ≥ (60-120) kV Būtina	100 kW Impulsinis režimas su tinkleliniu aukštos įtampos pertraukimu rentgeno vamzdyje Automatinė dozės reguliavimo ir optimizavimo sistema (50-125) kV Autonominė kontrolinė paciento apšvitos matavimo sistema įtraukta į pasiūlymą Techninis aprasas.pdf - 8 psl.
7.	Rentgeno vamzdis: 7.1. židinių skaičius 7.2. rentgeno vamzdžio gaubės šiluminė talpa	≥ 2 ≥ 4900 kWh	3 6900 kWh (5,14 MJ) Techninis aprasas.pdf - 8 psl.
8.	Diafragmų ir filtrų sistema: 8.1. diafragmų tipai 8.2. Spektriniai filtrai tipai	Kontūrinio tipo ir stačiakampių pleiščių diafragmos; Ne mažiau kaip trijų lygių filtrų sistema	Kontūrinio tipo ir stačiakampių pleiščių diafragmos; Trijų lygių filtrų sistema Techninis aprasas.pdf - 8 psl.
9.	Duomenų ir vaizdo apdorojimo sistema: 9.1. maksimalus vaizdų serijų greitis 9.2. vaizdų gavimo ir archyavavimo matrica 9.3. vaizdų kaupiklio talpa 9.4. rentgenoskopinių sekų išsaugojimas 9.5. kraujagyslių stenozių matavimo programa 9.6. kairiojo skilvelio analizės programa 9.7. pajungimas į kompiuterinį tinklą pagal DICOM standarto protokolus (DICOM Storage, Storage Commitment, Send (pageidautina, kad angiografijos aparate būtų įdiegtos taip pat ir Modality Worklist bei Modality Performed Procedure Step funkcijos)	≥30 vaizdų/sek. ≥ (1024 x 1024) taškų ≥ 50000 vaizdų (1024 x 1024 taškų skiriamosios gebos) Būtina Būtina Būtina	30 vaizdų/sek. (1024 x 1024) taškų 68000 vaizdų (1024 x 1024 taškų skiriamosios gebos, DSA) Rentgenoskopinių sekų išsaugojimas įtrauktas į pasiūlymą Kraujagyslių stenozių matavimo programa įtraukta į pasiūlymą Kairiojo skilvelio analizės programa įtraukta į pasiūlymą Pajungimas į kompiuterinį tinklą pagal DICOM standarto protokolus (DICOM Storage, Storage Commitment, Send (angiografijos aparate įdiegtos taip pat ir Modality Worklist bei Modality Performed Procedure Step funkcijos) Techninis aprasas.pdf - 9, 10, 4, 7 psl.

10.	Automatinis angiografinis švirkštas: 10.1. maksimalus kontrasto sušvirkštimo greitis 10.2. maksimalus išvystomas spaudimas 10.3. švirkšto talpa 10.4. automatinio angiografinio švirkšto valdymas kontrolinėje patalpoje	≥ 40 ml/s; ≥ 1200 psi; ≥ 150 ml Būtina	45 ml/s; 1200 psi 150 ml Automatinio angiografinio švirkšto valdymas kontrolinėje patalpoje įtrauktas į pasiūlymą Techninis aprasas.pdf - 24 psl.
11.	Paciento fiziologinių parametru stebėjimo sistema: 11.1. EKG (ne mažiau 6 kanalų) 11.2. pulsoksimetrija (SpO2) 11.3. neinvazinis kraujospūdžio matavimas 11.4. invazinis 4-ių kanalų kraujospūdžio matavimas 11.5. monitorius operacinėje patalpoje (arba pajungimas į multiformatinį vaizdo monitorių) 11.6. monitorius kontrolinėje patalpoje 11.7 kontrolinėje patalpoje esančio savirašio kanalų skaičius	Būtina Būtina Būtina Būtina Būtina Ne mažiau trijų	12 kanalų Pulsoksimetrija (SpO2) Neinvazinis kraujospūdžio matavimas Invazinis 4-ių kanalų kraujospūdžio matavimas Monitorius pajungiamas į multiformatinį vaizdo monitorių operacinėje patalpoje Monitoriaus kontrolinėje patalpoje įtrauktas į pasiūlymo kainą Kontrolinėje patalpoje esančio savirašio kanalų skaičius 4 Techninis aprasas.pdf - 34, 36, 35, 30 psl.
12.	Intervencinio radiologo darbo vieta, skirta paciento vaizdų peržiūrai ir analizei 12.1. palaikomi protokolai 12.2. vaizdų, gautų rotacine DSA, erdvinė rekonstrukcija 12.3. kiekybinė kraujagyslių vaizdų analizė 12.4. kiekybinė kairiojo skilvelio analizė 12.5. kraujagyslių užpildymo kontrastu laikinė analizė 12.6. galimybė sukaupti ≥ 250000 vaizdų, kurių dydis (skiriamoji geba) - 1024×1024 taškų 12.7. vaizdų archyvavimo į USB/DVD/CD įrenginys su DICOM	DICOM Storage, Storage Commitment, Send, Print Būtina Būtina Būtina Būtina Būtina Būtina	DICOM Storage, Storage Commitment, Send, Print Vaizdų, gautų rotacine DSA, erdvinė rekonstrukcija įtraukta į pasiūlymą Kiekybinė kraujagyslių vaizdų analizė įtraukta į pasiūlymą Kiekybinė kairiojo skilvelio analizė įtraukta į pasiūlymą Kraujagyslių užpildymo kontrastu laikinė analizė įtraukta į pasiūlymą Galima sukaupti iki 288000 vaizdų, kurių dydis (skiriamoji geba) - 1024×1024 taškų Vaizdų archyvavimo į USB/DVD/CD įrenginys su

	DVD/CD įrašymo programine įranga 12.8. vaizdų, apdorotų šioje darbo vietoje, atvaizdavimas operacinės monitoriuje 12.9. 3D rekonstrukcijos valdymo pultas operacinės patalpoje	Būtina Būtina	DICOM DVD/CD įrašymo programine įranga įtrauktas į pasiūlymą Vaizdų, apdorotų šioje darbo vietoje, atvaizdavimas operacinės monitoriuje 3D rekonstrukcijos valdymo pultas operacinės patalpoje įtrauktas į pasiūlymą Techninis aprasas.pdf - 17, 10, 21, 23, 18, 11, 7 psl.
13.	Kiti reikalavimai: 13.1. atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2008 "Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje" nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateiktiems dokumentams 13.2. CE ženklavimas 13.3. kartu su įranga pateikiama dokumentacija 13.4. garantijos laikotarpis	Būtina Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikta CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopija) Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus ≥ 36 mėnesiai	Atitinka Lietuvos higienos normoje HN 31:2008 "Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje" nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateiktiems dokumentams Pateikta Kartu su įranga bus pateikta naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. Serviso dokumentacija anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus 36 mėnesiai

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1	Įmonės registracijos pažymėjimo kopija	1	Kvalifikacijos dokumentai.pdf
2	Išrašas iš įmonės įstatų	1	Kvalifikacijos dokumentai.pdf
3	Valstybės įmonės Registrų centro išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie UAB Tradintek	2	Kvalifikacijos dokumentai.pdf
4	UAB Tradintek 2013 m. balanso kopija	2	Kvalifikacijos dokumentai.pdf
5	Dokumentai patvirtinantys teisę atstovauti siūlomų prekių gamintoją	2	Kvalifikacijos dokumentai.pdf
6	Tradintek UAB kokybės valdymo sistemos ISO 9001 standarto sertifikato kopija	1	Kvalifikacijos dokumentai.pdf
7	Radiacinės saugos centro išduotos licencijos veiklai su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais	3	Kvalifikacijos dokumentai.pdf
8	VASPVĮ prie Sveikatos apsaugos ministerijos leidimas atlikti siūlomos įrangos techninės būklės tikrinimą	1	Kvalifikacijos dokumentai.pdf
9	Tiekėjo sąžiningumo deklaracija	1	Pasiūlymas.pdf
10	Tiekėjo deklaracija	1	Pasiūlymas.pdf
11	Įgaliojimo nuorašas	1	Kvalifikacijos dokumentai.pdf
12	Medicinos prietaisų atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos prietaisams kopijos	8	CE atitikties deklaracijos.pdf
13	Gamintojo parengti siūlomų prietaisų techniniai aprašai	66	Techninis aprašas.pdf
14	Pasiūlymo lentelės MS Word formatu	8	Pasiūlymo lentelės.doc

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Komercijos direktorius

Tomas Mickūnaitis



Tradintek UAB

J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, tel. nr. (8 5) 2685427, fakso nr. (8 5) 2496084, registro tvarkytojas VĮ Registrų Centras,
įmonės kodas 124942182, PVM mokėtojo kodas LT249421811

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Kauno klinikos
Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas

TIEKĖJO SAŽININGUMO DEKLARACIJA

2014 m. lapkričio 17 d. Nr. 20141117-02
Vilnius

Aš, Tomas Mickūnaitis, atstovaujantis UAB Tradintek (toliau – ūkio subjektas), kuri dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad mano atstovaujamas ūkio subjektas:

1. nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams, ekspertams perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą;

2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus;

3. šiame viešajame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su kuriais mano atstovaujamas ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką pasiūlymą, jie laikytini mano atstovaujamo ūkio subjekto konkurentais;

4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektą, su kuriais mano atstovaujamas ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą.

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano atstovaujamas ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.

Komercijos direktorius

Tomas Mickūnaitis



UAB Tradintek

J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, tel. nr. (8 5) 2685427, fakso nr. (8 5) 2496084, registro tvarkytojas VĮ Registrų Centras, įmonės kodas 124942182, PVM mokėtojo kodas LT249421811

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Kauno klinikos
Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2014 m. lapkričio 17 d. Nr. 20141117-03
Vilnius

1. Aš, komercijos direktorius Tomas Mickūnaitis, tvirtinu, kad mano atstovaujama UAB Tradintek, dalyvaujanti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų atliekamame viešojo pirkimo atvirajame konkurse angiografijos aparatui pirkti, skelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir perkančiosios organizacijos interneto svetainėje, nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo. Vartojama sąvoka „Profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Komercijos direktorius

Tomas Mickūnaitis



Siūlomos medicinos įrangos servisinės techninės informacijos apimtis

Aparato pavadinimas, tipas, gamintojas – angiografijos sistema Innova IGS 530 (gamintojas GE Healthcare)

Tiekėjo organizacijos pavadinimas – Tradintek UAB, J. Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius

Eil. Nr.	Pavadinimas	Būtina	Pageidautina
1	2	3	4
1.	Servisinė dokumentacija ir priemonės pateikiami	Taip	
1.1	Techniniai parametrai, apsprendžiantys aparato kokybę ir darbuotojo bei paciento saugumą	Taip	
1.2	Parametrų patikros metodikos, patikros periodiškumas, naudojamų priemonių sąrašas	Taip	
1.3	Sistemos eksploatacinė programinė įranga (pateikiamas instaliacinis diskas) su jos instaliavimo instrukcija)	Taip	
1.4	Sistemos testavimo programinė įranga (jei siūlomame aparate naudojama)	Taip	
1.5	Pilna struktūrinė schema ir ją paaiškinanti informacija	Taip	
1.6	Elektrinė principinė schema bei jos paaiškinimas		Ne
2.	Nurodymai dėl aparato remonto pateikiami su visų lygių slaptažodžiais ir servisinių raktais bei kitomis šios paskirties priemonėmis	Taip	
2.1	Defekto radimo procedūra	Taip	
2.2	Atsarginių dalių sąrašas	Taip	
3.	Nurodymai eksploatacijai ir profilaktikai pateikiami		
3.1	Eksploatacinių medžiagų ir dalių sąrašas	Taip	
3.2	Pateikiamos eksploatacinės išlaidos 1 metams, Lt.		Taip
3.3	Profilaktikos periodiškumas	Taip	
4.	Kauno klinikų Medicinos technikos tarnybos darbuotojų apmokymas pirminei priežiūrai, profilaktikai ir remontui	Taip	
4.1	Apmokymas atliekamas gamykloje nemokamai		Ne
4.2	Apmokymas atliekamas gydymo įstaigoje nemokamai	Taip	
5.	Kiek metų po paskutinio pagaminimo / išleidimo yra garantuotas atsarginių dalių tiekimas? (nurodyti)	10	

Tiekėjas įsipareigoja pateikti servisui atlikti būtiną informaciją ir priemones pagal šiame priede 3 grafoje padarytus pažymėjimus.

Tiekėjo atstovas

Komercijos direktorius

Tomas Mickūnaitis

