

Nacionalinis vėžio institutas
Santariškių g. 1, Vilnius

PASILŪYMAS

DĖL FULL HD VIDEO SISTEMOS IR ĮRANGOS PIRKIMO

2015 m. vasario 13 d. Nr. 20150213-01

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	Tradintek UAB
Tiekėjo adresas	J. Josinškio g. 9, LT-01111 Vilnius, Lietuva
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Antanas Venšlovos Vadovbininkas
Telefono numeris	+370 5 2685427
Fakso numeris	+370 5 2496084
El. pašto adresas	info@tradintek.com
Internetinės svetainės adresas	www.tradintek.com
Asmens, įgijotojo pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos	Antanas Venšlovos Vadovbininkas

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų požiūriuose, papildymuose).

Mes siūlome šias prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

eil. Nr.	Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas / modelis	Gaminio tipas / šalis	Charakteristika	Mat. vnt.	Kiekis	Mat. vnt. kaina (Eur su 21% PVM)	Suma (Eur su 21% PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1	Full HD video sistema ir įranga	Korį Storž Vokietija	HD video sistema ir įranga (1 komplektas ir 1 rinkinys instrumentų)	Kompi.	1	141.908,80	141.908,80
							Iš viso:	141.908,80

Bendra pasiūlymo kaina su PVM - 141.908,80 (šimtas keturiasdešimt vienas tūkstantis dešimtis ir aštuoni Eur ir 80 ct.) Eur.

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 24.628,80 Eur.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų sąvaidos lokios:

eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalingi techniniai parametrai	Siūlomi parametrai	Kiekis
1.	Fuli HD endoskopinė video sistema su papildoma įranga, kurią sudaro:			1 kompl.
1.	Aukštos raiškos (Full HD) monitorius	1. Aukštos raiškos LED tipo arba lygiavertis monitorius: 2. Istorizacijė 26 colių; 3. Būtinai vaizdo formatos: 16:9; 4. Raiška ne blogesnė negu 1920x1080 taškų; 5. Stebėjimo kampas ne mažiau 175°; 6. Signalų įvestys: a) DVI - D; b) S-Video; c) HD/SD-SDI; d) 3G-SDI; 7. Signalų išvestys: a) DVI - D; b) S-Video; c) HD/SD-SDI; d) 3G-SDI; 8. Skaitmeninis medicinos įrenginys: 9. PIP (angl. picture in picture) funkcija arba lygiavertė; 10. Sėdmenų korpusas, galimo paviršinė dezinfekcija.	1. Aukštos raiškos LED monitorius; 2. Istorizacijė 26 colių; 3. Būtinai vaizdo formatos: 16:9; 4. Raiška 1920x1080 taškų; 5. Stebėjimo kampas 178°; 6. Signalų įvestys: a) DVI - D; b) S-Video; c) HD/SD-SDI; d) 3G-SDI; 7. Signalų išvestys: a) DVI - D; b) S-Video; c) HD/SD-SDI; d) 3G-SDI; 8. Skaitmeninis medicinos įrenginys: 9. PIP (angl. picture in picture) funkcija; 10. Sėdmenų korpusas, galimo paviršinė dezinfekcija.	1
2.	Aukštos raiškos videokameros galva	1. Aukštos raiškos (Full HD) standartas; 2. Bent 3 lūgtų, 2 3x1/3" CCO; 3. Raiška 2 1920x1080 vaizdo elementų 4. Vaizdo formatos 16:9; 5. Progryvintinis skenavimo metodas; 6. Mažausios židinio nuotolis (f) = 15 mm; 7. Laisvai programuojami 2 vaizdo nuotoliai; 8. Galimybė kameros mygtukų pagalba	1. Aukštos raiškos (Full HD) standartas; 2. 3 lūgtų, 3x1/3" CCO; 3. Raiška 1920x1080 vaizdo elementų 4. Vaizdo formatos 16:9; 5. Progryvintinis skenavimo metodas; 6. Mažausios židinio nuotolis (f) = 15 mm; 7. Laisvai programuojami 2 vaizdo nuotoliai; 8. Galimybė kameros mygtukų pagalba	1

		7. Laisvai programuojami ≥ 2 vaizdymo mugykai: 8. Galimybė kameros mugyčių pagalba keisti šviesos šaltinio parametrus, taip pat valdyti judančių ir statinių vaizdų įrašymą: 9. Pritaikyta darbui fluorescencinės vizualizacijos režimu, naudojant indocianiną žaliąjį langį, indocyanine green "ICG"; 10. Su galimybe pasirinkti specialius vizualizacijos režimus vaizdų optimizavimui: 10.1. Režimas suvienodinantis viso lauko apšvietimą; 10.2. Režimas podidindantis spūčių kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciaciją pagerinti; 10.3. Ne mažiau kaip 2 audinių vizualizacijos režimai naudojant susiaurintą šviesos spektrą	keisti šviesos šaltinio parametrus, taip pat valdyti judančių ir statinių vaizdų įrašymą: 9. Pritaikyta darbui fluorescencinės vizualizacijos režimu, naudojant indocianiną žaliąjį langį, indocyanine green "ICG"; 10. Su galimybe pasirinkti specialius vizualizacijos režimus vaizdų optimizavimui: 10.1. Režimas suvienodinantis viso lauko apšvietimą; 10.2. Režimas podidindantis spūčių kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciaciją pagerinti; 10.3. 2 audinių vizualizacijos režimai naudojant susiaurintą šviesos spektrą Techniniai aprašai.pdf Psl. 7, 8, 9, 11, 12.	
3.	Aukštos raiškios videokameros vaizdymo įrenginys	1. Aukštos raiškios (Full HD); 2. Naudojamos su aukštos raiškios (Full HD) trijų lustų kamerų galvutėmis; 3. Video signalo kodavimo standartas - PAL; 4. Signalų išvestys: 4.1. HD DVI; 4.2. 3G - SDI; 5. Su integruotu vaizdų įrašymo moduliu bei USB jungtims vaizdų ir įrašų perkėlimui; 6. Statinių vaizdų įrašymo standartas JPEG arba lygiavertis, judančių vaizdų įrašymo standartas MPEG4, 1080p30Hz lygiavertis formatu, ne blogiau nei 1080p30Hz	1. Aukštos raiškios (Full HD); 2. Naudojamos su aukštos raiškios (Full HD) trijų lustų kamerų galvutėmis; 3. Video signalo kodavimo standartas - PAL; 4. Signalų išvestys: 4.1. HD DVI; 4.2. 3G - SDI; 5. Su integruotu vaizdų įrašymo moduliu bei USB jungtims vaizdų ir įrašų perkėlimui; 6. Statinių vaizdų įrašymo standartas JPEG arba lygiavertis, judančių vaizdų įrašymo standartas MPEG4, 1080p30Hz Techniniai aprašai.pdf Psl. 5, 9, 10, 13.	1
4.	Šviesos šaltinis	1. Kseroninis šviesos šaltinis ≥ 300 W; 2. Lempos darbo laikas ne mažiau 500 valandų; 3. Lempos degimo valandų skaičius degimo rodinio; 4. Apšvietimo intensyvumo skaitmeninis rodinys; 5. Reguliuojamos šviesos intensyvumas; 6. Spaulvinė šviesos temperatūra intervale nuo 5800 – 6200 K; 7. Pritaikyta fluorescencinei vizualizacijai ICG režimu; 8. Kompletas: kojinis jungiklis standartinio ir ICG režimų perjungimui.	1. Kseroninis šviesos šaltinis 300 W; 2. Lempos darbo laikas 500 valandų; 3. Lempos degimo valandų skaičius degimo rodinio; 4. Apšvietimo intensyvumo skaitmeninis rodinys; 5. Reguliuojamos šviesos intensyvumas; 6. Spaulvinė šviesos temperatūra intervale nuo 6000 K; 7. Pritaikyta fluorescencinei vizualizacijai ICG režimu; 8. Kompletas: kojinis jungiklis standartinio ir ICG režimų perjungimui. Techniniai aprašai.pdf Psl. 14, 15.	1
5.	Elektroninis CO2 insuliakameros kompleksas	1. Mažiausias dujų insuliacijos greitis ne daugiau 30 l/min, mažiausias slėgis 30±5 mmHg. 2. Pastovi elektroninė intracardominalinio slėgio kontrolė. 3. Turi būti bent du insuliacijos	1. Mažiausias dujų insuliacijos greitis 20 l/min, mažiausias slėgis 30 mmHg. 2. Pastovi elektroninė intracardominalinio slėgio kontrolė. 3. Du insuliacijos režimai: „pneumoperitoneum“ režimas ir	1

TRAUMENTER LAB
J. Jaberio g. 9 LT-01111 Vilnius, Lietuva. Tel. +35 2469698, el. paštas: info@traumenter.com, interneto kodas: +1729421811
A4: +176 7044 0600 0136 0083 AIB SEB; A4: LT54 7200 0100 8100 5924 AB Swedbank

		režimai: „pneumoperitoneum“ režimas ir operacinis režimas. 4. Turi būti bent du dujų tūkmės režimai: pusiau pastovus ir intermituojantis. 5. Automatinis elektroninis dujų įdėjimas. 6. Akustiniai ir optiniai išėjimo signalai, viršius nustatytą slėgį. 7. Pritaikyta distanciniam vaizdavimui – pajungimui i operacinės įrenginių centrinio vaizdymo sistemą 8. Kompletas: Silikoninių žarnelių rinkinys insuliacijai, sterilizuojamas – 1 kompi.; aukšto slėgio rankovė (žarnai įrenginio ir dujų boliono sujungimui; universalus raktas – 1 kompi.; filtras – 10 vnt.	operacinis režimas. 4. Du dujų tūkmės režimai: pusiau pastovus ir intermituojantis. 5. Automatinis elektroninis dujų įdėjimas. 6. Akustiniai ir optiniai išėjimo signalai, viršius nustatytą slėgį. 7. Pritaikyta distanciniam vaizdavimui – pajungimui i operacinės įrenginių centrinio vaizdymo sistemą 8. Kompletas: Silikoninių žarnelių rinkinys insuliacijai, sterilizuojamas – 1 kompi.; aukšto slėgio rankovė (žarnai įrenginio ir dujų boliono sujungimui; universalus raktas – 1 kompi.; filtras – 10 vnt. Kompletas numatyti priedai pristatomi su įranga. Techniniai aprašai.pdf Psl. 16-18.	
6.	Plovimo – siurbimo įrenginio kompleksas	1. Pastovūs plovimo ir siurbimo parametrai: 2. Plovimo slėgis 400 $\pm$ 5% mmHg (53,2 kPa) 3. Siurbimo vakuuminis 0,75 $\pm$ 5% Bar (75 kPa) 4. Kompletas sudaro: Silikoninių žarnelių rinkinys siurbimui, daugkartinis – 2 kompi. Silikoninių žarnelių rinkinys plovimui daugkartinis – 2 kompi. Atsiurbimo indas, talpo $\geq$ 5 l. Daugis atsiurbimo indai, sterilizuojamas – 1 vnt. Stovas su laikikliu atsiurbimo indui, tvirtinamas prie vežimo – 1 vnt. Plovimo odada – 2 vnt.	1. Pastovūs plovimo ir siurbimo parametrai: 2. Plovimo slėgis 400 mmHg (53,2 kPa) 3. Siurbimo vakuuminis 0,75 Bar (75 kPa) 4. Kompletas sudaro: Silikoninių žarnelių rinkinys siurbimui, daugkartinis – 2 kompi. Silikoninių žarnelių rinkinys plovimui daugkartinis – 2 kompi. Atsiurbimo indas, talpo $\geq$ 5 l. Daugis atsiurbimo indai, sterilizuojamas – 1 vnt. Stovas su laikikliu atsiurbimo indui, tvirtinamas prie vežimo – 1 vnt. Kompletas numatyti priedai pristatomi su įranga. Techniniai aprašai.pdf Psl. 19.	1
7.	Archyvuavimo sistema	1. Archyvuavimo sistema, skirta procento duomenų, nuotraukų bei video klipų išsaugojimui ir persiuntimui; 1.2. Galimybė įvesti procento duomenis; 1.3. Nuotraukų ir video vaizdų išsaugojimos Full HD bei 3D formatais; 1.4. Integruojamo i HIS, PACS arba lygiavertės sistemos; 1.5. Duomenų perdavimo naudojant DICOM protokolus; 1.6. ≥ 2 įėjimo signalų nepriklausomas įrašymas vienu metu lygiavertiškai; 1.7. Signalų įvestys: $\geq 2 \times$ DVI-D arba lygiavertės; 1.8. Polikromi nuotraukų formatai: BMP, JPG, JPEG2000 arba lygiavertiai; 1.9. Polikromi video klipų formatai: 2.1. Istorinė 19.	1. Archyvuavimo sistema, skirta procento duomenų, nuotraukų bei video klipų išsaugojimui ir persiuntimui; 1.2. Galimybė įvesti procento duomenis; 1.3. Nuotraukų ir video vaizdų išsaugojimos Full HD bei 3D formatais; 1.4. Integruojamo i HIS, PACS; 1.5. Duomenų perdavimo naudojant DICOM protokolus; 1.6. 2 įėjimo signalų nepriklausomas įrašymas vienu metu lygiavertiškai; 1.7. Signalų įvestys: $2 \times$ DVI-D; 1.8. Polikromi nuotraukų formatai: BMP, JPG, JPEG2000; 1.9. Polikromi video klipų formatai: MPEG-4, MPEG-2, MOV; 1.10. Archyvuavimo galimybės: vidinė atmintis, USB 2.0 bei 3.0, CD/DVD, FTP, DICOM; 2. Lietimui jautrus vaizdymo monitorius;	1

TRAUMENTER LAB
J. Jaberio g. 9 LT-01111 Vilnius, Lietuva. Tel. +35 2469698, el. paštas: info@traumenter.com, interneto kodas: +1729421811
A4: +176 7044 0600 0136 0083 AIB SEB; A4: LT54 7200 0100 8100 5924 AB Swedbank

		MPES-4, MPES-2, MOV arba lygiavertai: 1.10. Archyvoavimo galimybės: vidinė atmintis, USB 2.0 bei 3.0, CD/DVD, FTP, DICOM. 2. Utemu įvairius vaizdų montonus; 2.1. Ištirinė $\geq 19^\circ$; 2.2. Roškio $\geq 1280 \times 1024$; 2.3. Sudėtingos su archyvoavimo įrenginiu.	2.2. Roškio 1280 x 1024; 2.3. Sudėtingos su archyvoavimo įrenginiu. <i>Techniniai aprašai.pdf</i> Psl. 20-23.	
8.	Elektrochirurgijos įrenginys	1. Su modulinio tipo keičiamos izoliacijos prijungti įvairių standartų kabelių jungtis; 2.1. Monopoliarinis audinių tūsuojantis pjovimo su automatinu įtampos reguliavimu, skirtas visiems elektrai laidams audiniams: Maksimali galia ≥ 300 W. Su pikinės galios arba lygiaverte sistema, skirta pjovimo prodišos pagerinimui; 2.2. Monopoliarinis audinius tūsuojantis pjovimo su automatinu elektros lanko intensyvumo kontrole, skirtas riebioliams audiniams ir pjovimui vandenyle; Maksimali galia 300 W. Su pikinės galios sistema (PPS), skirta pjovimo prodišos pagerinimui; 3.1. Monopoliarinis forsuotas koaguliuojantis, skirtas kontaktiniam koaguliuojimui: Maksimali galia ≥ 120 W. Su automatinu įtampos reguliavimu; 3.2. Monopoliarinis purškiantis koaguliuojantis, skirtas bekontaktiniam koaguliuojimui: Maksimali galia ≥ 120 W. Su automatinu įtampos reguliavimu; 3.3. Monopoliarinis greitos koaguliuojantis, tinkamas audinių disekcijai: Maksimali galia ≥ 200 W. Su automatinu įtampos reguliavimu; Nominali galia 120 W. Su automatinu įtampos reguliavimu; 3.4. Bipolarinis minkšto koaguliuojimo režimas: Maksimali galia ≥ 120 W. Su automatinu įtampos reguliavimu; 4. Kojinis jungiklis su 2 pedalais - kat. nr. 20189-302; 4. Kojinis jungiklis su 2 pedalais - kat. nr. 20184-078. vienkartinis paciento elektrodai 1 pak.(50vnt) - kat.nr. 20193-082; komplekte numatytų priedų pristatomi su įranga. <i>Techniniai aprašai.pdf</i> Psl. 24-53.	1. Top, su modulinio tipo keičiamos izoliacijos prijungti įvairių standartų kabelių jungtis; 2.1. Monopoliarinis audinių tūsuojantis pjovimo su automatinu įtampos reguliavimu, skirtas visiems elektrai laidams audiniams: Maksimali galia 300 W. Su pikinės galios sistema (PPS), skirta pjovimo prodišos pagerinimui; 2.2. High Cut - monopoliarinis audinius tūsuojantis pjovimo su automatinu elektros lanko intensyvumo kontrole, skirtas riebioliams audiniams ir pjovimui vandenyle; Maksimali galia 300 W. Su pikinės galios sistema (PPS), skirta pjovimo prodišos pagerinimui; 3.1. Forced Coag - monopoliarinis forsuotas koaguliuojantis, skirtas kontaktiniam koaguliuojimui: Maksimali galia 120 W. Su automatinu įtampos reguliavimu; 3.2. Spray Coag - monopoliarinis purškiantis koaguliuojantis, skirtas bekontaktiniam koaguliuojimui: Maksimali galia 120 W. Su automatinu įtampos reguliavimu; 3.3. Swift Coag - monopoliarinis greitos koaguliuojantis, tinkamas audinių disekcijai: Maksimali galia 200W, su automatinu įtampos reguliavimu; 3.4. Bipolar Soft Coag - bipolarinis minkšto koaguliuojimo režimas. Nominali galia 120 W. Su automatinu įtampos reguliavimu; 4. Kojinis jungiklis su 2 pedalais - kat. nr. 20189-302; 4. Kojinis jungiklis su 2 pedalais - kat. nr. 20184-078. vienkartinis paciento elektrodai 1 pak.(50vnt) - kat.nr. 20193-082; komplekte numatytų priedų pristatomi su įranga. <i>Techniniai aprašai.pdf</i> Psl. 24-53.	1

9.	Vėžimas endoskopiškai įranga	1. 4 ontistatiniai ratai, ne mažiau du iš jų fiksuojami; 2. Ne mažiau 3 lenktynės; 3. 1 stobūlis; 4. Videokameros gėvurės laikiklis; 5. Ne mažiau du koralai įrangos laidams posėpti; 6. Ne mažiau 8 el. motinimo laidų. <i>Techniniai aprašai.pdf</i> Psl. 54.	1. 4 ontistatiniai ratai, du iš jų fiksuojami; 2. 3 lenktynės; 3. 1 stobūlis; 4. Videokameros gėvurės laikiklis; 5. Du koralai įrangos laidams posėpti; 6. 12 el. motinimo laidų. <i>Techniniai aprašai.pdf</i> Psl. 54.	1
Instrumentų rinkinys, tinkantis endoskopiškai video sistemai bei įrangai, kuri sudaro:				
1.	Optika	Stebėjimo kompos 30°, skersmuo 5 mm, ilgis 30 ± 1 cm, autoklavuojama, su konteineriu sterilizavimui bei laikymui	Stebėjimo kompos 30°, skersmuo 5 mm, ilgis 29 cm, autoklavuojama, su konteineriu sterilizavimui bei laikymui <i>Techniniai aprašai.pdf</i> Psl. 55.	2
2.	Optika	Stebėjimo kompos 30°, skersmuo 10 mm, ilgis 30 ± 1 cm, pritalkyto darbu su ICG sistemomis, autoklavuojama, su konteineriu sterilizavimui bei laikymui	Stebėjimo kompos 30°, skersmuo 10 mm, ilgis 31 cm, pritalkyto darbu su ICG sistemomis, autoklavuojama, su konteineriu sterilizavimui bei laikymui <i>Techniniai aprašai.pdf</i> Psl. 55.	1
3.	Optika	Stebėjimo kompos 30°, skersmuo 10 mm, ilgis 30 ± 1 cm, autoklavuojama, su konteineriu sterilizavimui bei laikymui	Stebėjimo kompos 30°, skersmuo 10 mm, ilgis 31 cm, autoklavuojama, su konteineriu sterilizavimui bei laikymui <i>Techniniai aprašai.pdf</i> Psl. 55.	1
4.	Šneislozdės	Skersmuo 4,8 ± 0,2 mm, ilgis 230 ± 20 cm	Skersmuo 4,8 mm, ilgis 230 cm <i>Techniniai aprašai.pdf</i> Psl. 55.	2
5.	Adarta	VERESS tipo arba lygiaverte, skersmuo 2 ± 0,1 mm, ilgis 16 ± 1 cm	VERESS tipo, skersmuo 2,1 mm, ilgis 15 cm <i>Techniniai aprašai.pdf</i> Psl. 55.	1
6.	Trookaras	Trookaras, 5,5x0,5 mm skersmens, sudarytas iš obturatoriaus su priemidiniu smuigu ir 10,5 cm ilgio metalinės kamulės su kroneliu insuliacija bei multifunkcinio (autotomatinis ir atidaromos rankai) vožtuvo.	Trookaras, 6 mm skersmens, sudarytas iš obturatoriaus su priemidiniu smuigu ir 10,5 cm ilgio metalinės kamulės su kroneliu insuliacija bei multifunkcinio (autotomatinis ir atidaromos rankai) vožtuvo. <i>Techniniai aprašai.pdf</i> Psl. 55.	3
7.	Trookaras	Trookaras, 10,5x0,5 mm skersmens, sudarytas iš obturatoriaus su priemidiniu smuigu ir 10,5 ± 1 cm ilgio metalinės kamulės su kroneliu insuliacija bei multifunkcinio (autotomatinis ir atidaromos rankai) vožtuvo.	Trookaras, 11 mm skersmens, sudarytas iš obturatoriaus su priemidiniu smuigu ir 10,5 cm ilgio metalinės kamulės su kroneliu insuliacija bei multifunkcinio (autotomatinis ir atidaromos rankai) vožtuvo. <i>Techniniai aprašai.pdf</i> Psl. 56.	2
8.	Trookaras	Trookaras, 13 ± 0,5 mm skersmens, sudarytas iš obturatoriaus su priemidiniu smuigu ir 10,5 ± 1 cm ilgio metalinės kamulės su kroneliu insuliacija bei multifunkcinio (autotomatinis ir atidaromos rankai) vožtuvo.	Trookaras, 13,5 mm skersmens, sudarytas iš obturatoriaus su priemidiniu smuigu ir 10,5 cm ilgio metalinės kamulės su kroneliu insuliacija bei multifunkcinio (autotomatinis ir atidaromos rankai) vožtuvo. <i>Techniniai aprašai.pdf</i> Psl. 56.	1

9.	Reduktorius	Reduktorius, tubuso tipo 11/5 ± 2 mm	Reduktorius, tubuso tipo 11/5 mm <i>Techniniai aprašai.pdf</i> Psl. 56.	2
10.	Reduktorius	Dvigubos, kamštelio tipo 13/10 ir 13/5 ± 2 mm	Dvigubos, kamštelio tipo 13/10 ir 13/5 mm <i>Techniniai aprašai.pdf</i> Psl. 56.	1
11.	Reduktorius	Reduktorius, kamštelio tipo 11/5 ± 2 mm	Reduktorius, kamštelio tipo 11/5 mm <i>Techniniai aprašai.pdf</i> Psl. 56.	3
12.	Žingslės	Griežiančios žingslės, rotuojamos, išlenkamos, vieno judanti žaunos, žaunos smulkiu atvornatšikai dantytos, perforuotos, dydis 5 mm, ilgis 36 ± 1 cm, su metaline rankeno su užraktu.	Griežiančios žingslės, rotuojamos, išlenkamos, vieno judanti žaunos, žaunos smulkiu atvornatšikai dantytos, perforuotos, dydis 5 mm, ilgis 36 cm, su metaline rankeno su užraktu. <i>Techniniai aprašai.pdf</i> Psl. 56.	1
13.	Žingslės	Žingslės disekcija ir sugriežimui, rotuojamos, išlenkamos, abi judančios žaunos, žaunos lenktos i kore, dydis 5 mm, ilgis 36 ± 1 cm, su metaline rankeno be užrako.	Žingslės disekcija ir sugriežimui, rotuojamos, išlenkamos, abi judančios žaunos, žaunos lenktos i kore, dydis 5 mm, ilgis 36 cm, su metaline rankeno be užrako. <i>Techniniai aprašai.pdf</i> Psl. 57.	1
14.	Žingslės	Žingslės disekcija ir sugriežimui, kelių tipo arba lygiavertės, rotuojamos, išlenkamos, su jungtini monopolinei koaguliacijai, abi judančios žaunos, žaunų ilgis 16 ± 1 mm, dydis 5 mm, ilgis 36 ± 1 cm, su plastikine rankeno be užrako.	Žingslės disekcija ir sugriežimui, kelių tipo, rotuojamos, išlenkamos, su jungtini monopolinei koaguliacijai, abi judančios žaunos, žaunų ilgis 16 mm, dydis 5 mm, ilgis 36 cm, su plastikine rankeno be užrako. <i>Techniniai aprašai.pdf</i> Psl. 57.	1
15.	Žingslės	Žingslės disekcija ir sugriežimui, kelių tipo arba lygiavertės, rotuojamos, išlenkamos, su jungtini monopolinei koaguliacijai, abi judančios žaunos, žaunų ilgis 22 ± 1 mm, dydis 5 mm, ilgis 36 ± 1 cm, su plastikine rankeno be užrako.	Žingslės disekcija ir sugriežimui, kelių tipo, rotuojamos, išlenkamos, su jungtini monopolinei koaguliacijai, abi judančios žaunos, žaunų ilgis 22 mm, dydis 5 mm, ilgis 36 cm, su plastikine rankeno be užrako. <i>Techniniai aprašai.pdf</i> Psl. 57.	2
16.	Žingslės	Žingslės disekcija ir sugriežimui, rotuojamos, išlenkamos, abi judančios žaunos, žaunos lenktos i kore, dydis 10 mm, ilgis 36 ± 1 cm, su metaline rankeno su užraktu.	Žingslės disekcija ir sugriežimui, rotuojamos, išlenkamos, abi judančios žaunos, žaunos lenktos i kore, dydis 10 mm, ilgis 36 cm, su metaline rankeno su užraktu. <i>Techniniai aprašai.pdf</i> Psl. 57.	1
17.	Žingslės	Žingslės sugriežimui, Bobcock tipo arba lygiavertės, rotuojamos, išlenkamos, abi judančios žaunos, žaunų ilgis 34 ± 2 mm, dydis 10 mm, ilgis 36 ± 1 cm, su metaline rankeno su užraktu.	Žingslės sugriežimui, Bobcock tipo, rotuojamos, išlenkamos, abi judančios žaunos, žaunų ilgis 36 mm, dydis 10 mm, ilgis 36 cm, su metaline rankeno su užraktu. <i>Techniniai aprašai.pdf</i> Psl. 58.	1
18.	Žingslės	Letenos tipo žingslės, rotuojamos, išlenkamos, vieno judanti žaunos, su 2 x 3 dantuko, dydis 5 mm, ilgis 36 ± 1 cm.	Letenos tipo žingslės, rotuojamos, išlenkamos, vieno judanti žaunos, su 2 x 3 dantuko, dydis 5 mm, ilgis 36 cm. <i>Techniniai aprašai.pdf</i> , Psl. 58.	1

19.	Žingslės	Kelių tipo arba lygiavertės bipolinės žingslės disekcija, žaunų ilgis 20 ± 1 mm, 5 mm skersmens, ilgis 36 ± 1 cm, su plastikine žiedine rankeno	Kelių tipo bipolinės žingslės disekcija, žaunų ilgis 19 mm, 5 mm skersmens, ilgis 36 cm, su plastikine žiedine rankeno <i>Techniniai aprašai.pdf</i> Psl. 65.	1
20.	Žingslės	Kelių tipo arba lygiavertės bipolinės žingslės disekcija, žaunų ilgis 25 ± 1 mm, 5 mm skersmens, ilgis 36 ± 1 cm, su plastikine žiedine rankeno	Kelių tipo bipolinės žingslės disekcija, žaunų ilgis 24 mm, 5 mm skersmens, ilgis 36 cm, su plastikine žiedine rankeno. <i>Techniniai aprašai.pdf</i> Psl. 65.	1
21.	Žingslių įdėklas	Kelių tipo arba lygiavertės bipolinės žingslės disekcija, žaunų ilgis 20 ± 1 mm, 5 mm skersmens, ilgis 36 ± 1 cm	Kelių tipo bipolinės žingslės disekcija, žaunų ilgis 19 mm, 5 mm skersmens, ilgis 36 cm <i>Techniniai aprašai.pdf</i> Psl. 65.	1
22.	Žirklės	Žirklės, Metzenbaum tipo arba lygiavertės, rotuojamos, išlenkamos, su jungtini monopolinei koaguliacijai, abi judančios žaunos, žaunų ilgis 16 ± 1 mm, žaunos išlenktos, dydis 5 mm, ilgis 36 cm, su plastikine rankeno be užraku.	Žirklės, Metzenbaum tipo, rotuojamos, išlenkamos, su jungtini monopolinei koaguliacijai, abi judančios žaunos, žaunų ilgis 15 mm, žaunos išlenktos, dydis 5 mm, ilgis 36 cm, su plastikine rankeno be užrako. <i>Techniniai aprašai.pdf</i> Psl. 58, 64.	1
23.	Žirklų įdėklas	Žirklų įdėklas, abi judančios žaunos, dantytos, išlenktos, dydis 5 mm, ilgis 36 ± 1 cm.	Žirklų įdėklas, abi judančios žaunos, dantytos, išlenktos, dydis 5 mm, ilgis 36 cm. <i>Techniniai aprašai.pdf</i> Psl. 58.	1
24.	Žirklų įdėklas	Žirklų įdėklas, šaukštelio formos žaunos, dantytos, abi judančios žaunos, dydis 5 mm, ilgis 36 ± 1 cm.	Žirklų įdėklas, šaukštelio formos žaunos, dantytos, abi judančios žaunos, dydis 5 mm, ilgis 36 cm. <i>Techniniai aprašai.pdf</i> Psl. 58.	1
25.	Žirklų įdėklas	Žirklų įdėklas, žaunos kabluko formos, vieno judanti žaunos, dydis 5 mm, ilgis 36 ± 1 cm.	Žirklų įdėklas, žaunos kabluko formos, vieno judanti žaunos, dydis 5 mm, ilgis 36 cm. <i>Techniniai aprašai.pdf</i> Psl. 58.	1
26.	Elektrodos	Elektrodos koaguliacijai ir disekcijai, L formos, su jungtini monopolinei koaguliacijai, dydis 5 mm, ilgis 36 ± 1 cm	Elektrodos koaguliacijai ir disekcijai, L formos, su jungtini monopolinei koaguliacijai, dydis 5 mm, ilgis 36 cm <i>Techniniai aprašai.pdf</i> Psl. 58.	2
27.	Kabučų aplikatoriai	Aplikatorius titanimams vidutinio dydžio kabutėms, rotuojamos, skersmuo 10 mm, ilgis 36 ± 1 cm, su užraktu kabutės uždarinimui žaunose.	Aplikatorius titanimams vidutinio dydžio kabutėms, rotuojamos, skersmuo 10 mm, ilgis 36 cm, su užraktu kabutės uždarinimui žaunose. <i>Techniniai aprašai.pdf</i> Psl. 59.	1
28.	Bužas	Rossweller arba lygiavertio tipo šlapės bužas, dydis 20 ± 2 ir, su darbinu konolu.	Rossweller tipo šlapės bužas, dydis 18 ir, su darbinu konolu. <i>Techniniai aprašai.pdf</i> Psl. 59.	1
29.	Laidas	Aukšto dažnio monopolinis laidas, ilgis 300 cm	Aukšto dažnio monopolinis laidas, ilgis 300 cm <i>Techniniai aprašai.pdf</i> Psl. 59.	4

30.	Loidas	Aukšto dažnio bipolinis loidas, ilgis 300 cm	Aukšto dažnio bipolinis loidas, ilgis 300 cm, Techniniai aprašai.pdf	5
31.	Adatkovis	5 mm skersmens, 33±1 cm ilgio, su tiesia ergonomine rankena, žiaunos lenktos i kairę, su atsegimu užraktu, naudojamos su 0/0-7/0 suvimo medžioga ir BV, SH, CT-1 dydžių oddatomis	5 mm skersmens, 33 cm ilgio, su tiesia ergonomine rankena, žiaunos lenktos i kairę, su atsegimu užraktu, naudojamos su 0/0-7/0 suvimo medžioga ir BV, SH, CT-1 dydžių oddatomis, Techniniai aprašai.pdf	1
32.	Adatkovis	5 mm skersmens, 33±1 cm ilgio, su tiesia ergonomine rankena, žiaunos tiesios, su atsegimu užraktu, naudojamos su 0/0-7/0 suvimo medžioga ir BV, SH, CT-1 dydžių oddatomis	5 mm skersmens, 33 cm ilgio, su tiesia ergonomine rankena, žiaunos tiesios, su atsegimu užraktu, naudojamos su 0/0-7/0 suvimo medžioga ir BV, SH, CT-1 dydžių oddatomis, Techniniai aprašai.pdf	1
33.	Kaniulė	Siurbimo plovimo kaniulė, su dvikrapčiu vožtuvu, skersmuo 5 mm, ilgis 36 ± 1 cm	Siurbimo plovimo kaniulė, su dvikrapčiu vožtuvu, skersmuo 5 mm, ilgis 36 cm, Techniniai aprašai.pdf	1
34.	Žingsnis fascijos uždangymui	Fascijos uždangymo instrumentas, skersmuo 2,8 ± 2 mm, ilgis 18 ± 1 cm	Fascijos uždangymo instrumentas, skersmuo 2,8 mm, ilgis 17 cm, Techniniai aprašai.pdf	1
35.	Mozgo nustatėjas	Mozgo nustatėjas, ekstrakorporiniams mozgomis, dydis 5 mm, ilgis 36 ± 1 cm	Mozgo nustatėjas, ekstrakorporiniams mozgomis, dydis 5 mm, ilgis 36 cm Techniniai aprašai.pdf	1
36.	Kabutės	Vidutinio dydžio titaninės kabutės, dešinėje ≥ 10 kabičių	Vidutinio dydžio titaninės kabutės, dešinėje 10 kabičių Techniniai aprašai.pdf	2
37.	Spaustukas	Satinis tipo arba lygiavertis hiparoskopinis spaustukas, žiaunų ilgis 11 ± 1 cm, žiaunų gylis 3 ± 1 cm, tiesi mova, užraktas su opsauginiu mechanizmu, dydis 10 mm, ilgis 30 ± 1 cm	Satinis tipo hiparoskopinis spaustukas, žiaunų ilgis 10 cm, žiaunų gylis 2,5 cm, tiesi mova, užraktas su opsauginiu mechanizmu, dydis 10 mm, ilgis 30 cm Techniniai aprašai.pdf	1
38.	Spaustukas	Kraujagyslinis spaustukas, žiaunos lengvai išlenktos, žiaunų ilgis 5 ± 1 cm, tiesi mova, užraktas su opsauginiu mechanizmu, dydis 10 mm, ilgis 30 ± 1 cm	Kraujagyslinis spaustukas, žiaunos lengvai išlenktos, žiaunų ilgis 5 cm, tiesi mova, užraktas su opsauginiu mechanizmu, dydis 10 mm, ilgis 30 cm Techniniai aprašai.pdf	1
39.	Kontaineris	Plastikinis kontaineris sterilizavimui bei laikymui, dviejų lygių, perforuotas, su permatomu dangčiu.	Plastikinis kontaineris sterilizavimui bei laikymui, dviejų lygių, perforuotas, su permatomu dangčiu, Techniniai aprašai.pdf	1
40.	Kabičių aplikatorius	Skirtas polimerinių kabičių klipavimui, dydis XL	Skirtas polimerinių kabičių klipavimui, dydis XL, Techniniai aprašai.pdf	1
41.	Kabutės	Polimerinių kabičių aplikatoriui, dydis XL, kabutės užrakintos, Pok. ≥ 50 vnt.	Polimerinių kabičių aplikatoriui, kabutės užrakintos, Pok. 50 vnt. Techniniai aprašai.pdf , Psil 67-68	1

TRAQINTER UAB
J. Jasinskio g. 9 LT-01111 Vilnius, Lietuva. Tel: +370 685427. Elektroninis paštas: info@traqinter.com. Įmonės kodas: 129942182. PVM mokėtojo kodas: LT299421811.
A.S. LT65 7044 0000 0136 6083 AB SEB. A.S. LT54 7200 0100 8106 3524 AB Swedbank.

42.	Kraujagyslių klipsos	Instrumentas klipsų uždėjimui bei nuėmimui, roluojamas. Kompletas: Atarumatinis kraujagyslinis klipsas, lenktos, dorbinės dalie ilgis 25 mm - 1 vnt.; Atarumatinis kraujagyslinis klipsas, lenktos, dorbinės dalies ilgis 45 mm - 1 vnt.	Instrumentas klipsų uždėjimui bei nuėmimui, roluojamas. Kompletas: Atarumatinis kraujagyslinis klipsas, lenktos, dorbinės dalie ilgis 25 mm - 1 vnt.; Atarumatinis kraujagyslinis klipsas, lenktos, dorbinės dalies ilgis 45 mm - 1 vnt. Techniniai aprašai.pdf	1
-----	----------------------	--	---	---

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

El. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įmonės registracijos pažymėjimo kopija	1
2.	UAB Tradintek Istatai	1
3.	Pažymio, patvirtinančių jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie vėšųjų pirktių procedūroje dalyvaujančių tiekėjų.	2
4.	Dokumentas patvirtinantis teisę atstovauti bei techniškai aptarnauti siūlomą įrangą.	11
5.	Tiekėjo deklaracija	1
6.	Igalijomo nuorošos	1
7.	Medicinos prietaisų atliktos dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos prietaisams kopijos	12+
8.	Įrangos aprašymai: Techniniai aprašai.pdf	70
9.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentai	2

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame ERGO Insurance SE išduotą Pasiūlymo laidavimo draudimo rašikį Nr. PAB6426 (prie draudimo liudijimo Nr. 710-451-66426). Draudimo suma 2,900,00 Eur.

Pasiūlymos galioja iki termino, nustatyto pirktimo dokumentuose.

Vadybininkas

Antanas Venskovas

TRAQINTER UAB
J. Jasinskio g. 9 LT-01111 Vilnius, Lietuva. Tel: +370 685427. Elektroninis paštas: info@traqinter.com. Įmonės kodas: 129942182. PVM mokėtojo kodas: LT299421811.
A.S. LT65 7044 0000 0136 6083 AB SEB. A.S. LT54 7200 0100 8106 3524 AB Swedbank.