

2015-05-25 M. 16

SPORTEKA
MEDICINOS IR MOKSLO ĮRANGA

UAB „Sporteka“
(Tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė; Vokiečių g. 10-24, 01130 Vilnius; Tel.: +370 614 60705 info@sporteka.lt;
duomenys kaupiami V.Į. Registrų centras; į.k. 300094700; PVM m.k. LT100001627311
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė
(Adresatas (perkančioji organizacija))

Medicininė įranga ir priemonės (Mechanoterapijos įranga (pritaikomoji pooperacinių ir potrauminių būklių reabilitacijos sistema); kineziterapijos, ergoterapijos įranga ir priemonės, kraujospūdžio aparatai, poliarizuotos šviesos lempa su pastatomu stovu ant grindų su spalvų terapijos rinkiniu, elektrokardiografas, maudoma vonia ir kitos priemonės)

2015-05-21 Nr. 1505-05

(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Sporteka“
Tiekėjo kodas	300094700
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Vokiečių g. 10-24, 01130 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Raimundas Šniaukšta
Telefono numeris	+370 614 60705
Fakso numeris	+370 5 2623570
El. pašto adresas	info@sporteka.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - supaprastinto atviro konkurso skelbime, išspausdintame CVP IS;
 - šiose konkurso sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

- Mes siūlome šias prekes:

Pateikiamas užpildytas priedas NR.3 (Kainos pasiūlymas)

Bendra pasiūlymo kaina su PVM žodžiais

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

(Pastabos:

1)* kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.)

5. Mes siūlome prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra nurodytos užpildytame **Konkurso sąlygų 1 priede** (pateikiamas užpildytas Konkurso sąlygų 1 priedas Techninė specifikacija).

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	2
2.	Priedas Nr 1. techninai reikalavimai	21
3.	Priedas Nr.3 Kainos pasiūlymas	1
4.	Registrų centro pažyma	2
5.	Sažiningumo deklaracija	1
6.	System 4 brošiūra, originalas anglų kalba	16
7.	System 4 brošiūros vertimas	19
8.	Balance SD brošiūra, originalas anglų kalba	6
9.	Balance SD brošiūros vertimas	12
10.	System 4 CE atitikties deklaracija	2
11.	Balance SD CE atitikties deklaracija	1
12.	System 4 Programinės įrangos vadovas, originalas EN	104
13.	System 4 programinės įrangos vadovo vertimas	100
14.	System 4 Mechaninės įrangos vadovas, originalas EN	100
15.	System 4 Mechaninės įrangos vadovo vertimas	60
16.	System 4 darbo zonos schema	1
17.	Biodex atstovavimo įgaliojimas	1
18.	Biodex atstovavimo įgaliojimo vertimas	1
19.	Biodex aptarnavimo įgaliojimas	1
20.	Biodex aptarnavimo įgaliojimo vertimas	1

Pasiūlymas galioja iki datos nurodytos pirkimo dokumentuose.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

Raimundas Šniaukšta

(Vardas ir pavardė)

* Pastaba. Šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

	(1 vnt.)		
10	Garantinis laikotarpis	Ne trumpesnis kaip 24 mėn.	
11	93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvos atitikimas	Paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos sertifikatas (atitikties deklaracija)	

IV dalis Pritaikomoji pooperacinių ir potrauminių būklių reabilitacijos sistema (1 vnt)

Eil. Nr.	Reikalaujami parametrai	Parametro reikšmė	Atitikimas keliamiems reikalavimas
1	Sistemos sudedamosios dalys	Izokinetinis dinamometras ir pusiausvyros diagnostikos ir lavinimo platforma	Izokinetinis dinamometras ir pusiausvyros diagnostikos ir lavinimo platforma
2	Izokinetinio dinamometro sudedamosios dalys	Dinamometras su elektros variklio pagalba reguliuojamo aukščio kėdė; Kompiuterinė darbo stotis Priedas riešo sąnariui Priedas alkūnės sąnariui Priedas peties sąnariui. Priedas klubo sąnariui (kairys ir dešinys) Priedas kelio sąnariui (kairys ir dešinys) su judėjimo amplitudės ribotuviu Priedas čiurnos sąnariui Specialus stendas su ratukais priedams sudėti	Dinamometras su elektros variklio pagalba reguliuojamo aukščio kėdė; Kompiuterinė darbo stotis Priedas riešo sąnariui Priedas alkūnės sąnariui Priedas peties sąnariui. Priedas klubo sąnariui (kairys ir dešinys) Priedas kelio sąnariui (kairys ir dešinys) su judėjimo amplitudės ribotuviu Priedas čiurnos sąnariui Specialus stendas su ratukais priedams sudėti

3	Izokinetinio dinamometro darbo režimai	Izokinetinis <u>Reaktyvus ekscentrinis</u> <u>Pasyvaus judesio</u> <u>Izometrinis</u> <u>Izotoninis</u>	<u>Izokinetinis</u> <u>Reaktyvus ekscentrinis</u> <u>Pasyvaus judesio</u> <u>Izometrinis</u> <u>Izotoninis</u>
4	Izokinetinio dinamometro konstrukcija	Sistemos konstrukcija sudaro T raidės formą, kur paciento kėdės padėtis reguliuojama pirmyn / atgal (T raidės „kojele“), o dinamometras juda kairėn/dešinėn (T raidės skersiniu, eiga po $\geq 40\text{cm}$ į abi puses). Mechaniškai reguliuojamas dinamometro aukštis dujinės spyruoklės pagalba. Kėdės aukštis reguliuojamas elektros motoru.	Sistemos konstrukcija sudaro T raidės formą, kur paciento kėdės padėtis reguliuojama pirmyn / atgal (T raidės „kojele“), o dinamometras juda kairėn/dešinėn (T raidės skersiniu, eiga po 45cm (18 colių) į abi puses). Mechaniškai reguliuojamas dinamometro aukštis dujinės spyruoklės pagalba. Kėdės aukštis reguliuojamas elektros motoru.
5	Izokinetinio dinamometro „galvos“ techniniai parametrai	Reguliuojamas aukštis (reguliuavimo eiga mažiau 35 cm) Reguliuojamas pokrypis Reguliuojamas posūkio kampas Maksimalus izokinetinis sukimo momentas 680 Nm Maksimalus ekscentrinis sukimo momentas 540 Nm Izotoninio režimo sukimo momento ribos nuo 0,7 iki 540 Nm Minimalus pasyvaus judesio režimo greitis $0,25^\circ/\text{s}$ Izokinetiniame ir izotoniniam režimuose galima atlikti ekscentrinio raumenų susitraukimo pratimus	Reguliuojamas aukštis reguliuavimo eiga 35 cm (14 colių) Reguliuojamas pokrypis Reguliuojamas posūkio kampas Maksimalus izokinetinis sukimo momentas 680 Nm Maksimalus ekscentrinis sukimo momentas 540 Nm Izotoninio režimo sukimo momento ribos nuo 0,7 iki 540 Nm Minimalus pasyvaus judesio režimo greitis $0,25^\circ/\text{s}$ Izokinetiniame ir izotoniniam režimuose galima atlikti ekscentrinio raumenų susitraukimo pratimus
6	Izokinetinio dinamometro programinės įrangos parametrai	Audiovizualinės paciento padėčių nustatymo iliustracijos Progreso ataskaitos Palyginamosios ataskaitos Rodomos pozicijos ir sukimo momento	Audiovizualinės paciento padėčių nustatymo iliustracijos Progreso ataskaitos Palyginamosios ataskaitos Rodomos pozicijos ir sukimo momento

		kreivės realiu laiku Normatyviniai duomenys ataskaitose Galima pratimų sesijos pabaigą nustatyti pagal procentinę nuovargio vertę „Favourites“ meniu punktas dažniausiai naudojamiems protokolams išsaugoti. Galima nustatyti sukimo momento ribą pasyviame režime, paciento apsaugai nuo galimų traumų.	kreivės realiu laiku Normatyviniai duomenys ataskaitose Galima pratimų sesijos pabaigą nustatyti pagal procentinę nuovargio vertę „Favourites“ meniu punktas dažniausiai naudojamiems protokolams išsaugoti. Galima nustatyti sukimo momento ribą pasyviame režime, paciento apsaugai nuo galimų traumų.
7	Izokinetinio dinamometro Kompiuterinės stoties parametrai	17 colių įstrižainės lietimui jautrus skystųjų kristalų (LCD) vaizduoklis. Spalvotas rašalinis spausdintuvas Integruotas kompiuteris Analoginiai išėjimai dinamometro pozicijai, greičiui ir sukimo momentui Kompiuterinio tinklo jungtis	17 colių įstrižainės lietimui jautrus skystųjų kristalų (LCD) vaizduoklis. Spalvotas rašalinis spausdintuvas Integruotas kompiuteris Analoginiai išėjimai dinamometro pozicijai, greičiui ir sukimo momentui Kompiuterinio tinklo jungtis
8	Pusiausvyros platformos sudedamosios dalys	Platforma veikianti statiniu ir dinaminio režimu Skystųjų kristalų vaizduoklis nemažesnis kaip 30 cm įstrižainės Reguliuojamo aukščio vaizduoklio laikiklis, nemažiau kaip nuo 135 cm iki 170 cm (matuojant nuo platformos) Reguliuojamo aukščio ranktūriai: nuo 64 iki 93 cm virš platformos Spausdintuvo stovas Spausdintuvas CTSIB indeksuota pagalvėlė	Platforma veikianti statiniu ir dinaminio režimu Skystųjų kristalų vaizduoklis nemažesnis kaip 30 cm įstrižainės Reguliuojamo aukščio vaizduoklio laikiklis, nemažiau kaip nuo 135 cm iki 170 cm (matuojant nuo platformos) Reguliuojamo aukščio ranktūriai: nuo 64 iki 93 cm virš platformos Spausdintuvo stovas Spausdintuvas CTSIB indeksuota pagalvėlė
9	Pusiausvyros platformos darbo režimai	Statinis Dinaminis (12 lygių) Testavimo Mokomasis	Statinis Dinaminis (12 lygių) Testavimo Mokomasis

10	Pusiausvyros platformos protokolai ir programos	5 testavimo protokolai 6 treniruočių programos	5 testavimo protokolai 6 treniruočių programos
11	Pusiausvyros platformos standartizuoti tyrimai	Pargriuvimo rizikos testavimas (Fall risk screening) Atleto kelio traumas testavimas (Athlete's knee injury screening) Smegenų sukrėtimo vertinimas	Pargriuvimo rizikos testavimas (Fall risk screening) Atleto kelio traumas testavimas (Athlete's knee injury screening) Smegenų sukrėtimo vertinimas
12	Pusiausvyros platformos normatyviniai duomenys	Sistemoje integruoti sveikos populiacijos normatyviniai duomenys pargriuvimo rizikos vertinimui.	Sistemoje integruoti sveikos populiacijos normatyviniai duomenys pargriuvimo rizikos vertinimui.
13	Pusiausvyros platformos grįžtamasis ryšys	Garsinis Vaizdinis	Garsinis Vaizdinis
14	Pusiausvyros platformos jungiamumas	Prie platformos galima prijungti papildomus vaizduoklius ar projektorius Galima prijungti klaviatūrą duomenų suvedimui Išorinių laikmenų prijungimas duomenų perkėlimui. Spausdintuvų prijungimas ataskaitų spausdinimui.	Prie platformos galima prijungti papildomus vaizduoklius ar projektorius Galima prijungti klaviatūrą duomenų suvedimui Išorinių laikmenų prijungimas duomenų perkėlimui. Spausdintuvų prijungimas ataskaitų spausdinimui.
15	Pusiausvyros platformos saugumas	Platforma fiksuojasi į statinį režimą saugiam paciento užlipimui nulipimui.	Platforma fiksuojasi į statinį režimą saugiam paciento užlipimui nulipimui.
16	Pusiausvyros platformos techniniai duomenys	Platformos maksimalus pasvyrimo kampas nemažiau 20° nuo horizontalės, visomis kryptimis. Platformos diametras – 55 ±2 cm Maksimalus paciento svoris nemažiau kaip:	Platformos maksimalus pasvyrimo kampas 20° nuo horizontalės, visomis kryptimis. Platformos diametras – 55 cm Maksimalus paciento svoris nemažiau kaip:

		130 kg Platformos svoris ne daugiau kaip 90 kg.	136 kg <u>Platformos svoris ne daugiau kaip 89 kg.</u>
17	Pusiausvyros platformos programinė įranga asmeniniams kompiuteriams	Duomenų rinkimui, saugojimui ir eksportavimui CSV formatu.	<u>Duomenų rinkimui, saugojimui ir eksportavimui CSV formatu.</u>
18	Garantija	Ne mažiau 24 mėn.	<u>24 mėn.</u>
19	Dokumentai	Pateikti siūlomos įrangos gamintojų parengtus techninius aprašus ar analogiškus dokumentus įrodančius techninių parametru atitikimą lietuvių kalba	<u>Pridedama</u>
20	Sertifikatai	CE atitikties deklaracija	<u>Pridedama</u>

V dalis Kineziterapijos priemonės

Eil. Nr.	Reikalaujami parametrai	Parametro reikšmė	Atitikimas keliamiems reikalavimas
+	Pusiausvyros platforma	Paviršius su smulkiais apvaliais dygliukais švelniai masažuoja pėdas. Sensorinis stimuliacijos paviršius abiejuose platformos pusėse, todėl platformą galima naudoti iš abiejų pusių – prailgina gaminio laiką.	

III dalis Treniruokliai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Vnt kaina be PVM	Vnt kaina su PVM	Bendra kaina su PVM
1	Bėgimo takelis	vnt	1			
2	Elipsinis žingsniavimo treniruoklis	vnt	1			
3	Sėdimas dviratis treniruokis (1 vnt)	vnt	1			
4	Daugiafunkcinė pakabinama treniruočių sistema	vnt	1			
	Viso					

Suma su PVM žodžiais

IV dalis Pritaikomoji pooperacinių ir potrauminių būklių reabilitacijos sistema

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Vnt kaina be PVM	Vnt kaina su PVM	Bendra kaina su PVM
1	Pritaikomoji pooperacinių ir potrauminių būklių reabilitacijos sistema	vnt	1	56.850,00 €	68.788,50 €	68.788,50 €
	Viso					68.788,50 €

Suma su PVM žodžiais

Šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni Eurai, 50 centų.