

Tradintek UAB

J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, tel. nr. (8 5) 2685427, fakso nr. (8 5) 2496084, registro tvarkytojas VĮ Registrų Centras, įmonės kodas 124942182, PVM mokėtojo kodas LT249421811

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Viešoji įstaiga Kauno klinikos
Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas

**PASIŪLYMAS
DĖL LARINGOSKOPO RINKINIŲ PIRKIMO**

2015 m. balandžio 17 d. Nr. 201510417-01

Vilnius

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas	UAB Tradintek
Tiekėjo adresas	J. Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, Lietuva
Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	Įm. k. 124942182, pvm k. LT249421811
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vadybininkas Antanas Venslovas
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius, Vidas Morkūnas
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	AB SEB bankas, Banko kodas 70440 A/s LT 657044060001368083
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Vadybininkas Antanas Venslovas
Telefono numeris	+370 5 2685427
Fakso numeris	+370 5 2496084
El. pašto adresas	info@tradintek.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Kiekis (orientac)	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	Vieneto kaina, EUR (su PVM)	Viso kaina, EUR (su PVM)
1.	Laringoskopo rinkiniai	LED laringoskopai, Karl Storz, Vokietija					6.727,60
	Bendra preliminarinė kaina EUR su PVM:	X	X	X	X	X	6.727,60

3 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS
Specialieji reikalavimai laringoskopo rinkiniui (orientacinis kiekis 4 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė
1.	Laringoskopo rankena	1. Universali rankena, techniškai suderinta su 4-6 punktuose nurodytomis šaltos šviesos laringoskopų mentelėmis ir 2 punkte nurodytu šviesos šaltiniu; 2. Rankenos ilgis 12 ± 1 cm; 3. Autoklavuojama.	1. Universali rankena, techniškai suderinta su 4-7 punktuose nurodytomis šaltos šviesos laringoskopų mentelėmis ir 2 punkte nurodytu šviesos šaltiniu; 2. Rankenos ilgis 12 cm; 3. Autoklavuojama. <i>Techniniai aprasai.pdf</i> <i>Psl. 1.</i>
2.	Šviesos šaltinis	1. LED šaltos šviesos arba lygiavertis pakraunamas maitinimo šaltinis, sukomplektuotas su Li-Ion arba lygiavertėmis baterijomis, tinkantis naudoti taip pat ir su standartiniais galvaniniais maitinimo elementais; 2. Šviesos spalvinė temperatūra 5500 ± 50 K; 3. Apšvietimo intensyvumas ne mažiau kaip 100.000 lux; 4. Šviesos diodų eksploatacijos resursas ne mažesnis kaip 50.000 valandų; 5. Baterijų talpa, išlaikant 100% šviesos intensyvumą ne mažesnę nei 240 min.; 6. Baterijos įkraunamos indukcinio bekontaktio būdu.	1. LED šaltos šviesos pakraunamas maitinimo šaltinis, sukomplektuotas su Li-Ion baterijomis, tinkantis naudoti taip pat ir su standartiniais galvaniniais maitinimo elementais; 2. Šviesos spalvinė temperatūra 5500 K; 3. Apšvietimo intensyvumas 100.000 lux; 4. Šviesos diodų eksploatacijos resursas 50.000 valandų; 5. Baterijų talpa, išlaikant 100% šviesos intensyvumą 240 min.; 6. Baterijos įkraunamos indukcinio bekontaktio būdu. <i>Techniniai aprasai.pdf</i> <i>Psl. 1.</i>
3.	Indukcinis maitinimo šaltinio įkroviklis	1. Tinkantis tiek vieno, tiek ir dviejų maitinimo šaltinių įkrovimui vienu metu; 2. Tinkantis baterijų įkrovimui tiek su rankena, tiek ir be rankenos; 3. Be jokių atvirų kontaktų; 4. Su vaizdiniu įkrovimo indikatoriumi.	1. Tinkantis tiek vieno, tiek ir dviejų maitinimo šaltinių įkrovimui vienu metu; 2. Tinkantis baterijų įkrovimui tiek su rankena, tiek ir be rankenos; 3. Be jokių atvirų kontaktų; 4. Su vaizdiniu įkrovimo indikatoriumi. <i>Techniniai aprasai.pdf</i> <i>Psl. 2.</i>

4.	Lenkta mentelė	1. Macintosh tipo arba lygiavertė šaltos šviesos laringoskopo mentelė, 3 dydis; 2. Su integruotu šviesolaidžiu; 3. Autoklavuojama.	1. Macintosh tipo šaltos šviesos laringoskopo mentelė, 3 dydis; 2. Su integruotu šviesolaidžiu; 3. Autoklavuojama. <i>Techniniai aprasai.pdf</i> <i>Psl. 3.</i>
5.	Lenkta mentelė	1. Macintosh tipo arba lygiavertė šaltos šviesos laringoskopo mentelė, 4 dydis; 2. Su integruotu šviesolaidžiu; 3. Autoklavuojama.	1. Macintosh tipo šaltos šviesos laringoskopo mentelė, 4 dydis; 2. Su integruotu šviesolaidžiu; 3. Autoklavuojama. <i>Techniniai aprasai.pdf</i> <i>Psl. 3.</i>
6.	Lenkta mentelė	1. Macintosh tipo arba lygiavertė šaltos šviesos laringoskopo mentelė, 5 dydis; 2. Su integruotu šviesolaidžiu; 3. Autoklavuojama.	1. Macintosh tipo arba lygiavertė šaltos šviesos laringoskopo mentelė, 5 dydis; 2. Su integruotu šviesolaidžiu; 3. Autoklavuojama. <i>Techniniai aprasai.pdf</i> <i>Psl. 3-4.</i>
7.	Įrangai suteikiama garantija	≥ 36 mėn.	36 mėn.
8.	Įrangos žymėjimas CE ženklu	Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas).	Pateikiamas kartu su pasiūlymu "Atitikties sertifikatai.pdf"

4 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įmonės registracijos pažymėjimo kopija	1
2.	Išrašas iš įmonės įstatų	1
3.	Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją	2
4.	Dokumentas patvirtinantis teisę atstovauti bei techniškai aptarnauti siūlomą įrangą.	2
5.	Paskutinių finansinių metų pelno - nuostolių ataskaita	2
6.	Įgaliojimo nuorašas	1
7.	Medicinos prietaisų atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos prietaisams kopijos	2
8.	Įrangos aprašymai: Techniniai aprasai.pdf	4

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Vadybininkas

Antanas Venslovas