

## **PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. P7-69 (2015)**

2015 m. lapkričio 19 d.  
Vilnius

UAB „Elsis TS“ (toliau – Pardavėjas), atstovaujama Ryšių ir automatikos departamento direktoriaus Tomo Vrubliausko, veikiančio pagal veikiančio pagal 2015-09-14 įsakymą Nr. I/TS-53/15, ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Pirkėjas), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Balio, veikiančio pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatus, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

### **1. SUTARTIES OBJEKTAS**

1.1. Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui: ultragarsinį vėjo greičio ir krypties jutiklį WMT702 (1 vnt.) (toliau – Prekė), o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekę ir už ją sumokėti.

### **2. PREKĖS KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS**

2.1. Sutarties kaina be PVM – 3100,00 Eur (*trys tūkstančiai vienas šimtas eurų nulis centų*), su PVM – 3751,00 Eur (*trys tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt vienas euras nulis centų*).

2.2. Mokėjimas atliekamas tik pasirašius Prekių priėmimo-perdavimo aktą (toliau – Priėmimo aktas) ir pateikus PVM sąskaitą-faktūrą.

2.3. Mokėtinos lėšos pervedamos į Sutartyje Pardavėjo nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų po to, kai Pardavėjas Sutartyje numatytais sąlygomis pristato Prekę, o Pirkėjas gauna visus dokumentus ir patvirtina jų tinkamumą.

2.4. Sutartyje numatyta Prekės kaina negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

### **3. PAGRINDINIAI ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI**

3.1. Pardavėjas įsipareigoja:

3.1.1. pristatyti Prekę ir su ja susijusius dokumentus Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kauno meteorologijos stočiai, adresu: Rapsų g. 5, Noreikiškių k., Ringaudų sen., LT-53367 Kauno r. sav., pagal šios Sutarties sąlygas ir nustatytus terminus;

3.1.2. atsakyti už Prekę ir apmokėti visas išlaidas iki to momento, kol Pirkėjas priima ją.

3.2. Pirkėjas įsipareigoja:

3.2.1. priimti Sutarties reikalavimus atitinkančią Prekę šioje Sutartyje nustatytais tvarka ir terminais;

3.2.2. sumokėti Pardavėjui bendrą Sutarties kainą Sutartyje nustatyta tvarka.

3.3. Šalys įsipareigoja per 5 kalendorines dienas informuoti viena kitą apie svarbių aplinkybių, kurios gali turėti įtakos šios Sutarties vykdymui, taip pat ir adresų bei banko rekvizitų, pasikeitimą.

### **4. PREKĖS PRISTATYMO TERMINAS**

4. Prekę turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos.

## **5. PREKĖS PERDAVIMO-PRIĖMIMO TVARKA**

5.1. Prekės pristatymas įforminamas pasirašant Priėmimo aktą bei pateikiant PVM sąskaitą-faktūrą. Nuo šio momento atsitiktinio Prekės žuvimo ar sugedimo rizika tenka Pirkėjui.

5.2. Pirkėjas pasirašo Prekės Priėmimo aktą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prekės pristatymo dienos. Jei Pirkėjas nepasirašo Priėmimo akto per nurodytą terminą ir nepateikia Pardavėjui trūkumų ar neatitikimų protokolo, pasirašyto Pirkėjo įgalioto asmens, laikoma, kad Prekę yra priimta.

5.3. Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo to momento, kai Pirkėjas visiškai atsiskaito už pristatytą ir priimtą Prekę.

## **6. PATVIRTINIMAS IR KOKYBĖ**

6.1. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas Prekę tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų, Prekę neįkeista, neareštuota, nėra teismo ginčo objektas, Pardavėjo teisė disponuoti Preke neatimta ir neapribota.

6.2. Pardavėjas atsako už Prekės trūkumus, jei Pirkėjas įrodo, kad jie atsirado iki Prekės perdavimo arba dėl priežasčių, atsiradusių iki Prekės perdavimo.

## **7. NENUGALIMA JĖGA**

7.1. Iškilus nenugalimos jėgos aplinkybėms, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsniu.

7.2. Jei Sutarties 7.1 punkte nurodytos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 2 mėnesius, šalys turi teisę abipusiu raštišku susitarimu nutraukti Sutartį.

## **8. ATSAKOMYBĖ**

8.1. Pardavėjas, šioje Sutartyje nustatytu laiku nepristatęs Prekės, Pirkėjui moka 0,03 % delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo bendros Sutarties vertės.

8.2. Pirkėjas, uždelsęs sumokėti už priimtą Prekę, Pardavėjui pareikalavus, moka jam 0,03 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos Prekės vertės.

## **9. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA**

9.1. Iškilus ginčui dėl Sutarties vykdymo, šalys jį sprendžia derybų būdu. Jei ginčo derybomis nepavyksta išspręsti, iškilusius nesutarimus šalys sprendžia Lietuvos Respublikos teisme.

## **10. KITOS SĄLYGOS**

10.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

10.2. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. nustatyti principai bei tikslai.

10.3. Sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

10.4. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

10.5. Prie Sutarties pridedami šie priedai ir jie yra neatskiriama Sutarties dalis:  
10.5.1. techninė specifikacija (1 priedas).

## 11. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI

### PARDAVĖJAS

UAB „Elsis TS“

Baltupio g. 14, LT-08303 Vilnius  
Įmonės kodas 226245770  
PVM mokėtojo kodas LT262457716  
AB SEB bankas  
A. s. Nr. LT127044060001794673  
Tel. (8 5) 268 8188  
Faks. (8 5) 268 8199

Ryšių ir automatikos departamento direktorius  
Tomas Vrubliauskas





A. V.

### PIRKĖJAS

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie  
Aplinkos ministerijos  
Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius  
Įstaigos kodas 290743240  
PVM mokėtojo kodas LT907432416  
AB SEB bankas  
A. s. Nr. LT 267044060000299069  
Tel. (8 5) 275 1194  
Faks. (8 5) 272 8874

Direktorius  
Saulius Balys



A. V.

## Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija

|        |                                                                                                                                                                            |                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|        | <b>Vėjo greičio ir krypties jutiklis WMT702</b>                                                                                                                            |                                                |
|        | <b>1. Vėjo greičio parametrai</b>                                                                                                                                          |                                                |
| 1.1.   | Vėjo greitis turi būti matuojamas ultragarsiniu metodu                                                                                                                     |                                                |
| 1.2.   | Vėjo greičio jutiklis turi būti greitaigis mažo pradinio jautrio. Jutiklis turi užtikrinti tiesišką vėjo greičio matavimą visame darbiniam diapazone iki 65 m/s.           |                                                |
| 1.3.   | Jutiklio tvirtinimo vamzdyje, jutiklio antgaliuose turi būti įmontuotas termostato valdomas šildymo elementas                                                              |                                                |
| 1.4.   | Jutiklis turi atitikti žemiau išvardintus reikalavimus:                                                                                                                    |                                                |
|        | Savybė                                                                                                                                                                     | Reikalavimai                                   |
| 1.4.1. | Matavimo intervalas                                                                                                                                                        | nuo 0,0 iki 65 m/s                             |
| 1.4.2. | Pradinis jautris                                                                                                                                                           | 0,2 m/s                                        |
| 1.4.3. | Tikslumas                                                                                                                                                                  | +/- 0,2 m/s                                    |
| 1.4.4. | Eksploatavimo temperatūra                                                                                                                                                  | -40...+60 °C (su vidiniu pašildymu)            |
| 1.4.5. | Maitinimo įtampa                                                                                                                                                           | 9 ... 36 VDC                                   |
| 1.4.6. | Korpusas                                                                                                                                                                   | atsparus rūdims plieno arba aliuminio lydinys  |
|        | <b>2. Vėjo krypties parametrai</b>                                                                                                                                         |                                                |
| 2.1.   | Vėjo kryptis turi būti matuojama ultragarsiniu metodu.                                                                                                                     |                                                |
| 2.2.   | Vėjo krypties jutiklis turi būti greitaigis mažo pradinio jautrio. Jutiklis turi užtikrinti tiesišką vėjo krypties matavimą visame darbiniam diapazone nuo 0 iki 360 lpsn. |                                                |
| 2.3.   | Jutiklio tvirtinimo vamzdyje, jutiklio antgaliuose turi būti įmontuotas termostato valdomas šildymo elementas.                                                             |                                                |
| 2.4.   | Jutiklis turi atitikti žemiau išvardintus reikalavimus:                                                                                                                    |                                                |
|        | Savybė                                                                                                                                                                     | Reikalavimai                                   |
| 2.4.1. | Matavimo intervalas                                                                                                                                                        | nuo 0 ...360 lpsn;                             |
| 2.4.2. | Pradinis jautris                                                                                                                                                           | 0,1 m/s;                                       |
| 2.4.3. | Tikslumas                                                                                                                                                                  | +/- 2 lpsn;                                    |
| 2.4.4. | Eksploatavimo temperatūra                                                                                                                                                  | -40...+60 °C (su vidiniu pašildymu)            |
| 2.4.5. | Maitinimo įtampa                                                                                                                                                           | 9 ... 36 VDC;                                  |
| 2.4.6. | Korpusas                                                                                                                                                                   | atsparus rūdims plieno arba aliuminio lydinys. |