

LSMUL VšĮ Kauno klinikos

PASIŪLYMAS

DĖL MODULINIO SEGMENTINIO ŠLAUNIKAULIO – KLUBO SĄNARIO ENDOPROTEZO (MODULINĖS SEGMENTINĖS SISTEMOS) PIRKIMO

2015-11-18 Nr. 15-11-18/01

(Data)

Klaipėda

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "Osteca"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Danės g. 47, LT-92108 Klaipėda
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	Įm. k. 300871049, PVM k. LT100003238211
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Marius Palijanskas
Telefono numeris	8 46 400 002
Fakso numeris	8 46 314 094
El. pašto adresas	info@osteca.lt

Patvirtiname, kad sutinkame su pirkimo sąlygomis ir, kad siūlomas endoprotezas atitinka reikalavimus, pateiktus priede „Techninė specifikacija“.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kodas	Numatom a pirkti vnt.	Vieneto kaina EUR be PVM	Vieneto kaina EUR su PVM
1.	Modulinis segmentinis šlaunikaulio – klubo sąnario endoprotezas (modulinė segmentinė sistema), reikalingas pacientei D. N., gimusiai 1976 m. „Mutars MK“ (Gamintojas:	MUTARSMK	1	6 620,00	6 951,00

Implantcast, Vokietija)				
--------------------------------	--	--	--	--

Bendra pasiūlymo kaina EUR, įskaitant PVM – 6951,00 EUR (šeši tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt vienas EUR 00 ct).

PVM (5 proc.) EUR – 331,00 EUR (trys šimtai trisdešimt vienas EUR 00 ct).

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	Pasiūlymo titulinis	2	01_Pasiūlymas.pdf
2.	Pasiūlymo techninė specifikacija (Priedas Nr. 1)	2	01_Pasiūlymas.pdf
3.	CE sertifikato kopija ir vertimas	2	02_CE Sertifikatas.pdf
4.	Produkto brošiūros	7	03_Brošiūros.pdf

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje
1.	CE sertifikato kopija ir vertimas	02_CE Sertifikatas.pdf
2.	Produkto brošiūros	03_Brošiūros.pdf

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Projektų vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pavadinimas)

(Parašas)

Marius Palijanskas

(Vardas ir pavardė)

**Modulinio segmentinio šlaunikaulio – klubo sąnario endoprotezo
(modulinės segmentinės sistemos), reikalingo pacientei D. N., gimusiai 1976 m.,
techninė specifikacija**

Eil. Nr.	Pavadinimas, reikalaujamos techninės charakteristikos		Kiekis, kompl.
1.	Individualios modulinės segmentinės šlaunikaulio – klubo sąnario endoprotezo sistemos endoprotezas	Individualios modulinės segmentinės šlaunikaulio – klubo sąnario endoprotezo sistemos endoprotezas „Mutars MK“	1
1.1	Endoprotezas pritaikytas pilnam proksimaliniam šlaunikaulio - klubo sąnario keitimui	Endoprotezas pritaikytas pilnam proksimaliniam šlaunikaulio - klubo sąnario keitimui	
1.2	Endoprotezas modulinis, sudarytas iš:	Endoprotezas modulinis, sudarytas iš:	
1.2.1	Šlaunikaulinis komponentas, pagamintas iš titano lydinio. Dydžių pasirinkimas - ne mažiau 2 ilgių proksimalinė dalis ir ne mažiau 4 ilgių šlaunikauliniai segmentai. Mechaninio tvirtinimo šlaunikaulinis stiebas ne mažiau 10 pasirenkamų storių. Šlaunikaulinio komponento atskiros detalės sutvirtinamos mechaniškai, sraigto pagalba. Būtinai ne mažiau 12 sraigto ilgių pasirinkimas.	Šlaunikaulinis komponentas, pagamintas iš titano lydinio. Dydžių pasirinkimas - 2 ilgių proksimalinė dalis ir 4 ilgių šlaunikauliniai segmentai. Mechaninio tvirtinimo šlaunikaulinis stiebas 10 pasirenkamų storių. Šlaunikaulinio komponento atskiros detalės sutvirtinamos mechaniškai, sraigto pagalba. Pateikiamas 12 sraigto ilgių pasirinkimas.	
1.2.2	Šlaunikaulio galvutė, pagaminta iš Delta keramikos arba lygiavertės medžiagos. Galvutės kaklelio ilgis pasirenkamas iš ne mažiau 3 pasirinkimo variantų.	Šlaunikaulio galvutė, pagaminta iš Delta keramikos medžiagos. Galvutės kaklelio ilgis - 3 pasirinkimo variantai.	
1.2.3	Mechaninio tvirtinimo dvigubo mobilumo gūžduobė. Gūžduobės intarpas pagamintas iš modifikuoto plastiko (angl. Crosslink UHMW-PE) su vitaminu E arba lygiavertės medžiagos. Gūžduobės intarpo vidinis	Mechaninio tvirtinimo dvigubo mobilumo gūžduobė. Gūžduobės intarpas pagamintas iš modifikuoto plastiko (angl. Crosslink UHMW-PE) su vitaminu E. Gūžduobės intarpo	

	diametras 28 arba 32 mm (pasirenkamas).	vidinis diametras 28 ir 32 mm.	
1.2.4	Anatominis vamzdelis, skirtas minkštųjų audinių prijungimui prie implanto, rekonstruojant sąnario kapsulę ir raumenų pritvirtinimą. Anatominis vamzdelis turi būti ne mažiau dviejų pasirenkamų storių (35-55 mm ribose) ir ne mažesnio kaip 300 mm ilgio. Anatominis vamzdelis pagamintas iš polietileno tereftalato arba lygiavertės medžiagos.	Anatominis vamzdelis, skirtas minkštųjų audinių prijungimui prie implanto, rekonstruojant sąnario kapsulę ir raumenų pritvirtinimą. Anatominis vamzdelis turi būti dviejų pasirenkamų storių (35 ir 55 mm) ir 300 mm ilgio. Anatominis vamzdelis pagamintas iš polietileno tereftalato medžiagos.	
1.3	Būtiną gaminio žymėjimą CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją).	Yra gaminio žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu pateikiama žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopija).	
1.4	Į endoprotezo kainą turi būti įskaičiuotos pristatymo į gydymo įstaigą išlaidos bei PVM	Į endoprotezo kainą įskaičiuotos pristatymo į gydymo įstaigą išlaidos bei PVM	

