

**PASIŪLYMAS
DĖL BIOCHEMINIO ANALIZATORIAUS PIRKIMO**

_____ 2015-11-10 Nr. _____ 173 _____

(Data)

_____ Vilnius _____

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "DIAMEDICA"
Įmonės kodas	111768155
PVM mokėtojo kodas	LT117681515
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Molėtų pl. 73, LT-14259 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Viešųjų pirkimų vadovė Valentina Sergejeva
Telefono numeris	8-5-2790080; 8-679-50237
Fakso numeris	8-5-2107286
El. pašto adresas	konkursai@diamedica.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbimeir pirkimo sąlygomis, paskelbtomis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje
- 2) kitose konkurso sąlygose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą
Mes siūlome *šias prekes* :

Medicininė įranga

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina Eur, be PVM	Kaina Eur., su PVM
1	Biocheminis analizatorius	1	Komp.	28700,00	34727,00
	Iš viso;				34727,00

Pirkimo dalies kaina su PVM **34.727,00 Eur** (trisdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt septyni eurai 00 ct.)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro **6.027,00 Eur**.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės nurodytos užpildytame 2-ame konkurso sąlygų priede - Medicininės įrangos techninėje specifikacijoje.

Biocheminio analizatoriaus techninė specifikacija

Eil.Nr.	Analizatoriaus techninių parametrų reikalavimai	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pažymint siūlomą parametą)
		<i>Atitikimas</i>
1.	Biocheminio analizatoriaus darbo vieta, kurią sudaro: biocheminis analizatorius, kompiuteris, monitorius, spausdintuvas, nepertraukiamas maitinimo šaltinis, brūkšninio kodo skaitytuvas, centrifuga.	Konelab 20 XTi
1	Analizatorius turi būti naujas, 2015 metų gamybos	Pagamintas 2015 metais
2	Analizatoriaus našumas - ne mažiau kaip 250 tyrimų per valandą ir ne mažiau kaip 180 ISE tyrimų per valandą.	Analizatoriaus našumas - iki 250 tyrimų per valandą ir iki 180 ISE tyrimų per valandą. Pasiūlymo 36 lapas
3	Analizatorius tyrimus atlieka vienkartinėse kiuvetėse. Vienu metu analizatorius talpina ne mažiau kaip 600 matavimo kiuvėčių. Kiuvetės įdedamos nepertraukiant analizatoriaus darbo.	Analizatorius tyrimus atlieka vienkartinėse kiuvetėse. Vienu metu analizatorius talpina iki 600 matavimo kiuvėčių. Kiuvetės įdedamos nepertraukiant analizatoriaus darbo. Pasiūlymo 36 lapas
4	Vandens sąnaudos iki 1 litro per valandą.	Vandens sąnaudos iki 1 litro per valandą. Pasiūlymo 37 lapas
5	Nepertraukiamas mėginių įdėjimas (nereikia sulaukti analizuojamų mėginių darbo ciklo pabaigos). Mėginiai dedami stoveliuose po ne mažiau kaip 14 mėginių.	Nepertraukiamas mėginių įdėjimas (nereikia sulaukti analizuojamų mėginių darbo ciklo pabaigos). Mėginiai dedami stoveliuose po 14 mėginių. Pasiūlymo 36 lapas
6	Vienu metu galima įdėti ne mažiau kaip 84 mėginius ir 6 skubius mėginius.	Vienu metu galima įdėti 84 mėginius ir 6 skubius mėginius. Pasiūlymo 36 lapas
7	Analizatorius vienu metu talpina ne mažiau kaip 35 reagentų buteliukus. Visos reagentų vietos šaldomos (2-8°C). Gali būti naudojami įvairios talpos reagentų buteliukai - 10 ml, 20 ml, 60 ml.	Analizatorius vienu metu talpina 35 reagentų buteliukus. Visos reagentų vietos šaldomos (2-8°C). Gali būti naudojami įvairios talpos reagentų buteliukai - 10 ml, 20 ml, 60 ml. Pasiūlymo 36 lapas
8	Turi būti galimybė vienu metu įdėti į analizatorių keletą to paties reagento buteliukų. Reagentai įdedami ar keičiami nepertraukiant analizatoriaus darbo.	Vienu metu į analizatorių galima įdėti keletą to paties reagento buteliukų. Reagentai įdedami ar keičiami nepertraukiant analizatoriaus darbo. Pasiūlymo 36 lapas
9	Mėginiai į analizatorių gali būti dedami mėginio indeliuose (0,5 ir 2 ml) bei pirminiuose mėgintuvėliuose.	Mėginiai į analizatorių gali būti dedami mėginio indeliuose (0,5 ir 2 ml) bei pirminiuose mėgintuvėliuose. Pasiūlymo 36 lapas
10	Duomenų saugojimas analizatoriaus kompiuterio atmintyje. Saugomi duomenys - tyrimų, kontrolių, kalibracijų rezultatai.	Duomenų saugojimas analizatoriaus kompiuterio atmintyje. Saugomi duomenys - tyrimų, kontrolių, kalibracijų rezultatai. Pasiūlymo 37 lapas
11	Automatinis kokybės kontrolių grafikų braižymas.	Automatinis kokybės kontrolių grafikų braižymas. Pasiūlymo 37 lapas
12	Tyrimams naudojamas nedidelis mėginio ir reagento kiekis: mėginio - 1-120 µl ribose, reagento - 2-250 µl ribose.	Tyrimams naudojamas nedidelis mėginio ir reagento kiekis: mėginio - 1-120 µl ribose, reagento - 2-250 µl ribose. Pasiūlymo 36 lapas
13	Analizatoriaus valdymo programa - lietuvių kalba.	Analizatoriaus valdymo programa - lietuvių kalba. Pasiūlymo 37 lapas

14	Analizatorius turi jungtis į įstaigoje esančią LIS dvikrypčių ryšiu.	Analizatorius turi jungtis į įstaigoje esančią LIS dvikrypčių ryšiu. Pasiūlymo 37 lapas
15	Mėginių ir reagentų brūkšniniai kodai gali būti skaitomi išoriniu ir vidiniu brūkšninio kodo skaitytuvais.	Mėginių ir reagentų brūkšniniai kodai skaitomi išoriniu ir vidiniu brūkšninio kodo skaitytuvais. Pasiūlymo 36 lapas
16	Galimybė pagal poreikį naudoti skirtingo dydžio reagentų pakuotes (atsižvelgiant į tyrimų kiekį).	Galimybė pagal poreikį naudoti skirtingo dydžio reagentų pakuotes (atsižvelgiant į tyrimų kiekį). Pasiūlymo 40-43 lapai
17	Elektrolitų tyrimams nenaudojamos vienkartinės kiuvetės bei reagentai, naudojami tik kontrolės ir kalibratoriai.	Elektrolitų tyrimams nenaudojamos vienkartinės kiuvetės bei reagentai, naudojami tik kontrolės ir kalibratoriai. Pasiūlymo 37 lapas
18	Elektrodų tarnavimo laikas: Na, K, Cl, referentinis - ne mažiau nei 2 metai	Elektrodų tarnavimo laikas: Na, K, Cl, referentinis - ne mažiau nei 2 metai
19	Analizatorius gali būti išjungiamas keletui dienų iš maitinimo tinklo (elektrodams tai neturi daryti jokios įtakos)	Analizatorius gali būti išjungiamas keletui dienų iš maitinimo tinklo
20	Visi siūlomi reagentai turi būti ženklinti CE ženklu.	Visi siūlomi reagentai ženklinti CE ženklu.
21	Analizatorius turi būti ženklintas CE ženklu ir turėti sertifikata.	Analizatorius ženklintas CE ženklu ir turi sertifikatą. Pasiūlymo 54-55 lapai
22	Garantinis terminas ne mažiau 12 mėnesių	Garantinis terminas 12 mėnesių
23	Analizatoriaus pristatymas į laboratoriją po pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo per 14 kalendorinių dienų.	Analizatoriaus pristatymas į laboratoriją po pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo per 7-14 kalendorinių dienų.
II	Kompiuteris, monitorius, klaviatūra, pelė (stacionarus kompiuteris su legalia operacine Windows sistema)	Kompiuteris, monitorius, klaviatūra, pelė (stacionarus kompiuteris su legalia operacine Windows sistema)
III	Lazerinis spausdintuvas	Atitinka
IV	Išorinis brūkšninio kodo skaitytuvas	Atitinka
V	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis privalo būti ne mažesnio galingumo nei 0.6 kW	Atitinka
VI	Centrifuga	
1	LED skaitmeninis ekranas, lietimui jautrus	LED skaitmeninis ekranas, lietimui jautrus Pasiūlymo 46 lapas
2	Ne mažiau nei 10 programų atmintis	Ne mažiau nei 10 programų atmintis Pasiūlymo 46,47 lapai
3	Galimybė atskirai nustatyti RPM ir RCF reikšmes ne didesnėmis nei 10 padalomis	Galimybė atskirai nustatyti RPM ir RCF reikšmes ne didesnėmis nei 10 padalomis Pasiūlymo 46,47 lapai
4	Laiko nustatymas 0-99 minutėmis	Laiko nustatymas 0-99 minutėmis Pasiūlymo 46,47 lapai
5	Triukšmo lygis ne didesnis nei 60 db	Triukšmo lygis mažesnis 60 db Pasiūlymo 46 lapai
6	Greitis RPM: nustatymo ribos ne siauresnės nei 500-4000 Rpm	Greitis RPM: nustatymo ribos 500-6000 Rpm Pasiūlymo 50 lapas
7	Rcf ne mažesnis nei 2200 G	Rcf 4800 G Pasiūlymo 50 lapas
8	Rotorius kampinis (autoklavuojamas) ne mažesnės talpos nei 24x15 ml mėgintuvėliams.	Rotorius kampinis (autoklavuojamas) skirtas ne mažesniems nei 24x15 ml talpos mėgintuvėliams. Pasiūlymo 50 lapas
9	Garantija ne mažiau nei 3 metai	Garantija 3 metai Pasiūlymo 45,46 lapai
10	Centrifuga turi būti sertifikuota CE ir IVD	Centrifuga sertifikuota CE ir IVD Pasiūlymo 46,56-57 lapai