

Tradintek UAB

J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, tel. nr. (8 5) 2685427, fakso nr. (8 5) 2496084, registro tvarkytojas VĮ Registrų Centras, įmonės kodas 124942182, PVM mokėtojo kodas LT249421811

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

PASIŪLYMAS MEDICINOS ĮRANGA UROLOGIJOS, NEFROLOGIJOS IR I OPERACINIO BLOKO PLĖTRAI

2015 m. lapkričio 13 d. Nr. 20151113-01
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB Tradintek
Tiekėjo adresas	J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Tomas Mickūnaitis, komercijos direktorius
Telefono numeris	(8 5) 2685427, mob. 8 698 33383
Fakso numeris	(8 5) 2496084
El. pašto adresas	tomas.mickunaitis@tradintek.com, info@tradintek.com

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šią prekę:

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas, modelis, tipas, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina EUR		PVM		Bendra kaina EUR	
				Be PVM	Su PVM	Dydis %	Suma EUR	Be PVM	Su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ultragarsinio tyrimo aparatas su davikliais Logiq S8, gamintojas GE Healthcare	vnt.	1	78140,00	94549,40	21	16409,40	78140,00	94549,40
Bendra pasiūlymo kaina 1 pirkimo daliai: devyniasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt devyni eurai ir 40 ct. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro šešiolika tūkstančių keturis šimtus devynis eurus ir 40 ct.									
Bendra pasiūlymo kaina:								78140,00	94549,40

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

1 pirkimo dalis
Ultragarsinio tyrimo aparatas su davikliais, 1 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės (dokumento pavadinimas, pasiūlymo psl. nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra).
1.	Taikymo tipas (tyrimai)	Kraujagyslių ultragarsiniai tyrimai Vidaus organų ultragarsiniai tyrimai Smulkių kūno dalių ultragarsiniai tyrimai	Kraujagyslių ultragarsiniai tyrimai Vidaus organų ultragarsiniai tyrimai Smulkių kūno dalių ultragarsiniai tyrimai Techninis aprasas.pdf - 1, 2 psl.
2.	Konstrukcija	1. Mobilus: sisteminis blokas ir monitorius integruotas transportiniame vežimėlyje, bendras svoris ne daugiau kaip 100 kg; 2. Keičiamas valdymo pulto aukštis ir pasukimo kampas; 3. Keičiamas monitoriaus aukštis ir pasukimo kampas; 4. Integruotas sensorinis sistemos valdymo ekranas; 5. Ne mažiau kaip keturios aktyvios vaizdinimo daviklių pajungimo jungtys; 6. Spalvoto vaizdo monitorius kurio įstrižainė ne mažesnė kaip 19 colių.	1. Mobilus: sisteminis blokas ir monitorius integruotas transportiniame vežimėlyje, bendras svoris 85 kg; 2. Keičiamas valdymo pulto aukštis ir pasukimo kampas; 3. Keičiamas monitoriaus aukštis ir pasukimo kampas; 4. Integruotas sensorinis sistemos valdymo ekranas; 5. Keturios aktyvios vaizdinimo daviklių pajungimo jungtys; 6. Spalvoto vaizdo monitorius kurio įstrižainė 19 colių. Techninis aprasas.pdf - 1, 2 psl.
3.	Ultragarsinio aparato maitinimo šaltinis	~220 ± 10% V, 50Hz elektros tinklas	220 - 240 V, 50 Hz Techninis aprasas.pdf - 1, 2 psl.
4.	Ultragarsinio aparato architektūra	1. Pilnai skaitmeninė, su galimybe išsaugoti visą pradinę informaciją; 2. Sistemos dinaminis diapazonas (angl. "dynamic range") ne mažesnis kaip 250 dB; 3. Skaitmeninių signalo apdorojimo kanalų ne mažiau kaip 450000.	1. Pilnai skaitmeninė, su galimybe išsaugoti visą pradinę informaciją; 2. Sistemos dinaminis diapazonas (angl. "dynamic range") 274 dB; 3. Skaitmeninių signalo apdorojimo kanalų 478045 Techninis aprasas.pdf - 4, 5, 6, 19 psl.

5.	Komplektuojami davikliai		
5.1.	Tiesinis daviklis	1. darbinis dažnių diapazonas ne blogesnis kaip nuo 3 iki 8 MHz; 2. apžiūros lauko plotis 40 ± 5 mm; 3. elementų skaičius ne mažiau 190.	1. darbinis dažnių diapazonas nuo 2 iki 8 MHz; 2. apžiūros lauko plotis 44 mm; 3. elementų skaičius 192. Techninis aprasas.pdf - 17, 21 psl.
5.2.	Tiesinis daviklis	1. darbinis dažnių diapazonas ne blogesnis kaip nuo 5 iki 15 MHz; 2. apžiūros lauko plotis 50 ± 5 mm; 3. elementų skaičius ne mažiau 800.	1. darbinis dažnių diapazonas nuo 4 iki 15 MHz; 2. apžiūros lauko plotis 50 mm; 3. elementų skaičius >1000 Techninis aprasas.pdf - 17, 21 psl.
5.3.	Konveksinis daviklis	1. darbinis dažnių diapazonas ne blogesnis kaip nuo 1 iki 5 MHz; 2. apžiūros lauko kampas ne mažesnis kaip 70°; 3. elementų skaičius ne mažiau 190.	1. darbinis dažnių diapazonas nuo 1 iki 6 MHz; 2. apžiūros lauko kampas 70°; 3. elementų skaičius 192. Techninis aprasas.pdf - 17, 21 psl.
5.4.	Mikro konveksinis daviklis	1. darbinis dažnių diapazonas ne blogesnis kaip nuo 1 iki 5 MHz; 2. apžiūros lauko kampas ne mažesnis kaip 75°; 3. elementų skaičius ne mažiau 120.	1. darbinis dažnių diapazonas nuo 1 iki 6 MHz; 2. apžiūros lauko kampas 80°; 3. elementų skaičius 128. Techninis aprasas.pdf - 17, 21 psl.
6.	Vaizdavimo režimai	1. 2D (B) režimas; 2. Audinių harmonikų vaizdavimas; 3. M režimas; 4. Impulsinis dopleris (PW); 5. Didelio impulsų pakartojimo dažnio dopleris (HPRF); 6. Spalvinis dopleris; 7. Galios spalvinis dopleris; 8. Kryptinis galios dopleris; 9. Nedoplerinis kraujotakos vaizdinimo režimas 10. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija; 11. Dupleksinis režimas; 12. Tripleksinis režimas; 13. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti; 14. Vaizdų sumavimo režimas (veikiantis su konveksiniais ir linijiniais davikliais); vaizdas sudaromas iš ne mažiau kaip 9 vaizdų, gautų skenuojant	1. 2D (B) režimas; 2. Audinių harmonikų vaizdavimas; 3. M režimas; 4. Impulsinis dopleris (PW); 5. Didelio impulsų pakartojimo dažnio dopleris (HPRF); 6. Spalvinis dopleris; 7. Galios spalvinis dopleris; 8. Kryptinis galios dopleris; 9. Nedoplerinis kraujotakos vaizdinimo režimas 10. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija; 11. Dupleksinis režimas; 12. Tripleksinis režimas; 13. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti; 14. Vaizdų sumavimo režimas (veikiantis su konveksiniais ir linijiniais davikliais); vaizdas

		skirtingais kampais.	sudaromas iš 9 vaizdų, gautų skenuojant skirtingais kampais. Techninis aprasas.pdf - 2, 6, 20, 3, 8 psl.
7.	Vaizdų išsaugojimas	1. Vaizdų sekos kilpos (angl. "cineloop") išsaugojimas; 2. Vaizdų archyvavimas kompaktiniuose (CD ir DVD) diskuose, aparato atmintyje (HDD); 3. Galimybė ekrane vaizduoti išsaugotų vaizdų ikonas kartu su vaizdu realiame laike tyrimo metu; 4. Galimybė aparato ekrane vaizduoti realaus laiko ultragarsinį vaizdą ir įrašytą pasirinktos projekcijos KT ar BMR vaizdą; 5. Aparato vidinė atmintis ne mažiau kaip 100 GB.	1. Vaizdų sekos kilpos (angl. "cineloop") išsaugojimas; 2. Vaizdų archyvavimas kompaktiniuose (CD ir DVD) diskuose, aparato atmintyje (HDD); 3. Galima ekrane vaizduoti išsaugotų vaizdų ikonas kartu su vaizdu realiame laike tyrimo metu; 4. Galima aparato ekrane vaizduoti realaus laiko ultragarsinį vaizdą ir įrašytą pasirinktos projekcijos KT ar BMR vaizdą; 5. Aparato vidinė atmintis 112 GB. Techninis aprasas.pdf - 3, 4, 23 psl.
8.	Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas	1. Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu (aparate turi būti instaliuota DICOM 3.0 programinė įranga: DICOM images and loops, DICOM structured report, DICOM worklist); 2. Galimybė priimti ir atkurti ultragarso (US), rentgeno kompiuterinės tomografijos (CT) ir branduolių magnetinio rezonanso (MR) vaizdus DICOM protokolu (angl. "DICOM retrieve"); 3. Galimybė siųsti vaizdus ir struktūrizuotus duomenis į PACS sistemą; 4. Turi būti galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į AVI ir arba MPEG ir JPEG ir/arba BMP formatus ir juos perduoti; 5. Būtinas įrenginys duomenų įrašymui į CD ir DVD tipo laikmenas. 6. Integravimas su ligoninės	1. Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu (aparate instaliuota DICOM 3.0 programinė įranga: DICOM images and loops, DICOM structured report, DICOM worklist); 2. Galima priimti ir atkurti ultragarso (US), rentgeno kompiuterinės tomografijos (CT) ir branduolių magnetinio rezonanso (MR) vaizdus DICOM protokolu (angl. "DICOM retrieve"); 3. Galima siųsti vaizdus ir struktūrizuotus duomenis į PACS sistemą; 4. Galima versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į AVI ir MPEG ir JPEG formatus ir juos perduoti; 5. Yra įrenginys duomenų įrašymui į CD ir DVD tipo laikmenas. 6. Integravimas su ligoninės informacine sistema įtrauktas į pasiūlymą.

		informacinė sistema.	Techninis aprašas.pdf - 4, 23, 2 psl.
9.	Programinė vaizdo apdorojimo ir analizės įranga	1. Automatiniam pilkosios skalės parametrų optimizavimui vieno mygtuko paspaudimu; 2. Automatiniam spektrinio doplerio parametrų optimizavimui vieno mygtuko paspaudimu; 3. Specializuotas matavimų paketas vaskuliarizacijos vertinimui; 4. Automatiniam dopleriniams skaičiavimams realiuoju laiku, PW režime.	1. Automatiniam pilkosios skalės parametrų optimizavimui vieno mygtuko paspaudimu; 2. Automatiniam spektrinio doplerio parametrų optimizavimui vieno mygtuko paspaudimu; 3. Specializuotas matavimų paketas vaskuliarizacijos vertinimui; 4. Automatiniam dopleriniams skaičiavimams realiuoju laiku, PW režime. Techninis aprašas.pdf - 6, 7, 3 psl.
10.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; Servisinė instrukcija	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; Servisinė instrukcija.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įmonės registracijos pažymėjimo kopija	1
2.	Išrašas iš įmonės įstatų	1
3.	Valstybės įmonės Registrų centro išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie UAB Tradintek	2
4.	Duomenys apie uždarnosios akcinės bendrovės akcininkus	1
5.	Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį	1
6.	Tiekėjo sąžiningumo deklaracija	1
7.	Tiekėjo deklaracija	1
8.	Įgaliojimo atstovauti įmonę nuorašas	1
9.	Dokumentai patvirtinantys teisę atstovauti siūlomų prekių gamintoją	2
10.	Gamintojo parengti siūlomų prietaisų techniniai aprašai su vertimais	51

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	Techninis aprašas. Konfidencialu	51	Techninis aprašas.pdf
2.	Kvalifikacijos dokumentai. Konfidencialu	11	Kvalifikacijos dokumentai.pdf

Komercijos direktorius

Tomas Mickūnaitis