



UAB „LOKMIS“

Uždaroji akcinė bendrovė, Visorių g. 2, LT-08300, Vilnius, Tel.: (+370 5) 2151895, Fax: (+370 5) 2151746, office@lokmis.lt, duomenys apie UAB „LOKMIS“ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, Į.k. 123011245, PVM m.k. LT230112417.

RADIACINĖS SAUGOS CENTRUI

**PASIŪLYMAS
RENTGENODIAGNOSTINIŲ APARATŲ KOKYBĖS KONTROLĖS BANDYMAMS
SKIRTOS ĮRANGOS KALIBRAVIMAS**

2015-11-18

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB „LOKMIS“
Tiekėjo adresas	Visorių g. 2, LT-08300 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Donatas Grincevičius
Telefono numeris	(+370 5) 2151895
Fakso numeris	(+370 5) 2151746
El. pašto adresas	donatas.g@lokmis.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą ir duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

3. Mes siūlome šias paslaugas:

Pirkimo dalies Nr.	Paslaugų pavadinimas	Kiekis vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM	Vieneto kaina Eur su PVM
1	Rentgenodiagnostinių aparatų kokybės kontrolės bandymams skirtos įrangos kalibravimas	1	2830,00	3424,30

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 3424,30 (Trys tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt keturi Eur 30 ct.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 594,30 Eur.

4. Pasiūlyme nurodytų paslaugų techniniai duomenys:

Reikalavimų Eil. Nr.	Paslaugai keliamas techninis reikalavimas	Tiekėjo pasiūlyme nurodytos paslaugos atitinkamas techninis rodiklis
1	Barracuda blokas su EMM-bias modulių s/n BC1-03110119 (v. 1.2) Barracuda unit BC1-03110119 with EMM-bias module (v.1.2) Kalibruojami parametrai: Srovė, įkrova (current and charge)	Barracuda blokas su vienu EMM-bias modulių s/n BC1-03110119 (v. 1.2) Kalibruojami parametrai: Srovė, įkrova (current and charge)
2	MPD detektorius s/n 03110079, v. 1.4.3 MPD detector (s/n 03110079, v. 1.4.3) Įtampos (tube voltage) kV kalibravimas 1. Rentgenografijai (bendras filtras 3mmAl; anodo medžiaga - volframas) nuo 40 kV iki 130 kV (kas 10 kv žingsniu) 2. Mamografijai (anodo/filtro medžiagos-Mo/Mo, 30 µm Mo filtras) Nuo 22 iki 40 kV (kas 2-3 kV žingsniu) Oro kermos kalibravimas (Air Kerma) 1. Rentgenografijai (bendras filtras 3mmAl; anodo medžiaga - volframas) 60, 80, 100, 120 kV 2. Mamografijai (anodo/filtro medžiagos-Mo/Mo, 30 µm Mo filtras) 25, 28, 34 kV (preliminarios reikšmės) Laiko kalibravimas (Time) 1. Rentgenografijai (bendras filtras 3mmAl; anodo medžiaga - volframas) 10, 30, 100, 1000 ms. (preliminarios reikšmės)	MPD detektorius s/n 03110079, v. 1.4.3 Kalibruojami parametrai: Įtampos (tube voltage) kV kalibravimas 1. Rentgenografijai (bendras filtras 3mmAl; anodo medžiaga - volframas) nuo 40 kV iki 130 kV (kas 10±5 kv žingsniu) 2. Mamografijai (anodo/filtro medžiagos-Mo/Mo, 30 µm Mo filtras) Nuo 22 iki 40 kV (kas 2-3 kV žingsniu) Oro kermos kalibravimas (Air Kerma) 1. Rentgenografijai (bendras filtras 3mmAl; anodo medžiaga - volframas) 80 ± 20 kV. Pagal gamintojo duomenis, matavimo viename taške pilnai užtenka šios įrangos kalibravimui. 2. Mamografijai (anodo/filtro medžiagos-Mo/Mo, 30 µm Mo filtras) 25 arba 28 arba 34 kV (preliminarios reikšmės). Pagal gamintojo duomenis, matavimo viename taške pilnai užtenka šios įrangos kalibravimui. Laiko kalibravimas (Time) Pagal gamintojo duomenis, laiko matavimas nereikalauja papildomo kalibravimo. Sistema arba veikia, arba neveikia. Gamintojo sertifikatas dėl laiko matavimo pridėtas.
3	T20B detektorius s/n DR2-11120055 v. 1 T20B probe (s/n DR2-11120055 v. 1) Kalibruojami parametrai: Oro kermos kalibravimas (Air Kerma/Kerma rate) 1. Rentgenoskopijai (bendras filtras 3mmAl; anodo medžiaga – volframas)- 70 kV; 2. Rentgenoskopijai (bendras filtras 3+20mmAl; anodo medžiaga – volframas)- 70 kV	T20B detektorius s/n DR2-11120055 v. 1 Kalibruojami parametrai: Oro kermos kalibravimas (Air Kerma/Kerma rate) 1. Rentgenoskopijai (bendras filtras 3mmAl; anodo medžiaga – volframas) - 70 kV; Pagal gamintojo duomenis, šito daviklio kalibravimas Rentgenoskopijai (bendras filtras 3+20mmAl; anodo medžiaga – volframas)- 70 kV) nereikalingas, nes šitas daviklis netinka tokiems matavimams dėl daviklio jautrumo.
5	DCT10 RS detektorius s/n 1084 DCT10 RS detector s/n 1084 Kalibruojami parametrai: Dozės ir ilgio sandauga (Kerma Length) (CTDI arba DLP, bendras filtras 2,5mmAl, 100 kv) 1) Kompiuterinės tomografijos dozės	DCT10 RS detektorius s/n 1084 Kalibruojami parametrai: Dozės ir ilgio sandauga (Kerma Length) (CTDI, bendras filtras 2,5mmAl, 100 kv) 1) Kompiuterinės tomografijos dozės indeksas

	indekso matavimams	matavimams
6	L100-L detektorius s/n 1550 L100-L detector s/n 1550 Kalibruojami parametrai: Skaistis bei aplinkos apšviestumas (Luminance and Illuminance) 1) Skaisčio bei aplinkos apšviestumo matavimams	L100-L detektorius s/n 1550 Kalibruojami parametrai: Skaistis bei aplinkos apšviestumas (Luminance and Illuminance) 1) Skaisčio bei aplinkos apšviestumo matavimams

5. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius ir puslapių Nr.
1	RC Jungtinė pažyma	2
2	Įmonės registravimo pažymėjimo kopija	1
3	Įmonės įstatų kopija	7
4	Tiekėjo sąžiningumo deklaracija	1
5	Tiekėjo deklaracija	1
6	RTI Electronics kalibravimo laboratorijos ISO/IEC 17025:2005 akreditavimo pažymėjimas	1
7	Gamintojų deklaracija dėl laiko kalibravimo	1
8	Įgaliojimas pasirašyti dokumentus	1

7. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

8. Pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

Įgaliotas laikinai eiti direktoriaus pareigas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Andrius
Budreika

(Vardas ir pavardė)