



UAB „LOKMIS“

Uždaroji akcinė bendrovė, Visorių g. 2, LT-08300, Vilnius, Tel.: (+370 5) 2151895, Fax: (+370 5) 2151746,
office@lokmis.lt, duomenys apie UAB „LOKMIS“ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, Į.k.
123011245, PVM m.k. LT230112417.

Radiacinės saugos centrui

PASIŪLYMAS

NEŠIOJAMIEJI RADIONUKLIDŲ IDENTIFIKATORIAI - DOZĖS GALIOS MATUOKLIAI

2015-10-16

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB „LOKMIS“
Tiekėjo adresas	Visorių g. 2, LT-08300 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Darius Nislaitis
Telefono numeris	(+370 5) 2151895
Fakso numeris	(+370 5) 2151746
El. pašto adresas	office@lokmis.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą ir duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

3. Mes siūlome šią prekę:

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM	Vieneto kaina Eur su PVM
1	Nešiojamasis radionuklidų identifikatorius – dozės galios matuoklis Thermo Scientific RIIDEYE X-G	5	10740,00	12995,40

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 64977,00 Eur (Šešiasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 00 centų).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 11277,00 Eur.

4. Pasiūlyme nurodytos prekės techniniai duomenys:

Reikalavimo Eil. Nr.	Prekei keliamas techninis reikalavimas	Tiekėjo pasiūlyme nurodytos paslaugos atitinkamas techninis rodiklis
1.	Gama radionuklidų identifikavimas, spektro analizė, gama dozės galios matavimas, jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio lokalizacija (vietos nustatymas)	Gama radionuklidų identifikavimas, spektro analizė, gama dozės galios matavimas, jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio lokalizacija (vietos nustatymas).
2.	Scintiliacinis detektorius: integruotas NaI(Tl) kristalo matmenys nemažesni kaip 2"×2" ar kitas detektorius	Scintiliacinis detektorius: integruotas NaI(Tl) kristalo matmenys 2"×2".
3.	10 nSv/h ÷ 0,1 mSv/h	10 nSv/h ÷ 0,1 mSv/h
4.	20 keV ÷ 3 MeV	20 keV ÷ 3 MeV
5.	Ne mažiau 1024 kanalų	Spektro kaupimas – 16384 kanalų
6.	Automatinė su K-40, esančiu aplinkoje	Automatinė su K-40, esančiu matuoklio konstrukcijoje ir aplinkoje
7.	Konfigūruojama radionuklidų biblioteka. Radionuklidai: pramonės, medicinos paskirties, gamtinės kilmės radionuklidai (NORM), branduolinės medžiagos (Pu, U-233, U-235, Np-237) ir naudotojo sukurta radionuklidų biblioteka	Konfigūruojama radionuklidų biblioteka. Radionuklidai: pramonės, medicinos paskirties, gamtinės kilmės radionuklidai (NORM), branduolinės medžiagos (Pu, U-233, U-235, Np-237). Gali būti sukurta naudotojo radionuklidų biblioteka.
8.	Specialus algoritmas surinkto spektro analizei, patikimai identifikuojant branduolines medžiagas (Pu, U-233, U-235, Np-237)	Specialus algoritmas "SNM assist" surinkto spektro analizei, patikimai identifikuojant branduolines medžiagas (Pu, U-233, U-235, Np-237)
9.	Išsaugomi spektrai su GPS duomenimis. Atliekant jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio lokalizaciją duomenis susieti su GPS duomenimis. Atsarginė išimama atminties kortelė.	Išsaugomi spektrai su GPS duomenimis. Atliekant jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio lokalizaciją duomenis susieti su GPS duomenimis. Atsarginė išimama atminties kortelė.
10.	Ne mažiau nei 1300 cps/μSv/h (Cs-137)	Ne mažiau nei 1300 cps/μSv/h (Cs-137)
11.	Galimybė nustatyti dozės verčių slenkstinius dydžius, kuriuos viršijus suveikia garsinė (taip pat su standartinėmis ausinėmis), vibracinė ir ekrane matoma signalizacija	Galimybė nustatyti dozės verčių slenkstinius dydžius, kuriuos viršijus suveikia garsinė (taip pat su standartinėmis ausinėmis), vibracinė ir ekrane matoma signalizacija
12.	Matavimo duomenų atvaizdavimas: Ekrane	Matavimo duomenų atvaizdavimas: Ekrane
13.	Spalvotas LCD ekranas, apšviečiamas LED.	Spalvotas LCD ekranas, apšviečiamas LED.

14.	-20 °C iki +50 °C, kai santykinis oro drėgnumas yra nuo 10 iki 95 %	-20 °C iki +50 °C, kai santykinis oro drėgnumas yra nuo 10 iki 95 %, be kondensacijos
15.	Valdomas viena ranka, dirbant su apsauginėmis pirštinėmis (klavišai patogiai išdėstyti ir reaguoja dirbant su apsauginėmis pirštinėmis).	Valdomas viena ranka, dirbant su apsauginėmis pirštinėmis (klavišai patogiai išdėstyti ir reaguoja dirbant su apsauginėmis pirštinėmis).
16.	Ne mažesnė kaip IP 65	IP 65
17.	Atsparus kritimui iš ne mažesnio kaip 1 m aukščio ant betoninio paviršiaus.	Atsparus kritimui iš 1 m aukščio ant betoninio paviršiaus.
18.	Ne didesnis kaip 3 kg	<3 kg
19.	Nešiojamasis radionuklidų identifikatorius-dozės galios matuoklis, komplektas atsarginių pakraunamų maitinimo elementų, galimybė pakrauti maitinimo elementus, neišėmus jų iš prietaiso. Matavimo duomenų apdorojimo programinė įranga, 1 vnt. Audio ausinių. Transportavimo lagaminas.	Nešiojamasis radionuklidų identifikatorius-dozės galios matuoklis RIIDEYE X-G; komplektas atsarginių pakraunamų maitinimo elementų; AC adapteris, leidžiantis pakrauti maitinimo elementus, neišėmus jų iš prietaiso; Matavimo duomenų apdorojimo programinė įranga RIIDView, 1 vnt; Audio ausinės; Transportavimo lagaminas.
20.	Matuoklio vidinėje atmintyje išsaugotų duomenų perdavimas į PC, naudojant USB ryšį	Matuoklio vidinėje atmintyje išsaugotų duomenų perdavimas į PC, naudojant USB adapteri
21.	Kartu su preke turi būti pateiktas gamintojo atlikto kalibravimo arba atestavimo pažymėjimas.	Kartu su preke bus pateiktas gamintojo atlikto kalibravimo arba atestavimo dokumentas.
22.	Atitikti CE standartus, IEC 62327:2006	Atitinka CE standartus, IEC 62327:2006
23.	Lengvai deaktyvuojamas	Lengvai deaktyvuojamas
24.	Dokumentai ir naudojimo instrukcija: 1 vnt.	Dokumentai ir naudojimo instrukcija: 1 vnt.
25.	Matuoklio pagaminimo data: ne ankstesnė kaip 2015 metai	Matuoklio pagaminimo data: ne ankstesnė kaip 2015 metai
26.	Garantinė priežiūra: laikotarpis, ne trumpesnis kaip 1 metai nuo prekės pristatymo datos	Garantinė priežiūra: 1 metai nuo prekės pristatymo datos
27.	Pristatymo data: Ne vėliau nei 2015-12-01	Pristatymo data: Ne vėliau nei 2015-12-01, jeigu sutartis bus pasirašyta iki 2015m. spalio 30 d.

5. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius ir puslapių Nr.
1.	RC jungtinė pažyma	2
2.	Tiekėjo deklaracija	1
3.	Lokmis registravimo pažymejimas	1
4.	Pelno nuostoliu ataskaita 2014	1
5.	Pelno nuostoliu ataskaita 2013	1
6.	Pelno nuostoliu ataskaita 2012	1
7.	RIIDEyeX aprašymas	4
8.	Gamintojo raštas	3

7. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

8. Pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

UAB "LOKMIS" direktorius



Janas Bumbulis