



Pirkimo sąlygų
1 priedas

UAB Mokslinis-Techninis Susivienijimas "Novatex"

Uždaroji Akcinė Bendrovė Mokslinis-Techninis Susivienijimas "Novatex" Laisvės pr. 117A-37, LT-06118, Vilnius;
Telefono numeris +370 5 2737292; Fakso numeris: +370 5 2737296; El. pašto adresas: info@novatex.lt; Reg.
tvarkytojas: VĮ Registrų centras, Vilniaus filialas; Įmonės kodas: 120375749; PVM kodas: LT203757414;

Radiacinės saugos centrui

PASIŪLYMAS

NEŠIOJAMAS ŠVARAUS GERMANIO GAMA SPEKTROMETRAS – RADIONUKLIDŲ IDENTIFIKATORIUS

2015-05-06

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB Mokslinis-Techninis Susivienijimas "Novatex"
Tiekėjo adresas	Laisvės pr. 117A-37, LT-06118, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Edvinas Brilius
Telefono numeris	+370 5 2737292
Fakso numeris	+370 5 2737296
El. pašto adresas	ebrilius@novatex.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą ir duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

3. Mes siūlome šią prekę:

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM	Vieneto kaina Eur su PVM
1	Nešiojamas švaraus germanio gama spektrometras – radionuklidų identifikatorius	1	83754,00	101342,34

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 101 342,34 Eur.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 17 588,34 Eur.

4. Pasiūlyme nurodytos prekės techniniai duomenys:

Reikalavimo Eil. Nr.	Prekei keliamas techninis reikalavimas (nurodyti šių pirkimo sąlygų 3 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje)	Tiekėjo pasiūlyme nurodytos paslaugos atitinkamas techninis rodiklis
1	Radionuklidų identifikavimas lauko sąlygomis, gama spektrometriniai matavimai įvykio vietoje	Radionuklidų identifikavimas lauko sąlygomis, gama spektrometriniai matavimai įvykio vietoje – Canberra Falcon-5000
2	Plataus energijų intervalo detektorius su švaraus germanio kristalu	Plataus energijų intervalo detektorius su švaraus germanio kristalu
3	Gamyklinis detektoriaus charakterizavimas (erdvinių efektyvumo charakteristikų aprašymas) efektyvumo matematiniam kalibravimui, naudojant matematinio efektyvumo apskaičiavimo programą.	Taip ISXCLF5000 SOCS FALCON 5000 gamyklinis charakterizavimas (erdvinių efektyvumo charakteristikų aprašymas) efektyvumo matematiniam kalibravimui, naudojant matematinio efektyvumo apskaičiavimo programą.
4	20 keV - 3 MeV	20 keV - 3 MeV
5	Piko plotis pusei maksimumo ne didesnis kaip 1,0 keV energijai 122 keV ir ne didesnis kaip 2,0 keV energijai 1332 keV.	Piko plotis pusei maksimumo ne didesnis kaip 1,0 keV energijai 122 keV ir ne didesnis kaip 2,0 keV energijai 1332 keV.
6	Nemažesnis už 18%	Daugiau nei 18%
7	Elektrinė šaldymo sistema, veikianti nuo standartinių vidinių akumuliatorinių baterijų. Detektoriaus atšalimo laikas ne daugiau kaip 4 val. 25°C temperatūroje.	Elektrinė šaldymo sistema, veikianti nuo standartinių vidinių akumuliatorinių baterijų. Detektoriaus atšalimo laikas 3-4 val. 25°C temperatūroje.
	Į komplektą turėtų įeiti 2 akumuliatorinės baterijos.	2 akumuliatorinės baterijos (F5000INTBAT LI-ION BATTERY FOR FALCON)
	Galimybė maitinti spektrometrą iš 230 V kintamos srovės elektros tinklo ir automobilinio tinklo.	Taip
	Galimybė krauti vidines akumuliatorines baterijas iš 230 V kintamos srovės elektros tinklo, jų neišėmus.	Taip
	Viena atsarginė akumuliatorinė baterija	Bus pristatoma kartu su viena atsargine baterija (F5000INTBAT SPARE LI-ION BATTERY FOR FALCON)
	Akumuliatorinės baterijos pakrovimas iš 230 V kintamos srovės tinklo ir automobilinio tinklo	Bus pristatomi du pakrovėjai, vienas skirtas krauti iš 230V kintamos srovės tinklo, kitas iš automobilinio tinklo. F5000ACBATCHARG 100-240V AC Charger + F5000DCBATCHARG 12V DC Charger
8	Kolimatorius iš volframo	Volframo kolimatorius
9	GPS integruotas į spektrometrą ir jo išmatuotos koordinatės integruotos į spektrinį failą	GPS integruotas į spektrometrą ir jo išmatuotos koordinatės integruotos į spektrinį failą
10	Ne mažiau kaip 8192 kanalų, Bevielio ryšio galimybė tarp spektrometro ir kompiuterio Wi-Fi 802.11g Laidinis ryšys – RJ-45 (Ethernet kabelis) Automatinis aukštos įtampos išjungimas, esant neatšaldytam detektoriumi	Skaitmeninis spektrų analizatorius 8192 kanalų Bevielio ryšio galimybė tarp spektrometro ir kompiuterio Wi-Fi 802.11g Laidinis ryšys – RJ-45 (Ethernet kabelis) Automatinis aukštos įtampos išjungimas, esant neatšaldytam detektoriumi
	Nemažiau 6 valandų nepertraukiamo darbo su pilnu akumuliatorinių baterijų	8 valandos nepertraukiamo darbo su pilnu akumuliatorinių baterijų komplektu

	komplektu	
11	Procesorius Intel Core i5 RAM: 8GB SSD diskas ne mažiau 128 GB Lietimui jautrus ekranas Ekranas ne mažiau 10,3 colio Ryškumas ne mažiau 1200 cd/m2 Jungtys: USB 3.0 (ne mažiau kaip 2); RJ-45 Ethernet Baterijos darbo laikas ne mažiau kaip 8 valandos; Kompiuterio temperatūrinis diapazonas turi atitikti spektrometro darbo temperatūriniam diapazonui; LAN: 10/100/1000 Gigabit Ethernet Bevielės ryšys atitinkantis spektrų analizatoriaus charakteristikas Bluetooth: 4.0 Svoris ne didesnis kaip 2.7 kg Adapteris-pakrovėjas darbui iš automobilinio tinklo	Kompiuteris XPLORE XC6 DMSR Procesorius Intel Core i5-4300U RAM: 8GB SSD diskas 128 GB Lietimui jautrus ekranas Ekranas ne mažiau 10,4 colio Ryškumas: 1200 cd/m2 Jungtys: dvi USB 3.0 ; RJ-45 Ethernet Baterijos darbo laikas 8,5 valandos; Kompiuterio temperatūrinis diapazonas nuo -34°C iki +60°C; LAN: 10/100/1000 Gigabit Ethernet Bevielės ryšys atitinkantis spektrų analizatoriaus charakteristikas: 802.11g Bluetooth: 4.0 Svoris: 2.4 kg Adapteris-pakrovėjas darbui iš automobilinio tinklo
12	Spektrų analizės programa Matavimo geometrijų redaktorius Efektyvumo matematinio kalibravimo programa: 3D vizualizacija - Matuojamo objekto dydis - nuo taškinio iki 500 metrų dydžio - nemažiau 20 matavimo geometrijų šablonų	Spektrų analizės programa GENIE 2000, kurioje integruotos šios funkcijos: Matavimo geometrijų redaktorius Efektyvumo matematinio kalibravimo programa: 3D vizualizacija - Matuojamo objekto dydis - nuo taškinio iki 500 metrų dydžio nemažiau 20 matavimo geometrijų šablonų
13	Temperatūra: -20°C - +50°C Santykinė drėgmė: iki 90% prie 35°C be kondensacijos	Temperatūra: -20°C - +50°C Santykinė drėgmė: iki 90% prie 35°C be kondensacijos
14	Nė ankstesnė kaip 2015 metai	Nė ankstesnė kaip 2015 metai
15	Dokumentai ir naudojimo instrukcija (1 vnt.)	Bus pristatoma naudojimo instrukcija ir kiti dokumentai (1 vnt.)
16	Instaliuoti, paruošti darbui ir apmokyti 2 darbuotojus	Prietaisas bus instaliuojamas, paruošiami darbui ir apmokyti 2 darbuotojai
17	Laikotarpis, ne trumpesnis kaip 1 metai nuo prekės pristatymo datos	12 mėn.

5. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius ir puslapių Nr.
1.	101_Jungtine Registru centro pazyma.pdf	2 psl.
2.	102_tiekejo_dekl.pdf	1 psl.
3.	103_VMI.pdf	1 psl.
4.	104_SODRA.pdf	1 psl.
5.	105_Istatai.pdf	7 psl.

6.	106_Registracijos_pazymejimas.pdf	1 psl.
7.	107_pelnas_nuostoliai_2012.pdf	1 psl.
8.	108_pelnas_nuostoliai_2013	1 psl.
9.	109_Pelnas_nuostoliai_2014.pdf	1 psl.

7. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

8. Pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

Generalinė direktorė
(tiekejo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



Zinaida Tamaševičienė
(vardas ir pavardė)

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.