



UAB Mokslinis-Techninis Susivienijimas "Novatex"

Uždaroji Akcinė Bendrovė Mokslinis-Techninis Susivienijimas "Novatex" Laisvės pr. 117A-37, LT-06118, Vilnius; Telefono numeris +370 5 2737292; Fakso numeris: +370 5 2737296; El. pašto adresas: info@novatex.lt; Reg. tvarkytojas: VĮ Registrų centras, Vilniaus filialas; Įmonės kodas: 120375749; PVM kodas: LT203757414

Radiacinės saugos centrui

PASIŪLYMAS

**NEŠIOJAMASIS RADIONUKLIDŲ IDENTIFIKATORIUS - DOZĖS GALIOS
MATUOKLIS SU NEUTRONŲ MATAVIMO FUNKCIJA (APTIKIMO ĮRANGA)**

2015-06-10

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB Mokslinis-Techninis Susivienijimas "Novatex"
Tiekėjo adresas	Laisvės pr. 117A-37, LT-06118, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Evgeny Smirnov
Telefono numeris	+370 5 2737292
Fakso numeris	+370 5 2737296
El. pašto adresas	evgeny@novatex.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą ir duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

3. Mes siūlome šią prekę:

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM	Vieneto kaina Eur su PVM
1	Nešiojamas radionuklidų identifikatorius – dozės galios matuoklis su neutronų matavimo funkcija (aptikimo įranga)	1	3570,00	4319,70

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 4319,70 Eur.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 749,70 Eur.

4. Pasiūlyme nurodytos prekės techniniai duomenys:

Reikalavimų Eil. Nr.	Prekei keliamas techninis reikalavimas (nurodyti šių pirkimo sąlygų 3 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje)	Tiekėjo pasiūlyme nurodytos paslaugos atitinkamas techninis rodiklis
1.	Gama radionuklidų identifikavimas, gama dozės galios matavimas, neutronų srauto intensyvumo matavimas	Gama radionuklidų identifikavimas, gama dozės galios matavimas, neutronų srauto intensyvumo matavimas
2.	Scintiliacinis detektorius: NaI(Tl), CsI(Tl), CZT (CdZnTe) ar kt. Detektorius, integruotas į matuoklį	CsI(Tl) Detektorius, integruotas į matuoklį
3.	Geigerio – Miulero ar kt., integruotas į matuoklį	Scintiliacinis detektorius CsI(Tl), integruotas į matuoklį
4.	Li ₆ I(Eu) (3He) ar kt., integruotas į matuoklį	Li ₆ I(Eu) integruotas į matuoklį
5.	0,01 μSv/val. ÷ 0,1 mSv/h	0,01 μSv/val. ÷ 0,13 mSv/h
6.	60 keV ÷ 3 MeV	33 keV ÷ 3.0 MeV
7.	Nuo šiluminių neutronų iki 14,0 MeV	Nuo šiluminių neutronų iki 14,0 MeV
8.	(0,01-999) s ⁻¹	(0,01-999) s ⁻¹
9.	Ne mažesnis kaip 100 imp./s / (μSv/val.) 662 keV gama spinduliuotės energijai Ne mažesnis kaip 250 imp./s / (μSv/val.) 60 keV gama spinduliuotės energijai	100 imp./s / (μSv/val.) 662 keV gama spinduliuotės energijai 250 imp./s / (μSv/val.) 60 keV gama spinduliuotės energijai
10.	≤ ±30% (Cs-137)	±30% (Cs-137)
11.	Ne mažesnis kaip 10 spektrų	Iki 100 spektrų
12.	<0,5 s	0,25 s
13.	Galimybė nustatyti ne mažiau 2 dozės galios ir 2 dozės verčių slenkstinius dydžius, kuriuos viršijus turi suveikti matoma, girdima ir vibracinė signalizacija	2 dozės galios ir 2 dozės verčių slenkstiniai dydžiai, kuriuos viršijus suveikia matoma, girdima ir vibracinė signalizacija
14.	Ekrane	Ekrane
15.	YRA	Yra ekrano apšvietimas
16.	YRA	Yra signalizavimas apie maitinimo elementų išsikrovimą
17.	-20 °C iki +50 °C, kai santykinis oro drėgnumas yra nuo 10 iki 95 %	-20 °C iki +50 °C, kai santykinis oro drėgnumas yra nuo 10 iki 95 %
18.	Ne mažesnė kaip IP 63	IP 65
19.	Atsparus kritimui iš ne mažesnio kaip 1 m aukščio ant betoninio paviršiaus	Atsparus kritimui iš ne daugiau kaip 1,5 m aukščio ant betoninio paviršiaus
20.	Ne didesnis kaip 600 g	380 g
21.	dozės galios matuoklis, komplektas atsarginių pakraunamų maitinimo elementų, galimybė pakrauti maitinimo elementus, neišėmus jų iš prietaiso.	dozės galios matuoklis, komplektas atsarginių pakraunamų maitinimo elementų, galimybė pakrauti maitinimo elementus, neišėmus jų iš prietaiso.

	programinė įranga, 1 vnt.	įranga, 1 vnt.
22.	Matuoklio vidinėje atmintyje išsaugotų duomenų perdavimas į PC, naudojant USB ryšį	Matuoklio vidinėje atmintyje išsaugotų duomenų perdavimas į PC, naudojant USB ryšį
23.	Kartu su preke turi būti pateiktas gamintojo atlikto kalibravimo arba atestavimo pažymėjimas.	Kartu su preke bus pateiktas gamintojo atlikto kalibravimo pažymėjimas.
24.	1 vnt.	1 vnt.
25.	Nė ankstesnė kaip 2015 metai	2015 metai
26.	Laikotarpis, ne trumpesnis kaip 2 metai nuo prekės pristatymo datos	2 metai nuo prekės pristatymo datos

5. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius ir puslapių Nr.
1.	IRD pažyma	1
2.	Registrų centro pažyma	1
3.	Tiekėjo deklaracija	1
4.	VMI pažyma	1
5.	VSD pažyma	1
6.	Registravimo pažymėjimas	1
7.	Įmonės įstatai	7
8.	Pelno (nuostolio) ataskaita 2012 metai	1
9.	Pelno (nuostolio) ataskaita 2013 metai	1
10.	Pelno (nuostolio) ataskaita 2014 metai	1
11.	Prospektas anglų kalba	2
12.	Prospektas lietuvių kalba	2

7. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

8. Pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

Generalinė Direktorė
(tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



Dr. Zinaida Tamaševičienė
(vardas ir pavardė)