

Olympus Sverige Aktiebolag, bendrovė įsteigta ir veikianti pagal Švedijos teisę
Duomenys kaupiami ir saugomi Švedijos įmonių registracijos biure
Registruota buveinė adresu p/d 1816, 171 23 Solna, Švedija, registracijos kodas 556189-2794,
Mokesčio mokėtojo identifikacinis kodas 9000273809
PVM mokėtojo kodas LT100009813015
Tel.: (5) 2330021, Faks.: (5) 2395468,

Nacionaliniam vėžio institutui

PASIŪLYMAS

DĖL VAIZDO ENDOSKOPINĖS SISTEMOS PIRKIMO

2016 01 26 Nr. 16/01-26

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	Olympus Sverige Aktiebolag (Lietuvoje veikianti per filialą „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“) ¹
Tiekėjo adresas	P/d 1816, 171 23 Solna, Švedija
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Egidijus Gadeikis, med. įrangos pardavimų vadovas
Telefono numeris	8 5 2330021
Fakso numeris	8 5 2395468
El. pašto adresas	Egidijus.gadeikis@olympus.lt
Rekvizitai sutarčiai sudaryti: sutartį pasirašysiančio asmens vardas, pavardė, pareigos, banko pavadinimas, sąskaitos Nr.	Įgaliotas atstovas Andrius Simonaitis AB SEB bankas Nr. LT077044060008063000

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Vykdam sutartį, pasitelksime šiuos paslaugų subteikėjus:

Subteikėjo pavadinimas	Rekvizitai	Tiekiamos prekės

Subteikėjų ir subteikėjų nurodymas nekeičia mūsų, kaip pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.

¹ Pastaba. Atsižvelgiant į tai, kad Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvoje veikia per filialą, šis pasiūlymas Olympus Sverige Aktiebolag vardu teikiamas per struktūrinio tiekėjo padalinio „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“ CVP IS paskyrą.

Mes siūlome šią prekę, kuri visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas /modelis	Gamintojas /šalis	Charakteristika	Mat. vnt.	Kiekis	Mat. vnt. kaina (Eur su 21 % PVM)	Suma (Eur su 21 % PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Vaizdo endoskopinė sistema	EVIS EXERA III	Olympus	Žiūrėti lentelę Nr.1 VAIZDO ENDOSKOPINĖS SISTEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA	Kompl.	1	39909,85	39909,85
Iš viso:								39909,85

Bendra pasiūlymo kaina su PVM –39909,85 EUR (Trisdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyni EUR, 85 ct.).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 6926,50 Eur.

Lentelė Nr.1

VAIZDO ENDOSKOPINĖS SISTEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Pavadinimas	Būtinai	Kiekis	Atitikimas Failas "Bukletai"
1.	Vaizdo endoskopinė sistema, kurią sudaro:		1 Kompl.	EVIS EXERA III, Olympus
1.1.	Vaizdo centras	1. Vaizdo sistemos centras yra skirtas naudoti su: 1.1. Lanksčiais vaizdo endoskopais (vaizdo endoskopais ir t.t.); 1.2. Chirurginiais vaizdo endoskopais (vaizdo kameros galva, standus vaizdoskopas ir t.t.); 1.3. Suderinamas su NVI turimais vaizdo endoskopais GIF-H190, CF-Q165L. 2. Signalų išvestys su standartinės raiškos (SDTV) ir didelės raiškos (HDTV) formatais: 2.1. Analoginio SDTV signalo išvestys: RGB, Y/C, kompozitinis; 2.2. Analoginio HDTV signalo išvestys: RGB(1080/50i);	1 vnt.	CV-190 1. Vaizdo sistemos centras yra skirtas naudoti su: Psl. 2,3 1.1. Lanksčiais vaizdo endoskopais (vaizdo endoskopais ir t.t.); Psl. 6,8 1.2. Chirurginiais vaizdo endoskopais (vaizdo kameros galva, standus vaizdoskopas ir t.t.); Psl. 6,9 1.3. Suderinamas su NVI turimais vaizdo endoskopais GIF-H190, CF-Q165L. Psl. 6 2. Signalų išvestys su standartinės raiškos (SDTV) ir didelės raiškos (HDTV) formatais: 2.1. Analoginio SDTV signalo išvestys: RGB, Y/C, kompozitinis; Psl. 10

	YPbPr(1080/50i). 2.3. Skaitmeninio signalo išvestys: SD-SDI, HD-SDI, DVI(WUXGA, 1080p), DV (IEEE 1394); 2.4. Vaizdo santykio pasirinkimas: 16:10, 16:9, 5:4, 4:3. 3. Stebėjimas specialiu apšvietimu: optinio ir skaitmeninio stebėjimo režimas, naudojant siauros spektro juostos šviesą. 4. Išorinės įrangos vaizdas ir endoskopinis vaizdas rodomi tame pačiame monitoriuje tuo pačiu metu funkcija: vaizdas vaizde (PIP)/ vaizdas ne vaizde (POP). 5. Elektroninis stebimo vaizdo mastelio keitimas: x 1,0, x 1,2 ir x 1,5 karto. 6. Išankstiniai jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti ne mažiau kaip: 6.1. 4 endoskopo mygtukus, kiekvienam iš jų priskiriant norimą valdymo funkciją (išsirenkant iš vartotojo meniu pateikto sąrašo, ne mažiau kaip 20 funkcijų); 6.2. 2 vaizdo centro valdymo panelio mygtukus, kiekvienam iš jų priskiriant norimą valdymo funkciją (išsirenkant iš vartotojo meniu pateikto sąrašo, ne mažiau kaip 20 funkcijų); 6.3. 4 klaviatūros mygtukus, kiekvienam iš jų priskiriant norimą valdymo funkciją (išsirenkant iš vartotojo meniu pateikto sąrašo, ne mažiau kaip 20 funkcijų). 7. Automatinis stiprinimo valdymas (AGC). 8. Vaizdo pagerinimo funkcija: 8.1. Briaunų išdidinimo funkcija (Edge enhancement); 8.2. Struktūros smulkesnių detalių išdidinimas (Structure Enhancement). 9. Diafragmos (IRIS) režimas: 9.1. Automatinis; 9.2. Maksimalus; 9.3. Vidutinis. 10. Paciento duomenų įvedimas: ne mažiau 40 pacientų duomenų 11. Meniu: Lietuvių kalba. 12. Vaizdo dydžio ekrane keitimas: ≥ 2 dydžiai.	2.2. Analoginio HDTV signalo išvestys: RGB(1080/50i); YPbPr(1080/50i). Psl. 10 2.3. Skaitmeninio signalo išvestys: SD-SDI, HD-SDI, DVI(WUXGA, 1080p), DV (IEEE 1394); Psl. 10 2.4. Vaizdo santykio pasirinkimas: 16:10, 16:9, 5:4, 4:3. Psl. 11 3. Stebėjimas specialiu apšvietimu: optinio ir skaitmeninio stebėjimo režimas, naudojant siauros spektro juostos šviesą. Psl. 12 4. Išorinės įrangos vaizdas ir endoskopinis vaizdas rodomi tame pačiame monitoriuje tuo pačiu metu funkcija: vaizdas vaizde (PIP)/ vaizdas ne vaizde (POP). Psl. 13-17 5. Elektroninis stebimo vaizdo mastelio keitimas: x 1,0, x 1,2 ir x 1,5 karto. Psl. 18 6. Išankstiniai jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti : 6.1. 5 endoskopo mygtukus, kiekvienam iš jų priskiriant norimą valdymo funkciją (išsirenkant iš vartotojo meniu pateikto sąrašo, 58 funkcijų); Psl. 19,22-25 6.2. 2 vaizdo centro valdymo panelio mygtukus, kiekvienam iš jų priskiriant norimą valdymo funkciją (išsirenkant iš vartotojo meniu pateikto sąrašo, 58 funkcijų); Psl.20,22-25 6.3. 4 klaviatūros mygtukus, kiekvienam iš jų priskiriant norimą valdymo funkciją (išsirenkant iš vartotojo meniu pateikto sąrašo, 58 funkcijų). Psl.21,22-25 7. Automatinis stiprinimo valdymas (AGC). Psl. 26 8. Vaizdo pagerinimo funkcija: 8.1. Briaunų išdidinimo funkcija (Edge enhancement); Psl. 28 8.2. Struktūros smulkesnių detalių išdidinimas (Structure Enhancement). Psl. 28 9. Diafragmos (IRIS) režimas: 9.1. Automatinis; Psl. 29 9.2. Maksimalus; Psl. 29 9.3. Vidutinis. Psl. 29 10. Paciento duomenų įvedimas: 50 pacientų duomenų ,Psl. 34 11. Meniu: Lietuvių kalba. Psl. 31 12. Vaizdo dydžio ekrane keitimas: 2
--	---	---

		13. Vaizdų išsaugojimo atmintis: 13.1. Vidinis buferis, ne mažiau 300 vaizdų; 13.2. Nešiojamas atminties įtaisas, ne mažiau 600 vaizdų; 13.3. Įrašymo formatai TIFF, JPEG.		dydžiai. Psl. 32 13. Vaizdų išsaugojimo atmintis: 13.1. Vidinis buferis 320 vaizdų; Psl. 33 13.2. Nešiojamas atminties įtaisas, 600 vaizdų; Psl. 33 13.3. Įrašymo formatai TIFF, JPEG. Psl. 34
1.2.	<i>Šviesos šaltinis</i>	1. Tyrimų lempa ksenoninė: $\geq 300\text{W}$ galingumo. 2. Specialius integruotas optinis filtras– siauros juostos vaizdo gavimui. 3. Su integruota oro pompa, oro srauto reguliavimas: ≥ 4 pakopų.	1 vnt.	CLV-190 1. Tyrimų lempa ksenoninė: 300W galingumo. Psl. 36,37 2. Specialius integruotas optinis filtras– siauros juostos vaizdo gavimui. Psl. 36,37 3. Su integruota oro pompa, oro srauto reguliavimas: 4 pakopų. Psl. 36,37
1.3.	<i>Vaizdo kolonoskopas</i>	1. Apžiūros laukas ne mažiau 140° . 2. Regėjimo nuotolis ne blogiau 3-100 mm. 3. Lenkimo kampai: 3.1. Aukštyn/žemyn ne mažiau $180^\circ/180^\circ$; 3.2. Kairėn/dešinėn ne mažiau $160^\circ/160^\circ$. 4. Distalinės lankstomosios dalies išorinis diametras ne daugiau 12,8 mm. 5. Įvedamosios dalies išorinis diametras ne daugiau 12,8 mm. 6. Instrumento kanalo vidinis skersmuo ne mažiau 3,7 mm. 7. Darbinis ilgis (įvedamosios dalies) ne mažiau 1680 mm. 8. Valdymo mygtukų skaičius ne mažiau 4. 9. Būtinai papildomas vandens padavimo kanalas.	1 vnt.	CF-Q165L 1. Apžiūros laukas 140° . Psl. 39,40 2. Regėjimo nuotolis ne blogiau 3-100 mm. Psl. 39,40 3. Lenkimo kampai: Psl. 39,40 3.1. Aukštyn/žemyn $180^\circ/180^\circ$; 3.2. Kairėn/dešinėn $160^\circ/160^\circ$. 4. Distalinės lankstomosios dalies išorinis diametras 12,8 mm. Psl. 39,40 5. Įvedamosios dalies išorinis diametras 12,8 mm. Psl. 39,40 6. Instrumento kanalo vidinis skersmuo 3,7 mm. 7. Darbinis ilgis (įve Psl. 39,40 damosios dalies) 1680 mm, Psl. 39,40 8. Valdymo mygtukų skaičius 4, Psl. 41 9. Būtinai papildomas vandens padavimo kanalas. Psl. 39,40

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pažyma iš Švedijos įmonių registracijos biuro	3
2	Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą	1
3	Įgaliojimas prekiauti prekėmis ir atlikti techninį aptarnavimą	2
4	Tiekėjo priesaikos deklaracija ²	1
5	Tiekėjo deklaracija	1
6	CE sertifikatai	50
7	Specialistų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai	6
8	Pasiūlymo garantas	2
9	Bukletai	41


Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame: DB AAS BTA Baltic Insurance Comapny filialas pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą

Sumai 800,00 EUR (aštuoni šimtai Eur, 00 ct)

Pasiūlymas galioja iki 2016 04 30.

Įgaliotas atstovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Andrius Simonaitis
(Vardas ir pavardė)

² Pastaba. Atsižvelgiant į tai, kad Tiekėjo registracijos valstybėje oficialių institucijų išduodami dokumentai neapima visų Pirkimo sąlygų kvalifikacinių reikalavimų keliamų klausimų, Tiekėjas atitiktį kvalifikaciniams reikalavimų atitikčiai pagrįsti be kita ko pateikia Tiekėjo priesaikos deklaraciją, ką leidžia Viešųjų pirkimų 33 straipsnio 5 dalis.