

LSMUL VšĮ Kauno klinikos

PASIŪLYMAS

DĖL MODULINIO SEGMENTINIO BLAUZDIKAULIO – KELIO SĄNARIO ENDOPROTEZO PIRKIMO

2016-03-07 Nr. 16-03-07/01
(Data)

Klaipėda
(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "Osteca"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Danės g. 47, LT-92108 Klaipėda
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	Įm. k. 300871049, PVM k. LT100003238211
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Marius Palijanskas
Telefono numeris	8 46 400 002
Fakso numeris	8 46 314 094
El. pašto adresas	info@osteca.lt

Patvirtiname, kad sutinkame su pirkimo sąlygomis ir, kad siūlomas endoprotezas atitinka reikalavimus, pateiktus priede „Techninė specifikacija“.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kodas	Numatom a pirkti vnt.	Vieneto kaina EUR be PVM	Vieneto kaina EUR su PVM
1.	Individualios modulinės segmentinės blauzdikaulio – kelio sąnario endoprotezos sistemos endoprotezas, reikalingas pacientui K.P., gimusiam 1999 m. „Mutars MK“ (Gamintojas:	MUTARSMK	1	8 568,00	8 996,40

Implantcast, Vokietija)				
--------------------------------	--	--	--	--

Bendra pasiūlymo kaina EUR, įskaitant PVM – 8 996,40 EUR (aštuoni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt šeši EUR 40 ct).

PVM (5 proc.) EUR – 428,40 EUR (keturi šimtai dvidešimt aštuoni EUR 40 ct).

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	Pasiūlymo titulinis	2	01_Pasiūlymas.pdf
2.	Pasiūlymo techninė specifikacija (Priedas Nr. 1)	2	01_Pasiūlymas.pdf
3.	CE sertifikato kopija ir vertimas	2	02_CE Sertifikatas.pdf
4.	Produkto brošiūros	8	03_Brošiūros.pdf

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje
1.	CE sertifikato kopija ir vertimas	02_CE Sertifikatas.pdf
2.	Produkto brošiūros	03_Brošiūros.pdf

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Projektų vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pavadinimas)



Marius Palijanskas

(Vardas ir pavardė)

Modulinio segmentinio blauzdikaulio - kelio sąnario endoprotezo, reikalingo pacientui K.P., gimusiam 1999 m., techninė specifikacija

Eil. Nr.	Pavadinimas, reikalaujamos techninės charakteristikos	Atitikimas reikalavimams	Kiekis, vnt.
1.	Individualios modulinės segmentinės blauzdikaulio-kelio sąnario endoprotezo sistemos endoprotezas	Individualios modulinės segmentinės blauzdikaulio-kelio sąnario endoprotezo sistemos endoprotezas „Mutars MK“	1
1.1	Endoprotezas pritaikytas daliniam kelio kaulo ir proksimalinio blauzdikaulio galo keitimui	Endoprotezas pritaikytas daliniam kelio kaulo ir proksimalinio blauzdikaulio galo keitimui	
1.2	Endoprotezas modulinis, sudarytas iš:	Endoprotezas modulinis, sudarytas iš:	
1.2.1	Šlaunikaulio komponentas, suderinamas su segmentiniais blauzdikaulio komponentais, pagamintas iš kobalto chromo lydinio, be cementinis, ne mažiau 4 dydžių. Turi turėti galimybę prijungti ne mažiau 4 dydžių ofsetinį adapterį, kuris leidžia pakeisti protezo vedimo ašį. Šlaunikaulio ir blauzdikaulinio komponentai sujungiami specialiu užrakinimo mechanizmu ir sraigtu, pagamintu iš kobalto chromo lydinio ne mažesnio nei 3,5 mm diametro.	Šlaunikaulio komponentas, suderinamas su segmentiniais blauzdikaulio komponentais, pagamintas iš kobalto chromo lydinio, be cementinis, ne mažiau 4 dydžių. Turi galimybę prijungti ne mažiau 4 dydžių ofsetinį adapterį, kuris leidžia pakeisti protezo vedimo ašį. Šlaunikaulio ir blauzdikaulinio komponentai sujungiami specialiu užrakinimo mechanizmu ir sraigtu, pagamintu iš kobalto chromo lydinio ne mažesnio nei 3,5 mm diametro.	
1.2.2	Segmentiniai šlaunikaulio komponentai turi būti įvairių dydžių, pagaminti iš titano lydinio, suderinami su distaliniu šlaunikaulio komponentu ir šlaunikaulio stiebais.	Segmentiniai šlaunikaulio komponentai įvairių dydžių, pagaminti iš titano lydinio, suderinami su distaliniu šlaunikaulio komponentu ir šlaunikaulio stiebais.	
1.2.3	Šlaunikaulio stiebai – mechaninio tvirtinimo, pagaminti iš titano lydinio, ne mažiau 4-ių ilgių, ne mažiau 6 storių.	Šlaunikaulio stiebai – mechaninio tvirtinimo, pagaminti iš titano lydinio, ne mažiau 4-ių ilgių, ne mažiau 6 storių.	
1.2.4	Modulinis proksimalinis blauzdikaulinis komponentas – pagamintas iš kobalto chromo lydinio, mechaninio tvirtinimo. Turi turėti galimybę prijungti ne mažiau kaip 2 skirtingų prailginimo modulius. Blauzdikaulinis stiebas - mechaninio tvirtinimo, turi būti ne	Modulinis proksimalinis blauzdikaulinis komponentas – pagamintas iš kobalto chromo lydinio, mechaninio tvirtinimo. Turi galimybę prijungti ne mažiau kaip 2 skirtingų prailginimo modulius. Blauzdikaulinis stiebas - mechaninio tvirtinimo, ne mažiau 5 storių	

	mažiau 5 storių pasirinkimo variantų.	pasirinkimo variantų.	
1.2.5	Segmentiniai blauzdikaulio komponentai turi būti įvairių dydžių, pagaminti iš titano lydinio, suderinami su proksimaliniu blauzdikaulio komponentu ir blauzdikaulio stiebais. Segmentiniai blauzdikaulio komponentai tarpusavyje sujungiami sraigtais, ne mažiau 12 ilgių.	Segmentiniai blauzdikaulio komponentai yra įvairių dydžių, pagaminti iš titano lydinio, suderinami su proksimaliniu blauzdikaulio komponentu ir blauzdikaulio stiebais. Segmentiniai blauzdikaulio komponentai tarpusavyje sujungiami sraigtais, ne mažiau 12 ilgių.	
1.2.6	Turi būti pateiktas audinių prijungimo prie implanto anatominis vamzdelis, skirtas minkštųjų audinių prijungimui prie implanto, rekonstruojant sąnario kapsulę ir raumenų pritvirtinimą, su antiišnirimo funkcija, ne mažiau dviejų storių (35-55 mm ribose).	Turi būti pateiktas audinių prijungimo prie implanto anatominis vamzdelis, skirtas minkštųjų audinių prijungimui prie implanto, rekonstruojant sąnario kapsulę ir raumenų pritvirtinimą, su antiišnirimo funkcija, dviejų storių (35 ir 55 mm).	
1.2.7	Polietileninis intarpas – ne mažiau 4 dydžių, su fiksuota ir mobilią platforma.	Polietileninis intarpas – ne mažiau 4 dydžių, su fiksuota ir mobilią platforma.	
1.3	Būtinai gaminio žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privalomas pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją).	Yra gaminio žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu pateikiama žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopija).	
1.4	Į endoprotezo kainą turi būti įskaičiuotos pristatymo Kauno klinikoms išlaidos bei PVM	Į endoprotezo kainą įskaičiuotos pristatymo Kauno klinikoms išlaidos bei PVM	
1.5	Endoprotezas turi būti pristatytas į LSMU ligoninę Kauno klinikas per 1 savaitę nuo užsakymo.	Endoprotezas bus pristatytas į LSMU ligoninę Kauno klinikas per 1 savaitę nuo užsakymo.	

