



UAB Mokslinis-Techninis Susivienijimas "Novatex"

Uždaroji Akcinė Bendrovė Mokslinis-Techninis Susivienijimas "Novatex" Laisvės pr. 117A-37, LT-06118, Vilnius; Telefono numeris +370 5 2737292; Fakso numeris: +370 5 2737296; El. pašto adresas: info@novatex.lt; Reg. tvarkytojas: VĮ Registrų centras, Vilniaus filialas; Įmonės kodas: 120375749; PVM kodas: LT203757414;

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės
Kauno klinikos

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL MOBILIŲ APSAUGINIŲ SIENELIŲ BEI RADIOFARMACINIŲ PREPARATŲ LEIDIMO STALIUKŲ IR DOZIMETRIJOS MATUOKLIŲ PIRKIMO

2016-01-04 Nr. 2575

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB Mokslinis-Techninis Susivienijimas "Novatex"
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Laisvės pr. 117A-37, LT-06118, Vilnius
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	Įmonės kodas: 120375749; PVM kodas: LT203757414
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	A/S LT34 7044 0600 0035 4409, AB SEB bankas, banko kodas: 70440
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	generalinė direktorė Zinaida Tamaševičienė
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Tomas Žalys
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	vadybininkas Tomas Žalys
Telefono numeris	+370 5 2737292
Fakso numeris	+370 5 2737296
El. pašto adresas	tzalys@novatex.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.*
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

PASIŪLYMO KAINA**I PIRKIMO DALIS. DOZIMETRIJOS MATUOKLIS**

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas, gamintojo pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina viso be PVM	Kaina viso Eur su PVM
1.	Dozimetrijos matuoklis Radiagem 2000 ir priedai: SABG-100, EM81795, EM77336, EM76287. Gamintojas Canberra.	1	Vnt.	6.389,00	7.730,69	6.389,00	7.730,69
BENDRA KAINA EUR SU PVM:							7.730,69

II PIRKIMO DALIS. MOBILIOS APSAUGINĖS SIENELĖS

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas, gamintojo pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina viso be PVM	Kaina viso Eur su PVM
1.	Apsauginė sienelė, modelis BPP30, gamintojas LemerPax (Prancūzija)	1	Vnt.	7020,00	8494,20	7020,00	8494,20
2.	Apsauginė sienelė, modelis AMS-076997, gamintojas AmRay (Airija)	1	Vnt.	1240,00	1500,40	1240,00	1500,40
BENDRA KAINA EUR SU PVM:						8260,00	9994,60

III PIRKIMO DALIS. RADIOFARMACINIŲ PREPARATŲ LEIDIMO STALIUKAI

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas, gamintojo pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina viso be PVM	Kaina viso Eur su PVM
1.	Radiofarmacinių preparatų leidimo staliukas, modelis PT275R0, gamintojas Lynax (Čekija)	1	Vnt.	5700,00	6897,00	5700,00	6897,00
2.	Radiofarmacinių preparatų leidimo staliukas, modelis 135-022, gamintojas Biodex (JAV)	1	Vnt.	1350,00	1633,50	1350,00	1633,50
BENDRA KAINA EUR SU PVM:						7050,00	8530,50

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS**I PIRKIMO DALIS. DOZIMETRIJOS MATUOKLIS**

Dozimetro matavimas su detektoriumi SABG-100, teleskopine rankena EM81795, detektoriaus prijungimo laidu EM77336, nešiojamu lagaminėliu EM76287.		
Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Siūlomos charakteristikos
1.	Prietaiso paskirtis:	Alfa, beta, gama, rentgeno spindulių dozės matavimas. 4 psl. 1_Dalis_dozimetras_tehnine_specifikacija.pdf 5 psl. 1_Dalis_dozimetras_tehnine_specifikacija.pdf 6 psl. 1_Dalis_dozimetras_tehnine_specifikacija.pdf
2.	Prietaiso konstrukcijos reikalavimai:	1. Sveriantis < 300 g (neskaitant komplektuojamo detektoriaus) 5 psl. 1_Dalis_dozimetras_tehnine_specifikacija.pdf 2. Su apšviečiamu ekranu matavimo rezultatų išvedimui 5 psl. 1_Dalis_dozimetras_tehnine_specifikacija.pdf 3. Su prijungiama teleskopine rankena, kurios ilgis ištrauktoje padėtyje ne mažesnis kaip 2 m 9 psl. 1_Dalis_dozimetras_tehnine_specifikacija.pdf 4. Pateikiamas komplekte su specialiu dėklu laikymui bei transportavimui 5 psl. 1_Dalis_dozimetras_tehnine_specifikacija.pdf
3.	Detektorius:	1. Plokščias 2. Jautrumas 65 cps/(μGy/h) arba 65 cps/(μSv/h) 7 psl. 1_Dalis_dozimetras_tehnine_specifikacija.pdf
4.	Dozės galios matavimo diapazonas:	Nuo 0.01 μSv/h iki 100 mSv/h 5 psl. 1_Dalis_dozimetras_tehnine_specifikacija.pdf
5.	Radioaktyvaus užterštumo matavimo diapazonas:	Nuo 0 iki 10 kBq/s 7 psl. 1_Dalis_dozimetras_tehnine_specifikacija.pdf
6.	Matavimo rezultatų išvedimo vienetai:	μSv/h, mSv/h, cps, Bq 7 psl. 1_Dalis_dozimetras_tehnine_specifikacija.pdf 5 psl. 1_Dalis_dozimetras_tehnine_specifikacija.pdf
7.	Galimybė, atliekant matavimą, atskirti alfa spinduliuotę nuo beta ir gama spinduliuotės:	Yra 6 psl. 1_Dalis_dozimetras_tehnine_specifikacija.pdf
8.	Dozės galios, radioaktyvumo perspėjimo verčių (slenkstinių verčių) nustatymo galimybė:	Yra. Prietaisas turi garsinį ir šviesinį signalus, kurie suveikia, kai viršijamos nustatytos dozės galios bei radioaktyvumo vertės. 4psl. 1_Dalis_dozimetras_tehnine_specifikacija.pdf 7 psl. 1_Dalis_dozimetras_tehnine_specifikacija.pdf
9.	Maitinimo šaltinis:	Standartiniai R6/AA tipo maitinimo elementai arba įkraunami tokio pat tipo maitinimo elementai (kartu su prietaisu pateikiamas 1 kompl. neįkraunamų maitinimo elementų) 5 psl. 1_Dalis_dozimetras_tehnine_specifikacija.pdf
10.	Matavimo priemonės tipo patvirtinimas:	Matavimo prietaisas įvestas į matavimo prietaisų registrą, įsakymas Nr. V-28, vasario 10 d. 2012 metais.
11.	Žymėjimas CE ženklu:	Yra. Kartu su pasiūlymu pateikiama žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopija. 5 psl. 1_Dalis_dozimetras_tehnine_specifikacija.pdf
12.	Prietaiso metrologinė patikra:	Tiekėjas įsipareigoja atlikti prietaiso metrologinę patikrą.

		Metrologinės patikros metu prietaisas bus paženklintas specialiu patikros ženklu bei turės metrologinės patikros liudijantį dokumentą.
13.	Galimybė pasitikrinti rankų taršą, nelaikant matuoklio ir matyti rezultatą:	Netaikoma
14.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis:	12 mėn.
15.	Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija:	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis.

II PIRKIMO DALIS. MOBILIOS APSAUGINĖS SIENELĖS

Apsauginė sienelė (širma) ekranuojanti pozitronų emisijos spinduliuotę Modelis BPP30, gamintojas LemerPax (Prancūzija)		
Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Siūlomos charakteristikos
1.	Skirta apsaugai nuo pozitronų emisijos spinduliuotės	Skirta apsaugai nuo aukštų energijų radiofarmacinių preparatų (iki 2 GBq 18F (511 KeV)) 2_dalis_BPP30.pdf
2.	Mobili – pagrindas su ratukais, atlaikančiais širmos apkrovą, guminiu (arba lygiavertės medžiagos) grindų netepančiu darbinio paviršiumi. Ne mažiau kaip du ratukai su fiksacijos funkcija (su stabdymo mechanizmais).	Mobili su 4 ratukais, 2 ratukai su stabdymo mechanizmais 2_dalis_BPP30.pdf
3.	Širmos paviršiai lengvai prižiūrimi, valomi.	Širmos paviršiai lengvai prižiūrimi, valomi. 2_dalis_BPP30.pdf
4.	Širmos matmenys: aukštis nuo grindų 1450-1500 mm, plotis 500-650 mm	Aukštis 1490 mm, plotis 620 mm 2_dalis_BPP30.pdf
5.	Širmos viršutinėje dalyje langelis, kurio plotis 300-350 mm, aukštis 200-300 mm, langelis pasviręs 30-40° kampu	Langelio plotis 300 mm, aukštis 200 mm, langelis pasviręs 45° 2_dalis_BPP30.pdf
6.	Širmos (įskaitant langelio stiklą) švino ekvivalentas ne mažesnis kaip 30 mm Pb	Širmos (įskaitant langelio stiklą) švino ekvivalentas 30 mm Pb 2_dalis_BPP30.pdf

Apsauginė sienelė (širma) ekranuojanti pozitronų emisijos spinduliuotę Modelis AMS-076997, gamintojas AmRay (Airija)		
Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Siūlomos charakteristikos
1.	Skirta apsaugai nuo jonizuojančios spinduliuotės	Skirta apsaugai nuo jonizuojančios spinduliuotės 2_dalis_AMS-076997.pdf
2.	Mobili – pagrindas su ratukais, atlaikančiais širmos apkrovą, guminiu (arba lygiavertės medžiagos) grindų	Mobili su 4 ratukais, 2 ratukai su stabdymo mechanizmais 2_dalis_AMS-076997.pdf

	netepančiu darbinio paviršiumi. Ne mažiau kaip du ratukai su fiksacijos funkcija (su stabdymo mechanizmais).	
3.	Širmos paviršiai lengvai prižiūrimi, valomi.	Milteliniais dažais dengtas plieninis rėmas, lengvai prižiūrimas, valomas. 2_dalis_AMS-076997.pdf
4.	Širmos matmenys: aukštis nuo grindų 1800-2000 mm, plotis 770-1000 mm	Aukštis 1800 mm, plotis 775 mm 2_dalis_AMS-076997.pdf
5.	Širmos viršutinėje dalyje langelis (vertikalus), kurio plotis 200-300 mm, aukštis 250-500 mm	Langelio plotis 200 mm, aukštis 260 mm 2_dalis_AMS-076997.pdf
6.	Širmos (įskaitant langelio stiklą) švino ekvivalentas ne mažesnis kaip 2 mm Pb	Širmos (įskaitant langelio stiklą) švino ekvivalentas 2 mm Pb 2_dalis_AMS-076997.pdf

III PIRKIMO DALIS. RADIOFARMACINIŲ PREPARATŲ LEIDIMO STALIUKAI

Mobilus metalinis radiofarmacinių preparatų leidimo staliukas Modelis PT275R0, gamintojas Lynax (Čekija)		
Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Siūlomoms charakteristikoms
1.	Skirtas radiofarmacinių preparatų injekavimui sėdinčiam pacientui	Skirtas radiofarmacinių preparatų transportavimui ir injekavimui 3_dalis_PT275R0.pdf
2.	Be papildomų lentynų (tik su stalviršiu), be stalčių	Be papildomų lentynų (tik su stalviršiu), be stalčių 3_dalis_PT275R0.pdf
3.	Su rankena (manevravimui staliuko transportavimo metu)	Su rankena (manevravimui staliuko transportavimo metu) 3_dalis_PT275R0.pdf
4.	Su jonizuojančią spinduliuotę ekranuojančia vertikalia švinine, ≥ 20 mmPb pertvara, skiriančia pacientą nuo asmens injekuojančio radiofarmacinį preparatą. Ekranuojanti pertvara ne mažiau kaip 500 mm aukščio, sumontuota taip, kad viršutinė jos briauna būtų 230-320 mm aukščiau stalviršio	Su jonizuojančią spinduliuotę ekranuojančia vertikalia švinine 20 mmPb pertvara, skiriančia pacientą nuo asmens injekuojančio radiofarmacinį preparatą. Ekranuojanti pertvara 504 mm aukščio, sumontuota taip, kad viršutinė jos briauna būtų 292 mm aukščiau stalviršio 3_dalis_PT275R0.pdf
5.	Su stalviršyje įmontuotu uždromu ≥ 20 mmPb švinuotu konteineriu radioaktyvioms atliekoms	Su stalviršyje įmontuotu uždromu 20 mmPb švinuotu konteineriu radioaktyvioms atliekoms 3_dalis_PT275R0.pdf
6.	Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba padengtas nuo korozijos apsaugančia danga	Pagamintas iš nerūdijančio plieno 3_dalis_PT275R0.pdf
7.	Visi paviršiai lygūs, be aštrių kampų bei briaunų, sunkiai išvalomų kampų ir plyšių	Visi paviršiai lygūs, be aštrių kampų bei briaunų, sunkiai išvalomų kampų ir plyšių 3_dalis_PT275R0.pdf
8.	Mobilus – pagrindas su ratukais, atlaikančiais staliuko apkrovą, guminiu (arba lygiavertės medžiagos) grindų netepančiu darbinio paviršiumi. Ne	Mobilus – pagrindas su ratukais, atlaikančiais staliuko apkrovą, guminiu (arba lygiavertės medžiagos) grindų netepančiu darbinio paviršiumi. Du ratukai su fiksacijos funkcija (su stabdymo mechanizmais)

	mažiau kaip du ratukai su fiksacijos funkcija (su stabdymo mechanizmais).	3_dalis_PT275R0.pdf
9.	Matmenys: aukštis (nuo grindų iki ekranuojančios pertvaros viršaus) 1050-1100 mm, stalviršis 450-550 mm x 500-650 mm dydžio, stalviršio aukštis nuo grindų 800±20 mm	Matmenys: aukštis (nuo grindų iki ekranuojančios pertvaros viršaus) 1060 mm, stalviršis 450 mm x 570 mm dydžio, stalviršio aukštis nuo grindų 785 mm 3_dalis_PT275R0.pdf

Mobilus reguliuojamo aukščio radiofarmacinių preparatų leidimo staliukas su porankiu Modelis 135-022, gamintojas Biodex (JAV)		
Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Siūlomos charakteristikos
1.	Skirtas radiofarmacinių preparatų injekavimui sėdinčiam pacientui	Skirtas radiofarmacinių preparatų injekavimui sėdinčiam pacientui 3_dalis_135-022.pdf
2.	Be papildomų lentynų (tik su kompaktišku stalviršiu), be stalčių	Be papildomų lentynų (tik su kompaktišku stalviršiu), be stalčių 3_dalis_135-022.pdf
3.	Su stalviršyje įmontuotu uždaru ≥ 3 mmPb švinuotu konteineriu - dėklu švirkštams	Su stalviršyje įmontuotu uždaru 3,175 mmPb švinuotu konteineriu - dėklu švirkštams 20160104_KMUK_del švino_ekvivalento.pdf
4.	Su reguliuojamu lovelio formos porankiu (patogiai paciento rankos padėčiai fiksuoti radionuklidinės injekcijos metu)	Su reguliuojamu lovelio formos porankiu (patogiai paciento rankos padėčiai fiksuoti radionuklidinės injekcijos metu) 3_dalis_135-022.pdf
5.	Reguliuojamo aukščio, reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 750 iki 1100 mm	Reguliuojamo aukščio, reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 740 iki 1120 mm 3_dalis_135-022.pdf
6.	Visi paviršiai lygūs, lengvai valomi, be aštrių kampų bei briaunų, sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių	Visi paviršiai lygūs, lengvai valomi, be aštrių kampų bei briaunų, sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių 3_dalis_135-022.pdf
7.	Mobilus – pagrindas su ratukais, atlaikančiais staliuko apkrovą, guminiu (arba lygiavertės medžiagos) grindų netepančiu darbinio paviršiumi. Ne mažiau kaip du ratukai su fiksacijos funkcija (su stabdymo mechanizmais).	Mobilus – pagrindas su ratukais, atlaikančiais staliuko apkrovą, guminiu (arba lygiavertės medžiagos) grindų netepančiu darbinio paviršiumi. 3_dalis_135-022.pdf

Pastabos: lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka.

4 lentelė
PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	AmRay_atstovavimas	1	Atstovavimo_rastai
2.	AmRay_atstovavimas_vertimas	1	Atstovavimo_rastai
3.	Biodex_Authorization	1	Atstovavimo_rastai
4.	Biodex_Authorization_LT	1	Atstovavimo_rastai
5.	Canberra_Authorization	1	Atstovavimo_rastai
6.	Canberra_Authorization_LT	1	Atstovavimo_rastai
7.	Lemax-Lynax_change	1	Atstovavimo_rastai

8.	Lemax_Lynax_change_LT	1	Atstovavimo_rastai
9.	LemerPax_authorization	1	Atstovavimo_rastai
10.	LemerPax_authorization_Lt	1	Atstovavimo_rastai
11.	LemerPax_authorization_tender	1	Atstovavimo_rastai
12.	Lynax_authorization	1	Atstovavimo_rastai
13.	Lynax_authorization_LT	1	Atstovavimo_rastai
14.	1_Dalis_dozimetas_techine_specifikacija	10	Techniniai_aprasymai
15.	2_dalis_AMS-076997	1	Techniniai_aprasymai
16.	2_dalis_BPP30	1	Techniniai_aprasymai
17.	3_dalis_135-022.pdf	1	Techniniai_aprasymai
18.	3_dalis_PT275R0	2	Techniniai_aprasymai
19.	AMS-076997	1	Techniniai_aprasymai
20.	BPP30	1	Techniniai_aprasymai
21.	injection_stand	1	Techniniai_aprasymai
22.	PT-275- 01_POJÍZDNÝ_VOZÍK_ROZMĚROVÝ_NÁHLED _R3	1	Techniniai_aprasymai
23.	PT275R0	1	Techniniai_aprasymai
24.	20160104_KMUK_del_švino_ekvivalento	1	Kvalifikacijos dokumentai
25.	Balansas 2014	1	Kvalifikacijos dokumentai
26.	IRD_2015_12_11 (adoc formatas)	1	Kvalifikacijos dokumentai
27.	Jungtine registru pazyma	2	Kvalifikacijos dokumentai
28.	Patvirtinimas_del_balsu_daugumos	1	Kvalifikacijos dokumentai
29.	Registracijos_pazymejimas_su_antspaudu	1	Kvalifikacijos dokumentai

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiektėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):

Visa informacija bei visi dokumentai, kurie pateikti:

1. Failas „Techniniai aprasymai“.
2. Failas „Atstovavimo_rastai“.
3. Dokumentas Nr. 28 „Patvirtinimas_del_balsu_daugumos“ faile „Kvalifikacijos dokumentai“.
4. Dokumentas Nr. 26 „IRD_2015_12_11“ faile „Kvalifikacijos dokumentai“.
