

UAB Prolabas
Kirtimų g. 2 LT-02300 Vilnius
Lietuva
reg. kodas 303134089
PVM LT100008094116

Nijolė Domarkienė,
Nuotėkų tyrimo laboratorija,
AB Klaipėdos Vanduo

Vilnius, 19.10.2016

Pasiūlymo Nr. 2016101901-SBSB


Pasiūlymas Kjeldalio azoto titratoriui, pagal pateiktas apklausos specifikacijas
Patvirtiname, kad prekės visiškai atitinka apklausos specifikaciją

Nr.	Kodas	Vnt.	Aprašymas	EUR/vnt.	Viso EUR
All other suppliers					
001	KEM710B	1	Automatinis potenciometrinis titratorius KEM 710B, su priedais jungti prie Kjeldalio distiliatoriaus Behr S5, su valdymo kabeliu, spausdintuvu Citizen CT serijos spausdintuvus	8195,00	8195,00
			Bendra suma		8195,00
			PVM 21%		1720,95
			Bendra suma su PVM		9915,95

Bendra pasiūlymo suma: devyni tūkstančiai devyni šimtai penkiolika EUR, 95ct.

Pasiūlymo galiojimas 3 mėnesiai
Pristatymo laikas ~3-4 savaitės
Mokėjimo sąlygos pagal apklausos sąlygas
Garantija 24 mėnesiai po instaliacijos

Šarūnas Balnys,
direktorius,
e-mail: sarunas@prolabas.com,
mob: 0037061879400
UAB Prolabas



Danske Bank A/S Lietuvos filialas
IBAN: LT077400044699323810
Swift: SMPOLT22

2016-10-19

TITRATORIAUS KEM710B TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Rodiklis	Techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūlomų techninių rodiklių reikšmės
1	Paskirtis	Titраторius kjeldalio azoto nustatymui prijungiamas prie distiliatoriaus Behr S5	Titраторius kjeldalio azoto nustatymui prijungiamas prie distiliatoriaus Behr S5
2		Titраторius turi gauti automatinį signalą iš distiliatoriaus ir baigęs titravimą perduoda signalą distiliatoriui, kuris tuomet įjungia automatinį plovimo ciklą	Titраторius gauna automatinį signalą iš distiliatoriaus ir baigęs titravimą perduoda signalą distiliatoriui, kuris tuomet įjungia automatinį plovimo ciklą
3	Titраторius darbo režimai	titravimas iki fiksuotos pH reikšmės	titravimas iki fiksuotos pH reikšmės
4		titravimas nustatytu titravimo žingsniu ir automatinis ekvivalentinio taško aptikimas,	titravimas nustatytu titravimo žingsniu ir automatinis ekvivalentinio taško aptikimas,
5		pH elektrodo kalibravimas su temperatūros kompensacija	pH elektrodo kalibravimas su temperatūros kompensacija
6	Titраторiaus matavimo ribos ir padalos vertė	-2000mV iki +2000mV , 0,1mV-	-2000mV iki +2000mV , 0,1mV
7		0,000pH iki +20,000pH - 0,001pH	-20,000pH iki +20,000pH, -0,001pH
8		0C iki 100C temperatūra - 0,1C	0C iki 100C temperatūra - 0,1C
9	Dozavimo tikslumas	su 20ml biurete +/-0,02ml, atsikartojamumas +/-0,01ml	su 20ml biurete +/-0,02ml, atsikartojamumas +/-0,01ml
10		Vidinė biuretės validavimo ir kalibravimo programa	Vidinė biuretės validavimo ir kalibravimo programa
11	Jungtys	Galimybė prijungti iki ne mažiau 5 titravimo biurečių vienu metu, galimybė sujungti kelis titravimo metodus	Galimybė prijungti iki ne mažiau 5 titravimo biurečių vienu metu, galimybė sujungti kelis titravimo metodus
12		Galimybė prijungti spausdintuvą	Galimybė prijungti spausdintuvą
13	Vidinė atmintis	20 metodų, 50 matavimo rezultatų	20 metodų, 50 matavimo rezultatų
14	Eksplotacija	Skystųjų kristalų displėjus su Led apšvietimu rezultatų bei nustatymo parametrų atvaizdavimui	Skystųjų kristalų displėjus su Led apšvietimu rezultatų bei nustatymo parametrų atvaizdavimui
15	Komplektacija	20 ml titravimo biuretė	20 ml titravimo biuretė
16		Kombinuotas stiklo elektrodas	Kombinuotas stiklo elektrodas
17		Valdymo kabelis	Valdymo kabelis
		Spausdintuvas	Spausdintuvas Citizen CT serija
18	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau nei 24 mėn.	24 mėn.
19	Instaliavimas	Tiekėjas prekę pristato, instaliuoja ir apmoko personalą	Prisytatymas instaliacija ir apmokymai įtraukti į pasiūlymo kainą.

UAB Prolabas direktorius
Šarūnas Balnys

