

2016 m. gruodžio 21 d.
Viešojo pirkimo – pardavimo sutarties
Nr. 5-2016-851
1 priedas

Prekės techninė specifikacija

Eil. Nr.	Reikalaujami parametrai	Reikalaujama parametro reikšmė	Atitikimas reikalavimams (nurodyti konkrečias siūlomos įrangos charakteristikas, įrangos gamintoją, modelį pagal 2 ir 3 stulpelių reikalavimus)	Konkreči nuoroda į pridedamo katalogo psl.
1	2	3	4	5
1.1	Magnetinio rezonanso įrenginio Optima MR360 kriogeninio šaldymo kompresorius		Magnetinio rezonanso įrenginio Optima MR360 kriogeninio šaldymo kompresorius, modelis RDK-408, gamintojas GE Medical Systems	Failas Cold head specification.pdf, psl. 1
1.2	Kriogeninis šaldantis kompresorius: sudarytas iš trijų pagrindinių dalių: elektros variklio, cilindro ir stūmoklio esančio cilindre.		Kriogeninis šaldantis kompresorius: sudarytas iš trijų pagrindinių dalių: elektros variklio, cilindro ir stūmoklio esančio cilindre.	
1.3	Šaldymo galia: 1.Pirma pakopa Antra pakopa 2.Pirma pakopa Antra pakopa	37W prie 40K 0,9W prie 4,2K 37W prie 43K 1,0W prie 4,2K	37W prie 40K 0,9W prie 4,2K 37W prie 43K 1,0W prie 4,2K	
1.4	Padėtis erdvėje	Bet kuri Galimas maksimalus galios nuostolis: 15%	Bet kuri Galimas maksimalus galios nuostolis: 15%	
1.5	Aplinkos temperatūros ribos	Nuo 5 iki 28 laipsnių C Galimas maksimalus galios nuostolis: 5%	Nuo 5 iki 28 laipsnių C Galimas maksimalus galios nuostolis: 5%	
1.6	Helio dujų slėgis: Esant vidiniam kompresoriaus blokui Statinis Veikimo Esant išoriniui kompresoriaus blokui Statinis Veikimo	1,60-1,65 Mpa esant 20 laipsn. C apie 2,00-2,20 Mpa 1,60-1,70 Mpa esant 20 laipsn. C apie 1,90-2,10 Mpa	1,60-1,65 Mpa esant 20 laipsn. C apie 2,00-2,20 Mpa 1,60-1,70 Mpa esant 20 laipsn. C apie 1,90-2,10 Mpa	
1.7	Slėginio vožtuvo nustatyta reikšmė	1,86 – 1,96 MPa	1,86 – 1,96 MPa	
1.8	Dujų įėjimo jungtis Dujų išėjimo jungtis	½ colio ½ colio	½ colio ½ colio	

1.9	Dydis Plotis Ilgis Aukštis	180mm 294mm 557mm	180mm 294mm 557mm
1.10	Svoris	19,8 kg	19,8 kg

Sutarties šalys:

Pirkėjas

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė

Direktoriaus pavaduotojas medicinai
Algirdas Liutkus



Pardavėjas

UAB „Tradintek“

Technikos direktorius
Raimondas Šimas

A. V.

