

Olympus Sverige Aktiebolag, bendrovė įsteigta ir veikianti pagal Švedijos teisę
Duomenys kaupiami ir saugomi Švedijos įmonių registracijos biure
Registruota buveinė adresu p/d 1816, 171 23 Solna, Švedija, registracijos kodas 556189-2794,
Mokesčio mokėtojo identifikacinis kodas 9000273809
PVM mokėtojo kodas LT100009813015
Tel.: (5) 2330021, Faks.: (5) 2395468,

VŠĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

PASIŪLYMAS DĖL MEDICININIŲ INSTRUMENTŲ, HISTEROSKOPINĖS OPTIKOS IR FIBROBRONCHOSKOPO PIRKIMO

2016 12 15 Nr. 16/12-15

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	Olympus Sverige Aktiebolag (Lietuvoje veikianti per filialą „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“) ¹
Tiekėjo adresas	P/d 1816, 171 23 Solna, Švedija
Tiekėjo registracijos (įmonės) kodas	556189-2794
Mokesčio mokėtojo identifikacinis kodas	9000273809
PVM mokėtojo kodas	LT100009813015
Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė	Igaliotas atstovas Andrius Simonaitis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Egidijus Gadeikis, med. įrangos pardavimų vadovas
Telefono numeris	8 5 2330021
Fakso numeris	8 5 2395468
El. pašto adresas	Egidijus.gadeikis@olympus.lt

Numatomi subtiektėjai:

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiektį (-us)

Subtiektėjo (-ų) pavadinimas	
Subtiektėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti subtiektį (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasiūlymas galioja iki 2017 03 31

Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

Mes siūlome šias prekes:

Pirk. dalies Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Gamintojas, katalogo kodas	1 mato vnt kaina, Eur be PVM	1 mato vnt kaina, Eur su PVM	Bendra suma, Eur be PVM	Bendra suma, Eur su PVM
1.	Medicininiai instrumentai:	1 kompl.					
1.1	Lenktas disektorius	2 vnt	Olympus, WA63322A	602,38	728,88	1204,76	1457,76
1.2	Žirkklės	2 vnt	Olympus, A63810A	476,57	576,65	953,14	1153,30
1.3	Griebiančios žnyplės su tarpu	2 vnt	Olympus, A63070A	476,57	576,65	953,14	1153,30

¹ Pastaba. Atsižvelgiant į tai, kad Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvoje veikia per filialą, šis pasiūlymas Olympus Sverige Aktiebolag vardu teikiamas per struktūrinio tiekėjo padalinio „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“ CVP IS paskyrą.

1.4	Adatos laikiklis lenktas į kairę	2 vnt	Olympus, WA63718A	789,34	955,10	1578,68	1910,20
1.5	Kabučių aplikatorius	2 vnt	Olympus, A56790A	690,98	836,09	1381,96	1672,17
1.6	Plovimo/siurbimo rankena su valdymu	2 vnt	Olympus, WA51172S	678,66	821,18	1357,32	1642,36
1.7	Plovimo siurbimo rankenos vožtuvai	2 vnt	Olympus, WA51181S	135,14	163,52	270,28	327,04
1.8	Adatos laikiklio darbinis elementas	2 vnt	Olympus, WA64710A	317,74	384,47	635,48	768,93
1.9	Instrumento makštis	6 vnt	Olympus, A60800A	119,14	144,16	714,84	864,96
Bendra pasiūlymo kaina 1 pirkimo daliai Eur su PVM:							10950,02
7.	Fibrobronchoskopas	1 vnt	Olympus, BF-1T60	14032,10	16978,84	14032,10	16978,84

Bendra pasiūlymo kaina 1 pirkimo daliai EUR (su PVM) 10950,02 (Dešimt tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt Eur, 02 ct.)

PVM (21 proc.) suma Eur 1900,42 EUR(vienas tūkstantis devyni šimtai EUR,42 ct.)

Bendra pasiūlymo kaina 7 pirkimo daliai EUR (su PVM) 16978,84 (Šešiolika tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt aštuoni EUR, 84 ct.)

PVM (21 proc.) suma Eur 2946,74 (du tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt šeši EUR, 74ct.)

* Jeigu PVM neskaičiuojamas, nurodyti, kad PVM neskaičiuojamas ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko neskaičiuojamas PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės nurodytos atviro konkurso sąlygų 2 priede.

Kartu su pasiūlymu elektronine forma pateikiami skanuoti šie kvalifikaciją įrodantys dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius ir psl. Nr.
1	Pažymos dėl vadovo ir buhalterio neišnykusio ar nepanaikinto teistumo	8, Nr. 3-6, 11-14
2	Švedų registrų centro pažyma	4, Nr. 7-10
3	Švedų mokesčių inspekcijos pažyma	5, Nr. 1-2, 15-17
4	Dokumentas patvirtinantis tiekėjo juridinio asmens dalyvių sąrašą	2, Nr. 18-19
5	Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą	2, Nr. 21-22
6	Įgaliojimas prekiauti prekėmis ir atlikti techninį aptarnavimą	2, Nr. 23-24
7	Tiekėjo priesaikos deklaracija ²	1, Nr. 20
8	Bukletai	31 „Failai“ Bukletai fibrobronchoskopas Katalogas Nr. 1, LT Katalogas Nr. 1
9	Instrukcijos	264 „Failai“ EN-BF-P60_OM EN-BF-P60_RM LT BF-P60_OM LT BF-P60_RM
10	CE sertifikatai	52, Nr. 25-76

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)**:

² Pastaba. Atsižvelgiant į tai, kad Tiekėjo registracijos valstybėje oficialių institucijų išduodami dokumentai neapima visų Pirkimo sąlygų kvalifikacinių reikalavimų keliamų klausimų, Tiekėjas atitiktą kvalifikaciniams reikalavimų atitikčiai pagrįsti be kita ko pateikia Tiekėjo priesaikos deklaraciją, ką leidžia Viešųjų pirkimų 33 straipsnio 5 dalis.


Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“)

****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina/vieneto kaina (įkainis) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.**

Jei tiekėjas nepateikia informacijos apie pasiūlyme pateiktos informacijos konfidencialumą, laikoma, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. Teikėjai turi **atidžiai ir pagrįstai** nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis **bus viešinama** vadovaujantis 2014 m. spalio 30 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. IS-199 „Dėl laimėjusių dalyvių pasiūlymų ir viešojo pirkimo sutarčių bei jų pakeitimų viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo

Įgaliojotas atstovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Andrius Simonaitis

(Vardas ir pavardė)

Techninė specifikacija 1 pirkimo daliai

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujama reikšmė	Siūloma parametro reikšmė	Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra nurodytą parametą patvirtinantis dokumentas
1.	Olympus aparatų instrumentai	<i>(nurodomas gamintojas, katalogo kodas)</i>	Olympus, 1.1 WA63322A; 1.2 A63810A; 1.3 A63070A; 1.4 WA63718A; 1.5 A56790A; 1.6 WA51172S; 1.7 WA51181S; 1.8 WA64710A; 1.9 A60800A.	Katalogas Nr. 1; 1-13 psl.
1.1	Lenktas disektorius 2vnt.	1. Maryland tipo arba kygiavertis 2. 5 ± 0.5 mm. skersmuo 3. 330 ± 9 mm. ilgio 4. Rotuojamas 5. Žiaunų ilgis 21 ± 1 mm. 6. Jungtis monopolinei koaguliacijai 7. Ergonominė rankena su deaktyvuojamu užraktu 8. Instrumentas išardomas 9. Autoklavuojamas	1. Maryland tipo 2. 5 mm skersmuo 3. 330 mm ilgis 4. Rotuojamas 5. Žiaunų ilgis 21 mm. 6. Jungtis monopolinei koaguliacijai 7. Ergonominė rankena su deaktyvuojamu užraktu 8. Instrumentas išardomas 9. Autoklavuojamas	Katalogas Nr.1; 2, 3, 5, 11 psl.
1.2	Žirklys 2 vnt.	1. Metzenbaum tipo arba lygiavertės 2. 5 ± 0.5 mm. skersmuo 3. 330 ± 9 mm. ilgio 4. Rotuojamos 5. Ašmenų ilgis 19 ± 1 mm. 6. Ergonominė rankena su jungtimi monopolinei koaguliacijai, be užrakto 7. Instrumentas išardomas 8. Autoklavuojamos	1. Metzenbaum tipo 2. 5 mm skersmuo 3. 330 mm ilgis 4. Rotuojamos 5. Ašmenų ilgis 19 mm 6. Ergonominė rankena su jungtimi monopolinei koaguliacijai, be užrakto 7. Instrumentas išardomas 8. Autoklavuojamos	Katalogas Nr.1; 2, 3, 5, 8 psl.
1.3	Griebiančios žnyplės su tarpu 2vnt.	1. Crocodile tipo 2. 5 ± 0.5 mm. skersmuo 3. 330 ± 9 mm. ilgio 4. Su tarpu tarp darbinių galų 5. Rotuojamas 6. Darbinių galų ilgis 18 ± 1 mm.	1. Crocodile tipo 2. 5mm skersmuo 3. 330 mm ilgis 4. Su tarpu tarp darbinių galų 5. Rotuojamas 6. Darbinių galų ilgis 18	Katalogas Nr.1; 2, 3, 5, 7 psl.

		7. Ergonominė rankena su užraktu 8. Instrumentas išardomas 9. Autoklavuojamas	mm 7. Ergonominė rankena su užraktu 8. Instrumentas išardomas 9. Autoklavuojamas	
1.4	Adatos laikiklis lenktas į kairę 2vnt.	1. 5±0.5 mm. skersmuo 2. 330±9 mm. ilgio 3. Plastikinė rankena su atsegamu užraktu 4. Rankena tiesi 5. Autoklavuojamas	1. 5 mm skersmuo 2. 330 mm ilgis 3. Plastikinė rankena su atsegamu užraktu 4. Rankena tiesi 5. Autoklavuojamas	Katalogas Nr.1; 2, 3, 6, 12 psl.
1.5	Kabučių aplikatorius 2vnt.	1. 10±0.5 mm. skersmuo 2. 330±9 mm. Ilgio 3. Darbinė dalis lenkta 4. Rotuojamas 5. Instrumentas išardomas 6. Rankena lenkta, metalinė 7. Skirtas vidutinio ir didelio dydžio kabėms 8. Autoklavuojamas	1. 10 mm skersmuo 2. 330 mm ilgis 3. Darbinė dalis lenkta 4. Rotuojamas 5. Instrumentas išardomas 6. Rankena lenkta, metalinė 7. Skirtas vidutinio ir didelio dydžio kabėms 8. Autoklavuojamas	Katalogas Nr.1; 2, 3, 10 psl.
1.6	Plovimo/siurbimo rankena su valdymu 2vnt.	1. Rankena ardoma ne mažiau kaip 2 dalis 2. Autoklavuojama 3. Su atskiromis siurbimo ir plovimo valdymo rankenėlėmis	1. Rankena ardoma į 2 dalis 2. Autoklavuojama 3. Su atskiromis siurbimo ir plovimo valdymo rankenėlėmis	Katalogas Nr.1; 2, 3, 6, 9 psl.
1.7	Plovimo siurbimo rankenos vožtuvai 2vnt.	1. 5±0.5 mm skersmuo 2. Skirti HiQ+ tipo plovimo/siurbimo rankenoms	1. 5 mm skersmuo 2. Skirti HiQ+ tipo plovimo/siurbimo rankenoms	Katalogas Nr.1; 6, 9 psl.
1.8	Adatos laikiklio darbinis elementas 2vnt.	1. 330±9 mm ilgis 2. 5±0.5 mm skersmuo 3. Lenktas į kairę 4. Skirtas siūlomam adatos laikikliui	1. 330 mm ilgis 2. 5 mm skersmuo 3. Lenktas į kairę 4. Skirtas siūlomam adatos laikikliui	Katalogas Nr.1; 2, 3, 6, 12 psl.
1.9	Instrumento makštis 6vnt.	1. Autoklavuojama 2. Komplektuojama su siūlomais laparoskopiniais instrumentais 3. Izoliuota 4. 330±9 mm. ilgis 5. 5±1 mm. skersmuo	1. Autoklavuojama 2. Komplektuojama su siūlomais laparoskopiniais instrumentais 3. Izoliuota 4. 330 mm ilgis 5. 5 mm skersmuo	Katalogas Nr.1; 2, 3, 5, 13 psl.
1.10	Garantija	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn	
1.11	CE sertifikatas	Būtina	CE sertifikatas	
1.12	Reikalavimai techninei dokumentacijai	Pateikti techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar	Priededama vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių	

		analogiškus dokumentus.	specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus.	
--	--	-------------------------	---	--

Pastaba: grafoje "Siūloma parametro reikšmė" nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti "Atitinka" arba "Taip" neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius.

Techninė specifikacija 7 pirkimo daliai

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujama reikšmė	Siūloma parametro reikšmė	Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra nurodytą parametą patvirtinantis dokumentas
7.	Fibrobronchoskopas	<i>(nurodomas gamintojas, katalogo kodas)</i>	<i>OLYMPUS, BF-1T60</i>	Failas „Bukletai Fibrobronchoskopas“
7.1	Apžiūros laukas	$\geq 120^\circ$	120°	Psl.2,4
7.2	Lenkimo kampai (aukštyn/žemyn)	$\geq 180^\circ/\geq 130^\circ$	180°/130°	Psl.2,4
7.3	Distalinės dalies diametras	$\leq 5,9\text{mm}$	5,9mm	Psl.2,4
7.4	Įvedamos dalies diametras	$\leq 6,0\text{mm}$	6,0mm	Psl.2,4
7.5	Kanalo diametras	$\geq 3,0\text{mm}$	3,0mm	Psl.2,4
7.6	Darbinis ilgis	$\geq 600\text{mm}$	600mm	Psl.2,4
7.7	Bendras ilgis	$\geq 900\text{mm}$	900mm	Psl.2,4
7.8	Neatjungiamas šviesolaidis	Būtina	Neatjungiamas šviesolaidis	Psl.2,4
7.9	Atjungiamas atsiurbimo vožtuvas kartu su siurbimo jungtimi. 1kompl. (10vnt.)	Būtina	Atjungiamas atsiurbimo vožtuvas kartu su siurbimo jungtimi. 1kompl. (10vnt.)	Psl.5
7.10	Suderinamas be papildomų adapterių su turima įranga (šviesos šaltiniu CLE-10)	Būtina	Suderinamas be papildomų adapterių su turima įranga (šviesos šaltiniu CLE-10)	Psl.5
7.11	Kiti dokumentai			
7.11.1	Vartotojo instrukcija lietuvių kalba	Būtina	Vartotojo instrukcija lietuvių kalba	
7.11.2	CE atitikties sertifikatas	Būtina	CE atitikties sertifikatas	
7.11.3	Garantinis laikotarpis	Ne trumpiau kaip 12mėn.	12mėn.	

7.11.4	Reikalavimai techninei dokumentacijai	Pateikti vartotojo, valymo-dezinekavimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus.	Priededama vartotojo, valymo-dezinekavimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus.	
--------	---------------------------------------	--	--	--

Pastaba: grafoje "Siūloma parametro reikšmė" nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti "Atitinka" arba "Taip" neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius