

Tradintek UAB

J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, tel. nr. (8 5) 2685427, fakso nr. (8 5) 2496084, registro tvarkytojas VĮ Registrų Centras, įmonės kodas 124942182, PVM mokėtojo kodas LT249421811

Viešoji įstaiga Klaipėdos jūrininkų ligoninė
Liepojos g. 45, LT-92288 Klaipėda

**PASIŪLYMAS
DĖL RENTGENO APARATO PIRKIMO**

2016 m. lapkričio 30 d. Nr. 20161130-01
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB Tradintek
Tiekėjo adresas	J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Tomas Mickūnaitis, komercijos direktorius
Telefono numeris	(8 5) 2685427, mob. 8 698 33383
Fakso numeris	(8 5) 2496084
El. pašto adresas	tomas.mickunaitis@tradintek.com
Įmonės kodas	124942182

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, CVP IS ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- 3) Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikame pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus prekėms tiekti.

Mes siūlome šias prekes:

Pirkimo dalis	Pavadinimas	Kaina, € be PVM	PVM dydis, proc.	PVM, Eur	Kaina € su PVM
1.	Rentgeno aparatas Optima XR220amx, gamintojas GE Healthcare, kilmės šalis JAV	114.800,00	21	24.108,00	138.908,00

Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM - vienas šimtas keturiolika tūkstančių aštuoni šimtai eurų ir 00 ct.

PVM, Eur – dvidešimt keturi tūkstančiai šimtas aštuoni eurai ir 00 ct.

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM – vienas šimtas trisdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai aštuoni eurai ir 00 ct.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, siūlomų prekių charakteristikos nurodytos užpildytame konkurso sąlygų 2 priede (pridedama).

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris
1.	Kvalifikacijos dokumentai. KONFIDENCIALU.pdf	1 – 17 psl.
2.	CE atitikties deklaracijos.KONFIDENCIALU.pdf	1 – 4 psl.
3.	Gamintojų katalogai. KONFIDENCIALU.pdf	1 – 21 psl.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Lapų skaičius	Lapo Nr. pasiūlyme
1.	Valstybės įmonės Registrų centro išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie UAB Tradintek	2	Kvalifikacijos dokumentai. KONFIDENCIALU.pdf -1,2 psl.
2.	Duomenys apie UAB Tradintek akcininkus	1	Kvalifikacijos dokumentai. KONFIDENCIALU.pdf -3 psl.
3.	Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį	1	Kvalifikacijos dokumentai. KONFIDENCIALU.pdf - 4 psl.
4.	Dokumentai patvirtinantys teisę atstovauti siūlomų prekių gamintoją	2	Kvalifikacijos dokumentai. KONFIDENCIALU.pdf -15,16 psl.
5.	Įgaliojimas atstovauti įmonę UAB Tradintek	1	Kvalifikacijos dokumentai. KONFIDENCIALU.pdf - 5 psl.
6.	Radiacinės saugos centro suteikta licencija vykdyti veiklą su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais, UAB Tradintek	9	Kvalifikacijos dokumentai. KONFIDENCIALU.pdf - 6 - 14 psl.
7.	Tiekėjo deklaracija	1	Kvalifikacijos dokumentai. KONFIDENCIALU.pdf - 17 psl.
8.	CE atitikties deklaracija	4	CE atitikties deklaracijos.KONFIDENCIALU.pdf – 1 – 4 psl.
9.	Gamintojų katalogai	21	Gamintojų katalogai. KONFIDENCIALU.pdf – 1 – 21 psl.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Komercijos direktorius



Tomas Mickūnaitis

RENTGENO APARATAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Siūlome skaitmeninį portatyvų rentgeno aparatą, kurio techninės charakteristikos yra tokios:

Eil. Nr.	Perkamų prekių / paslaugų apibūdinimas	Reikalaujama parametro reikšmė	Atitikimas reikalavimams (nurodyti konkrečias siūlomos įrangos charakteristikas, įrangos gamintoją, modelį pagal 2 ir 3 stulpelių reikalavimus)	Konkreiti nuoroda į pridedamą katalogą (aprašymą) Nr. ir pusl.
1	2	3	4	5
1.	Skaitmeninis portatyvus rentgeno aparatas	1 kompl.	Optima XR220amx skaitmeninis portatyvus rentgeno aparatas, gamintojas GE Healthcare, kilmės šalis JAV	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf
1.1	Aukštis transportavimo metu	< 1950 mm	194 cm	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 8 psl.
1.2	Plotis transportavimo metu	< 680 mm	55,9 cm	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 8 psl.
1.3	Maitinimas tiekiamas iš vidinių baterijų	būtina	Maitinimas tiekiamas iš vidinių baterijų ir/arba elektros tinklo	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 3 psl.
1.4	Rentgeno sistemos judėjimas pirmyn ir atgal vidinių variklių pagalba	būtina	Rentgeno sistemos judėjimas pirmyn ir atgal valdomas vidinių variklių pagalba	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 7 psl.
1.5	Judėjimo greitis	≥ 5 km/h	5 km/h	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 7 psl.
1.6	Vidinėms baterijoms išsikrovus ekspozicijos gali būti atliekamos sistemą prijungus prie elektros tinklo	būtina	Vidinėms baterijoms išsikrovus ekspozicijos gali būti atliekamos sistemą prijungus prie elektros tinklo	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 16 psl.

1.7	Rentgeno spindulių generatorius			
1.7.1	Įtampos diapazonas	$\geq (50 - 125) \text{ kV}$	$(50 - 125) \text{ kV}$	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 5 psl.
1.7.2	Srovės ir laiko sandaugos diapazonas	$\geq (0,5 - 500) \text{ mAs}$	$(0,2 - 630) \text{ mAs}$	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 5 psl.
1.7.3	Aukštos įtampos maksimali srovė	$\geq 300 \text{ mA}$	300 mA	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 5 psl.
1.7.4	Maksimali galia	$\geq 20 \text{ kW}$	30 kW	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 5 psl.
1.7.5	Anatominės programos	būtina	Yra anatominės programos	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 12 psl.
1.8	Rentgeno vamzdis			
1.8.1	Rentgeno vamzdžio nominali įtampa	$\geq 125 \text{ kV}$	150 kV	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 3 psl.
1.8.2	Židinio dėmių kiekis	≥ 2	2	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 3 psl.
1.8.3	Besisukantis anodas	būtina	Besisukantis anodas	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 3 psl.
1.9	Rentgeno spindulių kolimatorius			
1.9.1	Kolimatoriaus pasukimo kampas aplink savo ašį	$\geq \pm 90^\circ$	$\pm 180^\circ$	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 5 psl.
1.9.2	Filtravimas (bendrojo filtro storis)	$\geq 3 \text{ mm Al}$	3,5 mm Al ekvivalento (0,9 mm Al ekvivalento nuolatinis rentgeno vamzdžio filtravimas + 2,6 mm Al ekvivalento kolimatoriaus filtravimas)	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 3, 5 psl.
1.10	Rentgeno technologo darbo vieta			
1.10.1	Informacijos iš detektoriaus nuskaitymas	būtina	Informacijos iš detektoriaus nuskaitymas	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 6 psl.

1.10.2	Ekspozicijos parametrų valdymas	būtina	Ekspozicijos parametrų valdymas	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 21 psl.
1.10.3	Gautų vaizdų peržiūra	būtina	Gautų vaizdų peržiūra	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 19 psl.
1.10.4	Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist)	būtina	Galima gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist)	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 7 psl.
1.10.5	Vaizdų siuntimas (DICOM Send)	būtina	Vaizdų siuntimas (DICOM Send)	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 7 psl.
1.10.6	Vaizdų spausdinimas (DICOM Print)	būtina	Vaizdų spausdinimas (DICOM Print)	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 7 psl.
1.10.7	Monitorius	lietimui jautrus, įstrižainė $\geq 15"$	Lietimui jautrus ekranas, įstrižainė - 15"	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 7 psl.
1.10.8	Duomenų perdavimas į ligoninės kompiuterinį tinklą	Ethernet ir Wi-Fi	Ethernet ir Wi-Fi	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 7 psl.
1.10.9	Nešiojamas rentgenografinis tinklėlis	būtina	Nešiojamas rentgenografinis tinklėlis įtrauktas į pasiūlymo kainą	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 6 psl.
1.10.10	Dozimetrijos sistema (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu)	būtina	Dozimetrijos sistema (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu) įtraukta į pasiūlymo kainą	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 5 psl.
1.11	Rentgeno vamzdžio laikiklis			
1.11.1	Maksimalus horizontalios teleskopinės rankos ilgis	≥ 1100 mm	1114 mm	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 4 psl.
1.11.2	Minimalus horizontalios teleskopinės rankos ilgis	≤ 715 mm	713 mm	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 4 psl.

1.11.3	Maksimalus atstumas nuo grindų iki fokuso	≥ 2000 mm	2000 mm	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 4 psl.
1.11.4	Minimalus atstumas nuo grindų iki fokuso	≤ 625 mm	625 mm	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 4 psl.
1.11.5	Laikiklio pasukimas kampu aplink vertikalią ašį	$\geq 270^\circ$	$\pm 270^\circ$	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 4 psl.
1.11.6	Rentgeno vamzdžio pasukimas kampu aplink horizontalią ašį	būtina	Rentgeno vamzdį galima pasukti kampu aplink horizontalią ašį	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 13 psl.
2.	Skaitmeninis mobilus rentgeno spindulių detektorius	1 vnt.	1 vnt. įtrauktas į pasiūlymo kainą	
2.1	Ryšys su technologo darbo vieta	belaidis	Belaidis ryšys su technologo darbo vieta	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 14 psl.
2.2	Integruota rankena detektoriaus saugiam pernešimui	būtina	Dvi integruotos rankenos detektoriaus saugiam pernešimui	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 14 psl.
2.3	Detektoriaus jautrios zonos dydis	$\geq (340 \times 400)$ mm	404 x 404 mm	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 6 psl.
2.4	Komplektuojamas su baterija autonominiam maitinimui	būtina	Komplektuojamas su baterija autonominiam maitinimui	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 6 psl.
2.5	Detektorius kraunamas pervežimo padėtyje	būtina	Detektorius kraunamas kuomet sistema yra įjungta arba kraunama, t.y. ir pervežimo padėtyje	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 17 psl.
2.6	Detektoriaus kvantinis efektyvumas DQE	≥ 65 %	68 %	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 6 psl.
2.7	Garantuojamas ekspozicijų skaičius pilnai pakrovus arba laikas baterijų režime	≥ 100 vnt. arba 3 val.	3 val.	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 6 psl.
3.	Nešiojamas rentgenografinis tinklėlis	būtina	Nešiojamas rentgenografinis tinklėlis įtrauktas į pasiūlymo kainą	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 6 psl.

4.	Dozimetrijos sistema (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu)	būtina	Dozimetrijos sistema (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu) įtraukta į pasiūlymo kainą	Gamintoju katalogai. KONFIDENCIALU.pdf 5 psl.
5.	Pažymėtas CE ženklų	būtina	Pateikta CE atitikties deklaracijos kopija	CE atitikties deklaracija. KONFIDENCIALU.pdf
6.	Garantinis aptarnavimas. Garantinės priežiūros 12 mėn. laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus	būtina	Garantinės priežiūros 12 mėn. laikotarpiu garantuojame nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus	
7.	Siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos įrangos	būtina	Siūloma nauja įranga	
8.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija ir valymo/sterilizavimo dokumentai lietuvių ir originalo kalbomis	būtina	Kartu su įranga pateiksime naudojimo instrukciją ir valymo/sterilizavimo dokumentus lietuvių ir originalo kalbomis	

Komercijos direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parasas)

Tomas Mickūnaitis

(Vardas ir pavardė)