

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR. 2017/34

2017 m. kovo 8 d.

Panevėžys

Viešojo įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, juridinio asmens kodas 302705738, kurios registruota buveinė yra A. Jakšto g. 4, LT-35138 Panevėžys, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams, atliekančio direktoriaus funkcijas, Sauliaus Imbraso, veikiančio pagal tarnybinių padėtį, (toliau – Pirkėjas), ir

UAB „Skirgesa“, įmonės kodas 234449420, kurios registruota buveinė yra Ekskavatorininkų g. 1B, LT-52461 Kaunas, atstovaujama direktoriaus Skirmanto Akelio, (toliau – Tiekėjas),

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“ ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra ultragarsinė diagnostinė įranga (1 vnt) (toliau – Prekės). Prekių savybės apibėžtos pateiktoje techninėje specifikacijoje Priede Nr. 1.

1.2. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

1.3. Prekės turi būti pristatytos per 60 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos, adresu - A. Jakšto g. 4, Panevėžys. Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių (pvz. gamintojas laiku nepristato prekes) šioje sutartyje numatytas prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas vieną kartą 1 mėnesiui.

1.4. Tiekėjas medicininę įrangą privalo pristatyti kartu su naudojimo instrukcija (lietuvių kalba) bei apmokėti dirbti įstaigos personalą.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Sutartis galioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 90 kalendorinių dienų. Sutarties terminas šalių susitarimu dėl nenumatytų aplinkybių (pvz. gamintojas laiku nepristato prekes) šioje sutartyje numatytas prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas vieną kartą 1 mėnesiui.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Sutartyje nustatomas fiksuota kaina. Į prekių kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su pirkimo sutarties vykdymu. Prekių kaina sutarties vykdymo metu negali būti keičiama, išskyrus 3.2 punkte nurodytą atvejį.

3.2. Kainos perskaičiavimas galimas pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui (PVM), kuris turėjo tiesioginės įtakos pirkimo sutarties kainoms. Raštiškai susitarus tiekėjui ir perkančiajai organizacijai, perskaičiuojama tik ta kainos dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės mokestis ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu. Pirkimo sutarties įkainių perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio inicijuoja tiekėjas, kreipdamasis į perkančiąją organizaciją raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio įtakos kainai. Perkančioji organizacija taip pat turi teisę inicijuoti kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio. Kainų perskaičiavimas įforminamas pirkimo sutarties šalių pasirašomu protokolu, kuriame užfiksuojami perskaičiuotos sutarties kainos bei šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos

Sutarties kaina:

Bendra preliminarinė Sutarties kaina (su PVM)	46000,00 Eur (keturiasdešimt šeši tūkstančiai eurų, 00 ct)
---	--

3.3. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.3.1. Apmokėjimas įvykdomas per 30 (trisdešimt) dienų nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir tinkamai įformintos sąskaitos faktūros gavimo dienos, pervedant pinigus į tiekėjo nurodytą sąskaitą banke:

Sąskaitos Nr.LT417300010079796368; AB bankas SWEDBANK; Banko kodas: 73000.

3.3.2. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šiame punkte nurodytą sąskaitą.

4. Šalių atsakomybė

4.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Pirkėjas, Tiekėjui pareikalavus, privalo sumokėti 0,02 % delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, o jei Tiekėjas nepristato prekių nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę pradėti skaičiuoti 0,02% delspinigius nuo laiku nepristatytų prekių kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

5. Susirašinėjimas

5.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjas	Tiekėjas
Vardas, pavardė	Vida Žiziūnienė	Romantė Šimkuvienė
Adresas	A.Jakšto g. 4, Panevėžys	Ekskavatorininkų g. 1B, Kaunas
Telefonas	8 45 502 216	8-45 449964
Faksas	8 45 502 210	8-37 458161
El. paštas	v.ziziuniene@prsp.lt	info@skirgesa.lt

5.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 3 dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

6. Kitos nuostatos

6.1. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

6.2. Ginčai tarp šalių sprendžiami derybų keliu, o nepavykus taikiai išspręsti ginčo, jie bus nagrinėjami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

6.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

6.3. Sutarties priedai:

6.3.1. priedas Nr. 1 „Prekių techninė specifikacija“.

Pirkėjo vardu

VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

Jakšto g. 4, LT-35138 Panevėžys

Įstaigos kodas 302705738

a.s. LT944010041200000046

AB DNB banke

Tel/faks. (8 45) 502210

El. p. info@prsp.lt

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams,
atliekantis direktoriaus funkcijas
Saulius Imbrasas



Tiekėjo vardu

UAB "Skirgesa"

Ekskavatorininkų g. 1b, LT-52461 Kaunas

Įmonės kodas 234449420

PVM mokėtojo kodas LT344494219

A.s. LT417300010079796368

AB bankas SWEDBANK, banko kodas 73000

Tel. (8 37) 32 45 01, Faks. (8 37) 42 43 63

Direktorius

Skirmantas Akelis

A.V.



Viešųjų pirkimų
specialistė
Jurgita Mažetkienė
2017.03.08

Vyriausioji finansininkė
Vilma Januškienė
2017.03.08

PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Parametrai	Parametrų reikšmės	Atitikimas reikalaujamiems parametrams
1.	Ultragarso diagnostikos sistema	Turi būti mobili	Mobili Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“pdf., 1, 2 psl.
2.	Spalvotas aukštos skiriamosios gebos skystųjų kristalų monitorius	Istrižainė ≥ 45 cm	Istrižainė 48 cm. Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“pdf., 3 psl.
3.	Vaizdo optimizavimas pagal anatominį vaizdą	Vieno mygtuko paspaudimu	Vieno mygtuko paspaudimu Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“pdf., 2 psl.
4.	Reguliuojamas valdymo panelis	1. Aukščio keitimas > 10 cm; 2. Pasukimo kampas $\geq 60^\circ$	1. Aukščio keitimas 12 cm; 2. Pasukimo kampas 60° Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“pdf., 2 psl.
5.	Sistemos valdymas	1) Valdymo panelėje įmontuotas papildomas, lietimui jautrus, spalvotas skystųjų kristalų ekranas, skirtas sistemos funkcijų ir parametrų valdymui 2) Skaitmeninė – raidinė klaviatūra 3) Programuojami mygtukai	1) Valdymo panelėje įmontuotas papildomas, lietimui jautrus, spalvotas skystųjų kristalų ekranas, skirtas sistemos funkcijų ir parametrų valdymui 2) Skaitmeninė – raidinė klaviatūra 3) Programuojami mygtukai Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“pdf., 2, 3, 4 psl.
6.	Atliekami matavimai ir formuojamos ataskaitos	1) Pilvo organų tyrimai 2) Smulkių kūno organų tyrimai	1) Pilvo organų tyrimai 2) Smulkių kūno organų tyrimai Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“pdf., 2 psl.
7.	Palaikomas daviklių dažnio diapazonas	$\geq (1\div 18)$ MHz	1÷18 MHz Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“pdf., 5 psl.
8.	Fokusavimo zonų skaičius	≥ 8	8 Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“pdf., 10 psl.
9.	Darbo režimai	1) Dvimatis režimas 2) Vienmatis režimas 3) Spalvinio doplerio režimas 4) Spektrinio doplerio režimas	1) Dvimatis režimas 2) Vienmatis režimas 3) Spalvinio doplerio režimas 4) Spektrinio doplerio režimas Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“pdf., 3 psl.
10.	2D režimas	1) Kadrių kaita ≥ 1400 Hz 2) Maksimalus vaizduojamas gylis ≥ 36 cm 3) Vaizdo didinimas ≥ 8 kartų realiam ir sustabdytame vaizduose 4) Audinių harmonikų vaizdavimas 5) Vaizdo kampo pasukimas su linijiniu davikliu ≥ 15 žingsnių 6) Trapezoidinis vaizdavimas	1) Kadrių kaita 1449 Hz 2) Maksimalus vaizduojamas gylis 36 cm 3) Vaizdo didinimas 8 kartų realiam ir sustabdytame vaizduose 4) Audinių harmonikų vaizdavimas 5) Vaizdo kampo pasukimas su linijiniu davikliu 15 žingsnių 6) Trapezoidinis vaizdavimas Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“pdf., 3, 6 psl.
11.	Spalvinio doplerio	1) Galios doplerio režimas	1) Galios doplerio režimas



	režimas	2) Krypties galios doplerio režimas 3) Impulso pasikartojimo dažnis ≥ 10 kHz	2) Krypties galios doplerio režimas 3) Impulso pasikartojimo dažnis 11.6 kHz Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“pdf., 3, 7 psl.
12.	Pulsinės bangos doplerio režimas	1) Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas 2) Sielės filtrai $\geq (50 - 1200)$ Hz 3) Mėginio vartelių keitimo diapazonas $\geq (0,5 \div 24,0)$ mm 4) Stereo audio garsas 5) Dopleriniai matavimai realiu laiku	1) Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas 2) Sielės filtrai 40 – 1800 Hz 3) Mėginio vartelių keitimo diapazonas 0,5÷24,0 mm 4) Stereo audio garsas 5) Dopleriniai matavimai realiu laiku Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“pdf., 7, 15 psl.
13.	Aktyvių daviklių pajungimo jungčių skaičius	≥ 3	3 Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“pdf., 2 psl.
14.	Daviklių dažnis ir režimai	1) Skirtingų perjungiamų dažnių skaičius dvimačiame režime, kiekvienam davikliui ≥ 4 2) Dirbantys audinių harmonikų vaizdavimo režimu	1) Skirtingų perjungiamų dažnių skaičius dvimačiame režime, kiekvienam davikliui 4 2) Dirbantys audinių harmonikų vaizdavimo režimu Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“pdf., 5, 8, 9 psl.
15.	Linijinis daviklis smulkių organų ir kraujagyslių tyrimams	1) ≥ 4 skirtingų perdavimo dažnių J/B režime. 2) Audinių harmonikų vaizdavimas. 3) Plotis 53 ± 2 mm. 4) Daviklio dažnio diapazonas dvimačiame režime: žemiausias dažnis $3,0 \pm 0,2$ MHz, didžiausias dažnis $13,0 \pm 0,2$ MHz.	1) 4 skirtingų perdavimo dažnių J/B režime. 2) Audinių harmonikų vaizdavimas. 3) Plotis 55 mm. 4) Daviklio dažnio diapazonas dvimačiame režime: $3,0 \div 13,0$ Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“pdf., 8 psl.
16.	Pilvinis daviklis	Dažnio diapazonas dvimačiame režime: $\geq (1,0 \div 8,0)$ MHz; darbinis dažnių diapazonas doplerio režimuose $\geq (2,0 \div 3,0)$ MHz; apžvalgos kampas $\geq (20^\circ \div 60^\circ)$	Dažnio diapazonas dvimačiame režime: $(1,0 \div 8,0)$ MHz; darbinis dažnių diapazonas doplerio režimuose $2,0 \div 3,0$ MHz; apžvalgos kampas $20^\circ \div 60^\circ$ Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“pdf., 5 psl.
17.	Ertminis daviklis	1) Dažnio diapazonas dvimačiame režime: $\geq (3,0 \div 9,0)$ MHz; darbinis dažnių diapazonas doplerio režimuose $\geq (3,8 \div 5,6)$ MHz. 2) Apžvalgos kampas $\geq 200^\circ$ ($\pm 1^\circ$)	1) Dažnio diapazonas dvimačiame režime: $3,0 \div 9,0$ MHz; darbinis dažnių diapazonas doplerio režimuose $3,8 \div 5,6$ MHz. 2) Apžvalgos kampas 200° Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“pdf., 9 psl.
18.	Aparato vidinė atmintis	≥ 250 GB	250GB Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“pdf., 7 psl.
19.	Programinė įranga vaizdų archyvavimui, peržiūrai ir papildomų matavimų atlikimui personaliniame kompiuteryje	Būtina	Programinė įranga vaizdų archyvavimui, peržiūrai ir papildomų matavimų atlikimui personaliniame kompiuteryje Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“pdf., 11 psl.
20.	Įmontuotas įrenginys duomenų įrašymui į CD	Būtinai	Įmontuotas įrenginys duomenų įrašymui į CD ir DVD tipo

	ir DVD tipo laikmenas		laikmenas Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“pdf., 7 psl.
21.	USB jungtys	Ne mažiau kaip dvi jungtys, įmontuotos valdymo panelyje	Dvi jungtys, įmontuotos valdymo panelyje Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“pdf., 7 psl.
22.	Vaizdų konvertavimas į BMP, PNG, JPEG, AVI formatus	Būtinai	Vaizdų konvertavimas į BMP, PNG, JPEG, AVI formatus Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“pdf., 12 psl.
23.	Vaizdo įrašymas į atmintį	Būtinai	Vaizdo įrašymas į atmintį Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“pdf., 7 psl.
24.	Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas	Būtinai	Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“pdf., 12 psl.
25.	Maitinimas	220V±10%, 50 Hz	Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“pdf., 13 psl.
26.	Papildoma įranga, kurią galima instaliuoti ateityje	Programinė įranga, automatiniam kraujagyslės diametro, intimos-medijos storio matavimui radiodažnuminiu būdu, realiu laiku.	Programinė įranga, automatiniam kraujagyslės diametro, intimos- medijos storio matavimui radiodažnuminiu būdu, realiu laiku. Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“pdf., 14, 11 psl.
27.	Instaliuotas tyrimų atlikimo/mokymosi vaizdų archyvas	Vienu metu ekrane pateikiama vaizdinė informacija: - Tyrimui atlikti reikalingos daviklio padėties nuotrauka, tyrimo sričiai; - Schematinis tyrimo srities vaizdas; - Echoskopinis tyrimo srities vaizdas.	Vienu metu ekrane pateikiama vaizdinė informacija: - Tyrimui atlikti reikalingos daviklio padėties nuotrauka, tyrimo sričiai; - Schematinis tyrimo srities vaizdas; - Echoskopinis tyrimo srities vaizdas. Žr. „KONFIDENCIALU Katalogai“pdf., 16 psl.
28.	Siūlomos įrangos žymėjimas CE arba lygiaverčiu ženklu	Būtinai, pateikti atitinkamą sertifikatą arba deklaraciją	Pateikiama
29.	Garantija	Ne mažiau 1 metų garantija	1 metų garantija
30.	Garantinis ir pogarantinis techninis aptarnavimas	Pateikti gamintojo įgaliojimą ir inžinieriaus apsimokymo sertifikatą atlikti techninį garantinį ir pogarantinį aptarnavimą Lietuvoje	Pateikiama

Pirkėjo vardu

VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams,
atliekantis direktoriaus funkcijas
Saulius Imbrasas



Tiekėjo vardu

UAB "Skirgesa"

Direktorius Skirmantas Akelis

