



Vilnius

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujamos direktorės valdymui Elenos Jurevičienės, veikiančios 2014 m. gruodžio 16 d. įgaliojimo Nr. SR-6897 pagrindu ir UAB „Tradintek“ (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujamas IT pardavimo vadovo Lino Solomino, veikiančio pagal 2017 m. sausio 5 d. įgaliojimą, laimėjusi 2016 m. lapkričio 15 d. supaprastinto atviro konkurso būdu paskelbtą viešąjį pirkimą (pirkimo Nr. 180694), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui medicinos prietaisus, išvardintus specifikacijoje (Priedas Nr.1) (toliau – **Prekės**), o Pirkėjas įsipareigoja priimti juos ir už juos sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6.1 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES SUMA

2.1. Bendra sutarties suma be PVM 25 270,00 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt eurų, 00 ct). PVM suma 5 306,70 Eur (penki tūkstančiai trys šimtai šeši eurai, 70 ct). **Bendra sutarties suma su PVM 30 576,70 Eur** (trisdešimt tūkstančių penki šimtai septyniasdešimt šeši eurai, 70 ct).

2.2. Sutartyje nustatyta fiksuota prekių kaina, kuri sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus, kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.3. Į bendrą sutarties sumą įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo, instaliacijos, personalo apmokymo, garantinio aptarnavimo išlaidos.

2.4. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti Prekes, kurių detalios specifikacijos ir kiekiai nustatyti šios sutarties priede Nr. 1.

3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito modelio Prekes su sąlyga, kad naujas modelis visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

3.3. Kartu su pristatomomis Prekėmis, Pardavėjas perduoda Pirkėjui:

3.3.1. prekių vartotojo instrukcijas (lietuvių ir anglų kalba);

3.3.2. techninę dokumentaciją;

3.3.3. serviso dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalba).

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos, jas sumontuoti, instaliuoti/įdiegti bei apmokyti Pirkėjo personalą dirbti su prekėmis.

4.2. Esant nenumatytoms aplinkybėms, prekių pristatymo terminas rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip vieną kartą 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui. Šis susitarimas tampa neatskiriama sutarties dalimi.

4.3. Prekių pristatymo vieta – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, Santariškių g. 2, Vilnius, Vaikų

ligoninė, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas, Santariškių g. 7, Vilnius, Valstybinis patologijos centras, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas, P. Baublio 5, LT - 08406 Vilnius.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė atitinka Prekių grupei keliamas technines sąlygas ir standartus.

5.2. Prekių garantinis aptarnavimo terminas turi būti ne mažiau 36 mėnesiai nuo priėmimo – perdavimo ir instaliavimo akto bei priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos, išskyrus pirkimo dalims Nr.7, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 26. Šių pirkimo dalių garantinis aptarnavimo terminas 24 mėnesiai.

5.3. Prekes garantiniu laikotarpiu remontuoja Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliojimą turinti įmonė Pardavėjo lėšomis. Aptarnaujantis specialistas turi atvykti ne vėliau kaip per 24 valandas nuo raštiško Pirkėjo pranešimo Pardavėjui apie gedimą. Nepavykus pašalinti gedimo, Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pirminio pranešimo apie gedimą pakeisti sugedusias Prekes.

5.4. Detales, kurių pakeitimui reikalinga speciali įranga, įsipareigoja pakeisti Pardavėjas ar jo įgaliojimą turinti įmonė.

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už Prekes pagal gautas PVM sąskaitas–faktūras per 5 darbo dienas po to, kai privalomojo sveikatos draudimo lėšos iš teritorinių ligonių kasų bus pervestos į Pirkėjo sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo prekių gavimo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei Pardavėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekę iki sutarties 4 p. numatyto termino, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamos pristatyti Prekės kaina mažinama 0,2 % nuo vėluojamos pristatyti Prekės vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

7.2. Jei dėl vėlavimo pristatyti Prekę neįmanoma tinkamai eksploatuoti kitų, jau pristatytų prekių, sutarties 7.1. punkte minėti delspinigiai skaičiuojami nuo bendros sutarties kainos.

7.3. Jei Pirkėjas įgijo teisę reikalauti 5 % bendros sutarties sumos delspinigių, jis gali, raštu įspėjęs Pardavėją:

7.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Pardavėjui mokėtinų sumų;

7.3.2. nutraukti sutartį. Nutraukiant sutartį šiuo pagrindu, pardavėjas neturi teisės reikalauti jokios kompensacijos.

7.4. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio palūkanas nuo nesumokėtos sumos.

8. FORCE MAJEURE

8.1. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių.

9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;

9.2.2. Pardavėjas nurodytu terminu prekių nepristatė.

9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

9.5. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 15 darbo dienų apie tai raštu įspėjęs Pardavėją. Užsakymai, kurie buvo

pateikti iki tokio įspėjimo išsiuntimo dienos, turi būti įvykdyti ir už juos tinkamai atsiskaityta.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

10.2. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

10.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalis, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

10.4. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

PRIDEDAMA: Specifikacija, 7 lapai.

11. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB „Tradintek“
J. Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius
Įmonės kodas 124942182
PVM mok. Kodas LT249421811
A.s. LT65 7044 0600 0136 8083
AB SEB bankas, b. k. 70440
Tel. (8 5) 2685427, faks. (8 5) 2496084

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
Swedbank AB, b.k 73000
A.s. LT71 7300 0100 0249 2260
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

IT pardavimo vadovas
Linas Solominas



Direktorė valdymui
Elena Jurevičienė



Vyriausioji buhalterė
Liuda Grigientienė

Direktorė ekonomikai
Diana Jurevičienė

**SPECIFIKACIJA
MEDICINOS PRIETAISAI**



17-CV-56 2017-03-16

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis, mato vnt.	Vnt. kaina be PVM, EUR	Suma PVM be, EUR	Suma EUR su PVM
1.	2.	3.	4.	5.	6.
8.	Elektrokardiografas MAC 800 (gamintojas GE Healthcare)	1 vnt.	4 100,00	4 100,00	4 961,00
9.	Pulsinis oksimetras su arterinio kraujospūdžio (AKS) matavimo funkcija V100 (gamintojas GE Healthcare)	2 vnt.	3 995,00	7 990,00	9 667,90
10.	Pulsinis oksimetras su EKG registravimo ir AKS matavimo funkcija B450 (gamintojas GE Healthcare)	2 vnt.	6 590,00	13 180,00	15 947,80
Bendra sutarties suma EUR be PVM					25 270,00
21 proc. PVM suma EUR					5 306,70
Bendra sutarties suma EUR su PVM					30 576,70

8 pirkimo dalis.**Elektrokardiografas MAC800 (gamintojas GE Healthcare) – 1 vnt.**

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametru reikšmės	Prekės gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai
1.	Registruojamo signalo diskretizacijos dažnis	Ne mažesnis kaip 1000 Hz	1000 Hz
2.	EKG analizės dažnis	Ne mažesnis kaip 1000 Hz/kanalui	1000 Hz/kanalui
3.	Kanalų skaičius	Ne mažiau kaip 6	6
4.	Automatinė 12 derivacijų EKG registracija	Būtina, ne ilgiau kaip per 10 sek.	Ne ilgiau kaip per 10 sek.
5.	Pasiruošimas darbui	Mažiau kaip per 10 sek.	Mažiau kaip per 10 sek.
6.	Integruotas monitorius	Ne mažiau kaip 17 cm įstrižainės, spalvotas Ne mažiau 800 x 480 aktyvių taškų	17 cm įstrižainės, spalvotas 800 x 480 aktyvių taškų
7.	Duomenys pateikiami monitoriaus ekrane	1. 6-12 EKG derivacijų vienu metu 2. Pagrindinių EKG parametru indikacija 3. Ligonio duomenys 4. Laikrodis 5. Ligonio širdies susitraukimų dažnis 6. Elektrokardiografo nustatymai 7. Baterijos įkrovos būklė	1. 6-12 EKG derivacijų vienu metu 2. Pagrindinių EKG parametru indikacija 3. Ligonio duomenys 4. Laikrodis 5. Ligonio širdies susitraukimų dažnis 6. Elektrokardiografo nustatymai 7. Baterijos įkrovos būklė 8. Perspėjimo žinutės

		8. Perspėjimo žinutės 9. Suminė elektrodų kontakto informacija nurodant problematinį elektrodą (būtina su spalvine indikacija)	9. Suminė elektrodų kontakto informacija nurodant problematinį elektrodą (su spalvine indikacija)
8.	Klaviatūra	Skaitmeninė-raidinė	Skaitmeninė-raidinė, T9-SMS stiliaus
9.	Integruotas vidinis terminis spausdintuvas	Būtina, su galimybe atspausdinti: - ne mažiau kaip 14 ataskaitų formatų, - visą ir(ar) dalį EKG realių laiku	Integruotas vidinis terminis spausdintuvas, su galimybe atspausdinti: - ne mažiau kaip 16 ataskaitų formatų, - visą ir(ar) dalį EKG realių laiku
10.	Keičiamas popieriaus traukimo greitis	Ne mažiau greičių, kaip 5-25-50 mm/s	Keičiamas popieriaus traukimo greitis 5-25-50 mm/s
11.	Keičiamas kardiografo jautrumas	Ne mažiau jautrumo verčių kaip 2,5 - 5 - 10 -20 - 40 mm/mV arba automatinis	Jautrumas 2,5 - 5 - 10 -20 - 40 mm/mV arba automatinis
12.	Širdies susitraukimų dažnio indikacija	Ne siauresnėse ribose kaip nuo 30 iki 300 susitr./min	Nuo 30 iki 300 susitr./min
13.	Implantuoto širdies stimulatoriaus atpažinimas (Atpažinimo intervalai ne siauresni už nurodytus)	Pulso amplitudė ne mažiau kaip nuo $\pm 5\text{mV}$ iki $\pm 700\text{ mV}$ Pulso trukmė ne mažiau kaip nuo 0,1 ms iki 2,0 ms	Pulso amplitudė nuo $\pm 5\text{mV}$ iki $\pm 700\text{ mV}$ Pulso trukmė nuo 0,1 ms iki 2,0 ms
14.	Pagrindinių EKG parametrų skaičiavimo programa	Būtina	Pagrindinių EKG parametrų skaičiavimo programa
15.	RR intervalo analizė	Ne mažiau kaip iš 400 susitraukimų arba ne trumpesnis intervalas negu 3 min	Iš 500 susitraukimų arba 5 min
16.	Širdies ritmo sutrikimo (aritmijos) nustatymas ir automatinis registravimas termopopieriuje	Galimybė registruoti tik aritmijų epizodus (ne ištisinė EKG)	Galima registruoti tik aritmijų epizodus (ne ištisinė EKG)
17.	Programuojami miograminiai (raumenų tremoro) filtrai	Būtina	Programuojami miograminiai (raumenų tremoro) filtrai
18.	Automatinė dreifo kompensacija	Būtina	Automatinė dreifo kompensacija
19.	Sinfazinio signalo slopinimas	Ne mažiau 90 dB	90 dB
20.	Aparato maitinimas	Iš elektros tinklo (vardinės vertės 230V/50Hz) ir iš vidinio akumulatoriaus (ličio jonų baterijos). Ne mažiau kaip 250 elektrokardiogramų dirbant nuo vidinio akumulatoriaus arba ne mažiau kaip 2 val pastovios registracijos (monitoravimo).	Iš elektros tinklo (vardinės vertės 230V/50Hz) ir iš vidinio akumulatoriaus (ličio jonų baterijos). 1000 elektrokardiogramų dirbant nuo vidinio akumulatoriaus arba 2 val. pastovios registracijos (monitoravimo).
21.	Baterijos pakrovimo laikas	Ne ilgiau kaip 4 val.	Trumpiau kaip 4 val.
22.	Apsauga nuo defibriliatoriaus iškvos	Būtina	Apsauga nuo defibriliatoriaus iškvos
23.	Vidinė registruojamų EKG atmintis	Ne mažiau kaip 100 EKG vidinė atmintis.	100 EKG vidinė atmintis.
24.	Duomenų ir rezultatų išsaugojimas ir siuntimas tinkle PDF (arba lygiaverčiu) formatu	Būtina	Duomenų ir rezultatų išsaugojimas ir siuntimas tinkle PDF formatu
25.	Komplektacija		

26.	Paciento kabelis su krūtininių ir standartinių derivacijų elektrodų rinkiniu (elektrodai prisiurbiami, daugartiniai, 2 dydžių	2 komplektai	2 komplektai
27.	Termopopierius	Ne mažiau kaip 1 pakuotė	1 pakuotė

9 pirkimo dalis.

Pulsinis oksimetras su arterinio kraujospūdžio (AKS) matavimo funkcija V100 (gamintojas GE Healthcare) – 2 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Prekės gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai
1.	Monitoriaus paskirtis	Neinvaziniam arteriniam kraujo spaudimui, deguonies saturacijai ir temperatūrai sekti	Neinvaziniam arteriniam kraujo spaudimui, deguonies saturacijai ir temperatūrai sekti.
2.	Pulsinio oksimetro modulis	SpO ₂ matavimo ribos (ne blogiau už nurodytas) nuo 40 iki 100%	SpO ₂ matavimo ribos nuo 1 iki 100%
3.	Neinvazinio arterinio spaudimo modulis	1.Osciliometrinė matavimo technologija; 2.Naujagimių ir suaugusių programa; 3. Matavimo ribos (ne blogesnės už nurodytas) nuo 10 iki 290 mmHg.	1.Osciliometrinė matavimo technologija; 2.Naujagimių ir suaugusių programa; 3. Matavimo ribos (ne blogesnės už nurodytas) nuo 10 iki 290 mmHg.
4.	Temperatūros matavimo modulis	Smilkinio arterijos neinvazinio skenavimo ir temperatūros matavimo technologija. Matavimo ribos (ne blogesnės už nurodytas) nuo 15°C iki 40°C	Smilkinio arterijos neinvazinio skenavimo ir temperatūros matavimo technologija. Matavimo ribos (ne blogesnės už nurodytas) nuo 15°C iki 43°C
5.	Įmontuota vidinė maitinimo baterija	1.Turi užtikrinti monitoriaus nepertraukiamą darbą ne mažiau kaip 5 val., matuojant netiesioginį arterinį kraujospūdį, saturaciją ir temperatūrą ne rečiau kaip kas 5 min. 2.Turi užtikrinti monitoriaus nepertraukiamą darbą ne mažiau kaip 10 val., matuojant netiesioginį arterinį kraujospūdį ne rečiau kaip kas 15 min.	1.Turi užtikrinti monitoriaus nepertraukiamą darbą ne mažiau kaip 5 val., matuojant netiesioginį arterinį kraujospūdį, saturaciją ir temperatūrą ne rečiau kaip kas 5 min. 2.Turi užtikrinti monitoriaus nepertraukiamą darbą ne mažiau kaip 11,5 val., matuojant netiesioginį arterinį kraujospūdį ne rečiau kaip kas 15 min.
6.	Svoris	Ne daugiau kaip 2,6 kg su vidiniu akumuliatoriumi	Ne daugiau kaip 2,4 kg su vidiniu akumuliatoriumi
7.	Vidinis terminis spausdintuvas	Būtinai	Priedas Nr. 2 Psl.
8.	Maitinimo šrovė	230V (± 10 %), /50Hz (±1 %)	230V (± 10 %), /50Hz (±1 %) Priedas Nr. 2 Psl. 9
9.	Komplektacija	Monitorius komplektuojamas su: 1. Saturacijos pajungimo kabeliu;	1. Monitorius komplektuojamas su: Saturacijos pajungimo kabeliu; 2. Saturacijos davikliai (daugartiniai); kūdikiui, vaikui, paaugliui.

		Saturacijos davikliai (daugkartiniai); kūdikiui, vaikui, paaugliui. 2. Manžetės pajungimo dviejų kanalų žarnele. 3. Spaudimo matavimo manžetė, 3 vnt. (skirtingo dydžio). 4. Elektros maitinimo kabeliu. 5. Mobilu stovu. 6. Temperatūros matavimo daviklis.	3. Manžetės pajungimo dviejų kanalų žarnele. 4. Spaudimo matavimo manžetė, 3 vnt. (skirtingo dydžio). 5. Elektros maitinimo kabeliu. 6. Mobilu stovu. 7. Temperatūros matavimo daviklis.
--	--	--	---

10 pirkimo dalis.

Pulsinis oksimetras su EKG registravimo ir AKS matavimo funkcija B450 (gamintojas GE Healthcare) – 2 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametų reikšmės	Prekės gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai
1.	Paskirtis	Paciento monitorius su oksimetru ir EKG registravimo ir AKS matavimo funkcijomis, pritaikytas įvairaus amžiaus grupėms	Paciento monitorius B450 (gamintojas GE Healthcare) su oksimetru ir EKG registravimo ir AKS matavimo funkcijomis, pritaikytas įvairaus amžiaus grupėms.
2.	Elektros maitinimo šaltiniai:	1. ~230±10% V, 50Hz 2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis monitoriaus veikimą ir paciento monitoravimą ne mažiau 3,5 val.	1. ~230±10% V, 50Hz Priedas Nr. 3 Psl. 3 2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis monitoriaus veikimą ir paciento monitoravimą 3,5 val.
3.	Reikalavimai monitoriaus ekranui: 1. Ekranu įstrižainė 2. Kreivių skaičius ekrane vienu metu	Aukštos skiriamosios gebos $\geq$ (1000x700) taškų, spalvotas, TFT, plokščias 1. Ne mažiau 12" 2. Ne mažiau 6	Aukštos skiriamosios gebos (1000x700) taškų, spalvotas, TFT, plokščias 1. 12" Ekranu įstrižainė 2. 6 kreivės
4.	Monitoriaus valdymas	Prisilietimui jautrus monitoriaus ekranas	Prisilietimui jautrus monitoriaus ekranas
5.	Matuojami parametrai	1. EKG multi-derivacinis kanalas, kvėpavimas 2. SpO2 3. Neinvazinis kraujospūdis 4. Kvėpuojamųjų dujų apykaitos monitoravimas, įsigijus papildomą modulį 5. Anestetinių dujų apykaitos monitoravimas, įsigijus papildomą modulį 6. Širdies minutinio tūrio monitoravimas PiCCO arba lygiaverčiu metodu, įsigijus papildomą modulį	1. EKG multi-derivacinis kanalas, kvėpavimas 2. SpO2 3. Neinvazinis kraujospūdis 4. Kvėpuojamųjų dujų apykaitos monitoravimas, įsigijus papildomą modulį E-MINIC 5. Anestetinių dujų apykaitos monitoravimas, įsigijus papildomą modulį – E-sCAIO 6. Širdies minutinio tūrio monitoravimas PiCCO metodu, įsigijus papildomą modulį E-PiCCO 7. Raumenų relaksacijos matavimas (NMT), įsigijus papildomą modulį E-NMT

		7. Raumenų relaksacijos matavimas (NMT), įsigijus papildomą modulį 8. Paciento sąmonės būklės įvertinimo kanalas, įsigijus papildomą modulį 9. Kūno temperatūra	8. Paciento sąmonės būklės įvertinimo kanalas, įsigijus papildomą modulį E- ENTROPY 9. Kūno temperatūra
6.	Vaistų dozių, vaistų titravimo programinis paketas	Būtina	Vaistų dozių, vaistų titravimo programinis paketas
7.	Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis: 1. Duomenų atvaizdavimas iš atminties 2. Atminties trukmė 3. Momentinė nuotrauka. Tam tikro laiko momento atvaizdavimas su kreivėmis. 4. ST segmento momentinė nuotrauka	1. Grafinis, skaitmeninis, atvejo, momentinės nuotraukos, ST momentinės nuotraukos 2. Ne mažiau 72 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos 3. Galimybė išsaugoti ne mažiau kaip 400 nuotraukų 4. Galimybė išsaugoti ne mažiau kaip 10	1. Grafinis, skaitmeninis, atvejo, momentinės nuotraukos, ST momentinės nuotraukos 2. 72 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos 3. Galimybė išsaugoti 400 nuotraukų 4. Galimybė išsaugoti 10
8.	Reikalavimai aliarmo signalams: 1. Ne mažiau 3-ių lygių paciento būklės aliarmo signalas 2. Šviesinis ir garsinis signalai	1. Būtina 2. Būtina	1. 3-ių lygių paciento būklės aliarmo signalas 2. Šviesinis ir garsinis signalai
9.	Monitoriaus jungtys išoriniai komunikacijai ir išorinių įrenginių (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, Brūkšninio kodo skaitytuvas) prijungimui	1. Vidinio tinklo jungtis – RJ45 arba analogiška, ne mažiau kaip 3 2. Ne mažiau kaip 2 USB arba analogiškos jungtys 3. Jungtis papildomam išoriniam ekranui	1. Vidinio tinklo jungtis – RJ45 3 jungtis 2. 2 USB jungtys 3. Jungtis papildomam išoriniam ekranui
10.	Galimybė sujungti monitorius tarpusavyje ir juos valdyti, bei keisti informacija tarpusavyje be centrinės monitoravimo stoties	Būtina	Galimybė sujungti monitorius tarpusavyje ir juos valdyti, bei keisti informacija tarpusavyje be centrinės monitoravimo stoties
11.	Monitoriaus servisinis valdymas, konfigūracijos keitimas nuotoliniu būdu	Būtina	Monitoriaus servisinis valdymas, konfigūracijos keitimas nuotoliniu būdu su InSite EXC programa
12.	Reikalavimai EKG/ Kvėpavimo registravimo kanalui: 1. EKG derivacijos: 2. Širdies susitraukimų matavimo ribos, ne blogiau už nurodytas 3. Išplėstinė aritmijų analizė 4. Stimulatoriaus atpažinimas 5. ST segmento analizė	1. I, II, III, aVL, aVF, aVR, V1-V6 2. 30 - 250 susitr/min. 3. Būtina. Ne mažiau kaip 10 skirtingų aritmijų rūšių atpažinimas	1. I, II, III, aVL, aVF, aVR, V1-V6 2. 30 - 250 susitr/min. 3. 11 skirtingų aritmijų rūšių atpažinimas 4. Stimulatoriaus atpažinimas

	6. ST tendencijų atmintis 7. QT/QTc analizė 8. Matuojamo kvėpavimo dažnio ribos, ne blogiau už nurodytas	4. Būtina 5. Būtina, galimybė išsaugoti ne mažiau kaip 10 ST segmentų 6. Ne mažiau kaip 72 val. 7. Būtina 8. 5-100 k/min	5. Galimybė išsaugoti 10 ST segmentų 6. Ne mažiau kaip 72 val. 7. QT/QTc analizė 8. 5-100 k/min
13.	Reikalavimai SpO2 kanalui: 1. SpO2 matavimo diapazonas, ne blogesnis už nurodytas ribas 2. Matavimo paklaida	1. 30-100 % 2. Ne daugiau ± 2 skaitmenys diapazone 70-100%	1. 0-100 % 2. ± 2 skaitmenys diapazone 70-100%
14.	Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui: 1. Kraujospūdžio matavimo diapazonas, ne blogesnis už nurodytas ribas 2. Kraujospūdžio matuoklio darbo režimai	1. 20-250 mmHg 2. Automatinis, rankinis ir besitęsiantis	1. 15-260 mmHg 2. Automatinis, rankinis ir besitęsiantis
15.	Reikalavimai hemodinamikos moduliui su invazinio kraujospūdžio matavimo kanalu: (kiekviename monitoriuje arba monitoriaus hemodinamikos modulyje turi būti ne mažiau negu 2 kanalai): 1. Kraujospūdžio matavimo diapazonas, ne blogesnis už nurodytą 2. Matavimo paklaida, ne blogiau	1. Nuo -30 iki +300 mmHg 2. ± 2 mmHg arba $\pm 5\%$	Kiekviename monitoriaus hemodinamikos modulyje yra 2 kanalai 1. Nuo -40 iki +320 mmHg 2. ± 2 mmHg arba $\pm 5\%$
16.	Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui: 1. Temperatūros matavimo diapazonas, ne blogesnis už nurodytą intervalą 2. Matavimo paklaida	1. 25°C - 45°C 2. Ne blogiau $\pm 0,1^\circ\text{C}$ intervale nuo 25°C - 45°C	1. 10°C - 45°C 2. $\pm 0,1^\circ\text{C}$ intervale nuo 25°C - 45°C
17.	Priedai paciento monitoravimui 1-am (kiekvieno monitoriaus): 1. EKG paciento kabelis, 5 laidų 2. Kabelis – prailgintojas SpO2 davikliui 3. SpO2 davikliai (3 skirtingų dydžių) 4. Manžetės su žarnelėmis neinvazinio kraujospūdžio matavimui (3 skirtingų dydžių) 5. Odos temperatūrinis daviklis ir rektalinis 6. Tiesioginio spaudimo matavimo davikliai	1 vnt. 1 vnt. Po 1 vnt. pirštiniams suaugusiems, vaikui ir kūdikiui Po 1 vnt. kiekvieno dydžio Po 1 vnt. 1 vnt.	1 vnt. 1 vnt. Po 1 vnt. pirštiniams suaugusiems, vaikui ir kūdikiui Po 1 vnt. kiekvieno dydžio Po 1 vnt. 1 vnt.

18.	Pritaikymas jungti į centrinę monitoravimo sistemą ir į ją realiu laiku perduoti visus monitoruojamus duomenis per kompiuterinį tinklą.	Būtina	Pritaikytas jungti į centrinę monitoravimo sistemą ir į ją realiu laiku perduoti visus monitoruojamus duomenis per kompiuterinį tinklą.
19.	Mobilus stovas	Būtina	Mobilus stovas

Pardavėjas

UAB „Tradintek“

J. Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius

Įmonės kodas 124942182

PVM mok. Kodas LT249421811

A.s. LT65 7044 0600 0136 8083

AB SEB bankas, b. k. 70440

Tel. (8 5) 2685427, faks. (8 5) 2496084

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įmonės kodas 124364561

PVM mok. kodas LT243645610

Swedbank AB, b.k 73000

A.s. LT71 7300 0100 0249 2260

Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

IT pardavimo vadovas

Linas Solominas

A. V.



Direktorė valdymui

Elena Jurevičienė



Viešųjų pirkimų specialistė

Inga Benétaitė

ĮGALIOJIMAS

Du tūkstančiai septynioliktųjų metų sausio penkta diena, Vilnius

Šiuo uždaroji akcinė bendrovė „Tradintek“, juridinio asmens kodas 124942182, registruotos buveinės adresas Biržiškų g. 125, Vilnius (toliau – „Igaliotojas“), atstovaujama direktoriaus Vido Morkūno, veikiančio pagal įmonės įstatus, įgalioja Igaliotojo IT pardavimų vadovą Liną Solomina, asmens kodas 36303220174, atstovauti Igaliotoją, kitose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, atliekant visus būtinus veiksmus, susijusius su Igaliotojo dalyvavimu viešuosiuose pirkimuose (toliau – „Viešasis pirkimas“), taip pat, bet ne tik:

- Igaliotojo vardu pasirašyti visus pirkimo dokumentus ir kitus dokumentus bei raštus teikiamus Perkančiajai organizacijai;
- Igaliotojo vardu saugiu elektroniniu parašu pasirašyti pasiūlymą, visus pirkimo dokumentus ir kitus dokumentus bei raštus teikiamus Perkančiajai organizacijai;
- dalyvauti visuose Viešojo pirkimo Komisijos posėdžiuose;
- gauti dokumentus ir informaciją;
- Igaliotojo vardu derėtis, vykdyti ir pasirašyti sutartis;
- atlikti kitus susijusius veiksmus.

Įgaliojimas galioja iki 2018 m. sausio mėn. 31 d.

Direktorius



Vidas Morkūnas