



UAB Mokslinis-Techninis Susivienijimas "NOVATEX"

Uždaroji Akcinė Bendrovė Mokslinis-Techninis Susivienijimas "Novatex" Laisvės pr. 117A-37, LT-06118, Vilnius;
Telefono numeris +370 5 2737292; Fakso numeris: +370 5 2737296; El. pašto adresas: info@novatex.lt; Reg.
tvarkytojas: VĮ Registrų centras, Vilniaus filialas; Įmonės kodas: 120375749; PVM kodas: LT203757414

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM

**PASIŪLYMAS
DĖL DOZĖS GALIOS MATUOKLIŲ PIRKIMO**

2017-04-27

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, įmonių kodai/</i>	UAB Mokslinis-Techninis Susivienijimas "NOVATEX"
Tiekėjo adresas, pašto indeksas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai, pašto indeksai/</i>	Laisvės pr. 117A-37, LT-06118, Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Zinaida Tamaševičienė, Generalinė direktorė
Telefono numeris	+370 5 2737292
Fakso numeris	+370 5 2737296
El. pašto adresas	okulik@novatex.lt

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)¹

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM dozės galios matuoklių pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - Skelbime apie pirkimą, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

¹ Jeigu tiekėjas sutarties vykdymui pasitelkia fizinį asmenį, jis turi būti laikomas subteikėju ir nurodomas šioje lentelėje.

3. Pasirašydami CVP IS pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlome šias Prekes:

1 lentelė.

Eil. Nr.	Pavadinimas, modelis	Mato vnt.	Kiekis	1 vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5	6=4*5
1.	Dozės galios matuoklis PM1703MO-01, Polimaster gamintojo atitinkantis komplektaciją su pirmine metrologine patikra	Vnt.	40	1.690,00	67.600,00
2.	PVM 21 %:				14.196,00
3.	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM:				81.796,00

Bendra pasiūlymo kaina be PVM - šešiasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai EUR 00 ct, PVM – 14.196,00 EUR keturiolika tūkstančių šimtas devyniasdešimt šeši EUR 00 ct. Bendra pasiūlymo kaina (su PVM) - 81.796,00 aštuoniasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai devyniasdešimt šeši EUR 00 ct.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi teikėjui privalomi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jos yra tokios:

2 lentelė. Matuoklių techniniai, estetiniai, funkciniai ir kokybiniai reikalavimai.

Eil. Nr.	Reikalavimai	Deklaruojami duomenys
1.	Dozės galios matuoklio (toliau – matuoklis) paskirtis – išmatuoti rentgeno ir gama spinduliuotės lygiavertės dozės galią (lygiavertė dozė per laiko vieneta) ir lygiavertę dozę, taip pat ieškoti ir lokalizuoti radiaciją skleidžiančius šaltinius ir perspėti matuoklio naudotoją garsiniais, vaizdiniais ir vibraciniais aliarmais.	Dozės galios matuoklio PM1703MO-01 paskirtis – išmatuoti rentgeno ir gama spinduliuotės lygiavertės dozės galią ir lygiavertę dozę, taip pat ieškoti ir lokalizuoti radiaciją skleidžiančius šaltinius ir perspėti matuoklio naudotoją garsiniais, vaizdiniais ir vibraciniais aliarmais.
2.	Matuoklio sudėtis: rentgeno ir gama spinduliuotės detektorius (toliau – detektorius), akumuliatorinis (-iai) elementas (-ai), (baterijos komplektas) (toliau – baterijų komplektas), segtukas segti ant diržo/kišenės, dėklas, specialus laikiklis prietaisui fiksuoti automobilio priekiniame prietaisų skydelyje su įkrovimo nuo 12 V galimybe ir	Matuoklio sudėtis: rentgeno ir gama spinduliuotės detektorius, 1 vnt. akumuliatorinis elementas AA tipo, segtukas segti ant diržo/kišenės, dėklas, specialus laikiklis prietaisui fiksuoti automobilio priekiniame prietaisų skydelyje su įkrovimo nuo 12 V

	įkrovimo lygio parodymu, vartotojo instrukcija, gamintojo pakuotė.	galimybe ir įkrovimo lygio parodymu, vartotojo instrukcija, gamintojo pakuotė
3.	Matuoklio detektorių tipai: vienas Geigerio-Miulerio detektorius lygiavertės dozės galiai ir lygiavertei dozei matuoti, ir antras – scintiliacinis (CsI(Tl)) jonizuojančios spinduliuotės šaltinių paieškai. Abu matuoklio detektoriai turi būti integruoti į vieną matuoklio korpusą.	Matuoklio detektorių tipai: vienas Geigerio-Miulerio detektorius lygiavertės dozės galiai ir lygiavertei dozei matuoti, ir antras – scintiliacinis (CsI(Tl)) jonizuojančios spinduliuotės šaltinių paieškai. Abu matuoklio detektoriai yra integruoti į vieną matuoklio korpusą.
4.	Matuoklio rentgeno ir gama spinduliuotės energijų matavimo diapazonas turi būti nuo 35 KeV iki 3 MeV;	Matuoklio rentgeno ir gama spinduliuotės energijų matavimo diapazonas yra 33 KeV iki 3 MeV
5.	Matuoklio detektoriaus lygiavertės dozės galios matavimo diapazonas turi būti nuo 0,1 μ Sv/h iki 10 Sv/h;	Matuoklio detektoriaus lygiavertės dozės galios matavimo diapazonas yra nuo 0,01 μ Sv/h iki 10 Sv/h;
6.	Matuoklio detektoriaus lygiavertės dozės matavimo diapazonas turi būti nuo 0,1 μ Sv iki 10 Sv;	Matuoklio detektoriaus lygiavertės dozės matavimo diapazonas yra nuo 0,01 μ Sv iki 10 Sv;
7.	Matuoklio lygiavertės dozės galios ir lygiavertės dozės pagrindinė santykinė matavimo paklaida turi būti ne didesnė kaip ± 20 %;	Matuoklio lygiavertės dozės galios ir lygiavertės dozės pagrindinė santykinė matavimo paklaida turi būti ne didesnė kaip ± 20 %
8.	Įkrovimo automobilyje metu matuoklis turi užtikrinti nepertraukiamą matavimą ir matavimo rezultatų parodymą;	Įkrovimo automobilyje metu matuoklis užtikrina nepertraukiamą matavimą ir matavimo rezultatų parodymą
9.	Matuoklis privalo turėti apšviečiamą ekraną;	Matuoklis turi apšviečiamą LCD ekraną
10.	Matuoklis privalo turėti galimybę prijungti prie kompiuterio ir nuskaityti matavimo rezultatus, nustatyti parametrus;	Matuoklis turi galimybę prijungti prie kompiuterio ir nuskaityti matavimo rezultatus, nustatyti parametrus
11.	Matuoklio nepertraukiamo darbo trukmė su vienu baterijų komplektu turi būti ne mažesnė kaip 200 valandų.	Matuoklio nepertraukiamo darbo trukmė su vienu baterijų komplektu yra 1000 valandų
12.	Matuoklio svoris su baterijų komplektu turi būti ne didesnis 300 g.	Matuoklio svoris su baterija yra 250 g
13.	Matuoklis turi būti tinkamas naudoti aplinkoje nuo -30°C iki $+50^{\circ}\text{C}$.	Matuoklis tinkamas naudoti aplinkoje nuo -30°C iki $+50^{\circ}\text{C}$.
14.	Matuoklio apsaugos klasė turi būti ne žemesnė kaip IP65.	Matuoklio apsaugos klasė yra IP65.
15.	Matuoklis turi būti naujas, neeksploatuotas, pagamintas 2017 metais, turėti gaminio atitikties deklaraciją, pažymėtas CE ženklu.	Matuoklis bus pristatytas naujas, neeksploatuotas, pagamintas 2017 metais, turės gaminio atitikties deklaraciją, pažymėtas CE ženklu.
16.	Turi būti pateikta naudojimo ir saugojimo instrukcija lietuvių kalba.	Pristatymo metu bus pateikta naudojimo ir saugojimo instrukcija lietuvių kalba
17.	Matuoklio, išskyrus baterijų komplektą, tinkamumo naudoti terminas saugant originalioje gamintojo pakuotėje turi būti ne trumpesnis kaip 20 metų ir patvirtintas gamintojo.	Matuoklio, išskyrus baterijų komplektą, tinkamumo naudoti terminas saugant originalioje gamintojo pakuotėje yra 20 metų ir pristatymo metu bus patvirtintas gamintojo.

18.	Matuokliui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 18 mėn. garantija.	Matuokliui bus suteikta 18 mėn. garantija.
19.	Matuoklis turi būti įrašytas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą.	Siūlomas matuoklis yra įrašytas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą.
20.	Matuokliui 2017 metais turi būti atlikta pirminė patikra. Ant kiekvieno matuoklio turi būti patikros žymuo, liudijantis apie atliktą patikrą.	Matuokliui 2017 metais bus atlikta pirminė patikra. Ant kiekvieno matuoklio bus patikros žymuo, liudijantis apie atliktą patikrą.
21.	Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas matuoklio pavyzdys tinkamumui įvertinti, kaip numatyta šio pirkimo sąlygų 44 punkte.	Yra pateikiamas matuoklio pavyzdys

**Pavyzdys turi būti pateiktas tiesiogiai ar per kurjerį iki šio pirkimo sąlygų 44 punkte numatyto laiko. Pavyzdžiui netaikomas 20 punkto reikalavimas.*

3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.N r.	Dokumento pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
1.	01_Pasiulymas	4
2.	02_Minimaliu_kvalif_reik_deklaracija	1
3.	03_PM1703MO-1_2_1BT_en	2
4.	03_PM1703MO-1_2_1BT_en_LT	2
5.	04_CE 1703	1
6.	04_CE 1703_LT	1
7.	05_Is_Matavimo_priemoniu_registro	1

4. Pasiūlyme pateikta **konfidenciali*** informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Generalinė direktorė
(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Zinaida Tamaševičienė
(Vardas ir pavardė)

