

DUOMENYS IŠ LIETUVOS MATAVIMO PRIEMONIŲ REGISTRO

El. nuoroda: http://195.182.67.21:800/mpregistras/Results1v.php?mp_id=2749

Pagrindiniai duomenys:

Registro numeris:	2-2521:2016
Pavadinimas:	Gama ir rentgeno spinduliuotės individualus dozimetras
Tipas:	PM1703MO
Charakteristikos:	Matuojamasis dydis: individualiosios dozės ekvivalento galia. Matavimo ribos: 0,1µS 9,99 Sv/h. Tikslumo klasė ir (arba) DLP: PM1703MO-1 ±20%, PM1703MO-2 ±30%. temperatūra: (-20 ...+50) oC. Santykinė oro drėgmė: iki 98% esant +35 oC, nesik.
Reikalavimai:	ISO 4037-2:1997; ISO 4037-3:1999; LST EN 61526:2007; gamintojo techninė dokumentacija.
Firma gamintoja:	Polimaster Ltd.
Šalis gamintoja:	Baltarusija
Įsakymo numeris:	4-689
Įsakymo data:	2016-11-08

Modifikacijos:

Modifikacijos tipas:	PM1703MO-1BT
Mod. charakteristikos:	-

Modifikacijos tipas:	PM1703MO-2
Mod. charakteristikos:	-

Modifikacijos tipas:	PM1703MO-1
Mod. charakteristikos:	-

Užregistravusi firma:

Pavadinimas:	UAB "MTS Novatex"
Telefonas:	2737292
Faksas:	2737296
Adresas:	Laisvės pr. 117a-37, LT-06118 Vilnius
Valstybė:	Lietuva