

NACIONALINIS VĖŽIO INSTITUTAS

Išorinės spindulinės terapijos skyrius

(padalinio pavadinimas)

2017-04-19 Nr. 14-58

Infrastruktūros ir ūkio skyriaus
Medicininės technikos priežiūros
poskyrio vedėjo N. Jančiausko
pirkimo paraiška dėl linijinio
greitintuvo Clinac ix (inv. Nr. ES164
1212) dalių pirkimo

DEFEKTINIS AKTAS 2017-14

DĖL MEDICINOS PRIETAISO (MP) DALIŲ IR / AR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO

2017-04-13

Vilnius

PRIEDAS NR. 1

1.	MP pavadinimas, tipas, modelis	Linijinis greitintuvas Clinac ix s.n. 5000
2.	MP inventorinis Nr.	ES1641212
3.	Konkreči padalinio vieta, kurioje yra sugedęs MP (patalpos Nr. arba pavadinimas)	Išorinės spindulinės terapijos skyrius 117 kab.
4.	Trumpas gedimo aprašymas	1. Siekiant užtikrinti sklandų greitintuvo darbą reikalinga atlikti greitintuvo techninę profilaktiką (Smulkiu gedimų šalinimas, atraminių įtampos verčių matavimai, filtrų valimai, mlc sutepimas, greitintuvo darbinio parametrų fiksavimas-analizavimas ir t.t.) 2. Sugedo greitintuvo vakumo palaikymo sistema. Nusilankstė vakuminė pompos aukštos įtampos laidas.
5.	Remontui reikalingos MP dalys:	1. Techninė profilaktika 2. Vakuminės pompos aukštos įtampos laidas (CABLE,VACION W36). Varin detalės numeris : 89011003. 1vnt.
6.	Remonto trukmė (Val.)	
7.	Inžinieriaus metrologo teikiama informacija ir viza Medicininės technikos priežiūros poskyrio vyriausioji specialistė Agnė Gineitytė	MP pagaminimo metai 2010 m. Šalis gamintoja JAV MP aptarnavimo sutarties data ir Nr. sutarties nėra MP įsigijimo vertė (Eur su PVM) 2316094,47
8.	Pastabos	

Švyčiaus vedėjas

(Padalinio, kuriame sugedo med. įranga, vadovas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

medicinos fizikas pavaduojantys skyriaus vedėja

(Padalinio, kuriame sugedo med. įranga, darbuotojo pareigos)

(parašas)

Romas Griškevičius

(vardas, pavardė)

PRIEDAS NR. 2

Įranga

Clinac IX / 2100

Serijos nr.

5000

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

Informuojame, kad, atlikus Jūsų turimo aparato Clinac IX / 2100 (serijos nr. 5000) techninį patikrinimą, buvo nustatyti sistemos gedimai, kuriems pašalinti reikalingos šios dalys / paslaugos:

KODAS	PAVADINIMAS	VNT. KAINA BE PVM, EUR	VNT. KAINA SU PVM, EUR	KIEKIS	SUMA SU 21% PVM. EUR
89011003	Vakuminės pompos aukštos įtampos laidas	2 230,00	2 698,30	1	2 698,30
TP	Techninė profilaktika	1 622,00	1 962,62	1	1 962,62

VISO su PVM:**EUR: 4 660,92 €**

Pasiūlymas galioja 30 dienų.

Laukiame Jūsų užsakymo patvirtinimo.

Technikos direktorius



Raimondas Šimas

Raimondas Šimas, tel. 8 699 21123, el. p. raimondas.simas@tradintek.com

LT17-0772-K1

TRADINTEK UAB

J.Josinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, Lietuva. Tel.: 8 5 2685427, faks.: 8 5 2496084, el-paštas: info@tradintek.com, įmonės kodas - 124942182, PVM mok. kodas - LT249421811
A.s.: LT65 7044 0600 0136 8083 AB SEB bankas; A.s.: LT54 7300 0100 8106 3924 AB Swedbank

1/1