

VšĮ Marijampolės ligoninei

**PASIŪLYMAS
DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMO**

2017 m. balandžio 11 d. Nr. 2-0462

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Limeta“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	V. A. Graičiūno g. 4, LT-02241 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Ričardas Dunderis
Telefono numeris	(8~5) 2649696
Fakso numeris	(8~5) 2602055
El. pašto adresas	vilnius@limeta.lt
Įmonės kodas	Įmonės kodas 221906050
Įmonės vadovas	Generalinis direktorius Kęstutis Kutkauskas

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Supaprastinto atviro konkurso skelbime;
- 2) Supaprastinto atviro konkurso sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Suma eur. be PVM	Suma eur. su PVM
7.	Ultragaršinis inhaliatorius	Vnt.	2	2809,92	3400,00

Bendra pasiūlymo 7 pirkimo daliai kaina 3400,00 eur (trys tūkstančiai keturi šimtai eurų 00 centų) su PVM

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 590,08 eur.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Suma eur. be PVM	Suma eur. su PVM
8.	Pulsoksimetras	Vnt.	5	6611,55	7999,98

Bendra pasiūlymo 8 pirkimo daliai kaina 7999,98 eur (septyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai 98 centai) su PVM

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 1388,43 eur.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Suma eur. be PVM	Suma eur. su PVM
11.	Otoskopas	Vnt.	2	178,00	215,38

Bendra pasiūlymo 11 pirkimo daliai kaina 215,38 eur (du šimtai penkiolika eurų 38 centai) su PVM

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 37,38 eur.

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SARAŠAS

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	Valstybės įmonės registrų centro pažymos kopija	2	Konfidencialu.pdf
2.	Pažymos dėl balsų daugumos kopija	1	Konfidencialu.pdf
3.	Valstybės įmonės registrų centro Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija.	8	Konfidencialu.pdf
4.	Siūlomų prekių gamintojų dokumentai	37	Konfidencialu.pdf
5.	Įgaliojimas Kristinai Lieščinskaitei	1	Konfidencialu.pdf

PAŽYMA APIE SUBTIEKĖJUS/SUBTEIKĖJUS

Patvirtinu, kad savo jėgomis pagal sudarytą sutartį vykdysiu:

Eil. Nr.	Įsipareigojimai (užduotys pagal Sutartį), kurias vykdysiu savo jėgomis

Patvirtinama, kad dalį Sutartyje numatytų užduočių perduosime vykdyti subteikėjams/subteikėjams ir pateikiame šią informaciją apie subteikėjus/subteikėjus:

Eil. Nr.	Užduotys, kurios bus perduotos vykdyti subteikėjams/suteikėjams	Ūkio subjekto, kuris vykdys nurodytas užduotis, pavadinimas, juridinio (fizinio) asmens kodas, įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir kontaktiniai duomenys (telefono numeris, e. pašto adresas)
1		
2		

*** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

1.	Konfidencialu.pdf
----	-------------------

***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlyme pateikiame dokumentus, patvirtinančius mūsų galimybes sutarties vykdymo metu realiai naudotis aukščiau nurodytų ūkio subjektų pajėgumais.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Vadybininkų asistentė
(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Kristina Lieščinskaitė
(Vardas ir pavardė*)

*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

7 pirkimo dalis. Ultragarsinio inhaliatoriaus techniniai reikalavimai - 2 vnt.

DP100+, SYSTAM, Prancūzija

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dokumentuose pažymint siūlomą parametą)
1.	Ultragarsinis inhaliatorius skirtas kūdikiams ir vaikams iki 18 metų.	Būtina	Ultragarsinis inhaliatorius skirtas kūdikiams ir vaikams iki 18 metų. <i>System DP100+, 3 psl.</i>
2.	Prietaiso korpusas privalo būti atsparus drėgmei	Būtina	Prietaiso korpusas atsparus drėgmei <i>System DP100+, 2 psl.</i>
3.	Ventiliacijos srauto ir išpurškiamo aerozolio kiekio indikatoriai	Būtina	Ventiliacijos srauto ir išpurškiamo aerozolio kiekio indikatoriai <i>System DP100+, 2 psl.</i>
4.	Vandens lygio kameroje indikatorius	Būtina	Vandens lygio kameroje indikatorius <i>System DP100+, 2 psl.</i>
5.	Ultragarsinio pjezoelemento darbo indikatorius	Būtina	Ultragarsinio pjezoelemento darbo indikatorius <i>System DP100+, 2 psl.</i>
6.	Ventiliatoriaus gedimo indikatorius	Būtina	Ventiliatoriaus gedimo indikatorius <i>System DP100+, 2 psl.</i>
7.	Automatinis procedūros nutraukimas pasibaigus medikamentams indelyje	Būtina	Automatinis procedūros nutraukimas pasibaigus medikamentams indelyje <i>System DP100+, 2 psl.</i>
8.	Prietaiso gedimo indikatorius /indikatoriai	Būtina	Prietaiso gedimo indikatorius /indikatoriai <i>System DP100+, 2 psl.</i>
9.	Valdymo klaviatūros užrakinimo funkcija	Būtina	Valdymo klaviatūros užrakinimo funkcija <i>System DP100+, 2 psl.</i>
10.	Paskutinės procedūros nustatymų atmintis	Būtina	Paskutinės procedūros nustatymų atmintis <i>System DP100+, 2 psl.</i>
11.	Ultragarso dažnis: 2,4 MHz± 10%	Būtina	Ultragarso dažnis: 2,4 MHz± 10% <i>System DP100+, 3 psl.</i>
12.	Procedūros laikmatis	Būtina	Procedūros laikmatis <i>System DP100+, 2 psl.</i>
13.	Ne mažiau, kaip 70% dalelių dydis ≤ 5 μ nuo viso aerozolio dalelių kiekio	Būtina	Ne mažiau, kaip 70% dalelių dydis ≤ 5 μ nuo viso aerozolio dalelių kiekio <i>System DP100+, 3 psl.</i>
14.	Išpurškiamų vaistų kiekis su dozavimo kontrole	≥ 2-8 ml	Išpurškiamų vaistų kiekis su dozavimo kontrole 2-8 ml <i>System DP100+, 3 psl.</i>
15.	Išpurškiamų vaistų kiekis be dozavimo kontrolės	≥ 8-30 ml	Išpurškiamų vaistų kiekis be dozavimo kontrolės 8-30 ml <i>System DP100+, 3 psl.</i>
16.	Reguliuojami purškimo lygiai	≥ 6 lygiai	6 lygiai <i>System DP100+, 2 psl.</i>
17.	Reguliuojamas oro padavimo srauto intensyvumas	≥ 5 lygiai	5 lygiai <i>System DP100+, 2 psl.</i>

18.	Galimybė naudoti ilgalaikėms inhaliacijoms	Būtina	Galimybė naudoti ilgalaikėms inhaliacijoms <i>Systam DP100+, 3 psl.</i>
19.	Aerozolio pašildymo temperatūros reguliavimas	Būtina	Aerozolio pašildymo temperatūros reguliavimas <i>Systam DP100+, 2 psl.</i>
20.	Komplekte privalo būti priedai:	1.Kvėpavimo kontūro laikiklis 2. Inhaliacijos rinkinys (≥ 10 komplektų)	1.Kvėpavimo kontūro laikiklis 2. Inhaliacijos rinkinys (≥ 10 komplektų)
21.	CE ženklavimas	Būtina	CE ženklavimas
22.	Pilna naudojimo instrukcija lietuvių kalba pristatoma su įranga.	Būtina	Pilna naudojimo instrukcija lietuvių kalba pristatoma su įranga.
23.	Garantija, ne mažiau	24 mėn	Garantija 24 mėn

**8 pirkimo dalis. Pulsoksimetro techniniai reikalavimai - 5 vnt.
VS900, Mindray, Kinija**

Eil. Nr.	Parametrai	Parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dokumentuose pažymint siūlomą parametą)
1.	Paciento monitoriaus paskirtis	Naujagimių, vaikų iki 18 m. gyvybinių funkcijų monitorius	Naujagimių, vaikų iki 18 m. gyvybinių funkcijų monitorius <i>VS900 Vital Signs monitor 1 psl.</i>
2.	Lengvai transportuojamas portatyvus monitorius su rankena pernešimui	Būtina	Lengvai transportuojamas portatyvus monitorius su rankena pernešimui <i>VS900 Patient monitor naudojimo instrukcijos 2-4 psl.</i>
3.	Monitoriaus svoris	≤ 2,5 kg	2,5 kg <i>VS900 Vital Signs monitor 1 psl.</i>
4.	Reikalavimai monitoriaus ekranui 1) Tipas 2) Įstrižainė 3) Rezoliucija	1) Spalvotas skystųjų kristalų 2) ≥ 8,4 colio 3) Ne blogiau 800x600	1) Spalvotas skystųjų kristalų 2) 8,4 colio 3) 800x600 <i>VS900 Patient monitor naudojimo instrukcijos A-3 psl.</i>
5.	Daugiafunkcinė rankenėlė - mygtukas funkcijų parinkimui	Būtina	Daugiafunkcinė rankenėlė -mygtukas funkcijų parinkimui <i>VS900 Patient monitor naudojimo instrukcijos 2-2, 2-3 psl.</i>
6.	Stebimi parametrai	1) Pulsas; 2) Kraujo prisotinimas deguonimi (SpO2); 3) Arterinis kraujo spaudimas (AKS);	1) Pulsas; 2) Kraujo prisotinimas deguonimi (SpO2); 3) Arterinis kraujo spaudimas (AKS); <i>VS900 Vital Signs monitor 1 psl.</i>
7.	Reikalavimai SpO2 kanalui 1) Matavimo diapazonas 2) Skiriamoji geba	1) ≥ (1÷100)% 2) ≤ 1%	1) 0-100% 2) 1%

	3) ŠSD matavimo diapazonas 4) Perfuzijos indeksas 5) Pletizmogramos kreivė ekrane	3) $\geq (20\div250)$ k/min. 4) Būtina 5) Būtina	3) $20\div254$ k/min. <i>VS900 Vital Signs monitor 1 psl.</i> 4) Perfuzijos indeksas <i>VS900 Vital Signs monitor 2 psl.</i> 5) Pletizmogramos kreivė ekrane <i>VS900 Patient monitor naudojimo instrukcijos 2-7 psl.</i>
8.	Reikalavimai AKS kanalui 1) Matavimo ribos 2) Pasirenkamas matavimo intervalų diapazonas automatiniam režime 3) Skiriamoji geba 4) Matavimo režimai 5) Matuojami parametrai 6) ŠSD matavimo diapazonas 7) Dviguba apsauga nuo per didelio slėgio	1) $\geq (10\div270)$ mmHg 2) $\geq (1\div120)$ min. 3) ≤ 1 mmHg 4) Rankinis, automatinis, STAT, individualus 5) Sistolinis, diastolinis, vidutinis kraujospūdis ir pulsas 6) $\geq (40\div240)$ k/min. 7) Būtina	1) $10\div270$ mmHg <i>VS900 Vital Signs monitor 1 psl.</i> 2) $1\div120$ min. <i>VS900 Patient monitor naudojimo instrukcijos A-7 psl.</i> 3) 1 mmHg <i>VS900 Vital Signs monitor 1 psl.</i> 4) Rankinis, automatinis, STAT, individualus <i>VS900 Vital Signs monitor 1 psl.</i> 5) Sistolinis, diastolinis, vidutinis kraujospūdis ir pulsas <i>VS900 Vital Signs monitor 1 psl.</i> 6) $40\div240$ k/min. <i>VS900 Vital Signs monitor 1 psl.</i> 7) Dviguba apsauga nuo per didelio slėgio <i>VS900 Vital Signs monitor 1 psl.</i>
9.	Aliarmo sistema	Trijų lygių garsinė ir vaizdinė aliarmavimo sistema	Trijų lygių garsinė ir vaizdinė aliarmavimo sistema <i>VS900 Vital Signs monitor 1 psl.</i>
10.	Programinė įranga pacientų būklei įvertinti	Paciento išankstinės klinikinės būklės įvertinimo sistema pagal paciento budrumą, bendrą reakcijos būklę į skausmą, garsą	Paciento išankstinės klinikinės būklės įvertinimo sistema pagal paciento budrumą, bendrą reakcijos būklę į skausmą, garsą <i>VS900 Vital Signs monitor 2 psl.</i>
11.	Duomenų atmintis	≥ 2000 pacientų matavimų	5000 pacientų matavimų <i>VS900 Vital Signs monitor 2 psl.</i>
12.	Periferinių prietaisų pajungimas	1. Tinklo jungtis, leidžianti įjungti monitorių į tinklą 2. USB jungtis 3. Galimybė prijungti strich kodų skaitytuvą, greitam paciento duomenų įvedimui	1. Tinklo jungtis, leidžianti įjungti monitorių į tinklą 2. USB jungtis <i>VS900 Patient monitor naudojimo instrukcijos A-3 psl.</i> 3. Galimybė prijungti strich kodų skaitytuvą, greitam paciento duomenų įvedimui <i>VS900 Vital Signs monitor 2 psl.</i>
13.	Maitinimo šaltiniai	1. 220-240V, 50-60Hz elektros tinklas; 2. Vidinis akumuliatorius	1. 220-240V, 50-60Hz elektros tinklas; 2. Vidinis akumuliatorius užtikrinantis monitoriaus darbą 3 val. <i>VS900 Vital Signs monitor 1 psl.</i>

		užtikrinantis monitoriaus darbą ≥ 3 val.	
14.	Komplektacija	1) Daugkartinio naudojimo SpO2 daviklis vaikams iki 18 m.; 2) Daugkartinio naudojimo SpO2 daviklis kūdikiams 3) AKS manžetės: vidutinė, maža.	1) Daugkartinio naudojimo SpO2 daviklis vaikams iki 18 m.; 2) Daugkartinio naudojimo SpO2 daviklis kūdikiams 3) AKS manžetės: vidutinė, maža.
15.	CE ženklavimas	Būtina	CE ženklavimas
16.	Prietaiso atitiktis medicininei direktyvai 93/42 EEC deklaracijos ar sertifikato kopiją	Būtina	Pridedama prietaiso atitiktis medicininei direktyvai 93/42 EEC deklaracijos kopiją
17.	Garantinis laikotarpis	≥ 24 mėn.	Garantinis laikotarpis 24 mėn

**11 pirkimo dalis. Otoskopo techniniai reikalavimai – 2 vnt.
Heine mini 3000, Heine Optotechnik, Vokietija.**

Eil. Nr.	Techninė charakteristika	Reikalavimai	Siūlomo parametro atitikimas arba konkreči parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dokumentuose pažymint siūlomą parametą)
1.	Otoskopo korpusas	metalinis, matinis, chromuotas arba lygiavertis	metalinis, matinis, chromuotas <i>Heine brošiūra 1 psl.</i>
2.	Otoskopo langelis	pagamintas iš atsparaus įbrėžimams daugiasluoksnio optinio stiklo	pagamintas iš atspaus įbrėžimams daugiasluoksnio optinio stiklo <i>Heine brošiūra 1 psl.</i>
3.	El. lemputė	halogeninė 2.5V	halogeninė 2.5V <i>Heine brošiūra 1 psl.</i>
4.	Didinimas 3x	Būtina	Didinimas 3x <i>Heine brošiūra 1 psl.</i>
5.	Komplektacija	otoskopas, rankena su elementais, daugkartiniai, dezinfekuojami skėtikliai. Komplekte – skirtingų dydžių skėtikliai: 2.5, 3.5 ir 4.5 mm paklaida $\pm 0,2$ mm	otoskopas, rankena su elementais, daugkartiniai, dezinfekuojami skėtikliai. Komplekte – skirtingų dydžių skėtikliai: 2.5, 3.5 ir 4.5 mm <i>Heine brošiūra 2 psl.</i>
6.	CE ženklas	būtina	CE ženklas
7.	Garantija	≥ 1 metai	Garantija 1 metai.