

**PASIŪLYMAS  
DĖL HEMODINAMINIŲ PARAMETRŲ MODULIO PIRKIMO**

2017-06-01. Reg. Nr. 2170601-017

Vilnius

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas                           | UAB Tradintek                    |
| Tiekėjo adresas                               | Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Linas Solominas                  |
| Telefono numeris                              | +37052685427                     |
| Fakso numeris                                 | +37052496084                     |
| El. pašto adresas                             | Info@tradintek.com               |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr.               | Pavadinimas                                                                                             | Firminis prekės pavadinimas, Gamintojas. Prekės kodas gamintojo kataloge* | Kiekis, vnt. | Vnt. kaina Eur be PVM | Vnt. kaina Eur su PVM | Suma Eur be PVM |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1.                     | Hemodinaminių parametrų modulis, skirtas gyvybinių funkcijų monitoriui B850<br>Gamintojas GE Healthcare | M1191917 E-PSMP                                                           | 1            | 3.590,00              | 4.343,90              | 3.590,00        |
| Bendra suma EUR be PVM |                                                                                                         |                                                                           |              |                       |                       | 3.590,00        |
| PVM (21%) suma         |                                                                                                         |                                                                           |              |                       |                       | 753,90          |
| Bendra suma EUR su PVM |                                                                                                         |                                                                           |              |                       |                       | 4.343,90        |

Bendra pasiūlymo kaina, 4.343,90 (keturi ūkstančiai trys šimtai keturiadešimt trys eur ir 90 ct.)

Tame tarpe PVM 21%, kuris sudaro 753.90 Eur.

Mūsų siūloma prekė pilnai atitinka keliamus reikalavimus ir jos parametrai yra sekantys:

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA****Hemodinaminių parametrų modulis, skirtas gyvybinių funkcijų monitoriui B850, 1 vnt.**

| Eil. Nr. | Pavadinimas          | Reikalaujamos parametrų reikšmės                                                                                                       | Siūlomos parametrų reikšmės                                                                                                            |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Paskirtis            | Hemodinaminių parametrų modulis, suderinamas su Carescape paciento gyvybinių funkcijų monitoriais.                                     | Hemodinaminių parametrų modulis, suderinamas su Carescape paciento gyvybinių funkcijų monitoriais B650; B850                           |
| 2.       | Matuojami parametrai | 1. EKG multi-derivacinis kanalas;<br>2. SpO2;<br>3. Temperatūra;<br>4. Neinvazinis kraujospūdis;<br>5. Tiesioginis spaudimo matavimas; | 1. EKG multi-derivacinis kanalas;<br>2. SpO2;<br>3. Temperatūra;<br>4. Neinvazinis kraujospūdis;<br>5. Tiesioginis spaudimo matavimas; |
| 3.       | Reikalavimai EKG/    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |

|    |                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Kvėpavimo registravimo kanalui:<br>1. EKG derivacijos:<br>2. Širdies susitraukimų matavimo ribos, ne blogiau už nurodytas<br>3. ST segmento analizė 12-kos derivacijų                 | 1. I, II, III, aVL, aVF, aVR, V1-V6<br>2. 30 -250 susitr/min.<br>3. Būtina. | 1. I, II, III, aVL, aVF, aVR, V1-V6<br>2. 30 -250 susitr/min.<br>3. ST segmento analizė 12-kos derivacijų |
| 4. | Reikalavimai SpO2 kanalui:<br>1. SpO2 matavimo diapazonas, ne blogesnis už nurodytas ribas                                                                                            | 1. Nuo 0-100 %                                                              | 1. Nuo 0-100 %                                                                                            |
| 5. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui:<br>1. Kraujospūdžio matavimo diapazonas, ne blogesnis už nurodytas ribas<br>2. Kraujospūdžio matuoklio darbo režimai                  | 1. 20-250 mmHg<br>2. Automatinis, rankinis ir besitęsiantis                 | 1. 15-260 mmHg<br>2. Automatinis, rankinis ir besitęsiantis                                               |
| 6. | Reikalavimai hemodinamikos moduliui su invazinio kraujospūdžio matavimo kanalu:<br>1. Kraujospūdžio matavimo diapazonas, ne blogesnis už nurodytą<br>2. Matavimo paklaida, ne blogiau | 1. Nuo -30 iki +300 mmHg<br>2. $\pm 2$ mmHg arba $\pm 5\%$                  | 1. Nuo -40 iki +320 mmHg<br>2. $\pm 2$ mmHg arba $\pm 5\%$                                                |
| 7. | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui:<br>1. Temperatūros matavimo diapazonas, ne blogesnis už nurodytą intervalą                                                                | 1. 25°C - 45°C                                                              | 1. 10°C - 45°C                                                                                            |

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)\* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims.

| Eil.Nr | Pateikto dokumento pavadinimas                                                                     | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.     | Kvalifikacijos dokumentai                                                                          | 2                                                            |
| 2.     | Hemodinaminių parametrų modulis, skirtas gyvybinių funkcijų monitoriui B850, techniniai parametrai | 3                                                            |

Pateikdami pasiūlymą patvirtiname, kad sutinkame su apklausos pirkimo dokumentuose nurodytomis pirkimo sąlygomis.

Linus Solominas  
UAB Tradintek  
Pardavimo vadovas

