

*Infuasku būros ir vėžio skyriaus
Medicininis technikos priežiūros poskyčio
vedėjo V. Jončausko patvirtino
priežiūros dėl Grijinio garantuoto
Clinac IX (inv. Nr. E51641212)
dalyų pildymo.*

2017 m. gegužės 31 d.

Nr. LT17-1139-K1

PPIEDAS NR. 2

Įranga
Serijos nr.

Clinac IX / 2100
5000

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

Informuojame, kad, atlikus Jūsų turimo aparato Clinac IX / 2100 (serijos nr. 5000) techninį patikrinimą, buvo nustatyti sistemos gedimai, kuriems pašalinti reikalingos šios dalys / paslaugos:

KODAS	PAVADINIMAS	VNT. KAINA BE PVM, EUR	VNT. KAINA SU PVM, EUR	KIEKIS	SUMA SU 21% PVM, EUR
110736315	Gantrio jungties kabelis ROHS	6 650,00	8 046,50	1	8 046,50
3756747100	Y1 kolimatoriaus žioties antrinis pozicijos potenciometras	504,00	609,84	1	609,84
SS00714000	Stalo vertikalios padėties daviklis	2 698,00	3 264,58	1	3 264,58
SERV	Remontas	47,78	57,814	9	520,32

Viso be PVM:

EUR: 10 282,02 €

Viso su PVM:

EUR: 12 441,24 €

Pasiūlymas galioja 30 dienų.

Laukiame Jūsų užsakymo patvirtinimo.

Technikos direktorius

Raimondas Šimas

Raimondas Šimas, tel. 8 699 21123, el. p. raimondas.simas@tradintek.com

LT17-1139-K1

TRADINTEK UAB

J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, Lietuva. Tel.: 8 5 2685427, faks.: 8 5 2496084, el-paštas: info@tradintek.com, įmonės kodas - 124942182, PVM mok. kodas - LT249421811

A.s.: LT65 7044 0600 0136 8083 AB SEB bankas; A.s.: LT54 7300 0100 8106 3924 AB Swedbank