

Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas
J. Jasinskio g. 16C, 03163 Vilnius
Įmonės kodas 304060364
PVM mokėtojo kodas LT100009629112
A/s Nr. LT072140030003594438
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius
Banko kodas 21400

VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL 64 PJŪVIŲ KOMPIUTERINIO TOMOGRAFO RENTGENO VAMZDŽIO

2017.07.11 Nr.170611-1

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	J. Jasinskio g. 16C, 03163 Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Dalius Diržanauskas, med. įrangos serviso vadovas
Telefono numeris	+370 5 2391500
Fakso numeris	+370 5 2391501
El. pašto adresas	dalius.dirzanauskas@siemens.com
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	A/s Nr. LT072140030003594438 Nordea Bank AB Lietuvos skyrius Banko kodas 21400

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, 2017 m. d. Europos Sąjungos
oficialiajame leidinyje 2017/S ir 2017 m. d. CVP IS interneto adresu:

<https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt;>

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlproposal_s.asp?PID=346843

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas
1	Pasiūlymas su nurodytais priedais
2	Įmonės registravimo pažymėjimas
3	Gamintojo įgaliojimas verstis atitinkama veikla
4	Parašų teisės įgaliojimas
5	Katalogas
6	Pažyma
7	RSC licencija

Med.įrangos serviso vadovas

(Paslaugos teikėjo arba jo
įgalioto asmens pareigų
pavadinimas*)

(Parašas*)

Dalius Diržanauskas

(Vardas ir pavardė*)

64 pjūvių kompiuterinio tomografo rentgeno vamzdžio techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalaujamų techninių parametrų reikšmės	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
	Kompiuterinis tomografas „Somatom Sensation“		
1	Vamzdis „STRATON“ Z Hight performance CT X-Ray tube		Katalogas: DB_Sensation_64_final.pdf, 7 puslapis, pirma pastraipa.
2	Vamzdžio įtampa	(80, 100, 120, 140) kV	Katalogas: DB_Sensation_64_final.pdf, 7 puslapis, pirma pastraipa. (80, 100, 120, 140) kV
3	Vamzdžio srovės diapazonas	28-665 mA	Katalogas: DB_Sensation_64_final.pdf, 7 puslapis, pirma pastraipa. 28-665 mA
4	Vamzdžio anodinė šiluminė talpa	0 MHU (0,6 MHU)	Katalogas: DB_Sensation_64_final.pdf, 7 puslapis, pirma pastraipa. 0 MHU (0,6 MHU)
5	Rentgeno vamzdžio šiluminė talpa kombinuota su 5,0 MHU/min (3,700 kJ/min) šaldymo greičiu atitinka įprasto rentgeno vamzdžio anodinės šilumos talpą 30 MHU (22,000 kJ)	Būtina	Katalogas: DB_Sensation_64_final.pdf, 7 puslapis, pirma pastraipa. Rentgeno vamzdžio šiluminė talpa kombinuota su 5,0 MHU/min (3,700 kJ/min) šaldymo greičiu atitinka įprasto rentgeno vamzdžio anodinės šilumos talpą 30 MHU (22,000 kJ)
6	Aušinimo greitis	5 MHU/min	Katalogas: DB_Sensation_64_final.pdf, 7 puslapis, pirma pastraipa. 5 MHU/min
8	Židinio taško dydis pagal IEC 60336	0,6x0,7 mm 0,8x1,1 mm 0,7x0,7 mm	Katalogas: DB_Sensation_64_final.pdf, 7 puslapis, pirma pastraipa. 0,6x0,7 mm prie 7 laipsnių

			0,8x1,1 mm prie 7 laipsnių 0,7x0,7 mm prie 7 laipsnių
9	Kompiuterinė anodo temperatūros kontrolė	Būtina	Katalogas: DB_Sensation_64_final.pdf, 7 puslapis, pirma pastraipa. Taip
10	Daugiaplotis rentgeno spindulių srautas su slenkančiu fokusavimo tašku	Būtina	Katalogas: DB_Sensation_64_final.pdf, 7 puslapis, pirma pastraipa. Taip
11	Naudojamas filtras (vamzdžio)	Al (Aliuminio) ekvivalentas: 6,8 mm Al	Katalogas: DB_Sensation_64_final.pdf, 7 puslapis, pirma pastraipa. 6,8 mm Al
12	Rentgeno spindulį ribojantis įrenginys (kolimatorius)	0,5 mm Al, 0,6 mm Ti (ekvivalentas 5,5 Al)	Katalogas: DB_Sensation_64_final.pdf, 7 puslapis, pirma pastraipa. 0,5 mm Al, 0,6 mm Ti (ekvivalentas 5,5 Al)
13	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 18 mėnesių	18 mėnesių arba 200000 skanavimo sekundžių, kas pirma įvyks.
14	Rentgeno vamzdis pristatomas nepažeistame gamykliniame įpakavime	Būtina	Taip
15	Įvedimas į eksploataciją	Būtinai	Taip
16	Perkamas kiekis	1 vnt.	1 vnt.
17	PVM tarifas procentais		21,00
18	Viso kaina Eur su PVM		168795,00
19	Firminis pavadinimas, gamintojas		THA Straton Z X-Ray Tube, p/n 07737807, Siemens