

UAB Tradintek

Jasinskio g. 9, LT-01111, Vilnius. Įmonės kodas 124942182

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius. Įmonės kodas 124364561

**PASIŪLYMAS
MEDICINOS TECHNIKOS IR TECHNOLOGIJŲ ATNAUJINIMAS**

2017-06-07 Nr. 2170607-01

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB Tradintek
Tiekėjo adresas	Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Linas Solominas IT pardavimo vadovas
Telefono numeris	+37052685427
Fakso numeris	+37052496084
Tiekėjo įmonės kodas	124942182
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas	LT249421811
El. pašto adresas	info@tradintek.com

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes:

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas, modelis, tipas, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina EUR		PVM		Bendra kaina EUR	
				Be PVM	Su PVM	Dydis %	Suma EUR	Be PVM	Su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Elektrokardiografas MAC2000 Gamintojas GE Healthcare	vnt.	1	5.780,00	6.993,80	21	1.213,80	5.780,00	6.993,80
Bendra pasiūlymo kaina su PVM 6.993,80 EUR (šeši tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt trys Eur ir 80 ct.)									
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 1.213,80									

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios

1 pirkimo dalis. Elektrokardiografas, 1 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametru reikšmės	Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės (dokumento pavadinimas, pasiūlymo psl. Nr., kuriame <u>aprašytas nurodytas parametras</u> , nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra)
1.	Registruojamo signalo diskreditacijos dažnis	Ne mažesnis kaip 16000 Hz/kanalui	
2.	EKG analizės dažnis	Ne mažesnis kaip 1000 Hz/kanalui	
3.	Išorinio širdies stimulatoriaus analizės dažnis	Ne mažiau kaip 75000 Hz/kanalui	
4.	Automatinė 12 derivacijų EKG registracija	Būtina, ne ilgiau kaip per 10 sek.	
5.	Integruotas monitorius	Ne mažiau kaip 17 cm įstrižainės, spalvotas. Ne mažiau 800 x 480 aktyvių taškų.	
6.	Duomenys pateikiami monitoriaus ekrane	1. 6-12 EKG derivacijų vienu metu; 2. pagrindinių EKG parametru indikacija; 3. ligoio duomenys; 4. laikrodis; 5. ligoio širdies susitraukimų dažnis; 6. elektrokardiografo nustatymai; 7. baterijos įkrovos būklė; 8. perspėjimo žinutės; 9. suminė elektrodų kontakto informacija nurodant problematinį elektrodą (būtina su spalvine indikacija).	2. EKG 3. ligoio duomenys 4. laikrodis 5. ligoio širdies susitraukimų dažnis 6. elektrokardiografo nustatymai 7. baterijos įkrovos būklė 8. perspėjimo žinutės 9. suminė elektrodų kontakto informacija nurodant problematinį elektrodą (būtina su spalvine indikacija)
7.	Membraninė klaviatūra	Pilnai skaitmeninė-raidinė	
8.	Integruotas vidinis terminis spausdintuvas	Būtina	
9.	Keičiamas popieriaus traukimo greitis	Ne mažiau greičių, kaip 5-12,5-25-50 mm/s	

10.	Keičiamas kardiografo jautrumas	Ne mažiau jautrumo verčių kaip 2,5 - 5 - 10 - 20 - 40 mm/mV arba automatinis	
11.	Širdies susitraukimų dažnio indikacija	Ne siauresnėse ribose kaip nuo 30 iki 300 susitr./min	
12.	Pagrindinių EKG parametrų skaičiavimo programa	Būtina	
13.	EKG interpretacijos programa suaugusiems ir vaikams	Būtina	
14.	RR intervalo analizė	Ne mažiau kaip iš 400 susitraukimų arba ne trumpesnis intervalas negu 3 min, pasirinktinai	
15.	Automatinė dreifo kompensacija	Būtina	
16.	Širdies ritmo sutrikimo (aritmijos) nustatymas ir automatinis registravimas termopopieriuje	Galimybė registruoti tik aritmijų epizodus (ne ištisinė EKG)	
17.	Sinfazinio signalo slopinimas	Ne mažiau 130 dB	
19.	Aparato maitinimas	Iš išorinio elektros tinklo ir iš vidinio akumuliatoriaus (ličio jonų baterijos). Ne mažiau kaip 100 elektrokardiogramų dirbant nuo vidinio akumuliatoriaus arba ne mažiau kaip 3 val. pastovios registracijos (monitoravimo).	
20.	Galimybė užrašyti elektrokardiogramą perduoti WIFI tinklu DICOM formatu į ligoninės informacinę sistemą.	Būtina	
21.	Vidinė registruojamų EKG atmintis	Ne mažiau kaip 100 EKG vidinė atmintis.	
22.	Duomenų ir rezultatų išsaugojimas ir siuntimas tinkle PDF, XML, Hiltop (arba lygiavertėmis) formatais	Būtina	
23.	Komplektacija		
24.	Paciento kabelis su	1 komplektas	

	krūtininių ir standartinių derivacijų elektrodų rinkiniu (elektrodai prisiurbiami, daugkartiniai, 2 dydžių)		
25.	USB Bar kodo skaitytuvas, ligonio duomenų įvedimui	Būtina	
26.	Termopopierius	Ne mažiau kaip 1 pakuotė	
27.	Mobilus vežimėlis elektrokardiografo transportavimui ligoninės viduje	Būtina	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Dokumento konfidencialumas (taip / ne)
1	Įmonės registracijos pažymėjimo kopija	1	taip
2	Išrašas iš įmonės įstatų	2	taip
3	Valstybės įmonės Registrų centro išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie UAB Tradintek	2	taip
4	Informatikos ir ryšių departamento prie VRM pažymą	1	taip
5	Įgaliojimas	1	taip
6	Dokumentai patvirtinantys teisę atstovauti siūlomų prekių gamintoją	2	taip
7	Pažyma apie didžiausią akcininką	1	taip
8	Serviso inžinierių sertifikatas	2	taip
9	Medicinos prietaisų atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos prietaisams (EB atitikties deklaracijos) kopijos	16	taip
10	Priedas Nr. 1 Elektrokardiografo MAC2000 techninė specifikacija	21	taip
11	UAB Tradintek pasiūlymas	2-5	taip

Linus Solominas

UAB Tradintek
Pardavimo vadovas

