

**PASIŪLYMAS
DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMO
Pirkimo Nr. 362308**

2018 02 05

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB Salmeda
Tiekėjo adresas	Petro Baublio g. 41, LT- 08431 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Technikos direktorius Romualdas Laucius
Asmens pasirašiusio saugiu elektroniniu parašu pareigos, vardas, pavardė.	Direktorius Viktoras Šarpis
Telefono numeris	(8-5) 27 29 006
Fakso numeris	(8-5) 27 29 121
El. pašto adresas	med@salmeda.lt
Įmonės kodas	123500866
PVM kodas	LT235008610

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).



PASIŪLYMO KAINA

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Gamintojas/konkretus modelis	Kiekis	Vieneto kaina Eur be PVM	Vieneto kaina Eur su PVM	Bendra suma Eur su PVM
1	Otorinolaringologo darbo vieta su medicinine įranga					
1.1.	Funkcinė spintelė	Otlaphari Compact plus	1 vnt.	21 770,00	26 341,70	26 341,70
1.2.	Paciento kėdė	Model 4632000	1 vnt.	4 510,00	5 457,10	5 457,10
1.3.	Gydytojo kėdė	Model 4185105	1 vnt.	700,00	847,00	847,00
1.4.	Endoskopai					
1.4.1.	<i>Endoskopas (pagal techninės specifikacijos 4.1 p.)</i>	8672,421	1 vnt.	2920,00	3 533,20	3 533,20
1.4.2.	<i>Endoskopas (pagal techninės specifikacijos 4.2 p.)</i>	8880,541	1 vnt.	2420,00	2 928,20	2 928,20
1.4.3.	<i>Endoskopas (pagal techninės specifikacijos 4.3 p.)</i>	8880,543	1 vnt.	2560,00	3 097,60	3 097,60
1.4.4.	<i>Endoskopas-laringoskopas (pagal techninės specifikacijos 4.4 p.)</i>	885070	1 vnt.	3070,00	3 714,70	3 714,70
1.5.	Šviesolaidis	806635231	1 vnt.	310,00	375,10	375,10
1.6.	Instrumentai					
1.6.1.	<i>Siurbimo vamzdelis FERGUSON tipo (pagal techninės specifikacijos 5.1 p.)</i>	82170,1206	1 vnt.	90,00	108,90	108,90
1.6.2.	<i>Siurbimo vamzdelis FERGUSON tipo (pagal techninės specifikacijos 5.2 p.)</i>	82170,1209	1 vnt.	94,00	113,74	113,74
1.6.3.	<i>Siurbimo vamzdelis FERGUSON tipo (pagal techninės specifikacijos 5.3 p.)</i>	82170,1212	1 vnt.	96,00	116,16	116,16



	<i>p.)</i>					
1.7.	Vaizdo naso-laringoskopas	VNL9-CP	1 vnt.	15 280,00	18 488,80	18 488,80
1.8.	Elektrochirurginis generatorius	CURIS	1 vnt.	13 810,00	16 710,10	16 710,10
Bendra 1-os pirkimo dalies kaina Eur su PVM:						81 832,30

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo dalis

Otorinolaringologo darbo vieta ir įranga

Siūlomos prekės pavadinimas _ otolaringologo darbo vieta _____ modelis (jei yra) _ Otlaphari compact plus _____ gamintojas _ Dantschke _____ kilmės šalis _ Vokietija _____ pridedamo prekės katalogo pavadinimas _Katalogas _____			
Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujamo techninio parametro reikšmė	Siūlomos prekės techninio parametro reikšmė su nuoroda į katalogo/bukleto ar kito aprašomojo dokumento psl. (pildo tiekėjas – nurodomi tik konkretūs siūlomi parametrai (rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“ – negalima)
1.	Funkcinė spintelė	1 vnt.	Dantschke MEDICENTER Otlaphari compact plus - 1 vnt.
1.1.	Konstrukcija Pagaminta iš aukštos kokybės metalo Matmenys (plotis x gylis x aukštis) Spalvos pasirenkamos Visos žemiau išvardintos sistemos ir moduliai sudaro vieną mobilią spintelę ant ratukų Maitinimas	Būtina 80±5 cm x 50±5 cm x 90±5 cm Pagal RAL spalvų katalogą ar lygiavertį Būtina 220 V ± 10%, 50Hz	“Katalogas” – 1, 3 psl. Pagaminta iš aukštos kokybės metalo 82 cm x 50 cm x 90 cm Pagal RAL spalvų katalogą Visos žemiau išvardintos sistemos ir moduliai sudaro vieną mobilią spintelę ant ratukų 220 V, 50Hz
1.2.	Siurbimo sistema Vakuumas reguliuojamas tolygiai Siurbimo greitis	Nuo 0 iki - 0,8 baro Ne mažiau 70 L/min	“Katalogas” – 2, 5 psl. Nuo 0 iki - 0,8 baro 70 L/min

	Skystų atliekų talpa Siurbimo žarnelė Automatiškai įsijungianti ar išsijungianti sistema, rankenėlę pakeliant ar padedant Automatiškai ištuštinanti ir išvalanti sekretų sistema Siurbimo žarnelės skalavimo sistema	Ne mažiau 1 litro Automatiškai įsitraukianti Būtina Būtina Būtina	1 litro Automatiškai įsitraukianti Automatiškai įsijungianti ar išsijungianti sistema, rankenėlę pakeliant ar padedant Automatiškai ištuštinanti ir išvalanti sekretų sistema Automatinė siurbimo žarnelės skalavimo sistema
1.3.	Vandens sistema Elektroninė vandens temperatūros kontrolė Rankenėle reguliuojama vandens srovė Purkštukas-kaniulė su apsauginiu skydeliu Indas ausiai skalauti Vandens filtras Slėgio reguliatorius	37° ± 0,5°C Nuo 0 iki 800ml/min Atjungiami nuo rankenos Automatiškas skysčio išsiurbimas 1 vnt. 1 vnt.	“Katalogas” – 2, 5 psl. 37°C Nuo 0 iki 800ml/min Atjungiami nuo rankenos Automatiškas skysčio išsiurbimas 1 vnt. 1 vnt.
1.4.	Suspausto oro sistema Rankenėle reguliuojamas slėgis Oro padavimo žarnelė Pulitzer antgaliai nosiai	Nuo 0 iki 2,5 baro Automatiškai įsitraukianti Būtinai	“Katalogas” – 2, 5 psl. Nuo 0 iki 2,5 baro Automatiškai įsitraukianti 2 vnt.
1.5.	Šviesos sistema LED šviesos šaltinis Spalvinė temperatūra Šviesumas Lempos veikimo trukmė Laikiklis galvos lempai	Ne mažiau 2 vnt. Ne mažiau nuo 3700 K iki 5000K Reguliuojamas Ne mažiau 50 000 val. Su automatinio šviesos įjungimu/išjungimu	“Katalogas” – 2, 3, 5 psl. 2 vnt. Nuo 3700 K iki 5000 K Reguliuojamas 50 000 val. Su automatinio šviesos įjungimu / išjungimu
1.6.	Endoskopų apruošimo sistema Laikiklis laringoskopui su automatinio jungikliu Laikiklis endoskopams Vamzdeliai antiseptiniam skysčiui Vamzdelis neutraliam skysčiui Vonelė mirkymui	Šildomas, ne mažiau 1 vnt. Šildomas, ne mažiau 2 vnt. Ne mažiau 3 vnt. Ne mažiau 1 vnt. Ne mažiau 3 vnt.	“Katalogas” – 2, 5 psl. Šildomas, 1 vnt. Šildomas, 2 vnt. 3 vnt. 1 vnt. 3 vnt.
1.7.	Pagalbinis modulis Vieta instrumentams	Ne mažiau 50 cm pločio Su akriliniu dangčiu ir nerūdijančio plieno	“Katalogas” – 4, 6 psl. 50 cm pločio Su akriliniu dangčiu ir nerūdijančio plieno padėkliukais

	Stalčius panaudotiems instrumentams Stalčius medicininiems atliekoms Standartinio aukščio stalčius Įrenginys veidrodėlių pašildymui	padėkliukais Pilnai ištraukiamas; švelnus užsidarymas; išimamas sterilizuojamas įdėklas Pilnai ištraukiamas; švelnus užsidarymas; išimamas sterilizuojamas įdėklas Ne mažiau 2 vnt. Būtinai	Pilnai ištraukiamas; švelnus užsidarymas; išimamas sterilizuojamas įdėklas Pilnai ištraukiamas; švelnus užsidarymas; išimamas sterilizuojamas įdėklas 2 vnt. Įrenginys veidrodėlių pašildymui
1.8.	Fibrooptinė galvos lempa	Reguliuojama dvigubų lęšių sistema; Reguliuojamas uždėjimo ant galvos plotis ir aukštis; Su ne mažiau 2 m ilgio ir 3,5 mm diam. šviesolaidžiu, jungiamu prie darbo vietos šviesos šaltinio. 1 vnt.	“Katalogas” – 7 psl. Reguliuojama dvigubų lęšių sistema; Reguliuojamas uždėjimo ant galvos plotis ir aukštis; Su 2,2 m ilgio ir 3,5 mm diam. šviesolaidžiu, jungiamu prie darbo vietos šviesos šaltinio. 1 vnt.
2.	Paciento kėdė	1 vnt.	“Katalogas” – 8-9 psl. Model 4632000 - 1 vnt.
2.1.	Hidraulinis aukščio reguliavimas	Ne mažiau kaip nuo 54 iki 74 cm	Nuo 54 iki 74 cm
2.2.	Nugaros atrama tolygiai lenkiama	Ne mažiau kaip nuo +9° iki -90°	Nuo +9° iki -90°
2.3.	Rankų atramos	Juda sinchroniškai lankstant nugaros atramą	Juda sinchroniškai lankstant nugaros atramą
2.4.	Galimybė pacientui atsisėsti į kėdę iš šono	Rankų atramas atlenkiant atgal ne mažiau 100°	Rankų atramas atlenkiant atgal 100°
2.5.	Kėdė pilnai ištiesiama į horizontalią padėtį	Būtina	Būtina
2.6.	Kėdė sukama apie savo ašį	Ne mažiau 360°	Ne mažiau 360°
2.7.	Kėdė netvirtinama prie grindų	Būtina	Būtina
2.8.	Komplekte	Galvos atrama - 1 vnt. Kojų atrama – 1 vnt.	Galvos atrama - 1 vnt. Kojų atrama – 1 vnt.
3.	Gydytojo kėdė	1 vnt.	“Katalogas” – 10 psl. Model 4185105 - 1 vnt.
3.1.	Sėdynės aukščio reguliavimas	Tolygus, ne mažiau kaip nuo 54 iki 72 cm	Tolygus, nuo 54 iki 73 cm
3.2.	Mobili	Ne mažiau 5 ratukai	5 ratukai
3.3.	Ratukų stabdžiai	Būtinai	Ratukų stabdžiai
3.4.	Anatominės formos sėdynė	Būtina	Anatominės formos sėdynė
3.5.	Atrama	Reguliuojamas aukštis ir pasvirimo kampas; Sukiojama ne mažiau 180°	Reguliuojamas aukštis ir pasvirimo kampas; Sukiojama ne mažiau 180°
3.6.	Pėdų atraminis žiedas	Būtinai	Būtinai
3.7.	Atramos ir sėdynės spalva	Pasirenkama	Pasirenkama
4.	Endoskopai	4 vnt.	4 vnt.

4.1.	Endoskopas Stebėjimo kryptis Skersmuo Darbinis ilgis	Autoklavuojamas $0^\circ \pm 5^\circ$ $2,5 \pm 0,2$ mm 190 ± 5 mm	“Katalogas” – 11 psl. 8672,421 - 1 vnt. Autoklavuojamas 0° 2,7 mm 185 mm
4.2.	Endoskopas Stebėjimo kryptis Skersmuo Darbinis ilgis Rankena endoskopui	Autoklavuojamas $0^\circ \pm 5^\circ$ $4,0 \pm 0,5$ mm 170 ± 5 mm metalinė	“Katalogas” – 12 psl. 8880,541 - 1 vnt. Autoklavuojamas 0° 4,0 mm 175 mm Metalinė, “Katalogas” – 13 psl. 8880,452 - 1 vnt.
4.3.	Endoskopas Stebėjimo kryptis Skersmuo Darbinis ilgis	Autoklavuojamas $35^\circ \pm 5^\circ$ $4,0 \pm 0,5$ mm 170 ± 5 mm	“Katalogas” – 12 psl. 8880,543 - 1 vnt. Autoklavuojamas 30° 4,0 mm 175 mm
4.4.	Endoskopas - laringoskopas Stebėjimo kryptis Didinantis Be kanalo insufliacijai Atjungiamas šviesolaidis	Autoklavuojamas $70^\circ \pm 5^\circ$ Yra dvi nepriklausomos fokusavimo sritys Būtina Tinka standartinis šviesolaidis	“Katalogas” – 14 psl. 885070 - 1 vnt. Autoklavuojamas 70° Yra dvi nepriklausomos fokusavimo sritys Be kanalo insufliacijai Tinka standartinis šviesolaidis
4.5.	Šviesolaidis Ilgis Pluošto diametras	Atjungiamas, autoklavuojamas Ne mažiau 1,8 m Ne mažiau 2,5 mm	“Katalogas” – 15 psl. k. 806635231 – 1 vnt. Atjungiamas, autoklavuojamas 2,3 m 3,5 mm
5.	Instrumentai	3 vnt.	Katalogas” – 16 psl. Viso 3vnt.
5.1.	Siurbimo vamzdelis FERGUSON tipo Su uždengiama skyje Išorinis diametras	Arba lygiavertis, autoklavuojamas Būtina $2,0 \pm 0,2$ mm	k. 82170.1206 – 1vnt. FERGUSON tipo, autoklavuojamas Su uždengiama skyje 2,0 mm
5.2.	Siurbimo vamzdelis FERGUSON tipo Su uždengiama skyje Išorinis diametras	Arba lygiavertis, autoklavuojamas Būtina $3,0 \pm 0,2$ mm	k. 82170.1209 – 1vnt. FERGUSON tipo, autoklavuojamas Su uždengiama skyje 3,0 mm
5.3.	Siurbimo vamzdelis FERGUSON tipo Su uždengiama skyje Išorinis diametras	Arba lygiavertis, autoklavuojamas Būtina $4,0 \pm 0,2$ mm	k. 82170.1212 – 1vnt. FERGUSON tipo, autoklavuojamas Su uždengiama skyje 4,0 mm
6.	Vaizdo naso-laringoskopas	1 vnt.	Vaizdo naso-laringoskopas Katalogas 17, 18 psl.
6.1.	Spalvoto vaizdo naso-laringo fibroskopas	Būtina	Spalvoto vaizdo naso-laringo fibroskopas

	Apžiūros laukas Apžiūros lauko gylis Lenkimo kampai: Aukštyn Žemyn Įvedamos dalies diametras Darbinis ilgis Apšvietimo tipas Suderinamumas	Ne mažiau 90° 4 – 50 mm (±1 mm) Ne mažiau 120° Ne mažiau 120° Ne daugiau 3.0 mm 300 mm ± 10 mm Endoskopo distaliniam gale integruotas LED šaltinis Tinka be papildomų adapterių prie siūlomo vaizdo procesoriaus	Modelis: VNL9-CP– 1 vnt. Apžiūros laukas 90° Apžiūros lauko gylis 5 – 50 mm Lenkimo kampai: Aukštyn 120° Žemyn 120° Įvedamos dalies diametras 3.0 mm Darbinis ilgis 300 mm Apšvietimo tipas endoskopo distaliniam gale integruotas LED šaltinis Suderinamumas tinka be papildomų adapterių prie siūlomo vaizdo procesoriaus CP-1000
6.2.	Aukštos raiškos HDTV vaizdo procesorius Signalų išvestys HD vaizdų įrašymas ir išsaugojimas, fiksuoti ir dokumentuoti klinikinius rezultatus Vaizdų formatai USB lizdai priekiniame skydelyje Klaviatūra duomenims įvesti	Būtina DVI-D, VGA Būtina, naudojant USB išvestį SXGA, XGA, HDTV 720p, HDTV 1080p Ne mažiau 2 Būtina	Modelis: CP-1000– 1 vnt. Aukštos raiškos HDTV vaizdo procesorius Signalų išvestys DVI-D, VGA HD vaizdų įrašymas ir išsaugojimas, fiksuoti ir dokumentuoti klinikinius rezultatus naudojant USB išvestį Vaizdų formatai SXGA, XGA, HDTV 720p, HDTV 1080p USB lizdas yra Klaviatūra duomenims įvesti yra
7.	Elektrochirurginis generatorius	1 vnt.	Elektrochirurginis generatorius CURIS k. 360100-01– 1 vnt.
7.1.	Prietaisas skirtas nosies, gerklės bei dermatologinėms operacijoms Darbinis dažnis visuose režimuose Monopolinis pjovimas, grynas Monopolinis pjovimas, mišrus Monopolinė koaguliacija Monopolinė purškianti koaguliacija Bipolinis pjovimas, grynas Bipolinis pjovimas, mišrus Bipolinis pjovimas, išpjaunantis Bipolinė makro koaguliacija Bipolinė mikro koaguliacija Bipolinė koaguliacija, skirta radiodažnuminiam audinio tūrio sumažinimui	Būtina 4,0 ± 0,05 MHz 120 ± 20 W 80 ± 20 W 80 ± 20 W 80 ± 20 W 100 ± 20W 100 ± 20W 100 ± 20W 100 ± 20W 60 ± 20W	<i>Katalogas 19, 20 psl.</i> Prietaisas skirtas nosies, gerklės bei dermatologinėms operacijoms 4,0 MHz 100 W 100 W 80 W 60 W 80 W 80 W 80 W 100 W

	Papildomos įrenginio funkcijos, įjungiamos bei išjungiamos atskiru mygtuku Nustatytų parametrų atmintis	60 ± 20W laikmatis; automatinis startas ir stopas; audio signalas, kurio dažnis keičiasi priklausomai nuo audinio impedanso Ne mažiau 4 programų	50 W 40 W laikmatis; automatinis startas ir stopas; audio signalas, kurio dažnis keičiasi priklausomai nuo audinio impedanso 4 programos
7.2	3. Elektrochirurginio generatoriaus komplektavimas: 4. Dviejų pedalo kojinių jungiklis 5. Laidas paciento elektrodams 6. Padalintas paciento elektrodas Monopolinė rankena su dviem mygtukais Monopolinis elektrodas adata, tiesi Monopolinis elektrodas adata, lenkta Monopolinis elektrodas adata, lenkta Monopolinis elektrodas rombas Monopolinis elektrodas rutuliukas Bipolinis laidas Bipolinis instrumentas, skirtas nosies kriauklių audinio tūrio sumažinimui, lenktas Bipolinis pincetas Bipolinis instrumentas tonzilektomijoms Bipolinis laidas	1 vnt.; 2 vnt.; ilgis 3,0 ± 0,5 m 3 pakuotės (po 50 vnt.) 5 vnt.; laido ilgis: 3,0 ± 0,5 m; jungtis instrumentui: 2,4 mm 2 vnt., pagaminta iš karščiui atsparaus lydinio; darbinis ilgis: 15-20 mm; adatos diam.: 0,2 ± 0,1mm 2 vnt. pagaminta iš karščiui atsparaus lydinio; darbinis ilgis: 25-30 mm; adatos diam.: 0,2 ± 0,1mm. 2 vnt. pagaminta iš karščiui atsparaus lydinio; darbinis ilgis: 25-30 mm; adatos diam.: 0,2 ± 0,1mm. 1 vnt. pagaminta iš karščiui atsparaus lydinio; darbinis ilgis: 60-70 mm; adatos diam.: 0,2 ± 0,1mm 5 vnt., trumpas; rombo kraštinė 5±1mm 5 vnt., ilgis: 50 ± 10mm; diam. 3 ± 0,1mm 5 vnt., tinkantis bipoliniams pincetams ir bipoliniams instrumentams; ilgis: 3,0 m. 2 vnt., darbinis ilgis 12 ± 1 cm; dvi adatos, izoliuotos, tiesios 1 vnt., nelimpantis prie audinių, bajonetinis; bendras ilgis 24 ± 1cm, galas 2,0 ± 0,2 mm, 2 vnt., nelimpantis prie audinių; atliekantis sugriebimą, disekavimą,	<i>Katalogas 21-28 psl.</i> k. 360110 - 1 vnt. k. 360238 -2 vnt.; ilgis 3,0 m k. 1280H - 3 pakuotės (po 50 vnt.) k. 53-070 -5 vnt.; laido ilgis: 3,0 m; jungtis instrumentui: 2,4 mm k. 360320 -2 vnt., tiesi, pagaminta iš karščiui atsparaus lydinio; darbinis ilgis: 20 mm; adatos diam.: 0,3mm k. 360325 -2 vnt., tiesi, pagaminta iš karščiui atsparaus lydinio; darbinis ilgis: 30 mm; adatos diam.: 0,3mm. k. 360328 -2 vnt., lenkta, pagaminta iš karščiui atsparaus lydinio; darbinis ilgis: 30 mm; adatos diam.: 0,3mm. k. 360342 -1 vnt. lenkta, pagaminta iš karščiui atsparaus lydinio; darbinis ilgis: 60-70 mm; adatos diam.: 0,mm k. 360813 - 5 vnt., trumpas; rombo kraštinė 6mm k. 360817 - 5 vnt., ilgis: 50 ± 10mm; diam. 3mm k. 370154L -5 vnt., tinkantis bipoliniams pincetams ir bipoliniams instrumentams; ilgis: 3,0 m. k. 700462 - 2 vnt., darbinis ilgis 11 cm; dvi adatos, izoliuotos, tiesios k. 783195SG - 1 vnt., nelimpantis prie audinių, bajonetinis; bendras ilgis 23cm, galas 2,0 mm, k. 700960SG -2 vnt., nelimpantis prie audinių; atliekantis sugriebimą, disekavimą, siurbimą ir koaguliavimą;



UAB „Salmeda“
P. Baublio g. 41, LT-08431, Vilnius
Tel. 8 (5) 272 90 06, Faks. 8 (5) 272 91 21
El. p.: med@salmeda.lt; http://www.salmeda.lt
Įm.k. 123500866, PVM mokėtojo kodas LT235008610
AB SEB bankas, b. k. 70440, sąsk. Nr. LT337044060001498542
AB Swedbank, b.k. 73000, sąsk. LT597300010002438156

		siurbimą ir koaguliavimą; 2 vnt., tinkantis instrumentui tonzilektomijoms, ilgis: 3,0 ± 0,5 m.	k. 370154R -2 vnt. , tinkantis instrumentui tonzilektomijoms, ilgis: 3,0m.
7.3	CE sertifikatas	Būtina	CE sertifikatas pridedami
7.4	Garantija	Ne mažiau 12 mėnesių	12 mėnesių
7.5	Vartotojo vadovas anglų ir lietuvių kalba	Būtina, pateikiama kartu su preke	Bus pateikti kartu su preke

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Dokumento konfidencialumas (<i>taip / ne</i>)
01	Pasiūlymas	9 lapai	Ne
02	Juridinių asmenų registro išrašas	3 lapai	Taip
03	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas		Taip
04 - 11	Gamintojų CE sertifikatai EN ir LT kalbomis	26 lapai	Taip
12	Katalogas	28 lapai	Taip

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentų failų pavadinimuose taip pat nurodyta, kuri **informacija yra KONFIDENCIALI.**)

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius



Viktoras Šarpis