

Kaunas,

SUTARTIS NR. SR18-52/SUT-18-1556

DĖL TRANSPORTINIŲ PACIENTO GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ STEBĖJIMO MONITORIŲ PIRKIMO

Ši sutartis sudaryta tarp Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (toliau - **Pirkėjas**), atstovaujamo generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus ir uždarnosios akcinės bendrovės „Graina“ (toliau - **Pardavėjas**), atstovaujamos direktoriaus Arūno Padvariškio

1. Sutarties turinys:

1.1. Šia sutartimi **Pardavėjas**, laimėjęs 2018-03-28 viešai skelbtą atvirą konkursą (supaprastintą pirkimą) dėl transportinių paciento gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorių pirkimo, pagal konkurso pasiūlyme nurodytas sąlygas ir pateiktą parametrų specifikaciją, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis, įsipareigoja parduoti **Pirkėjui**, o pastarasis pirkti prekes žemiau nurodytais kiekiais ir kainomis:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Orientacinis kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	Vieneto kaina, EUR (su PVM)	Viso kaina, EUR (su PVM)
	Transportinis paciento gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorius Vaikų intensyviosios terapijos skyriui	EDAN iM50, Edan Instruments, Kinija	1	vnt.	2230,00	2698,30	2698,30
Bendra preliminarinė suma EUR su PVM:							2698,30

1.2. Bendra preliminarinė sutarties suma 2698,30 Eur (du tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 30 ct.), įskaitant PVM bei visus mokesčius, galiojančius Lietuvoje pasiūlymų pateikimo dieną. Galutinė kaina, kurią **Pirkėjas** sumokės **Pardavėjui**, priklausys nuo vykdant sutartį suteikto prekių kiekio.

1.3. Pasikeitus PVM tarifui, kainos bus perskaičiuojamos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintą naują PVM tarifą.

Pasikeitus PVM tarifui, Sutartyje numatyti įkainiai (be PVM) nesikeičia, o Sutarties kaina yra perskaičiuojama vadovaujantis šia formule:

$$S_N = A + (PR_1 \times Q_1 + PR_2 \times Q_2 + \dots + PR_n \times Q_n)$$

$$PR_N = P \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - perskaičiuota bendra Sutarties kaina (su PVM)

A - pristatytų prekių kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

PR_N - naujas prekės įkainis su PVM;

Q - nepristatytų prekių kiekis;

P - prekės įkainis be PVM;

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

1.4. Pasikeitus kitiems mokesčiams (ne PVM), sutarties įkainis nebus perskaičiuojamas.

1.5. Pagal kainodaros taisykles perskaičiuotos kainos (įkainis) įforminamos rašytiniu šalių susitarimu ir įsigalioja nuo rašytinio susitarimo pasirašymo dienos. Už iki Susitarimo pasirašymo dienos pristatytas prekes bus atsiskaitoma senosiomis kainomis, o perskaičiuotomis kainomis bus atsiskaitoma už prekes, pristatytas šalių susitarimo pasirašymo dieną ir vėliau.

1.6. **Pirkėjas** neįsipareigoja išpirkti viso šios sutarties 1.1 punkte nurodyto prekių kiekio.

1.7. Šios kainodaros taisyklės leidžia ne vien mažinti sutarties įkainį, bet ir didinti, jeigu mokestis didėja.

1.8. Jei dėl nuo **Pardavėjo** nepriklausančių aplinkybių **Pardavėjas** negali pristatyti nurodyto modelio prekės, nes šių prekių gamyba yra nutraukta, abiems sutarties šalims raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, **Pardavėjas** gali pristatyti kito modelio prekę su sąlyga, kad naujas modelis

atitiks keliamus reikalavimus, bus ne prastesnių techninių parametrų nei pasiūlymo metu nurodyta prekė (vertinant pagal pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimus), ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

1.9. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje įtvirtintomis nuostatomis, ir tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus būtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje numatyti principai ir tikslai.

2. Prekių pristatymas:

2.1. Užsakytas prekes, atlikęs nustatytas muitinės importo procedūras, **Pardavėjas** pristato savo transportu ir išlaidomis **Pirkėjo** nurodytu laiku (darbo dienomis nuo 8 iki 16 val.) ir adresu.

2.2. Pirkėjas, pagal poreikius, prekes gali užsakyti dalimis.

2.3. **Pardavėjas** garantuoja prekių tiekimą pagal atskirą pareikalavimą, ne vėliau kaip per 4 sav. nuo užsakymo pateikimo dienos.

2.4. Pristatytas prekes **Pardavėjas** savo jėgomis iškrauna iš transporto.

2.5. Kartu su prekėmis **Pardavėjas** pateikia naudojimo instrukciją lietuvių kalba, serviso dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba.

3. Prekių kokybė:

3.1. **Pardavėjas** garantuoja parduodamų prekių kokybę, pateikdamas konkurso dokumentuose numatytus sertifikatus.

3.2. Prekes betarpiškai pagal kiekį ir kokybę priima **Pirkėjo** atsakingas darbuotojas prekių gavimo (išskrovimo) vietoje pasirašydamas ir užrašydamas įskaitomai savo pavardę, vardą ir pareigas **Pardavėjo** pateiktame perdavimo-priėmimo akte arba kitame prekių pristatymą patvirtinančiame dokumente (pvz. sąskaita-faktūra) bei savo parašą patvirtina spaudu.

3.3. Tais atvejais, kai prekės tiekiamos supakuotos ir priėmimo metu negalima patikrinti jų kiekio pakuotėje ir kokybės, yra pasirašomas perdavimo-priėmimo aktas, kuriame nurodomas vietų (dėžių) skaičius ir numeriai. Įpakavimo dėžės atidaromos tik dalyvaujant **Pirkėjo** ir **Pardavėjo** atstovams. Pretenzijos dėl prekių komplektacijos ir/arba kokybės **Pardavėjui** pateikiamos tuoj pat jas konstatavus, tačiau ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Tokiais atvejais prekių kiekiui ir kokybei įvertinti sudaroma mišri **Pardavėjo** ir **Pirkėjo** komisija, kuri savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Prekių priėmimo taisyklėmis.

3.4. Komisijai nustačius prekių trūkumą ar nekokybiškas prekes, **Pardavėjas** per turi trūkstatą kiekį per 14 dienų papildyti arba nekokybiškas prekes pakeisti, o nesant galimybių tai padaryti - per tą patį laikotarpį grąžinti už jas gautas lėšas.

3.5. **Pardavėjas** parduotoms prekėms suteikia ne mažesnę kaip (žr. sutarties priedą Nr. 1) garantiją, skaičiuojant nuo prekių pristatymo bei „Ilgalaikio turto – medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo akto“ pasirašymo ir garantinio laikotarpio metu garantuoja nemokamą prekių remontą. Laikotarpis tarp pranešimo apie gedimą ir jo pašalinimo į garantinį laikotarpį neįskaitomas.

3.6. **Pardavėjas** garantuoja nemokamą privalomą parduodamų prekių garantinį servisą (jeigu toks numatytas serviso instrukcijoje), jį atlieka dalyvaujant **Pirkėjo** atsakingiems darbuotojams.

3.7. **Pardavėjas** įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po pranešimo apie parduotų prekių gedimą atsiųsti specialistą trūkumams pašalinti.

4. Prekių kaina ir atsiskaitymai:

4.1. **Pardavėjas** teikia sutartyje nurodytas prekes kainomis ne didesnėmis negu nurodytos konkurso metu, išskyrus šios sutarties 1.3 p. nurodytus atvejus.


4.2. Už pristatytas prekes **Pirkėjas** apmoka **Pardavėjui** per 30 dienų po prekių pristatymo mokestiniu pavedimu per banką pagal per „E. sąskaita“ sistemą pateiktas sąskaitas – faktūras (elektroninės paslaugos „E.sąskaita“ svetainė pasiekama adresu [<https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita>]).

5. Šalių atsakomybė ir papildomi įsipareigojimai:

5.1. Atsisakymo priimti prekes pagrindu gali būti jų kokybės neatitikimas sertifikate nurodytų reikalavimų, garantuojančių kokybę dokumentų nepateikimas, taip pat kai prekės pristatomos su pažeistu įpakavimu arba sugadintos ir/ar netekusios prekinės išvaizdos.

5.2. **Pirkėjo** pageidavimu pardavėjas per 10 darbo dienų nuo prekių pristatymo įsipareigoja nemokamai apmokyti darbo ir darbų saugos taisyklių **Pirkėjo** inžinerinio ir medicinos personalo atstovus.

5.3. Pasikeitus vienos iš šalių adresu ar rekvizitams, šalis privalo apie tai per 10 darbo dienų pranešti kitai šaliai, to nepadarius, kalta šalis atlygina kitai šaliai su tuo susijusius nuostolius.



5.4. **Pardavėjas** laiku nepateikęs prekių, moka **Pirkėjui** 0,06 % prekių vertės netesybas už kiekvieną pavėluotą dieną.

5.5. Jeigu **Pardavėjo** kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, **Pardavėjas Pirkėjui** įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

6. Subtiekejai, jų keitimo tvarka:

6.1. **Pardavėjas** Sutarties vykdymo metu turi teisę pakeisti subtiekėją kitu kai:

6.1.1. Subtiekęs netinkamai vykdo savo įsipareigojimą Tiekėjui;

6.1.2. Subtiekęs yra bankrutuojantis;

6.1.3. Subtiekęs yra restruktūrizuojamas;

6.1.4. Subtiekėjui vykdoma bankroto procedūra ne teismo tvarka;

6.1.5. Subtiekėjui inicijuota priverstinė likvidavimo procedūra;

6.1.6. Subtiekėjui yra inicijuotos 6.1.2 – 6.1.5 punktuose analogiškos procedūros;

6.2. **Pardavėjas** gali pakeisti subtiekęs tik gavęs išankstinį **Pirkėjo** sutikimą dėl kito siūlomo subtiekejo. Apie ketinimą keisti subtiekėją **Pardavėjas** privalo įspėti **Pirkėją** iš anksto raštu ir nurodyti priežastis, dėl kurių **Pardavėjas** ketina keisti subtiekėją, nurodyti būsimus subtiekęs ir jų atitikimą kvalifikacijos reikalavimams (jei taikoma). **Pirkėjas** ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo gavimo dienos privalo pranešti **Pardavėjui** apie savo sprendimą, jei sprendimas yra neigiamas – nurodyti priežastis.

6.3. Subtiekėjų keitimas visada įforminamas rašytinių Šalių susitarimu, kuris nuo įsigaliojimo momento tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.

7. Ginčų sprendimo tvarka:

7.1. Ginčai, kylantys dėl šios sutarties vykdymo tarp **Pardavėjo** ir **Pirkėjo**, sprendžiami tarpusavio susitarimu.

7.2. Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio susitarimu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8. Sutarties galiojimas ir nutraukimas:

8.1 Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 12 (dvylika) mėn.

8.2. Sutartis gali būti pratęsiama, tačiau ne ilgiau kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui.

8.3. **Pirkėjas** turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai **Pardavėją**, nutraukti Sutartį, jei:

8.3.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant teisės aktų reikalavimus;

8.3.2. paaiškėjo, kad **Pardavėjas** turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais;

8.3.3. paaiškėjo, kad su **Pardavėju** neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

8.3.4. **Pardavėjas** nevykdo įsipareigojimų, numatytų pagal Sutartį, nesilaiko Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų ar yra kitokio pobūdžio **Pardavėjo** veikimas, neveikimas, aplaidumas, turintis neigiamos įtakos šios Sutarties vykdymui.

8.4. **Pardavėjas** turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai **Pirkėją**, nutraukti Sutartį, jei:

8.4.1. ne dėl **Pardavėjo** kaltės **Pirkėjas** vėluoja sumokėti daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos;

8.4.2. **Pirkėjas** nevykdo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.


8.5. Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu šalių susitarimu prieš laiką bet kuriuo metu.

8.6. Sutarties nutraukimas prieš laiką neatleidžia nuo pareigos įvykdyti finansinius įsipareigojimus už laikotarpį iki šios Sutarties nutraukimo.

8.7. Sutartis laikoma įvykdyta, kai šalys visiškai įvykdo šioje sutartyje numatytas sąlygas.

8.8. Šalys atleidžiamos nuo finansinės atsakomybės už kokių nors įsipareigojimų neįvykdymą, jei tai atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybėms (Force majeure), jeigu jos įrodo, kad jos negalėjo įvykdyti įsipareigojimų dėl nepriklausomų nuo jų kliūčių, kurių sutarties sudarymo metu negalėjo numatyti ir jų išvengti.

Tokiomis kliūtimis laikytini karai, revoliucijos, sabotazas, stichinės nelaimės, sprogimai, gaisrai, gamybinių pastatų ir vidaus komunikacijų sunaikinimas, boikotai, streikai, teisėti ar neteisėti valstybės



valdymo institucijų veiksmai, kitos nenugalimos jėgos, nurodytos LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840.

8.8.1. Sutartyje nurodytų įsipareigojimų įvykdymo terminai yra pratęsimi priklausomai nuo ypatingų aplinkybių trukmės, bet ne ilgiau kaip 2 mėn. Esant būtinumui pratęsti šį terminą, šalys tai aptaria atskiru raštu.

8.8.2. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, šalys apie tai turi pranešti viena kitai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ypatingų aplinkybių pradžios.

8.9. Sutartis surašyta lietuvių kalba. Ją sudaro du identiški sutarties originalai, skirti po vieną kiekvienai šaliai.

9. Atsakingi asmenys:

9.1. Asmenys atsakingi už sutarties vykdymą:

	Pardavėjo atstovas	Pirkėjo atstovas
Vardas, pavardė	Vilma Gudonienė	Algirdas Česnavičius
Pareigos	Administratorė VP specialistė	Medicininės technikos tarnybos vadovas
Adresas	Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys	Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Telefonas	8 45 570605	8 37 326418
Faksas	8 45 433540	8 37 326427
Elektroninio pašto adresas	info@graina.lt	algirdas.cesnavicius@kaunoklinikos.lt

9.2. Pirkėjo asmuo atsakingas už sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas - Lina Laurinaitienė, Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų specialistė.

10. Sutarties priedai:

10.1. Techninė specifikacija (1 priedas).

Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:

Pardavėjo

UAB „Graina“

Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys
Juridinio asmens kodas 147736647
PVM mokėt. kodas LT477366410
A. s. LT50 4010 0412 0039 6404
Banko kodas 40100
AB Luminor Bank

Direktorius

Arūnas Padvariškis

2018 m. birželio 20 d.



Pirkėjo


Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėt. kodas LT351634917
A.s. LT31 4010 0425 0006 3371
Banko kodas 40100
AB Luminor Bank

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

2018 m. birželio 24 d.

Direktorius
medicinai ir slaugai
dr. Kęstutis Stasaitis
Laukiamas direktorius(i)
generalinio
direktorium pareigas




Sutarties Nr. SP 18-52 / SUT-18-1551
1 Priedas

Specialieji reikalavimai transportiniams paciento gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriams

1. Transportinis paciento gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorius Vaikų intensyviosios terapijos skyriui – 1 vnt. (pirma pirkimo dalis)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės
1.	Paskirtis	Paciento monitorius naujagimių, vaikų ir suaugusiųjų gyvybinių funkcijų stebėjimui
2.	Monitoriaus ekranas	1. Skystųjų kristalų (TFT LCD arba lygiavertis), spalvoto vaizdo, $\geq 8,4$ colio įstrižainės; 2. Raiška $\geq (800 \times 600)$ vaizdo elementų; 3. Liečiamasis (angl. „touch screen“).
3.	Monitoriaus korpuse įmontuota rankena	Būtina, tinkanti monitoriaus transportavimui (nešimui) bei tvirtinimui prie paciento lovos (pakabinimui ant lovagalio arba šoninio apsauginio rėmo).
4.	Monitoriaus maitinimo šaltiniai:	1. ~ 230 V, 50 Hz elektros tinklas; 2. Autonominis maitinimo šaltinis (komplekte su monitoriumi pateikiamas pakraunamas ličio jonų arba lygiavertis akumulatorius).
5.	Monitoriaus darbo maitinant iš naujo, pilnai įkrauto, akumulatoriaus trukmė	≥ 420 min.
6.	Monitoriaus svoris (be baterijos)	≥ 4 kg.
7.	Monitoriaus korpuse įmontuota maitinimo laidų apsauga nuo atsitiktinio atjungimo	Būtina
8.	Monitoriaus aušinimo konstrukcija	Be ventiliatoriaus, užtikrinanti begarsę ir ilgaamžę eksploataciją, nekaupianti aplinkos dulkių
9.	Monitoruojami parametrai:	1. EKG multiderivacinis kanalas, 2. EKG / Kvėpavimas, 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSP), 4. Neinvazinis kraujospūdis, 5. SpO ₂ , 6. Temperatūra (≥ 2 kanalai).
10.	Reikalavimai EKG / Kvėpavimo registravimo kanalui:	
10.1	EKG derivacijos	1. 3 derivacijos: I, II, III 2. 5 derivacijos: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
10.2	Automatiškai reguliuojamas EKG jautrumas	Būtinai
11.	Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:	
11.1	Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas	Oscilometrinis
11.2	Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo režimai	1. Rankinis, 2. Automatinis, 3. Nuolatinis.
12.	Reikalavimai SpO ₂ matavimo kanalui:	
12.1	SpO ₂ matavimo diapazonas	Ne siauresnis nei 30-100 %



12.2	SpO ₂ matavimo paklaida	1. Vaikų ir suaugusiųjų: $\leq \pm 2\%$ (diapazone 70% - 100%) 2. Naujagimių: $\leq \pm 3\%$ (diapazone 70% - 100%)
12.3	ŠSD matavimo iš SpO ₂ diapazonas	Ne siauresnis nei 25-300 k./min.
13.	Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui:	Ne siauresnis nei 20-50° C
13.1	Temperatūros matavimo diapazonas	
14.	Monitoruotų parametrų skaitinių verčių	1. ≥ 120 val. 2. Skiriamoji geba ≤ 1 minutė
15.	Detali fiksuotų parametrų kreivių atmintis	1. ≥ 1 val. 2. Skiriamoji geba ≤ 1 sekundė
16.	Duomenų siuntimo būdai	1. USB jungtis 2. Tinklo (LAN, RJ45) jungtis 3. SD arba lygiavertės atminties kortelės lizdas 4. VGA jungtis
17.	Duomenų apsikeitimas tarp monitorių	Būtina galimybė monitoriaus ekrane peržiūrėti kito tame pačiame tinkle esančio paciento monitoriaus registruojamus parametrus
18.	Galimybė vieno „mygtuko“ paspaudimu ekrane matyti dideliais skaičiais ir grafikais atvaizduojamas tik pagrindinės gyvybinės funkcijas	Būtina, ekrane pateikiama sekanti informacija: a) ŠSD skaitinė reikšmė, b) SpO ₂ skaitinė reikšmė, c) Neinvazinio kraujo spaudimo skaitinė reikšmė, d) ≥ 1 EKG kanalo kreivė, e) SpO ₂ kreivė.
19.	Naktinis režimas	Būtinas, su automatiškai perjungiamais parametrais: a) išjungiami klavišų garsai, b) išjungiamas ŠSD (pulso) garsinė indikacija, c) pritildomi garsiniai aliarmai, d) sumažinamas ekrano ryškumas.
20.	Modifikuoto išankstinio perspėjimo balo (angl. MEWS) skaičiavimas, siekiant sužinoti paciento būklę, vertinant gyvybinius parametrus kompleksiskai.	1. Automatinis modifikuoto išankstinio perspėjimo balo skaičiavimas pagal monitoriaus registruojamus parametrų reikšmes; 2. Integruota modifikuoto išankstinio perspėjimo balo skaičiuoklė, skaičiuojanti rezultatą pagal specialisto įvedamus parametrų reikšmes.
21.	Pasirenkami monitoravimo režimai (filtra), optimizuojantys paciento monitoravimą priklausomai nuo aplinkos:	1. Ilgalaikio monitoravimo; 2. Operacijos; 3. Diagnostikos.
22.	Pagalba vartotojui nustatant pagrindinius monitoriaus parametrus, naudojantis monitoriaus liečiamajame ekrane pateikiamomis piktogramomis ar kitokiomis nuorodomis	Būtina
23.	Monitoriaus informaciniai indikatoriai (LED arba lygiaverčiai)	1. Maitinimo indikatorius; 2. ≥ 2 aliarmų indikatoriai; 3. Baterijos krovimo indikatorius.
24.	Monitoriaus tvirtinimas	Būtina galimybė monitorių pritvirtinti prie sienos arba mobilaus stovo laikiklių (papildomai įsigijus specialius laikiklius)
25.	Komplektacija (komplekte su monitoriumi pateikiami priedai):	
25.1	EKG laidas, 3 elektrodų	1 vnt.
25.2	Daugkartinio naudojimo SpO ₂	1 vnt.



	matavimo daviklis su jungiamuoju laidu, skirtas suaugusiems	
25.3	Daugkartinio naudojimo, įmautės tipo (silikininės arba lygiavertės medžiagos) SpO ₂ matavimo daviklis su jungiamuoju laidu, skirtas vaikams	1 vnt.
25.4	Daugkartinio naudojimo kraujo spaudimo matavimo manžetės	4 vnt. (4-ių skirtingų dydžių, pasirenkamų užsakymo metu)
25.5	Žarnelė kraujo spaudimo matavimo manžetės prijungimui	1 vnt.
25.6	Daugkartinio naudojimo odos temperatūros matavimo daviklis	1 vnt.
25.7	Monitoriaus transportavimo krepšys su kišenėmis priedams, pritaikytas naudoti monitorių, jam esant krepšyje, matyti monitoriaus ekrane rodomą informaciją	1 vnt.
26.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinai (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją)
27.	Kartu su įrangą pateikiama dokumentacija	1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus.
28.	Suteikiama garantija	Ne mažiau 36 mėn. monitoriui, ≥ 12 mėn. monitoriaus eksploataciniams priedams

