

GRAINA

Specialiai medicinai

547-18-1434

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Belaidžiam chirurginiam LED šviestuvui
dėvimam ant galvos (1 vnt.)**

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Konstrukcija	1. Belaidis LED šviestuvas, dėvimas ant galvos; 2. Integruotas baterijos būklės indikatorius; 3. Šviesos intensyvumas reguliuojamas rankenėlės arba lygiavertės konstrukcijos pagalba	1. Belaidis LED šviestuvas, dėvimas ant galvos; 2. Integruotas baterijos būklės indikatorius; 3. Šviesos intensyvumas reguliuojamas rankenėlės pagalba
2.	Šviesos šaltinis	Šviesos diodai LED arba lygiavertiniai	Šviesos šaltinis yra LED diodai
3.	Apšvietimo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	nuo 0 iki 100 %	Apšvietimo reguliavimo ribos: nuo 0 iki 100 %
4.	Reguliuojamas apšvietimo laukas 250 mm atstumu (ne siauresnėse ribose kaip)	30-40 mm	Reguliuojamas apšvietimo laukas 250 mm atstumu: 30-40 mm
5.	Apšvietimo intensyvumas	$\geq 200\ 000\ \text{lx}$	Apšvietimo intensyvumas 200 000 lx
6.	Skleidžiamos šviesos spalvinė temperatūra	$\geq 5000\ \text{K}$	Skleidžiamos šviesos spalvinė temperatūra 5000 K
7.	Reikalavimai šviestuvo maitinimui	Pakraunamos ličio jonų (arba lygiavertės) baterijos: Baterijos tarnavimo laikas $\geq 6,5$ val. Baterijos pakrovimo laikas ≥ 6 val.	Pakraunamos ličio jonų baterijos: Baterijos tarnavimo laikas 6,5 val. Baterijos pakrovimo laikas 6 val.
8.	Svoris	$\leq 350\ \text{g.}$	Svoris 310 g.
9.	Komplektacija	1. Galvinis šviestuvas; 2. Nešiojamas lagaminas; 3. USB pakrovimo kabelis; 4. Baterijų pakrovimo stotelė; 5. Baterijos – 2 kompl.	Komplektacija: 1. Galvinis šviestuvas; 2. Nešiojamas lagaminas; 3. USB pakrovimo kabelis; 4. Baterijų pakrovimo stotelė; 5. Baterijos – 2 kompl.
10.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją)	Kartu su pasiūlymu pateikiama EB atitikties deklaracijos kopija su vertimu
11.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba	Kartu su įranga bus pateikta visa dokumentacija (naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba)
12.	Garantinis terminas	≥ 24 mėnesiai	Garantinis terminas 24 mėnesiai

Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė

Vilma Gudonienė