

2018 m. lipos 31 d.
Viešojo pirkimo – pardavimo sutarties
Nr. S-2018-630
1 priedas

Prekės kaina ir techninė specifikacija

Eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Pasiūlymo kaina € be PVM	PVM, €	Pasiūlymo kaina su PVM €
1	2	3	4	5
1.	Magnetinio rezonanso tomografo OPTIMA MR 360 (s/n 2949484) kriogeninio siurblio komplektas (kartu su jo keitimu).	63361,08	13305,83	76666,91

Eil. Nr.	Reikalaujami parametrai	Reikalaujama parametro reikšmė	Atitikimas reikalavimams (nurodyti konkrečias siūlomos įrangos charakteristikas, įrangos gamintoją, modelį pagal 2 ir 3 stulpelių reikalavimus)
1	2	3	4
1.1	Magnetinio rezonanso įrenginio Optima MR360 kriogeninis siurblys		Magnetinio rezonanso įrenginio Optima MR360 kriogeninio šaldymo kompresorius, modelis RDK-408, gamintojas GE Medical Systems Failas KŠK techninė specifikacija, 1 psl.
1.2	Kriogeninis siurblys: sudarytas iš trijų pagrindinių dalių: elektros variklio, cilindro ir stūmoklio esančio cilindre.		Kriogeninis šaldantis kompresorius: sudarytas iš trijų pagrindinių dalių: elektros variklio, cilindro ir stūmoklio esančio cilindre
1.3	Šaldymo galia: 1.Pirma pakopa Antra pakopa 2.Pirma pakopa Antra pakopa	37W prie 40K 0,9W prie 4,2K 37W prie 43K 1,0W prie 4,2K	37W prie 40K 0,9W prie 4,2K 37W prie 43K 1,0W prie 4,2K
1.4	Padėtis erdvėje	Bet kuri Galimas maksimalus galios nuostolis: 15%	Bet kuri Galimas maksimalus galios nuostolis: 15%
1.5	Aplinkos temperatūros ribos	Nuo 5 iki 28 laipsnių C Galimas maksimalus galios nuostolis: 5%	Nuo 5 iki 28 laipsnių C Galimas maksimalus galios nuostolis: 5%
1.6	Helio dujų slėgis: Esant vidiniam siurblio blokui Statinis Veikimo Esant išoriniam siurblio blokui Statinis Veikimo	1,60-1,65 Mpa esant 20 laipsn. C apie 2,00-2,20 Mpa 1,60-1,70 Mpa esant 20 laipsn. C apie 1,90-2,10 Mpa	1,60-1,65 Mpa esant 20 laipsn. C apie 2,00-2,20 Mpa 1,60-1,70 Mpa esant 20 laipsn. C apie 1,90-2,10 Mpa

1.7	Slėginio vožtuvo nustatyta reikšmė	1,86 – 1,96 MPa	1,86 – 1,96 MPa
1.8	Dujų įėjimo jungtis Dujų išėjimo jungtis	½ colio ½ colio	½ colio ½ colio
1.9	Dydis Plotis Ilgis Aukštis	180mm 294mm 557mm	180mm 294mm 557mm
1.10	Svoris	19,8 kg	19,8 kg

Sutarties šalys:

Pirkėjas

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė

Direktoriaus pavaduotojas medicinai

Algirdas Liutkus



Pardavėjas

UAB „Tradintek“

Technikos direktorius

Raimondas Šimas

