

Tradintek UAB

J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, tel. nr. (8 5) 2685427, fakso nr. (8 5) 2496084, registro tvarkytojas VĮ Registrų Centras, įmonės kodas 124942182, PVM mokėtojo kodas LT249421811

Nacionaliniam vėžio institutui
Santariškių g. 1, 08660 Vilnius

PASIŪLYMAS DĖL TŪRINĖS DOZIMETRIJOS SISTEMOS PIRKIMO

2018 m. liepos 05 d. Nr. 20180705-01
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB Tradintek
Tiekėjo adresas	J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Tomas Mickūnaitis, komercijos direktorius
Telefono numeris	(8 5) 2685427, mob.: (8 698) 33383
Fakso numeris	(8 5) 2496084
El. pašto adresas	tomas.mickunaitis@tradintek.com
PVM mokėtojo kodas	LT249421811
Rekvizitai sutarčiai sudaryti: sutartį pasirašysiančio asmens vardas, pavardė, pareigos, banko pavadinimas, sąskaitos Nr.	Tomas Mickūnaitis, komercijos direktorius, AB SEB bankas, a.s.: LT657044060001368083

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Prekės pavadinimas /modelis, gamintojas	Mat. vnt.	Kiekis	Mat. vnt. kaina (Eur be PVM)	Mat. vnt. kaina (Eur su 21 % PVM)
1	2	3	4	5
Tūrinės dozimetrijos sistema (gamintojas Sun Nuclear Corporation)	Vnt.	1	66.110,00	79.993,10
			Iš viso:	79.993,10

Iš šių sumų įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM.

Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Reikalaujami parametrai sistemai	Siūloma parametro reikšmė
1.	Sistema turi imituoti žmogaus anatomiją. Turėti skirtingų tankių įdėklus, kurie būtų ekvivalentūs tikriems audiniam. Įdėklai turi būti ekvivalentus kaulams, smegenims, krūtims, kepenų, raumens, riebaliniam audiniui, vandens/oro įdėklas, įdėklas pritaikytas jonizacinei kamerai įdėti.	Sistema imituoja žmogaus anatomiją. Turi skirtingų tankių įdėklus, kurie yra ekvivalentūs tikriems audiniams. Įdėklai ekvivalentus kaulams, smegenims, krūtims, kepenų, raumens, riebaliniam audiniui, vandens/oro įdėklas, įdėklas pritaikytas jonizacinei kamerai įdėti.
2.	Detektorių skaičius turėtų būti didesnis nei 1300. Atstumai tarp detektorių ne didesni nei 1,2 cm. Detektoriaus aktyvusis plotas ne didesnis nei 0,7 mm ² . Detektorių pastovumas, bent 0,5% /kGy spinduliuojant 6MV energija. Matavimo nuokrypis keičiant spinduliuotės intensyvumą neblogiau $\pm 1\%$ esant 75 – 250 cm SSD. Sistema turi būti tinkama geometriškai nekoreguoto (nenaudojant plokštinamojo filtro (angl. FFF)) spinduliuotės tipo matavimams.	Detektorių skaičius - 1386. Atstumai tarp detektorių 1,0 cm. Detektoriaus aktyvusis plotas 0,64 mm ² . Detektorių pastovumas, 0,5% /kGy spinduliuojant 6MV energija. Matavimo nuokrypis keičiant spinduliuotės intensyvumą $\pm 1\%$ esant 75 – 250 cm SSD. Sistema tinkama geometriškai nekoreguoto (nenaudojant plokštinamojo filtro (angl. FFF)) spinduliuotės tipo matavimams.
3.	Sistema turėtų fiksuoti įeinančią ir išeinančią spinduliuotę, bei skaičiuoti absoliutinę dozę.	Sistema fiksuoja įeinančią ir išeinančią spinduliuotę, bei skaičiuoja absoliutinę dozę
4.	Sistema turėtų būti skirta ir rotacinei moduliuto intensyvumo spindulinei terapijai ir statinei spindulinei terapijai.	Sistema skirta ir rotacinei moduliuto intensyvumo spindulinei terapijai ir statinei spindulinei terapijai.
5.	Su šia Sistema turėtų būti įmanoma atlikti linijinio greitintuvo rotacinės spindulinės terapijos kokybės užtikrinimą.	Su šia Sistema įmanoma atlikti linijinio greitintuvo rotacinės spindulinės terapijos kokybės užtikrinimą.
6.	Su prie Sistemos pateikiama programine įranga turėtų būti įmanoma vertinti gautų matavimų įtaką paciento taikinio ir kritinių organų dozės – tūrio histogramai.	Su prie Sistemos pateikiama programine įranga įmanoma vertinti gautų matavimų įtaką paciento taikinio ir kritinių organų dozės – tūrio histogramai.
7.	Sistema turi būti tinkama mažų laukų (mažesnių nei 10x10cm) vertinimui. Galimybė apjungti matavimo rezultatus siekiant pagerinti matavimo rezultatų skyrą.	Sistema tinkama mažų laukų (mažesnių nei 10x10cm) vertinimui. Galima apjungti matavimo rezultatus siekiant pagerinti matavimo rezultatų skyrą.
8.	Galimybė tikrinti didelių laukų jungtinių arkų planus. Galimybė apjungti bent du prietaiso matavimo rezultatus, siekiant praplėsti matavimo ilgį.	Galima tikrinti didelių laukų jungtinių arkų planus. Galima apjungti du prietaiso matavimo rezultatus, siekiant praplėsti matavimo ilgį.
9.	Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją).	Pateiktos EB atitikties deklaracijų kopijos

10.	Garantinis laikotarpis ne trumpesnis nei 24 mėn. nuo Sistemos eksploatacijos pradžios	24 mėn.
-----	---	---------

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Europos bendrieji viešųjų pirkimų dokumentai (EBVPD) (espd-response.zip)	
2.	Igaliojimo kopija (Kvalifikacijos dokumentai. Konfidencialu.pdf)	1
3.	Dokumentai patvirtinantys teisę atstovauti siūlomų prekių gamintoją (Kvalifikacijos dokumentai. Konfidencialu.pdf)	2
4.	Pasiūlymo laidavimo draudimo dokumentai (Tradintek PA 81288-s0704.pdf)	2
5.	Medicinos prietaisų atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos prietaisams kopijos (Atitikties deklaracijos. Konfidencialu.pdf)	6
6.	Gamintojo parengti siūlomų prietaisų techniniai aprašai (Techninis aprasas.pdf)	12

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Komercijos direktorius



Tomas Mickūnaitis