

Data: 2015 kovo 5 diena

CE ATITIKTIES DEKLARACIJA

Mes, ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL, turėdami gamyklą adresu Località Cimacolle, 464 – Masa Martana, Italija; būdami oficialūs įrangos laboratorijoms ir ligoninėms (šaldytuvai, šaldikliai, kraujo banko šaldytuvai, plazmos šaldikliai, stabilumo testavimo ir augalų augimo kameros, įranga morgams ir laidojimams) gamintojai norime patvirtinti, kad:

Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais **TOPFLOW3**

(Įrenginio tipas: Top Flow 3 sudaro dvipusis ventiliatorius ir dvipusė, su valdomu vertikaliu oro srautu, spinta, turinti dalinę recirkuliaciją)

atitinka esminius reikalavimus ar nuorodas į atitinkamus standartus:

1. Saugumo standartus: EN 12469:2000, Mašinų direktyva 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEB.
2. Švarumo klasė acc. EN ISO 14644-1 ISO Klasė 5.

Pagarbiai

/parašas/

p.Giorgio Citarei

Generalinis direktorius

Vertimas tikras. UAB Labostera (Basanavičiaus al. 5, Kaunas); vertėja Milda Saltonaitė.
Kaunas, du tūkstančiai penkioliktųjų metų kovo 06 diena.

LR BK 235 str. man žinomas.

