



UAB Mokslinis-Techninis Susivienijimas "Novatex"

Uždaroji Akcinė Bendrovė Mokslinis-Techninis Susivienijimas "Novatex" Laisvės pr. 117A-37, LT-06118, Vilnius; Telefono numeris +370 5 2737292; Fakso numeris: +370 5 2737296; El. pašto adresas: info@novatex.lt; Reg. tvarkytojas: VĮ Registrų centras, Vilniaus filialas; Įmonės kodas: 120375749; PVM kodas: LT203757414;

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės
Kauno klinikos

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL RADIOJODO SUSIKAUPIMO SKYDLIAUKĖJE MATUOKLIO IR 18-F FDG AUTOMATINIO DOZATORIAUS PIRKIMO

2018-06-08 Nr. 3708
Vilnius

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Mokslinis-Techninis Susivienijimas "Novatex"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Laisvės pr. 117A-37, LT-06118, Vilnius
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	Įmonės kodas: 120375749; PVM kodas: LT203757414
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	A/S LT34 7044 0600 0035 4409, AB SEB bankas, banko kodas: 70440
Įmonės vadovo pareigos, vardas pavardė	generalinė direktorė Zinaida Tamaševičienė
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Tomas Žalys
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	vadybininkas Tomas Žalys
Telefono numeris	+370 5 2737292
Fakso numeris	
El. pašto adresas	tzalys@novatex.lt

2 lentelė

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiektą (-us)

Eil. Nr.	Subtiektų (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - atviro konkurso skelbime, paskelbtame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

PASIŪLYMO KAINA

PIRKIMO DALIS NR. 1

„RADIOJODO SUSIKAUPIMO SKYDLIAUKĖJE MATUOKLIS“

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Orientacinis kiekis	Mato vnt.	Kaina, EUR (be PVM)	Kaina EUR (su PVM)
1.	Radiojodo susikaupimo skydliaukėje matuoklis	Atomlab 960 Thyroid Uptake System, Biodex (JAV)	1	Kompl.	30.500,00	36.905,00
Bendra preliminarinė suma EUR su PVM:						36.905,00

PIRKIMO DALIS NR. 2

„18-F FDG AUTOMATINIS DOZATORIUS“

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Orientacinis kiekis	Mato vnt.	Kaina, EUR (be PVM)	Kaina EUR (su PVM)
1.	18-F FDG automatinis dozatorius	PT317R4 Automatic PET dispenser, Lynax (Čekija)	1	Vnt	63.475,00	76.804,75
Bendra preliminarinė suma EUR su PVM:						76.804,75

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujama parametrų reikšmė	Siūloma parametrų reikšmė
1.	Įrangos paskirtis	Radiojodo (131-I) susikaupimui skydliaukėje matuoti	Radiojodo (131-I) susikaupimui skydliaukėje matuoti
2.	Įrangos komplektacija	1. Daugiakanalis analizatorius; 2. Valdymo kompiuteris su programine įranga; 3. Zondas su detektoriumi; 4. Kaklo fantomas; 5. Mobilus stovas	1. Daugiakanalis analizatorius; 2. Valdymo kompiuteris su programine įranga; 3. Zondas su detektoriumi; 4. Kaklo fantomas; 5. Mobilus stovas
3.	Reikalavimai daugiakanaliui analizatoriui		
3.1	Kanalų skaičius	≥1024	1024
3.2	Maksimalus	≥150 000 impulsų per sekundę	150 000 impulsų per sekundę

.	skaičiavimo greitis		
3.3	Skaičiavimo greičio linijiskumas	≤5% (visame skaičiavimo greičio diapazone)	≤5% (visame skaičiavimo greičio diapazone)
4.	Reikalavimai valdymo kompiuterio su programine įranga komplektui	1. Monitoriaus ekrano įstrižainė ≥15,6"; 2. Kompiuterijei turi būti įdiegta Windows 7 arba lygiavertė operacinė sistema.	1. Monitoriaus ekrano įstrižainė ≥15,6"; 2. Kompiuterijei įdiegta Windows 7 operacinė sistema.
5.	Komplektuojamas detektorius	2" x 2" dydžio natrio jodido (NaI) scintiliacinis detektorius (arba lygiavertis)	2" x 2" dydžio natrio jodido (NaI) scintiliacinis detektorius
6.	Reikalavimai kaklo fantomui	1. Skirtas paciento kaklo, kuriame susikaupęs radiojodas, imitavimui; 2. Tinkantis impulsų skaičiavimui, naudojant radiojodą įvairiuose įpakavimuose: buteliukuose, vienkartinėse kapsulėse; 3. Komplekte pateikiami: buteliuko laikiklis, ≥10 vnt. buteliukų, kapsulės laikiklis.	1. Skirtas paciento kaklo, kuriame susikaupęs radiojodas, imitavimui; 2. Tinkantis impulsų skaičiavimui, naudojant radiojodą įvairiuose įpakavimuose: buteliukuose, vienkartinėse kapsulėse; 3. Komplekte pateikiami: buteliuko laikiklis, 12 vnt. 30 ml buteliukų, kapsulės laikiklis.
7.	Mobilus stovas	Su laikikliais ir lentynomis visam siūlomos įrangos komplektui	Su laikikliais ir lentynomis visam siūlomos įrangos komplektui
8.	Integruota DICOM sąsaja ryšiui su ligoninės informacine Sistema	Būtina	DICOM sąsajos funkcija yra
9.	Žymėjimas CE ženklų	Būtinai (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją).	CE ženklinimas yra, pridedamas CE sertifikatas.
10.	Įrangos pristatymas į Kauno klinikų medicinos technikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir vartotojų apmokymas	Įskaičiuota į pasiūlymo kainą	Įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
11.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija (vartotojo lygmens) anglų kalba.

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujama parametru reikšmė	Siūloma parametru reikšmė
1.	Įrangos paskirtis	Saugiam darbui su radiofarmaciniais preparatais – automatiniam reikiamos radiofarmacinio preparato 18-FDG dozės įtraukimui iš transportinio flakono į švirkštą	Saugiam darbui su radiofarmaciniais preparatais – automatiniam reikiamos radiofarmacinio preparato 18-FDG dozės įtraukimui iš transportinio flakono į švirkštą
2.	Radiofarmacinio preparato dozavimas	Dozavimo metu tiesiogiai matuojant radiofarmacinio preparato 18-FDG radioaktyvumą, į švirkštą įtraukiama vartotojo nurodytą preparato tūrinį radioaktyvumą atitinkanti preparato dozė	Dozavimo metu tiesiogiai matuojant radiofarmacinio preparato 18-FDG radioaktyvumą, į švirkštą įtraukiama vartotojo nurodytą preparato tūrinį radioaktyvumą atitinkanti preparato dozė
4.	Į švirkštą įtraukto radiofarmacinio preparato radioaktyvumo matavimo paklaida	≤3%	3%
5.	Dozatoriaus automatinė savikontrolė atliekama integruoto radioaktyvaus šaltinio pagalba (nereikalingos jokios papildomos manipuliacijos)	Būtina	Dozatoriaus automatinė savikontrolė atliekama integruoto radioaktyvaus šaltinio pagalba
6.	Maksimalus darbui su dozatoriumi naudojamų radiofarmacinio preparato 18-F FDG radioaktyvumas	≥20 GBq	20 GBq
7.	Maksimalus darbui su dozatoriumi naudojamų radiofarmacinio preparato 18-F FDG transportavimo flakonų tūris	≥25 ml	25 ml
8.	Įrangos komplektacija	1. Automatinis dozatorius; 2. Automatinio dozatoriaus valdymo kompiuteris su programine įranga; 3. Volframinis ekranuojantis (atitinkantis ≥28 mm volframo ekvivalentą) radiofarmacinio preparato 18-F FDG flakono konteineris; 4. Volframinės ekranuojančios švirkšto apsaugos su įmontuotais kontroliniais švinuoto stiklo langeliais: a) Apsaugos 3 ml tūrio	1. Automatinis dozatorius; 2. Automatinio dozatoriaus valdymo kompiuteris su programine įranga; 3. Volframinis ekranuojantis (atitinkantis 28 mm volframo ekvivalentą) radiofarmacinio preparato 18-F FDG flakono konteineris; 4. Volframinės ekranuojančios švirkšto apsaugos su įmontuotais kontroliniais švinuoto stiklo langeliais: a) Apsaugos 3 ml tūrio švirkštui – 3 vnt., b) Apsaugos 5 ml tūrio švirkštui – 1 vnt.;

		švirkštui – 3 vnt., b) Apsaugos 5 ml tūrio švirkštui – 1 vnt.; 5. Stovas adatos prisukimui prie švirkšto – 2 vnt. 6. Ekranuotas (atitinkantis ≥ 40 mm švino ekvivalentą) vežimėlis saugiam radioaktyviu preparatu užpildyto švirkšto transportavimui; 7. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS).	5. Stovas adatos prisukimui prie švirkšto – 2 vnt. 6. Ekranuotas (atitinkantis 40 mm švino ekvivalentą) vežimėlis saugiam radioaktyviu preparatu užpildyto švirkšto transportavimui; 7. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS).
9.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinasi (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją).	Yra, pridedama atitikties deklaracija.
10.	Įrangos pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir vartotojų apmokymas	Įskaičiuota į pasiūlymo kainą	Įskaičiuota į pasiūlymo kainą
11.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija lietuviu arba anglų kalba.	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija (vartotojo lygmens) anglų kalba.
12.	Įrangai suteikiama garantija	≥ 36 mėn. Prekės garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas prekių remontas įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.	36 mėn. Prekės garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas prekių remontas įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

Pastabos:

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.
2. Grafoje "Siūlomos įrangos parametrai ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius" nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti "Atitinka" arba "Taip" neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius.

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1	Pasiūlymas	6	Pasiūlymas
2	Pasiūlymas_su_parasu	6	Pasiūlymas_su_parasu
3	registru_jungtine	2	registru_jungtine
4	espd-response	13	espd-response
5	Atomlab 960 Thyroid Uptake CE LT	1	Atomlab 960 Thyroid Uptake CE LT
6	Atomlab 960 Thyroid Uptake CE	1	Atomlab 960 Thyroid Uptake CE
7	Biodex Atomlab 960 Thyroid Uptake LT	2	Biodex Atomlab 960 Thyroid Uptake LT
8	Biodex Atomlab 960 Thyroid Uptake	8	Biodex Atomlab 960 Thyroid Uptake
9	Biodex Letter of authorization LT	1	Biodex Letter of authorization LT
10	Biodex Letter of authorization	1	Biodex Letter of authorization
11	Lynax Declaration of conformity LT	1	Lynax Declaration of conformity LT
12	Lynax Declaration of conformity	1	Lynax Declaration of conformity
13	Lynax Letter of authorization LT	1	Lynax Letter of authorization LT
14	Lynax Letter of authorization	1	Lynax Letter of authorization
15	Lynax PT317 LT	2	Lynax PT317 LT
16	Lynax PT317	3	Lynax PT317


Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

registru jungtine, Atomlab 960 Thyroid Uptake CE LT, Atomlab 960 Thyroid Uptake CE, Biodex Atomlab 960 Thyroid Uptake LT, Biodex Atomlab 960 Thyroid Uptake, Lynax Declaration of conformity LT, Lynax Declaration of conformity, Lynax PT317 LT, Lynax PT317

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Generalinė direktorė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Paršas)

Zinaida Tamaševičienė
(Vardas ir pavardė)