

LABORATORINĖS ĮRANGOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

KONKURSO 1 DALIS. VIDEO MIKROSKOPAS.

Kontaktinis asmuo dėl pirkimo objekto:

Andrius Gedvila, tel.: +370 61670660

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tai tokiu atveju nurodytai formuluotei taikomas „arba lygiavertis“.

1. lentelė. Video mikroskopas

Eil. Nr.	Įrangos / parametro pavadinimas	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės*
1	2	3	4
1.1.	Video mikroskopas	- Matavimo ribos – ne mažiau kaip x200 x y100 mm, z 100mm - Didinimas – ne mažiau kaip 40 x - Apžvalgos laukas – ne mažesnis kaip 8mm - Skirtas ilgių, kampų, skersmenų ir spindulių matavimui - Matavimo paklaidų ribos: E1, μm: $1.5 + L/100$ (L in mm); E2, μm: $2.9 + L/100$ (L in mm) - Viršutinis ir apatinis apšvietimas LED šviestukais, reguliuojamu srautu. - Duomenų perdavimas CAD sistemoms - Rankinis pozicionavimas – greitas ir tikslus - Pozicionavimo pagalba lazerine rodykle. - Sąsaja su kompiuteriu - USB 2.0 - Kameros galimybės – ne prastesnės kaip 25 fps, 1.3 megapikselių - Programinė valdymo įranga su automatinio formos atpažinimo funkcija, išmatuotų matmenų grafinis žymėjimas. - Kompiuteris, lietimui valdomas ne mažiau kaip 23 colių ekranas - Garantija ne mažiau kaip 12 mėn. - CE Žymėjimas	- Matavimo ribos: X ašimi – 200mm x Y ašimi -100 mm x Z ašimi - 100mm - Didinimas ekrane: 84 x. - Apžvalgos laukas: 4,3mm x 3,2mm (13,76mm²) - Skirtas ilgių, kampų, skersmenų (diametrų) ir spindulių (radiusų) matavimui. - Matavimo paklaidų ribos pagal DIN ISO 10360-7 (prie 20°C ± 1K): E1, μm - $2,9+L/100$ (L-ilgis mm) E2, μm - $2,9+L/100$ (L-ilgis mm) - Paviršiaus (viršutinis) ir kontūrų (apatinis) apšvietimas su LED lemputėmis, atskirai įjungiamas ir su reguluojamas - Duomenų perdavimas CAD sistemoms DXF format. - Pozicionavimas rankinis su greito arba tikslaus perstūmimo galimybe. - Infraraudonųjų spindulių lazeris greitam pozicionavimui. - Duomenų perdavimo sąsaja – USB 2.0 - Kamera: 1,3 megapikselių, spalvoto vaizdo su CMOS sensoriumi ir 25 fps. - Programinė valdymo įranga M3 su automatiiniu geometrinės formos atpažinimu, detaliu grafiniu

			išmatuotų matmenų ir jų tolerancijos atvaizdavimu. 13. Kompiuteris – monitorius (ekranas) x` 23,6” įstrižainės, valdomas liečiant (Touchpad). 14. Garantija 12 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. 15. Video mikroskopas pagamintas vokietijoje ir turi CE ženklą.
Gamintojas, modelis, tiksli modifikacija			GARANT MM1, 491910 MM1-200
Vieneto kaina, Eur (be PVM)			24782,09
Kiekis, vnt.			1
Iš viso kaina, Eur (be PVM)			24782,09

Pastaba: *Tiekėjai pildydami lentelės 4 stulpelio grafą „Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės“ privalo nurodyti tikslų siūlomos prekės parametražodžiai taip, atitinka neleidžiami

Kiti reikalavimai įrangai:

1. Pristatymo terminas: per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
2. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
3. Kartu su pristatoma įranga turi būti naudojimosi prietaisu aprašymai lietuvių ir anglų kalba.
4. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti Perkančiosios organizacijos darbuotojus dirbti su prietaisu darbo vietoje.
5. Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita:
 - 5.1. Pristatyti įrangą adresu Taikomosios mechanikos katedra, Saulėtekio al. 11, Vilnius;
 - 5.2. Pristatytą įrangą išpakuoti, sumontuoti ir atlikti detalų funkcionalumo patikrinimą.

KONKURSO 2 DALIS. ŠIURKŠČIAMATIS – PROFILOMETRAS IR STOVAS ŠIURKŠČAMAČIUI - PROFILOMETRUI

Kontaktinis asmuo dėl pirkimo objekto:

Andrius Gedvila, tel.: +370 61670660

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tai tokiu atveju nurodytai formuluotei taikomas „arba lygiavertis“.

2. lentelė. Šiurkščiamatis - profilometras

Eil. Nr.	Įrangos / parametro pavadinimas	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės*
1	2	3	4
2.1.	Šiurkščiamatis - profilometras	1. Mobilus, skirtas paviršiaus šiurkštumui ir banguotumui matuoti, galimybė tvirtinti prie stovo. 2. Lietimui jautrus ekranas su integruotu spausdinimo įrenginiu, sugebantis atvaizduoti profilogramą. 3. Nuolydžio ir spindulio kompensacija.	1. Mobilus, skirtas paviršiaus šiurkštumui ir banguotumui matuoti yra galimybė tvirtinti prie stovo. 2. Lietimui jautrus ekranas su integruotu spausdinimo įrenginiu, sugebantis atvaizduoti

		4. Integruota statistikos funkcija, tolerancijų analizė ir atvaizdavimas 5. Duomenų kaupimas išorinėje laikmenoje 6. Automatinis kalibravimas 7. Matavimo ribos, ne prastesnės kaip: aukščio z – 800-2400µm/80/8µm, eigos x – 25mm 8. Liestukas – 60°, 2µm spinduliu, prispaudimo jėga -0,756 mN 9. Analizavimo galimybės: Ra, Rq, Rz, Ry, Rp, Rv, Rt, R3z, Sk, Rku, Rc, RPc, RSm, Rmax, Rz1max, S, HSC, RzJIS, Rppi, RΔa, RΔq, Rlr, Rmr, Rmr(C), Rδc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, λa, λq, Lo, Rpm, tp, Htp, R, Rx, AR, W, AW, Wx, Wte - pagal standartus: DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI, MOTIF 10. Baziniai ilgiai: 0.08mm / 0.25 mm / 0.8 mm / 2.5 mm / 8 mm 11. Skaitmeniniai filtrai: 2CR75 / PC75 / Gauso 12. Sąsajos: Digimatic, RS-232, SD memory card 13. Šiurkštumo etalonas kalibravimui 14. Programinė įranga duomenų apdorojimui 15. Garantija ne mažiau kaip 12 mėn. 16. CE Žymėjimas	profilogramas. 3. Nuolydžio ir radius (spindulio) kompensacija. 4. Integruota statistikos funkcija, tolerancijų analizė ir atvaizdavimas 5. Duomenis kaupia išorinėje laikmenoje (Mikro SD kortelėje) 6. Automatiškai kalibruojamas su komplekte esančiu etalonu. 7. Matavimo ribos: aukščio z – 800µm (iki 2400µm su prailgintojais)/80µm/8µm, eigos x – iki 25mm. 8. Liestukas: kampas - 60°, spindulys - 2µm, prispaudimo jėga -0,75 mN 9. Analizuoja charakteristikas: Ra, Rq, Rz, Ry, Rp, Rv, Rt, R3z, Sk, Rku, Rc, RPc, RSm, Rmax, Rz1max, S, HSC, RzJIS, Rppi, RΔa, RΔq, Rlr, Rmr, Rmr(C), Rδc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, λa, λq, Lo, Rpm, tp, Htp, R, Rx, AR, W, AW, Wx, Wte - pagal standartus: DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI, MOTIF. 10. Galimi baziniai ilgiai: 0.08 mm / 0.25 mm / 0.8 mm / 2.5 mm / 8 mm 11. Skaitmeniniai filtrai: 2CR75 / PC75 / Gauso 12. Turi sąsajas: Digimatic, RS-232, SD memory card. 13. Komplekte šiurkštumo etalonas kalibravimui. 14. Programinė įranga USB COMMUNICATION TOOL - duomenų apdorojimui. 15. Garantija 12 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. 16. Turi CE ženklinaimą
		Gamintojas, modelis, tiksli modifikacija	Mitutoyo Surftest SJ-411, 178-580-01D
		Vieneto kaina, Eur (be PVM)	8005,00
		Kiekis, vnt.	1
		Iš viso kaina, Eur (be PVM)	8005,00
Eil. Nr.	Įrangos / parametro pavadinimas	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės*
1	2	3	4
2.2.	Stovas šiurkščamačiui - profilometru	1. Granitinis stovas, suderinamas su 2.1. p nurodytu Šiurkščamačiu - profilometru 2. Adapteris Mitutoyo Sj-211 šiurkščamačiui.	1. Granitinis stovas, suderinamas su 2.1. punkte nurodytu šiurkščamačiu – profilometru

		3. Preciziniai spaustuvai 4. Dvigubų prizmių pora su apkaba - ne mažesnė kaip 50x40 mm 5. Garantija ne mažiau kaip 12 mėn.	Mitutoyo Surftest SJ-411. 2. Komplekte yra dapteris Mitutoyo šiuurkštomačiui Surftest SJ-211. 3. Preciziniai spaustuvai detalei iki 36mm. 4. Dvigubų prizmių pora su apkaba. Ilgis – 50mm x plotis - 40 mm. 5. Garantija 12 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
Gamintojas, modelis, tiksli modifikacija			Mitutoyo, 178-039
Vieneto kaina, Eur (be PVM)			1505,00
Kiekis, vnt.			2
Iš viso kaina, Eur (be PVM)			3010,00

Pastaba: *Tiekėjai pildydami lentelės 4 stulpelio grafą „Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės“ privalo nurodyti tikslų siūlomos prekės parametraž žodžiai taip, atitinka neleidžiami

Kiti reikalavimai įrangai:

1. Pristatymo terminas: per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
2. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
3. Kartu su pristatoma įranga turi būti naudojimosi prietaisu aprašymai lietuvių ir anglų kalba.
4. Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita:
 - 4.1. Pristatyti įrangą adresu Taikomosios mechanikos katedra, Saulėtekio al. 11, Vilnius;
 - 4.2. Pristatytą įrangą išpakuoti, sumontuoti ir atlikti detalų funkcionalumo patikrinimą.

KONKURSO 3 DALIS. SUKAMAS STALAS

Kontaktinis asmuo dėl pirkimo objekto:

Andrius Gedvila, tel.: +370 61670660

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tai tokiu atveju nurodytai formuluotei taikomas „arba lygiavertis“.

3. lentelė. Sukamas stalas

Eil. Nr.	Įrangos / parametro pavadinimas	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės*
1	2	3	4
3.1.	Sukamas stalas	1. Tinkamas matavimo projektoriui Mitutoyo A3000 2. Pasukamas – ne mažiau kaip 360°, 1° gradacija ir nonijaus skale. 3. Su T formos grioveliais 4. Garantija ne mažiau kaip 12 mėn.	1. Tinkamas matavimo profilių projektoriui Mitutoyo PJ-A3000 2. Pasukamas 360°, gradacija - 1° ir Nonijaus skalė – 6'. 3. Su T formos grioveliais 4. Garantija 12 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

Gamintojas, modelis, tiksli modifikacija	Mitutoyo, 176-106
Vieneto kaina, Eur (be PVM)	675,00
Kiekis, vnt.	1
Iš viso kaina, Eur (be PVM)	675,00

Pastaba: *Tiekėjai pildydami lentelės 4 stulpelio grafą „Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės“ privalo nurodyti tikslų siūlomos prekės parametražodžiai taip, atitinka neleidžiami

Kiti reikalavimai įrangai:

1. Pristatymo terminas: per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
2. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
3. Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita:
 - 3.1. Pristatyti įrangą adresu Mechanikos inžinerijos katedra, J. Basanavičiaus g. 28, Vilnius.

KONKURSO 4 DALIS. PAVERČIAMA CENTRAVIMO ATRAMA

Kontaktinis asmuo dėl pirkimo objekto:

Andrius Gedvila, tel.: +370 61670660

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tai tokiu atveju nurodytai formuluotei taikomas „arba lygiavertis“.

4. lentelė. Paverčiama centravimo atrama

El. Nr.	Įrangos / parametro pavadinimas	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės*
1	2	3	4
4.1.	Paverčiama centravimo atrama	1. Tinkamas matavimo projektoriui Mitutoyo A3000 2. Su keičiamais centravimo kūgiais. 3. Pasukimo ribos – ne mažiau +/- 100, 10 tikslumu 4. Maksimalūs ruošinio matmenys ne mažiau kaip – $\varnothing 80 \text{ mm} \times 145 \text{ mm}$ 5. Garantija ne mažiau kaip 12 mėn.	1. Tinkama matavimo profilių projektoriui Mitutoyo PJ-A3000 2. Su keičiamais centravimo kūgiais. 3. Pasukimo (pavertimo) ribos: $\pm 10^\circ$ (padalos vertė 1°). 4. Maksimalūs ruošinio matmenys iki: (diametro) $\varnothing 80 \text{ mm} \times$ (ilgio) 145 mm. 5. Garantija 12 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
		Gamintojas, modelis, tiksli modifikacija	Mitutoyo, 172-197
		Vieneto kaina, Eur (be PVM)	800,00
		Kiekis, vnt.	1
		Iš viso kaina, Eur (be PVM)	800,00

Pastaba: *Tiekėjai pildydami lentelės 4 stulpelio grafą „Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės“ privalo nurodyti tikslų siūlomos prekės parametražodžiai taip, atitinka neleidžiami

Kiti reikalavimai įrangai:

4. Pristatymo terminas: per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

5. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
6. Kartu su pristatoma įranga turi būti naudojimosi prietaisu aprašymai lietuvių ir anglų kalba.
7. Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita:
 - 4.1. Pristatyti įrangą adresu Mechanikos inžinerijos katedra, J. Basanavičiaus g. 28, Vilnius;
 - 4.2. Pristatytą įrangą išpakuoti, sumontuoti ir atlikti detalų funkcionalumo patikrinimą.

KONKURSO 5 DALIS. AUKŠTIMATIS

Kontaktinis asmuo dėl pirkimo objekto:

Andrius Gedvila, tel.: +370 61670660

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tai tokiu atveju nurodytai formuluotei taikomas „arba lygiavertis“.

5. lentelė. Aukštimitis

Eil. Nr.	Įrangos / parametro pavadinimas	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės*
1	2	3	4
5.1.	Aukštimitis	1. Matavimas dviejose plokštumose, aukščio (iš viršaus ir apačios), skersmeį; 2. Kampų skaičiavimas, 2D koordinatinių sistemos įvedimas, poliarinių koordinatinių sistemos palaikymas. 3. Statmenumo, tiesiškumo, plokštumo matavimas. 4. Statistinių duomenų skaičiavimas 5. Histogramų vaizdavimas. 6. Matavimo ribos ne mažiau kaip 600mm 7. Eigų rezoliucija – reguliuojama nuo 0,0001 iki 0,1 mm 8. Ilgio matavimo tolerancija ne blogesnė kaip $\pm (1.1 + 0.6 L/600) \mu\text{m}$; L – matuojamas ilgis 9. Tikslumas (2S) : plokštumoms 0,4μm, skylėms 0,9μm, Statmens 5μm, tiesiškumo 4μm 10. Pneumatinis pastūmos mechanizmas 11. Integruotas oro kompresorius. 12. Tolerancijos laukų monitoringas. 13. Galimybė išsaugoti matavimus vidinėje atmintyje. 14. LCD displejus. 15. Kelių nulinių padėčių nustatymo galimybė 16. Matavimo kontakto jėga - ne didesnė kaip 1 N 17. 5mm skersmens liestukas karbido antgaliu 18. Etalonas kalibravimui 19. Sąsaja – USB ir Digimatic 20. Duomenų perdavimo kabelis 21. Garantija ne mažiau kaip 12 mėn.	1. Matavimo dviejose plokštumose, aukščio (iš viršaus ir apačios), vidaus ir išorės skersmenų funkcijos.; 2. Kampų skaičiavimas, 2D koordinatinių sistemos įvedimas, poliarinių koordinatinių sistemos palaikymas. 3. Yra statmenumo, tiesiškumo, plokštumo matavimo funkcijos. 4. Valdymo blokas turi statistikos skaičiavimo funkciją. 5. Valdymo bloko LCD ekrane galimas histogramų atvaizdavimas. 6. Matavimo ribos nuo 0 mm iki 972mm (matavimo antgalio eiga – 600mm) 7. Padalos vertė (rezoliucija) keičiama pagal poreikį ir gali būti: 0,0001 / 0,001 / 0,01 / 0,1 mm. 8. Ilgio matavimo tolerancija $\pm (1,1 + 0,6 * L/600) \mu\text{m}$; Kur L – matuojamas ilgis mm. 9. Atkartojamumo tikslumas

	22. CE Žymėjimas	(2σ): plokštumoms - 0,4μm, skylėms 0,9μm, tikslumas: statmenumui - 5μm, tiesiškumui - 4μm. 10. Pastūmos mechanizmas – pneumaticinis. 11. Yra integruotas oro kompresorius. 12. Galimas tolerancijos laukų monitoringas. 13. Yra galimybė išsaugoti matavimus vidinėje ir/arba išorinėje atmintyje 14. Grafinis (LCD) displejus su pašvietimu. 15. Yra kelių nulinių padėčių nustatymo galimybė. 16. Matavimo kontakto jėga iki 1 N. 17. Komplekte yra 5mm skersmens liestukas karbido antgaliu. 18. Komplekte etalonas kalibravimui 19. Yra duomenų perdavimo sąsaja – USB ir Digimatic. 20. Duomenų perdavimo kabelis USB/RS232 duomenų perdavimui klaviatūros kodais be papildomos programinės įrangos. 21. Garantija 12 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. 22. Aukštimalis turi CE ženklą.
Gamintojas, modelis, tiksli modifikacija		Mitutoyo, LH-600E, 518-351D-21
Vieneto kaina, Eur (be PVM)		5500,00
Kiekis, vnt.		1
Iš viso kaina, Eur (be PVM)		5500,00

Pastaba: *Tiekėjai pildydami lentelės 4 stulpelio grafą „Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės“ privalo nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrai žodžiai taip, atitinka neleidžiami

Kiti reikalavimai įrangai:

1. Pristatymo terminas: per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
2. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.
3. Kartu su pristatoma įranga turi būti naudojimosi prietaisu aprašymai lietuvių ir anglų kalba.
4. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti Perkančiosios organizacijos darbuotojus dirbti su prietaisu darbo vietoje.
5. Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita:
 - 5.1. Pristatyti įrangą adresu Mechanikos inžinerijos katedra, J. Basanavičiaus g. 28, Vilnius;
 - 5.2. Pristatytą įrangą išpakuoti, sumontuoti ir atlikti detalų funkcionalumo patikrinimą.

KONKURSO 6 DALIS. MATAVIMO PLYTA AUKŠTIMAČIUI

Kontaktinis asmuo dėl pirkimo objekto:

Andrius Gedvila, tel.: +370 61670660

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tai tokiu atveju nurodytai formuluotei taikomas „arba lygiavertis“.

6. lentelė. Matavimo plyta aukštimačiui

Eil. Nr.	Įrangos / parametro pavadinimas	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės*
1	2	3	4
6.1.	Matavimo plyta aukštimačiui	1. Tikslumas (plokštumas) pagal DIN 876/0 ne daugiau kaip 6 µm 2. Nekoroduoja. 3. Nesimagnetinanti 4. Kietumas pagal Moso (Moh) skalę – ne mažiau 6. 5. Stalo matmenys – ne mažesni kaip (mm): ilgis – 500, plotis – 400, aukštis – 90. 6. Turi tvirtinimo įvairovės apatiname stalo paviršiuje. 7. Gamintojo patikros sertifikatas 8. Garantija ne mažiau kaip 12 mėn.	1. Tikslumas (plokštumas) pagal DIN 876/0 ne daugiau kaip 6 µm. 2. Nekoroduoja. 3. Nesimagnetinanti 4. Kietumas pagal Moso (Mohs) skalę – 6 - 7. 5. Stalo matmenys, mm: ilgis – 500, plotis – 400, aukštis – 90 6. Tvirtinimui ant stovo apatinėje dalyje palikti tvirtinimo taškai (įvairovės). 7. Su gamintojo patikros liudijimu (sertifikatu). 8. Garantija 12 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
Gamintojas, modelis, tiksli modifikacija			PLANOLITH GmbH, 100-304
Vieneto kaina, Eur (be PVM)			630,00
Kiekis, vnt.			1
Iš viso kaina, Eur (be PVM)			630,00

Pastaba: *Tiekėjai pildydami lentelės 4 stulpelio grafą „Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės“ privalo nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrai žodžiai taip, atitinka neleidžiami

Kiti reikalavimai įrangai:

1. Pristatymo terminas: per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
2. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“/„remarked“ komponentai neleidžiami.
3. Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita:
 - 3.1. Pristatyti įrangą adresu Mechanikos inžinerijos katedra, J. Basanavičiaus g. 28, Vilnius.



Direktorius
Aleksas K.