

VIEŠOJO PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS (FIKSUOTŲ ĮKAINIŲ)

NR. 158-449

MEDICINOS ĮRANGA SKIRTA OPERACINĖMS (NR. 2910, 3145)

1 PIRKIMO DALIS – NARKOZĖS APARATAI

2018 m. spalio mėn. 3 d.
Vilnius

UAB Tradintek (toliau - Pardavėjas), atstovaujamas IT pardavimo vadovo Lino Solomino, veikiančio pagal 2017 m. gruodžio 22 d. įgaliojimą

ir

VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (toliau – Pirkėjas), atstovaujama direktoriaus pavaduotojos valdymui Dainos Balčėtienės, veikiančios pagal 2018 m. birželio 22 d. įgaliojimą Nr. 13R-36 (5.21),

toliau Pardavėjas ir Pirkėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis atviro konkurso būdu atlikto viešojo pirkimo „Medicinos įranga skirta operacinėms (Nr. 2910, 3145)“ (pirkimo Nr. 395567) sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja pagal Pirkėjo poreikį Pirkėjui parduoti ir neatlygintinai pristatyti Sutarties priede nurodytas prekes (toliau - prekės) bei sumontuoti, instaliuoti, išbandyti ir praveisti apmokymą dirbti su pristatytomis prekėmis, o Pirkėjas įsipareigoja, esant prekių poreikiui, pateikti Pardavėjui užsakymą, priimti prekes ir už jas sumokėti pagal Sutarties priede nurodytus įkainius.

1.2. Sutarties galiojimo metu planuojamas pirkti preliminarus prekės kiekis yra nurodytas Sutarties priede. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti konkretaus prekių kiekio.

1.3. Pirkėjas turi teisę nupirkti mažesnę arba didesnę prekių kiekį nei nurodyta Sutarties priede, tačiau negali viršyti Sutarties 8.1 punkte nurodytos maksimalios pirkimo sutarties vertės.

1.4. Prekės turi atitikti prie Sutarties pridėtą pirkimo sąlygų techninę specifikaciją.

1.5. Pirkėjas, esant poreikiui, gali pagal šią Sutartį įsigyti iš Pardavėjo Sutarties priede nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, neviršijant 10% maksimalios Sutarties vertės nurodytos Sutarties 8.1 punkte. Pirkėjas už tokias prekes apmoka ne didesnėmis nei susitarimo užsakyti Sutarties priede nenurodytas prekes pasirašymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

1.6. Jei prekės gamintojas nebegamina Sutarties priede nurodyto modelio prekių ir Pardavėjas pateikia Pirkėjui tai patvirtinantį gamintojo raštą, Pardavėjas gali pristatyti Pirkėjui to paties prekės gamintojo kito modelio prekę nei nurodyta Sutarties priede, atitinkančią Sutarties priede Nr. 1 nurodytą techninę specifikaciją.

1.7. Jei prekės gamintojas nebegamina Sutarties priede nurodytą techninę specifikaciją atitinkančių prekių ir Pardavėjas pateikia Pirkėjui tai patvirtinantį gamintojo raštą, Pardavėjas gali pristatyti Pirkėjui kito gamintojo prekę nei nurodyta Sutarties priede, atitinkančią Sutarties priede nurodytą techninę specifikaciją.

2. PREKIŲ UŽSAKYMO, TIEKIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

2.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas prekes užsako teikdamas Pardavėjui užsakymus, perduodamus raštu (elektroniniu paštu). Užsakymai gali būti teikiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį, nurodant konkrečiu atveju užsakomų prekių kiekį.

2.2. Pardavėjas savo įsipareigojimus, nurodytus Sutarties 1.1 punkte įvykdo ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

2.3. Pirkėjas pasirašo Pardavėjo pateiktą perdavimo-priėmimo aktą arba kitą prekių pristatymą patvirtinantį dokumentą (pvz. sąskaitą-faktūrą), jei prekės atitinka Sutarties reikalavimus ir yra tinkamai pristatytos.

BRammmmy

3. SUBTIEKIMAS

3.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

3.2. Pardavėjas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekius tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

3.3. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekių, numatytų Sutarties priede, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

3.4. Jei subtiekiui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekių buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subtiekių turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekių padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad Pardavėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekių reikalavimus atitinkančiu subtiekiu.

3.5. Pirkėjui sutikus su subtiekių pakeitimu, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekių pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Į Sutarties priede nurodytą įkainį įtraukti visi Pardavėjui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su prekių tiekimu susijusios išlaidos.

4.2. Sutartyje nurodytas įkainis nebus keičiamas, išskyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už prekes, pristatytas po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

4.3. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto prekių perdavimo-priėmimo akto arba kito prekių pristatymą ir kitų Pardavėjo įsipareigojimų nurodytų Sutarties 1.1 punkte įvykdymą patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Pardavėjo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma Sutarties data ir numeris.

4.4. Pardavėjas PVM sąskaitą-faktūrą / sąskaitą-faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

4.5. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekių galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 3.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekius apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekių, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekių išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekių, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekių tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekių.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja parduodamų prekių kokybę. Prekių kokybė, ženklavimas ir įpakavimas turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus.

5.2. Prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminas negali būti trumpesnis, nei reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Jei Sutarties priede pateiktoje pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytas ilgesnis reikalaujamas prekės minimalus garantijos terminas, prekei taikomas ne trumpesnis garantijos terminas nei nurodyta Sutarties priede pateiktoje pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje.

5.3. Garantinis laikotarpis pradamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo - priėmimo akto ar lygiavertio dokumento pasirašymo dienos.

5.4. Pardavėjas kartu su prekėmis privalo pateikti Pirkėjui pristatytų prekių laisvos formos garantinį raštą, kuriame nurodoma garantijos trukmė, sudėtinių dalių gamintojo suteikti numeriai (jei yra), gamintojo nustatytos prekės eksploatacijos sąlygos arba nurodyta informacija surašoma prekių perdavimo-priėmimo akte.

5.5. Pardavėjas garantuoja, kad visos pristatytos prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų.

5.6. Garantinio laikotarpio metu Pardavėjas Pirkėjo patalpose privalo nemokamai šalinti gedimus arba sugedusias prekes ar jų dalis pakeisti ekvivalentiškomis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie gedimą gavimo momento. Pardavėjas apmoka visas su garantiniu remontu susijusias išlaidas.

5.7. Pirkėjo pranešimai Pardavėjui apie gedimus turi būti perduoti internetu adresu www.tradintek.com arba el. paštu info@tradintek.com.

5.8. Garantinis laikotarpis visoms pakeistoms ar sutaisytoms prekėms galioja likusį prekės garantinį terminą.

5.9. Garantija netaikoma gedimams, atsiradusiems Pirkėjui pažeidus gamintojo nustatytas prekės eksploatacijos sąlygas nurodytas Pardavėjo pateiktame prekės garantiniame rašte.

5.10. Pardavėjui nustačius gamintojo nustatytą prekės eksploatacijos sąlygų pažeidimą, Pardavėjas surašo ir perduoda Pirkėjui įrangos eksploatacijos sąlygų pažeidimo aktą.

5.11. Jeigu Pardavėjas per nurodytą terminą nepašalina gedimų arba nepakeičia sugedusių prekių, Pirkėjas turi teisę pašalinti prekių trūkumus savo jėgomis ir savo sąskaita, o Pardavėjas įsipareigoja atlyginti visas Pirkėjo dėl to patirtas išlaidas bei nuostolius.

6. SUSIRAŠINĖJIMAS

6.1. Pirkėjo ir Pardavėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

6.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Pirkėjas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.3 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Pardavėjui pareikalavus mokėti Pardavėjui 0,02 % delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio, už kiekvieną uždelstą dieną.

7.2. Pardavėjas, uždelsęs pristatyti Prekes arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus Sutartyje numatytais terminais, moka Pirkėjui 0,02 % delspinigius nuo nepristatytų / nepataisytų prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

7.3. Pirkėjui nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, Pardavėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui 10 % dydžio netesybas (baudą) nuo bendros Sutarties kainos be PVM nurodytos Sutarties priede.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR SUSTABDYMAS

8.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja kol Pardavėjas parduoda Pirkėjui prekių už 165000,00 EUR sumą be PVM, tačiau ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8.2. Esant nuo Pirkėjo nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių Pirkėjas negali priimti Prekių, Pirkėjas turi teisę reikalauti sustabdyti Prekių pristatymą (įskaitant instaliavimą, diegimą, personalo apmokymą ar kt.) iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Pirkėjas nekompensuoja Pardavėjui dėl tokio sustabdymo kilusių Pardavėjo išlaidų. Jei Prekių pristatymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

8.3. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

9.1.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

9.1.2. Pirkėjo sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus Pardavėją Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

9.1.3. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

9.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su garantija, atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

10. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

10.1. Taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. nuostatos.

11. TAIKYTINA TEISĖ

11.1. Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

12.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

13.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

13.3. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Jolita Šustickienė, Operacinio anestezilogijos skyriaus vedėja. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Irmina Galdikienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyresnioji specialistė.

13.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Pardavėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

13.5. Vykdydami Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

13.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

13.7. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

14. SUTARTIES PRIEDAS

14.1. Sutarties priedas yra pirkimo sąlygų techninė specifikacija ir Pardavėjo pasiūlymas, 8 lapai.


15. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

PARDAVĖJAS

UAB Tradintek

Jasinskio g. 9, LT-01112 Vilnius
Juridinio asmens kodas: 124942182
PVM mokėtojo kodas: LT249421811
Tel.: (8 5) 2685427
El. p. info@tradintek.com
Bankas: AB SEB bankas, b.k. 70440
A. s. LT65 7044 0600 0136 8083

IT pardavimo vadovas
Linas Solominas


(parašas)



PIRKĖJAS

VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

Šiltnamių g. 29, 04130 Vilnius
Juridinio asmens kodas 124243848
PVM mokėtojo kodas LT242438412
Tel.: (8 5) 216 9069
E. p. rvul@rvul.lt
Bankas AB „SEB bankas“
A. s. LT21 7044 0600 0664 2377

Direktoriaus pavaduotoja valdymui
Daina Balčėtienė


(parašas)



Viešųjų pirkimų skyriaus
vyresnioji specialistė


Irmina Galdikienė
2018-10-02


2018-10-04

()

Sutarties Nr. 15R-449 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PARDAVĖJO PASIŪLYMAS

Bendrieji reikalavimai:

1. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai.
2. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekes ženklus, patentes, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas ir būti suderinama su perkanciosios organizacijos turima įranga. Nurodomi Europos standartą perimančios Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su priedu „arba lygiavertis“.
3. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: įrangos ir jos priedų naudojimo instrukcija ir valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo dokumentai lietuvių ir originalo kalbomis
4. Siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti demonstracinės, naudotos arba naudotos ir atnaujintos(remarketing) įrangos.

Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:	UAB Tradintek
Tiekėjo kodas:	124942182
Tiekėjo adresas:	Jasinskio g. 9, LT01112 Vilnius Lietuva
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	Linas Solominas
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:	00 370 5 2685427
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:	info@tradintek.com

Tiekėjo patvirtinimai:

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - Atviro (tarptautinio) konkurso skelbime CVP IS;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

B. Ramina

Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Parametro reikšmė	Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą kataloge (psl. Nr.). Kataloge būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametru reikšmės.	Siūlomos įrangos parametrai
Siūlomos priemonės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas:				
1	Taikymas	Narkozės aparatas turi būti pritaikytas dirbti su įvairaus amžiaus pacientais	Techniniai parametrai 2 psl.	Narkozės aparatas pritaikytas dirbti su įvairaus amžiaus pacientais
2	Ergonomika:		Techniniai parametrai 4 psl.	
2.1	Mobilus	Raukai blokuojami centrinio stabdžio pagalba	Techniniai parametrai 10-12 psl.	
2.2	Darbatalio apšvietimas	Integruotas, reguliuojamo intensyvumo, darbatalio LED apšvietimas	Techniniai parametrai 8 psl.	
2.3	Ventiliatoriaus ekrano padėties nustatymas (PRIV/ALUMAS) - 10%	Vertikaliroje plokštumoje Horizontalioje plokštumoje	Techniniai parametrai 5 psl.	
2.4	Ekrano įstrižainė	≥ 30 cm įstrižainės	Techniniai parametrai 7 psl.	
2.5	Monitoriaus valdymo ekranas	Prisilietimui jautrus ("touchscreen")	Techniniai parametrai 7 psl.	
2.6	Monitoriaus valdymas	Pasukamas greito funkcijų/parametru pasirinkimo bei nustatymų patvirtinimo ratukas	Techniniai parametrai 7 psl.	
2.7	Integruoti mygtukai	Papildomų funkcijų iššaukimui.	Techniniai parametrai 7 psl.	
3	Avarinis maitinimo šaltinis	Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumulatorius), užtikrinantis ≥ 60 min trukmės autonominį aparato darbą	Techniniai parametrai 5 psl.	
4	I aparatą tiekiamų dujų maitinimas	Mechaninis su sunaudojamų dujų kiekio matuokliais ir skaitmenine kiekio indikacija	Techniniai parametrai 3 psl.	

B. Dammy

5	Pacientui paduodamų kvėpuojamųjų dujų srautas (reguliavimo diapazonas ne siauresnis už nurodytą)	0,2 - 15 l/min	Techniniai parametrai 6 psl.
6	Parametrų ir matavimų atmintis	Grafinė, skaitmeninė – išmatuotų parametrų ir aparato nustatymų.	Techniniai parametrai 13 psl.
7	Parametrų ir matavimų atminties intervalas	≥12 val.	Techniniai parametrai 13 psl.
8	Integruota atsiurbimo sistema	Būtina	Techniniai parametrai 3 psl.
9.	Ventiliavimo režimai:	1. Priverstinė ventiliacija valdoma tūriu (VCV) su vienkartinio tūrio kompensacija	Techniniai parametrai 4 psl.
		2. Priverstinė ventiliacija valdoma slėgiu (PCV)	Techniniai parametrai 4 psl.
		3. Priverstinė ventiliacija valdoma slėgiu su garantuojamu vienkartinio tūriu (PCV-VG)	Techniniai parametrai 4 psl.
		4. Sinchronizuota intermituojanti priverstinė ventiliacija su slėgio kontrole (SIMV PCV)	Techniniai parametrai 4 psl.
		5. Sinchronizuota intermituojanti priverstinė ventiliacija su tūrio kontrole (SIMV VCV).	Techniniai parametrai 4 psl.
		6. Slėgio palaikymo ventiliacija su Apnea Backup funkcija (PSV)	Techniniai parametrai 4 psl.
10. Papildomos anestezijos aparato funkcijos:			
10.1	Automatinis, vienkartinio tūrio užlaikymas	Pagal gydytojo nustatytą intervalą, PEEP slėgi.	Techniniai parametrai 14-15 psl.
10.2	Automatinis ir cikliškas teigiamo slėgio iškvėpimo gale didinimas	Pagal gydytojo nustatytas reikšmes ir intervalus, nenutraukiant priverstinės plaučių ventiliacijos	Techniniai parametrai 15-16 psl.
10.3	Pastovus plaučių elastingumo monitoravimas	Monitoravimo rezultatų atvaizdavimas monitoriaus ekrane.	Techniniai parametrai 20 psl.

10.4	Programinė įranga, leidžianti rankiniu būdu nustatyti šviežių dujų srautą, atblokti anestetiko perikvojimą, ir apsauganti pacientą nuo hipoksijos minimalios ir/ar mažos tėkmės anestezijos metu	Vizualus paduodamų dujų srauto indikatorius, leidžiantis įvertinti šviežių dujų srauto tiekimo perviršį ar trūkumą esant nustatytai deguonies koncentracijai.	Techniniai parametrai 17 psl.
10.5	Procedūros metu paciento suvartoto lakaus anestetinio preparato apskaičiavimas:	1. Preparato kiekis	Techniniai parametrai 17 psl.
11.	Rankinės ventiliacijos slėgio ribojimo vožtuvas, reguliuojamas ne siauresnėse už nurodytas ribose	Nuo 5 iki 70 cmH ₂ O	Techniniai parametrai 6 psl.

12. Ventilatorius privalo užtikrinti sekančius ventiliacijos parametrus (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)

12.1	Vienkartinis įpūtimo tūris tūriniam ventiliacijos režime	20-1500 ml	Techniniai parametrai 4 psl.
12.2	Vienkartinis įpūtimo tūris slėginiame ventiliacijos režime	5-1500 ml	Techniniai parametrai 4 psl.
12.3	Ventiliacijos dažnis priverstinuose ventiliacijos režimuose	4-100 k/min	Techniniai parametrai 4 psl.
12.4	Ventiliacijos dažnis asistuojančiuose ventiliacijos režimuose	4-60 k/min	Techniniai parametrai 4 psl.
12.5	Minutinis ventiliacijos tūris	0,2-90 l/min	Techniniai parametrai 4 psl.
12.6	PEEP režimas	Elektroninis, reguliuojamas	Techniniai parametrai 4 psl.
12.7	Maksimalus įpūtimo srautas	≥ 120 l/min	Techniniai parametrai 4 psl.
12.8	Nustatoma viršutinė slėgio kvėpavimo takuose riba	Nuo 15 iki 100 cmH ₂ O ribose	Techniniai parametrai 4 psl.

Prilauk

12.9	Nustatomas teknišs trigerio jautrumas	Nuo 0,5 iki 10 L/ min	Techniniai parametrai 4 psl.	
13.	Anestetinių dujų, spirometrijos, dujų apykaitos monitoravimo modulis	Integruotas į anestezijos aparatą	Techniniai parametrai 9 psl.	
14.	Degumonies jutiklis, integruotas į anestetinių dujų, spirometrijos, dujų apykaitos monitoravimo modulį.	Paramagnetinis, nereikalaujantis keitimo	Techniniai parametrai 5 psl.	
15.	Monitoruojami parametrai	1. Anestetinių dujų bei garinių anestetikų kiekis kvėpuojamajame mišinyje su automatiiniu anestetikų alpažinimu 2. Anestetikų kreivės 3. MAC reikšmė 4. Anestetikų mišinio nustatymas 5. Kapnometrija etCO2	Techniniai parametrai 5 psl. Techniniai parametrai 5 psl. Techniniai parametrai 5 psl. Techniniai parametrai 5 psl. Techniniai parametrai 5 psl.	
16.	Komplektuojamų garintuvų skaičius (sevoforanui ir izofoforanui)	2 vnt.	Techniniai parametrai 3; 86; 87; 88psl.	
17. Reikalavimai paciento gyvybinių funkcijų monitoriui:				
17.1	Ekrano įstrižainė	≥ 30 cm įstrižainės	Techniniai parametrai 38 psl.	
17.2	Monitoriaus valdymo ekranas	Prisilietimui jautrus ("touchscreen")	Techniniai parametrai 38 psl.	
17.3	Monitoriaus valdymas	Pasukamas greito funkcijų/parametrų pasirinkimo bei nustatymų patvirtinimo ratukas	Techniniai parametrai 38 psl.	

17.4	Integruoti mygtukai	Papildomų funkcijų išsaukimui.	Techniniai parametrai 38 psl.
17.5	Maksimalus skaičius ekrane vienu metu	≥ 6 kreivių	Techniniai parametrai 38 psl.
18.	Monitoruojamieji parametrai	1. EKG multiderivacinis kanalas	Techniniai parametrai 38 psl.
		2. ST segmento analizė	Techniniai parametrai 52 psl.
		3. Neinvazinis kraujospūdis	Techniniai parametrai 38 psl.
		4. SpO2	Techniniai parametrai 38 psl.
		5. Tiesioginis spaudimo matavimas ne mažiau kaip 2 kanalai	Techniniai parametrai 38 psl.
19. Papildomi monitoruojami parametrai:			
19.1	Raumenų relaksacijos matavimas (NMT)	Su mechaniniu jutikliu	Techniniai parametrai 66-67 psl.
19.2	Sąmonės būklės įvertinimas	1. Smeigėnų encefalogramos EEG registracija ir analizavimas 2. Veido raumenų miografijos EMG registracija ir analizavimas (PRIVALUMAS) - 5%	Techniniai parametrai 60-61 psl.
19.3	Anestezijos eigos įvertinimas pagal paciento reakciją į skausminį dirgiklį ir sąmonės būklę	Rodomas grafikas atskirame lange arba atskirame monitoriuje	Techniniai parametrai 46 psl.
19.4	Gyvybinių funkcijų parametrai įvertinimas skausmo monitoravimui (PRIVALUMAS) - 5%	Gyvybinių funkcijų: SpO2 ir/arba EKG ar lygiavertį parametrai matavimo įvertinimas skausmo monitoravimui: skausmo indekso vertinimo skaitinė išraiška.	Techniniai parametrai 45; 47 psl.
20. Reikalingai hemodinaminį parametrai matavimo moduliui :			

20.1	EKG derivacijos:	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V	Techniniai parametrai 52 psl.
20.2	ST segmento matavimas	Būtina, visose derivacijose	Techniniai parametrai 52 psl.
20.3	Išplėstinė aritmijų analizė	Ne mažiau kaip iš 2 –ių derivacijų.	Techniniai parametrai 70 psl.
20.4	Kraujospūdžio matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)	Nuo 20 iki 260 mmHg	Techniniai parametrai 53 psl.
20.5	Automatiniame režime matavimai atliekami intervalais (nustatyto ribos ne siauresnės už nurodytas)	Nuo 1 iki 240 min.	Techniniai parametrai 53 psl.
20.6	SpO2 matavimo (ne siauresnis už nurodytą)	Nuo 40 iki 100 %	Techniniai parametrai 53 psl.
21.	Reikalavimai narkozės aparato komplektavimui:	Aparatas turi būti sukomplektuotas taip, kad galėtų atlikti ir monitoruoti visas reikalaujamas funkcijas	
22.	Reikalavimai paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus komplektacijai	Monitorius turi būti sukomplektuotas taip, kad galėtų atlikti ir monitoruoti visas specialiuosiose reikalaujimuose reikalaujamas funkcijas.	
22.1	EKG kabelis 3 elektrodų ir 5 elektrodų	2 vnt.	Techniniai parametrai 75 psl.
22.2	Prištinis SpO ₂ matavimo daviklis su kabeliu	2 vnt.	Techniniai parametrai 77-78 psl.
22.3	Manžetės neinvaziniam AKS matuoti	Didelė, vidutinė, maža; po 1 vnt kiekvieno dydžio	Techniniai parametrai 78 psl.
22.4	Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis	1 vnt	Techniniai parametrai 80 psl.
22.5	Samonės būklės monitoravimo elektrodai	Ne mažiau kaip 20 vnt.	Techniniai parametrai 81 psl.

22.6	Raumenų relaksacijos monitoravimo jutiklis	1 vnt	Techniniai parametrai 83 psl.	
22.7	Kapnometrijos daviklis	1 vnt	Techniniai parametrai 85 psl.	
23.	Pavišius turi būti atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms	Būtina	Pateikta priede Valymas ir sterilizavimas Vartotojo vadovas	
24.	CE ženklavimas ir atitikimas ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimams medicinos prietaisams	Būtina	Pateikta priede "Kvalifikacijos dokumentai"	
26.	Garantinis aptarnavimas.	≥ 24 mėn. > 24 mėn (PRIVALUMAS) - 10%		

Siūloma kaina:

Perkamos prekės pavadinimas	Vieno vieneto kaina, EUR be PVM	Kiekis (vnt.)	Suma EUR, be PVM
Narkozės aparatas su priedais	33 000,00	5	165 000,00
PVM tarifas (%):	21	PVM suma, EUR:	34 650,00
		Kaina, EUR su PVM*:	199 650,00

Tiekėjas pasiūlyme nurodė, kad subtektėjų pasiteikti neketina.

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos rašą dėl PVM neįskaitymo pagrindo.

IT pardavimo vadovas
Linas Solomonas

(parašas)



Direktojaus pavaduotoja valdymui
Daina Balkevičienė

