



V.A. Graičiūno g. 4, LT-02241 Vilnius, tel. (8~5) 2649696, faks. (8~5) 2602055, el.paštas vilnius@limeta.lt
Kodas 221906050, PVM mokėtojo kodas LT219060515, Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras.

PASIŪLYMAS

DĖL APARATŲ REABILITACIJAI VIEŠOJO PIRKIMO

II- PIRKIMO OBJEKTO DALIES DIDELIO INTENSIVUMO LAZERIO TERAPIJOS APARATO

VšĮ Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centrui

4. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB „Limeta“
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	Įmonės kodas 221906050
Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	
Tiekėjo kontaktai	V. A. Graičiūno g. 4. LT-02241 Vilnius Tel. (8-5) 2649696; fax. (8-5) 2602055 El. paštas: vilnius@limeta.lt

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies sutarties dalies), perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas	Subtiekėjo pavadinimas (jeigu žinomas)
1.		
2.		

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR be PVM*	PVM EUR**	Kaina, EUR su PVM*** (3x(4+5))
	1	2	3	4	5	6

1.	Didelio intensyvumo lazerio terapijos aparatas <i>BTL6000 HIL Laser 12 W, BTL Industries, Didžioji Britanija</i>	Vnt.	1	12421.49	2608.51	15030,00
----	--	------	---	----------	---------	----------

Pasiūlymo kaina žodžiais: Penkiolika tūkstančių trisdešimt eurų 00 centų

* 4 stulpelyje „Vieneto įkainis (kaina), EUR be PVM“ pateikiamas įkainis (kaina), nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

** Jei 5 stulpelis „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas:

*** 6 stulpelyje „Kaina, EUR su PVM“ pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.

4. SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

4.1. Pasiūlytos prekės nurodomos užpildant pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Parametro reikšmė	Siūlomų Prekių techniniai rodikliai
1.	Didelio intensyvumo lazerio terapijos aparatas	Būtina	<i>Prekės modelis ir gamintojas: BTL6000 HIL Laser 12 W</i>
2.	Pagrindiniai gydymo režimai: 1) Nuskausminimas; 2) Biostimuliacija.	Būtina	Pagrindiniai gydymo režimai: 1) Nuskausminimas; 2) Biostimuliacija.
3.	Maksimali aparato galia	Ne mažiau 10 W	12 W
4.	Lazerio bangos ilgis	Ne mažiau 1000 nm	1064 nm
5.	Privalo būti pastovus ir impulsinis režimai	Būtina	Pastovus ir impulsinis režimai
6.	Lazerio skvarba į audinius	Ne mažesnė kaip 8 cm	Iki 10 cm
7.	Galvutės (gali būti antgaliai)	Ne mažiau kaip 2 skirtingų dydžių ir skirtingo poveikio	3 antgaliai skirtingo dydžio ir skirtingam poveikiui
8.	Privalo būti įrašyta terapinė enciklopedija su gydymo būdų aprašymais, diagnozėmis, terapiniais protokolais	Būtina	Įrašyta terapinė enciklopedija su gydymo būdų aprašymais, diagnozėmis, terapiniais protokolais
9.	Gydymo rekomendacijos su anatominiiais pavyzdžiais	Būtina	Gydymo rekomendacijos su anatominiiais pavyzdžiais
10.	Būtini akustiniai aliarmai ir saugos funkcijos	Būtina	Būtini akustiniai aliarmai ir saugos funkcijos
11.	Vežimėlis įrangai	Būtina	Vežimėlis įrangai
12.	Maitinimas iš elektros tinklo	Būtina	Maitinimas iš elektros tinklo

13.	Apsauginiai akiniai	Ne mažiau 2 vnt.	Apsauginiai akiniai 2 vnt
14.	Instrukcijos originalo ir lietuvių kalba	Būtinės	Instrukcijos originalo ir lietuvių kalba
15.	Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.	Būtina	24 mėn
16.	Pristatymo terminas	Ne daugiau 2 mėn.	Iki 2 mėn
17.	Sertifikatai	CE atitikties deklaracija	CE atitikties deklaracija
18.	Perkančiosios organizacijos darbuotojų apmokymas dirbti lazerio aparatu Perkančiosios organizacijos patalpose	Ne mažiau kaip 2 akademinės valandos	Perkančiosios organizacijos darbuotojų apmokymas dirbti lazerio aparatu Perkančiosios organizacijos patalpose 2 val
19.	Siūlomos prekės techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodantys gamintojų pateikti aprašai ar analogiški dokumentai	Būtina	Pridedama prekės techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodantys gamintojo pateikti aprašai

5. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1.	Gamintojų dokumentai	33
2.	Igaliojimas Kristinai Lieščinskaitei	1

6. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (nurodomi visi dokumentai pagal Sąlygų 5.7 punkto nuostatas)
1.	Konfidencialu.pdf
2.	Pasiūlymas.pdf (išskyrus gamintoją, modelį ir kainą)

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 4) pasiūlymas galioja Sąlygų 5.9 punkte nurodytą terminą;
- 5) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
- 6) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

Pasiūlymas galioja 30 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

Vadybininkų asistentė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Kristina Lieščinskaitė
(Vardas ir pavardė)