



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MEDICINOS PROJEKTAI“

Įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 125224854, PVM mokėtojo kodas LT252248515
I. Kanto al. 15, LT-06214 Vilnius, tel. (8 5) 233 82 58, faks., (8 5) 213 55 58, el. p. info@medpro.lt, www.medpro.lt

Viešajai įstaigai Kauno miesto poliklinikai

PASIŪLYMAS DĖLFIZIOTERAPIJOS PRIETAISŲ VIEŠOJO PIRKIMO

2018-10-29 Nr. 18/102
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Medicinos projektai“
Įmonės ir PVM mokėtojo kodas	125224854, LT252248515
Tiekėjo adresas	I. Kanto alėja 15, LT-06214 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Edita Štuopienė
Telefono numeris	8 5 2338258
Fakso numeris	8 5 2135558
El. pašto adresas	info@medpro.lt

* Jeigu reikia pridėkite/ištrinkite papildomas eilutes partneriams. Pastaba: subteikėjas pagal šios formos nuostatas nėra traktuojamas kaip partneris. Jeigu šį pasiūlymą pateikia individualus tiekėjas, tiekėjo pavadinimas turi būti nurodomas kaip „Tiekėjo pavadinimas“ (o visos kitos nereikalingos eilutės ištrinamos).


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis šio pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, jog siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vienetai	Numatomas pirkti kiekis (vienetais)	Kaina EUR be PVM	Kaina EUR su PVM
1	2	3	4	5	6
1.	12 kanalų elektrostimuliacijos prietaisas su termoterapija nugaros skausmo gydymui (Šilainių padaliniui)	Vnt.	1		
1 pirkimo dalies kaina: {kaina su ir be PVM žodžiais}					
2.	Magnetoterapijos prietaisas su poliarizuotos šviesos aplikatoriais ir kitais priedais (Šilainių padaliniui)	Vnt.	1		
2 pirkimo dalies kaina: {kaina su ir be PVM žodžiais}					
3.	Kelio ir klubo sąnario CMP prietaisas (Šilainių padaliniui)	Vnt.	1		
3 pirkimo dalies kaina: {kaina su ir be PVM žodžiais}					
4.	Ultragarso terapijos prietaisas (Šilainių padaliniui)	Vnt.	1		

4 pirkimo dalies kaina: {kaina su ir be PVM žodžiais}					
5.	Elektroterapijos prietaisas BTL-4620 PREMIUM (Šilainių padaliniui)	Vnt.	1	2250,00	2722,50
5 pirkimo dalies kaina: {kaina su ir be PVM žodžiais}					
6.	MLS (multibanginė uždara sistema) tipo lazerio terapijos prietaisas (Šilainių padaliniui)	Vnt.	1		
6 pirkimo dalies kaina: {kaina su ir be PVM žodžiais}					
7.	Magneto terapijos prietaisas su priedais (Kalniečių padaliniui)	Vnt.	1		
7 pirkimo dalies kaina: {kaina su ir be PVM žodžiais}					

Administratore



Edita Štuopienė

**Pirkimo dalis Nr. 5.
ELEKTROTHERAPIJOS PRIETAISAS
BTL-4620 PREMIUM**

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamos charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)		
			Siūlomos prekės techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
1.	Elektroterapijos prietaisas	1 vnt.		dokumento pavadinimas	pasiūlymo lapo numeris
1.1.	Prietaisas su spalvotu prisilietimu valdomu ekranu, kuriame pateikiamos vizualizacijos (elektrodų uždėjimo tvarka, kryptys, poliai ir pan.) ir svarbi procedūros parametrų (impulso dažnio, formos, srovės stiprumo ir pan.) informacija	Ekrano įstrižainė 18 ±2 cm	Prietaisas su spalvotu 17,78cm (7 colių) įstrižainės prisilietimu valdomu ekranu, kuriame pateikiamos vizualizacijos (elektrodų uždėjimo tvarka, kryptys, poliai ir pan.) ir svarbi procedūros parametrų (impulso dažnio, formos, srovės stiprumo ir pan.) informacija	Brošiūra	2;5psl.
1.2.	Terapijos pradėjimas vienu mygtuko paspaudimu	Būtina	Terapijos pradėjimas vienu mygtuko paspaudimu	Brošiūra	2psl.
1.3.	Galimybė pasirinkti protokolus greitam naudojimui (spartieji klavišai)	Ne mažiau kaip 8 protokolai	Galimybė pasirinkti 8 protokolus greitam naudojimui (spartieji klavišai)	Brošiūra	2psl.
1.4.	Duomenų bazės kūrimas	Visa svarbi paciento informacija gali būti išsaugoma prietaiso vidinėje atmintyje.	Visa svarbi paciento informacija gali būti išsaugoma	Brošiūra	3psl.

			prietaiso vidinėje atmintyje.		
1.5.	Iš anksto užprogramuoti gydymo protokolai	Ne mažiau kaip 20	Iš anksto užprogramuoti gydymo protokolai. 51protokolas	Brošiūra	6; 9-13psl.
1.6.	Terapinių protokolų klasifikacija pagal biologinį efektą	Būtina	Terapinių protokolų klasifikacija pagal biologinį efektą	Brošiūra	3psl.
1.7.	Spalvota enciklopedija su anatominiais paveikslėliais, terapijų aprašymais ir aplikatorių uždėjimo vietomis	Būtina	Spalvota enciklopedija su anatominiais paveikslėliais, terapijų aprašymais ir aplikatorių uždėjimo vietomis	Brošiūra	3psl.
1.8.	Navigacija pagal kūno dalis	Ne mažiau kaip 10 grupių	Navigacija pagal kūno dalis. 10 grupių	Brošiūra	2;3psl.
2.	Reikalavimai elektroterapijos moduliui:				
2.1.	Elektroterapijos kanalų skaičius	≥ 2	2 elektroterapijos kanalai	Brošiūra	5psl.
2.2.	Generuojamos elektroterapijos srovės:	Galvaninė, Diadinaminė, Treberto, Faradinė, Neofaradinė, Eksponentiniai impulsai, Stačiakampiai impulsai, Rusiška stimuliacija, Stimuliaciniai impulsai, Trapeciniai impulsai, Trikampiai impulsai, Kombinuoti impulsai, TENS, 2-polių interferencinė, 4-polių interferencinė	Galvaninė, Diadinaminė, Treberto, Faradinė, Neofaradinė, Eksponentiniai impulsai, Stačiakampiai impulsai, Rusiška stimuliacija, Stimuliaciniai impulsai, Trapeciniai impulsai, Trikampiai impulsai, Kombinuoti impulsai, TENS, 2-polių	Brošiūra	5psl.

			interferencinė , 4-polių interferencinė		
2.3.	Išėjimas	Pastovios srovės CC ir pastovios įtampos CV	Pastovios srovės CC ir pastovios įtampos CV	Brošiūra	7psl.
2.4.	Maksimali išėjimo galia pastovios srovės režime	≥ 140mA	140mA	Brošiūra	8psl.
2.5.	Maksimali išėjimo galia pastovios įtampos režime	≥ 160mA	165mA	Brošiūra	8psl.
2.6.	Prietaisas portatyvus	Svoris ne daugiau kaip 3 kg	3 kg	Brošiūra	5psl.
3.	Prietaisas komplektuojamas su specialiu vežimėliu	Vežimėlis mobilus su 4 ratukais (2 iš jų su stabdžiais), turi ne mažiau kaip 5 stalčiukus pagalbinėms priemonėms susidėti	Vežimėlis mobilus su 4 ratukais (2 iš jų su stabdžiais), turi 5 stalčiukus pagalbinėms priemonėms susidėti	Brošiūra	14psl.
4.	Komplektacijoje: Guminių elektrodų ir kempinėlių komplektas(po 4 vnt.)	Elektrodo dydis 5x7cm ± 1 cm	Elektrodo dydis 5x7cm	Brošiūra	5psl.
5.	Maitinimo šaltinis	230V±10%, 50Hz el. tinklas	240V, 50Hz el. tinklas	Brošiūra	5psl.
6.	Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėn.	24mėn		
7.	Prekės žymėjimas CE ženklų pagal Medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento, patvirtinto LR sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-18 reikalavimus	Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklų patvirtinantį dokumentą (paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos ar gamintojo sertifikatą (atitikties deklaraciją)).	CE sertifikato kopija	CE ir Igaliojimas	3-12psl.
8.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	Vartotojo instrukcija ir serviso dokumentacija gamintojo ir lietuvių kalba. Kartu su medicinos prietaisu turi būti pridėta lietuvių kalba parengta informacija apie medicinos prietaiso saugų ir tinkamą naudojimą bei priežiūrą, valymą ir dezinfekciją.	Pateikiama kartu su įranga		