

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr.2019/03

2019 m. sausio mėn. 22 d.

Viešojo įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika (toliau - **Pirkėjas**), atstovaujama vyriausiosios gydytojos Neringos Šinkūnienės, veikiančios pagal Įstaigos įstatus (toliau sutartyje - Pirkėjas), ir

UAB „Litfarma“ (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Vaido Sliesoraičio, laimėjusi 2018 m. lapkričio 27 d. atviro konkurso būdu vykusį supaprastintą viešąjį pirkimą (Pirkimo Nr. 410606), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Remiantis 2018 m. lapkričio mėn. 27 d. skelbto supaprastinto atviro konkurso „Ultragarsinės diagnostikos įrangos pirkimas“ pirkimo Nr. 410606, rezultatais Pardavėjas įsipareigoja sutartyje nustatyta tvarka ir terminais parduoti pristatant Pirkėjui konkurso reikalavimus atitinkančią prekę - ultragarsinę diagnostikos įrangą Xario 200, Canon (toliau –Prekės), kurių techniniai parametrai nurodyti sutarties priede Nr.1, o Pirkėjas įsipareigoja ją priimti ir atsiskaityti su Pardavėju sutartyje nustatyta tvarka.

2. PREKĖS PRISTATYMAS

2.1. Prekes Pardavėjas pristato Pirkėjui, sumontuoja, suderina, apmoko dirbti su įranga ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos (pardavėjas turi teisę prekę pristatyti, sumontuoti, suderinti, apmokyti personalą ir anksčiau šio termino).

2.2. Pardavėjas Prekes kartu su visais jos priedais ir dokumentais perduoda Pirkėjo įgaliotam asmeniui. Pardavėjas pasirūpina, kad prekės būtų pristatytos į Pirkėjo nurodytą vietą, suderina su Pirkėju, kad perduodant prekes būtų įformintas prekių perdavimas-priėmimas.

2.3. **Prekės pristatymo vieta:** VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, A.Jakšto g. 4, LT-35138 Panevėžys.

2.4. Prekių perdavimas laikomas tinkamai įvykusi Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius prekes perdavimo-priėmimo akte (paruoštame dviem egzemplioriais Pardavėjo, po vieną kiekvienai Šaliai) ar kitame prekės perdavimą patvirtinančiame dokumente.

2.5. Prieš priimdamas Prekę, Pirkėjas (jo įgaliotas asmuo) įsipareigoja patikrinti jos kokybę, o jeigu neįmanoma patikrinti priėmimo metu - po jos priėmimo. Pirkėjas pastebėjęs prekės kokybės trūkumus per 20 (dvidešimt) dienų turi teisę reikalauti: iki nurodyto termino iš priėmimo vietos išgabenti prekę, pakeisti ją į tinkančią ir konkurso sąlygas atitinkančią prekę; Pardavėjo sąskaita ištaisyti Pirkėjo nurodytus defektus.

2.6. Prekę nebus priimama, kol nebus atlikti reikiami patikrinimai ir bandymai, kurie atliekami Pardavėjo sąskaita ją pristatčius ir sumontavus.

2.7. Prekę Pardavėjas turi pristatyti kartu su naudojimo instrukcija (lietuvių kalba), paruošti darbui ir apmokyti personalą, konsultuoti naudojimo klausimais.

2.8. Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių (gamintojas laiku nepristato prekės ir pan.) šioje sutartyje numatytas prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas vieną kartą 1 mėnesiui.

3. PREKĖS KOKYBĖ IR GARANTIJA

3.1. Pardavėjas garantuoja, kad pristatyta prekė yra nauja, nenaudota ir atitinka Konkurso (minimo Sutarties 1.1. punkte) sąlygose nustatytus reikalavimus. Pardavėjas taip pat garantuoja, kad Sutarties sudarymo metu nėra paslėptų trūkumų, dėl kurių prekės nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam Pirkėjas ją ketino naudoti.

3.2. Pardavėjas šiai prekei suteikia ne trumpesnę nei 12 (dvylika) mėnesių garantiją, taikomą nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos. Garantija galioja prekei ir visoms jos sudėtinėms dalims.

3.3. Jei prekės defektai išaiškėja arba gedimai įvyksta garantinio laikotarpio metu, Pirkėjas raštu apie tai informuoja Pardavėją. Pardavėjas privalo kuo greičiau savo sąskaita pašalinti visus garantinio laikotarpio metu Pirkėjo pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado Pirkėjui tinkamai eksploatuojant prekę. Pardavėjo atstovo atvykimo laikas - 12 val. nuo pranešimo apie gedimą pateikimo.

3.4. Jei pardavėjas nepašalina defekto ar gedimo per Pirkėjo pranešime apie gedimą nurodytą laikotarpį, taip pat ypatingos skubos atvejais, kai su Pardavėju negalima susisiekti arba kai susisiekti pavyksta, bet jis negali imtis nurodytų priemonių, Pirkėjas turi teisę pasamdyti kitus asmenis, kad atliktų šį darbą Pardavėjo sąskaita. Tokiais atvejais Pirkėjas informuoja Pardavėją ir jam Pateikia PVM sąskaitą faktūrą už atliktus darbus.

4. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Už laiku pristatytas kokybiškas, Sutartyje ir Konkurso (minimo Sutarties 1.1. punkte) sąlygose nustatytus reikalavimus atitinkančias Prekes Pirkėjas sumoka Pardavėjui fiksuotą prekę kainą, kuri yra:

Prekių kaina be PVM 65.000,00 Eur (šešiasdešimt penki tūkstančiai eurų).

PVM 13.650,00 Eur (trylika tūkstančių šeši šimtai penkiasdešimt eurų).

Viso prekių kaina su PVM 78.650,00 Eur (septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt eurų).

4.2. Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos, būtinos Sutarties įvykdymui.

4.3. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo

4.4. Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti su Pardavėju mokėjimo pavedimu į Sutartyje nurodytą Pardavėjo sąskaitą banke per 30 (trisdešimt) dienų nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir tinkamai įformintos PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

4.5. Mokėjimai atliekami eurai. PVM sąskaitoje faktūroje Pardavėjas nurodo Sutarties numerį ir datą.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalys įsipareigoja Sutartį vykdyti tinkamai ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai.

5.2. Pirkėjui pažeidus Sutarties 4.4. punktą ir laiku neatsiskaičius su Pardavėju, Pardavėjo pareikalavimu Pirkėjas moka jam už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos.

5.3. Pardavėjui pažeidus Sutarties 2.1. punktą ir laiku nepristačius prekių Pirkėjo pareikalavimu Pardavėjas moka jam už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nepristatytų prekių kainos.

5.4. Nei viena iš Sutarties šalių neatsako už dalinį ar visišką prisiimtų sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir nuo šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios apima:

5.4.1. įvykį ar aplinkybę arba įvykių ir aplinkybių seką, kurių Sutarties šalys negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;

5.4.2. Vyriausybės ar valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti.

5.5. Sutarties šalis, kuri dėl Sutarties 5.4. punkte nurodytų aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo raštu apie tai informuoti kitą sutarties šalį. Pavėluotas ar netinkamas kitos šalies informavimas ar informacijos nepateikimas, atima iš jos teisę remtis išvardytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančių nuo atsakomybės dėl ne laiku (ar netinkamo) prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.

5.6. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 20 (dvidešimt) dienų, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį.

6. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

6.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, pirmiausiai sprendžiami abipusiu Šalių susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami teisme.

7. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

7.1. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip tris mėnesius. Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių (pvz. gamintojas laiku nepristato prekės) šioje sutartyje numatytas prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas vieną kartą 1 mėnesiui.

7.2. Sutarties kaina ir (ar) atskirų prekių kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį (tokių, kaip PVM), kurie turi tiesioginės įtakos sąnaudų pasikeitimui, ir priimtų šios sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju sutarties kaina keičiama (didinama ar mažinama) atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį.

7.3. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nustatytoms sąlygoms.

7.4. Sutarties šalys turi teisę Sutartį nutraukti abipusiu rašytiniu susitarimu. Taip pat kiekviena Sutarties šalis turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai savo iniciatyva, apie tai raštu įspėjusi kitą Sutarties šalį ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų, jei kita Sutarties šalis iš esmės pažeidė sutartį.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Pardavėjo atviram konkursui pateiktas pasiūlymas yra laikomas neatskiriama šios Sutarties dalimi ir gali būti naudojamas aiškinant Sutarties sąlygas.

8.2. Nė viena Sutarties šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies savo teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

8.3. Vykdydamos šią Sutartį, šalys nutaria palaikyti ryšį per įgaliotus asmenis:

Pardavėjo atstovas:	Pirkėjo atstovas:
Verslo vystymo vadovas Raimondas Binkys Mob.+370 699 88673	Med. technikas Rolandas Juknevičius Mob. +370 659 57091, Faks. 8 45 502210 Už sutarties paskelbimą: Viešųjų pirkimų specialistė Jurgita Mažeikienė tel. (8 45) 50 22 26

10. ŠALIŲ REKVIZITAI

Pardavėjas:

UAB "Litfarma"

Laisvės pr. 75, LT-06144 Vilnius
Įstaigos kodas 133943714
PVM mokėtojo kodas LT339437113
Tel. 8 5 2405916
El.p. info@litfarma.com
A/s LT157180300029467242
AB Šiaulių bankas, b.k. 71800

Direktorius
Vaidas Sliesoraitis




Pirkėjas:

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

A. Jakšto g. 4, LT-35138 Panevėžys
Įstaigos kodas 302705738
ne PVM mokėtojas
Tel. (8- 45) 502211, faks. (8-45) 502210

Vyriausioji gydytoja
Neringa Šinkūnienė



Viešųjų pirkimų specialistė
Jurgita Mažeikienė
2019.01.22

Vyriausioji finansininkė
Vilma Januškienė
2019.01.22

Juristė
Daiva Noreikienė

2019.01.22

SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Kiekis, Vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM	Vieneto kaina Eur su PVM
1.	Ultragarsinė diagnostikos įranga	Xario 200, Canon	1 vnt.	65.000,00	78.650,00
Bendra sutarties suma Eur su PVM (Septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt eurų)					

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Parametrai	Parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos įrangos parametro reikšmė
1	Taikymo tipas (tyrimai)	1) bendrieji pilvo organų tyrimai; 2) skydliaukės tyrimai; 3) krūtų tyrimai; 4) kraujagyslių tyrimai	1) bendrieji pilvo organų tyrimai; 2) skydliaukės tyrimai; 3) krūtų tyrimai; 4) kraujagyslių tyrimai
2	Skaitmeninio signalo apdorojimas	1) Pilnai skaitmeninė sistema 2) didelio tankio spindulio formuoklis 3) Kanalų skaičius ne mažiau 16380	1) Pilnai skaitmeninė sistema 2) didelio tankio spindulio formuoklis 3) Kanalų skaičius 6384
3	Aparato architektūra	1) besiremianti paciento tyrimo neapdorotais duomenimis (raw data) 2) ne mažiau kaip 3 lizdai davikliams su aktyvuoto daviklio šviesiniu indikatoriumi; 3) Reguluojama valdymo panelės padėtis aukštyje/žemyn ($\geq 0\text{cm}$ - $\leq 93\text{cm}$ aukštyje) ir į šonus ($\pm 30^\circ$ kampų); 4) Aparatas turi būti, lengvai transportuojamas, su ratukais, svoris ne daugiau 75 kg; 5) valdymo panelė sukiojama į šonus (apie vertikalią ašį); 6) jutiklinis valdymo ekranas; 7) pilnai programuojama vartotojo sąsaja; 8) pilna raidžių ir skaičių klaviatūra; 9) CD/DVD-RW įrenginys; 10) ne mažiau kaip 4 USB jungtys (ne mažiau 2 aparato prekyje).	1) besiremianti paciento tyrimo neapdorotais duomenimis (raw data) 2) 3 lizdai davikliams su aktyvuoto daviklio šviesiniu indikatoriumi; 3) Reguluojama valdymo panelės padėtis aukštyje/žemyn ($\geq 0\text{cm}$ - $\leq 93\text{cm}$ aukštyje) ir į šonus ($\pm 30^\circ$ kampų); 4) Aparatas lengvai transportuojamas, su ratukais, svoris 75 kg; 5) valdymo panelė sukiojama į šonus (apie vertikalią ašį); 6) jutiklinis valdymo ekranas; 7) pilnai programuojama vartotojo sąsaja; 8) pilna raidžių ir skaičių klaviatūra; 9) CD/DVD-RW įrenginys; 10) 4 USB jungtys (2 aparato 2onversi).
4	Vaizdo monitorius	1) ne mažiau 19 colių įstrižainės spalvotas LCD monitorius 2) Rezoliucija ne blogiau 1280 x 1024 3) reguliuojamo aukščio, sukiojamas aukštyje/žemyn (apie horizontalią ašį) ir į šonus (apie vertikalią ašį) su rankena patogiam pozicionavimui; 4) galimybė rodyti vien ultragarsinį vaizdą per visą monitorių vieno mygtuko paspaudimu („Full Screen“);	1) 19 colių įstrižainės spalvotas LCD monitorius 2) Rezoliucija 280 x 1024 3) reguliuojamo aukščio, sukiojamas aukštyje/žemyn (apie horizontalią ašį) ir į šonus (apie vertikalią ašį) su rankena patogiam pozicionavimui; 4) galimybė rodyti vien ultragarsinį vaizdą per visą monitorių vieno mygtuko paspaudimu („Full Screen“);
5	Vaizdavimo režimai	1) 2D režimas 2) audinių harmonikų vaizdavimas; 3) M režimas; 4) Flex-M režimas; 5) impulsinis dopleris; 6) aukšto impulsų pakartojimo dažnio	1) 2D režimas 2) audinių harmonikų vaizdavimas; 3) M režimas; 4) Flex-M režimas; 5) impulsinis dopleris; 6) aukšto impulsų pakartojimo dažnio

		dopleris (HPRF); 7) spalvinis dopleris; 8) galios spalvinis dopleris; 9) audinių dopleris; 10) spalvinio doplerio M režimas; 11) trapezoidinis atvaizdavimas.	dopleris (HPRF); 7) spalvinis dopleris; 8) galios spalvinis dopleris; 9) audinių dopleris; 10) spalvinio doplerio M režimas; 11) trapezoidinis atvaizdavimas.
6	Dinaminis diapazonas	ne mažiau kaip 200 dB	208 dB
7	Juodai baltas vaizdo režimas	1) didžiausias atvaizduojamas skenavimo gylis ne mažiau kaip 40 cm; 2) ne mažiau 5 signalo perdavimo dažnių 2D režime 3) Erdvinio stiprinimo pagal laiką kompensacija (STC) ne mažiau 8 lygių. 4) automatinė skenavimo parametrų optimizacija vienu mygtuko paspaudimu nustatant optimalius skenavimo parametrus (ištyrimui reikalingo laiko sutrumpinimui). 5) Signalų apdorojimo programa difuzinio triukšmo atskyrimui bei struktūrų ribų išryškinimui 6) Specialus vaizdavimo režimas biopsijos procedūroms, skirtas adatos vizualizacijos reguliuojamo stiprinimo pagerinimui 7) Programa triukšmų mažinimui ir kontrastinės gebos bei tolygaus vaizdavimo padidinimui j/b vaizdo režime, pritaikant erdvinės ir dažninės dedamųjų sujungimo technologiją	1) didžiausias atvaizduojamas skenavimo gylis 40 cm; 2) 5 signalo perdavimo dažnių 2D režime 3) Erdvinio stiprinimo pagal laiką kompensacija (STC) 8 lygių. 4) automatinė skenavimo parametrų optimizacija vienu mygtuko paspaudimu nustatant optimalius skenavimo parametrus (ištyrimui reikalingo laiko sutrumpinimui). 5) Signalų apdorojimo programa difuzinio triukšmo atskyrimui bei struktūrų ribų išryškinimui 6) Specialus vaizdavimo režimas biopsijos procedūroms, skirtas adatos vizualizacijos reguliuojamo stiprinimo pagerinimui 7) Programa triukšmų mažinimui ir kontrastinės gebos bei tolygaus vaizdavimo padidinimui j/b vaizdo režime, pritaikant erdvinės ir dažninės dedamųjų sujungimo technologiją
8	Audinių harmonikų vaizdavimas:	1) ne mažiau 5 signalo perdavimo dažnių 2) pulso atimties metodas, 3) filtro metodas, 4) diferencinis metodas – ne mažiau 2 skirtingų dažnių impulsų vienu metu	1) 5 signalo perdavimo dažnių 2) pulso atimties metodas, 3) filtro metodas, 4) diferencinis metodas – ne mažiau 2 skirtingų dažnių impulsų vienu metu
9	Doplerio dinaminis diapazonas	Ne mažiau 50 dB.	50 dB.
10	Pulsinės bangos doplerio režimas (PWD)	1) PW sienelės filtro nustatymas - ne mažiau 20 pakopų; 2) doplerio vartų dydžio keitimo diapazonas ne siauresnis kaip 1-20 mm; 3) PRF (pulso pasikartojimo dažnio) keitimo diapazonas ne siauresnis kaip 0,3 - 52 kHz.	1) PW sienelės filtro nustatymas - 20 pakopų; 2) doplerio vartų dydžio keitimo diapazonas 1-20 mm; 3) PRF (pulso pasikartojimo dažnio) keitimo diapazonas 0,3 – 52,1 kHz.
11	Spalvinio doplerio režimas (CD)	1) PRF keitimo diapazonas ne siauresnis kaip 0,4 kHz – 27 kHz; 2) maksimalus reguliuojamas kampas ne prastesnis nei $\pm 80^\circ$; 3) keturgubo signalo apdorojimo režimas spalvoto vaizdo formavimui 4) vienalaikis vaizdavimas 2D ir spalvinio doplerio režimais dviejuose atskiruose languose	1) PRF keitimo diapazonas 0,4 kHz – 27,9 kHz; 2) maksimalus reguliuojamas kampas $\pm 80^\circ$; 3) keturgubo signalo apdorojimo režimas spalvoto vaizdo formavimui 4) vienalaikis vaizdavimas 2D ir spalvinio doplerio režimais dviejuose atskiruose languose
12	Galios doplerio režimas (PD)	1) PRF keitimo diapazonas ne siauresnis kaip 0,4 kHz – 27 kHz; 2) PD sienelės filtro nustatymas: ne mažiau 8 pakopų.	1) PRF keitimo diapazonas 0,4 kHz – 27,9 kHz; 2) PD sienelės filtro nustatymas: 8 pakopų.
13	Kitų tyrimų galimybės įdiegus papildomus	1) Kardiologiniai 2) Tyrimai su kontrastine medžiaga	1) Kardiologiniai 2) Tyrimai su kontrastine medžiaga

	modulius	3) Elastografija paspaudimų (angl. strain) ir bangos šlyties (angl. shear wave) 4) 4D tyrimai	3) Elastografija paspaudimų (angl. strain) ir bangos šlyties (angl. shear wave) 4) 4D tyrimai
14	Specializuotas ypatingai smulkios kraujotakos vaizdavimo režimas atskiriant kraujotakos ir dengiančių audinių judėjimą	1) Jautrumas: nustatomas greitis < 1 mm/sec 2) Maksimalus kadrų per sekundę skaičius > 38 3) Turi veikti su visais siūlomais davikliais	1) Jautrumas: nustatomas greitis < 1 mm/sec 2) Maksimalus kadrų per sekundę skaičius > 38 3) veikia su visais siūlomais davikliais
15	Matavimų galimybės	B-, M- doplerio režimų baziniai matavimai	B-, M- doplerio režimų baziniai matavimai
16	Bendri reikalavimai, taikomi su aparatu komplektuojamiems davikliams	Davikliai multidažniai - ne mažiau 6 skirtingų perjungiamų dažnių, palaikantys Audinių harmonikų ir diferencinio audinių harmonikų režimus	Davikliai multidažniai - 6 skirtingų perjungiamų dažnių, palaikantys Audinių harmonikų ir diferencinio audinių harmonikų režimus
17	Davikliai, pateikiami komplekte su aparatu	1) konveksinis daviklis, dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 2 - 6 MHz. 2) linijinis daviklis, dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 7 - 14 MHz, skenavimo lango plotis 60 ± 5 mm. 3) konveksinis endoertminis daviklis endovaginaliniams tyrimams, dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 6 - 11 MHz	1) konveksinis daviklis, dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 2 - 6 MHz. 2) linijinis daviklis, dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 7 - 14 MHz, skenavimo lango plotis 60 ± 5 mm. 3) konveksinis endoertminis daviklis endovaginaliniams tyrimams, dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 6 - 11 MHz
18	Juodai baltas video spausdintuvas	Būtina	Juodai baltas video spausdintuvas
19	Archyvavimo galimybės	1) pacientų duomenų bazė ir tyrimų rezultatų archyvavimo programa, 2) pacientų duomenų perrašymas į CD-R/CD-RW ir USB duomenų kaupiklius, 3) statinių ir dinaminių vaizdų įrašymas į vidinį aparato diską (HD)	1) pacientų duomenų bazė ir tyrimų rezultatų archyvavimo programa, 2) pacientų duomenų perrašymas į CD-R/CD-RW ir USB duomenų kaupiklius, 3) statinių ir dinaminių vaizdų įrašymas į vidinį aparato diską (HD)
20	Pilnas DICOM funkcijų palaikymas	būtinai	Pilnas DICOM funkcijų palaikymas
21	Maitinimo šaltinis	220V±10%, 50 Hz elektros tinklas	220V±10%, 50 Hz elektros tinklas
22	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	12 mėnesių	12 mėnesių
23	Žymėjimas CE ženklu	Būtinai (būtina pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopiją).	Pateikiame žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopiją

Pardavėjas:

UAB "Litfarma"

Direktorius
Vaidas Sliesoraitis

Pirkėjas:

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

Vyriausioji gydytoja
Neringa Šinkūnienė

