

Uždaroji akcinė bendrovė „GRAINA“

Įmonės kodas 1477 36647, PVM mokėtojo kodas LT477366410, Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys, A.s. LT50 4010 0412 0039 6404, AB Luminor bankas, Banko kodas 40100, Tel.845 57 06 05, Faks.845 43 35 40

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms

PASIŪLYMAS

DĖL EKSPLOATACINIŲ PRIEDŲ PRIE “MAXIUM” ELEKTROCHIRURGINIO APARATO PIRKIMO

2018-11-23 Nr. KD18-257

Panevėžys

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	Uždaroji akcinė bendrovė „GRAINA“
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	147736647, LT477366410
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT50 4010 0412 0039 6404 AB Luminor bankas, b.k. 40100
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Arūnas Padvariškis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Administratorė VP specialistė Vilma Gudonienė
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Administratorė VP specialistė Vilma Gudonienė
Telefono numeris	8-45 570605
Fakso numeris	8-45 433540
El. pašto adresas	info@graina.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3)

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

NEPASITELKIAMI

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

Pirkimo dalies Nr.	Prekių pavadinimas	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Bendra kaina, Eur (su PVM)
1.	Velenas bipoliniam instrumentui kraujagyslių sandarinimui	marSeal5 velenas 200 mm ilgio bipoliniam instrumentui kraujagyslių sandarinimui, katal. Nr. 80-630-92 Gamintojas: KLS Martin	4	Vnt.	1427,27	1727,00	6908,00
2.	Rankena bipoliniam instrumentui kraujagyslių sandarinimui	marSeal5 rankena "IQ" bipoliniam instrumentui kraujagyslių sandarinimui, katal. Nr. 80-630-52 Gamintojas: KLS Martin	2	Vnt.	2112,40	2556,00	5112,00
Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM:							12020,00

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

Pateikiame užpildytą siūlomos prekės specifikaciją, nurodant kiekvieno techninio parametro atitikimą (tikslią parametro reikšmę) ir atitikimo patvirtinimą dokumente originalo kalba (pažymint vietą, psl. Nr.) Perkančiosios organizacijos pageidaujama parametru reikšmei pagal konkurso sąlygų priede nurodytas technines charakteristikas.

Atžymas tikrinti prisegame dokumente pavadinimu: „Prekių aprašymas KONF“.

Eilės Nr.	Reikalaujamos charakteristikos	Siūlomos charakteristikos <u>„Prekių aprašymas KONF“</u>
1.	Velenas bipoliniam instrumentui kraujagyslių sandarinimui. Orientacinis kiekis 4 vnt.	Velenas bipoliniam instrumentui kraujagyslių sandarinimui „marSeal5 velenas“ Orientacinis kiekis 4 vnt. Prekių aprašymo psl. Nr. 2
1.1.	Paskirtis. Tinkamas naudoti su LSMUL Kauno klinikose naudojamu elektrochirurginiu aparatu „Maxium“ (firmos „KLS Martin“ velenas, katal. Nr. 80-630-92 arba lygiavertis, techniškai suderinamas su elektrochirurginiu aparatu „Maxium“ ir aparato srove Seal Safe IQ)	Paskirtis. Tinkamas naudoti su LSMUL Kauno klinikose naudojamu elektrochirurginiu aparatu „Maxium“ (firmos „KLS Martin“ velenas, katal. Nr. 80-630-92, techniškai suderinamas su elektrochirurginiu aparatu „Maxium“ ir aparato srove Seal Safe IQ) Prekių aprašymo psl. Nr. 2, 3, 6
1.2.	Veleno ilgis 200 ± 2 mm	Veleno ilgis 200 mm Prekių aprašymo psl. Nr. 2
1.3.	Elektrodo ilgis 17 ± 2 mm	Elektrodo ilgis 17 mm Prekių aprašymo psl. Nr. 2
1.4.	Diametras 5 ± 0,2 mm	Diametras 5 mm Prekių aprašymo psl. Nr. 2

Eilės Nr.	Reikalaujamos charakteristikos	Siūlomos charakteristikos <u>„Prekių aprašymas KONF“</u>
1.5.	Tinkamas 7 mm ir mažesnio diametro kraujagyslių disekcijai ir užlydymui. Būtina	Tinkamas 7 mm ir mažesnio diametro kraujagyslių disekcijai ir užlydymui. Prekių aprašymo psl. Nr. 2, 7
1.6.	Skirtas daugkartiniam naudojimui, autoklavuojamas. Būtina	Skirtas daugkartiniam naudojimui, autoklavuojamas. Prekių aprašymo psl. Nr. 2, 8, 9, 10
2.	Rankena bipoliniam instrumentui kraujagyslių sandarinimui. Orientacinis kiekis 2 vnt.	Rankena bipoliniam instrumentui kraujagyslių sandarinimui „marSeal5 rankena IQ“ Orientacinis kiekis 2 vnt. Prekių aprašymo psl. Nr. 2
2.1.	Paskirtis. Tinkama naudoti su LSMUL Kauno klinikose naudojamu elektrochirurginiu aparatu „Maxium“ (firmos „KLS Martin“ rankena, katal. Nr. 80-630-52 arba lygiavertis, techniškai suderinama su elektrochirurginiu aparatu „Maxium“ ir aparato srove Seal Safe IQ)	Paskirtis. Tinkama naudoti su LSMUL Kauno klinikose naudojamu elektrochirurginiu aparatu „Maxium“ (firmos „KLS Martin“ rankena, katal. Nr. 80-630-52, techniškai suderinama su elektrochirurginiu aparatu „Maxium“ ir aparato srove Seal Safe IQ) Prekių aprašymo psl. Nr. 2, 3, 6
2.2.	Kabelio jungtis IQ tipo arba lygiavertė	Kabelio jungtis IQ tipo Prekių aprašymo psl. Nr. 3
2.3.	Kabelio ilgis ≥ 4 m	Kabelio ilgis 4 m Prekių aprašymo psl. Nr. 3
2.4.	Skirtas daugkartiniam naudojimui, autoklavuojamas. Būtina	Skirtas daugkartiniam naudojimui, autoklavuojamas. Prekių aprašymo psl. Nr. 2, 8, 9, 10

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Lentelėje pateikti firmų pavadinimai ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomi nurodytų gamintojų konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiavertės, ne blogesnių techninių charakteristikų, kitų firmų gaminiai.
2. **Prekėms suteikiama garantija – ne mažiau kaip 50 sterilizacijos ciklų.** [Prekių aprašymas psl. Nr. 23, 27, 28](#)
3. **Kartu su pasiūlymu konkursui pateikiame CE sertifikatą.** [Prekių aprašymas psl. Nr. 39-41](#)
4. **Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui pateiksime siūlomų prekių pavyzdžius.**

***Pastabos:**

1. Lentelė užpildyta pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus/reikalavimus („Techninė specifikacija“) jų eilės tvarka. Aprašant siūlomas prekes, yra nurodytas prekių pavadinimas, modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas, komplektacija, techninės bei kokybės charakteristikos pagal pirkimo dokumentuose pateiktus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.
2. Grafoje „Siūlomos charakteristikos“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai, taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 5.11.6 dalyje. [Prekių aprašymas psl. Nr. 1-41.](#)

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	4
2.	Gamintojo įgaliojimas KONF	2
3.	Prekių aprašymas KONF	41
4.	Įgaliojimas pasirašyti dokumentus KONF	1
5.	EBVPD	13

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiektėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):

KONFIDENCIALAUS CVP IS sistemoje pateikto dokumento pavadinimas
Dokumentas Nr. 2 Gamintojo įgaliojimas KONF
Dokumentas Nr. 3 Prekių aprašymas KONF
Dokumentas Nr. 4 Įgaliojimas pasirašyti dokumentus KONF

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pateikdami pasiūlymą, sutinkame su konkurso sąlygomis ir patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė

Vilma Gudonienė