

Olympus Sverige Aktiebolag, bendrovė įsteigta ir veikianti pagal Švedijos teisę
Duomenys kaupiami ir saugomi Švedijos įmonių registracijos biure
Registruota buveinė adresu p/d 1816, 171 23 Solna, Švedija, registracijos kodas 556189-2794,
Mokesčio mokėtojo identifikacinis kodas 9000273809
PVM mokėtojo kodas LT100009813015
Tel.: (5) 2330021, Faks.: (5) 2395468,

Viešajai įstaigai Respublikinei Panevėžio ligoninei

PASIŪLYMAS DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS, ĮSIGYJAMOS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „VŠĮ RESPUBLIKINĖS PANEVĖŽIO LIGONINĖS TUBERKULIOZĖS DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS IR GYDYMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“

2018 12 27

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:)</i>	Olympus Sverige Aktiebolag (Lietuvoje veikianti per filialą „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“) ¹
--	--

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekią (-ų)

Subtiekią (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekią (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekią	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka (*perkančioji organizacija pateikia nuorodą į skelbimą*);
- 2) šiuose pirkimo dokumentuose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija*). Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1	Kvalifikacijos dokumentai-konfidencialu	4
2	Bukletai	5

¹ Pastaba. Atsižvelgiant į tai, kad Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvoje veikia per filialą, šis pasiūlymas Olympus Sverige Aktiebolag vardu teikiamas per struktūrinio tiekėjo padalinio „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“ CVP IS paskyrą.

3. Mes siūlome šias prekes / įrangą:

2 pirkimo objekto dalis:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis*	Mato vnt.	Pasiūlymo valiuta: (Eur)	
				Vieneto kaina (ikainis)** (be PVM)	Suma (be PVM)
1	2	3	4	5	6
1.	Video endoskopinė sistema su automatine endoskopų plovimo mašina Olympus CV-170 Foreseeson FS-P2404D KeyMed TC-C3 Olympus BF-1T180 Olympus GIF-H170 Medela KV-6 Miele mini ETD2 plus PAA	1	kompl.	45330,00	45330,00
Bendra pasiūlymo kaina * (be PVM)					45330,00
PVM (21%*** suma:					9519,30
Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)					54849,30

Bendra pasiūlymo kaina be PVM –	45330,00 EUR Kaina žodžiais: keturiasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai trisdešimt Eur, 00 ct.
Bendra pasiūlymo kaina su PVM –	54849,30 EUR Kaina žodžiais: penkiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni Eur, 30 ct.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1)* konkrečius kiekius nurodo perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose numatytą poreikį;

2) ** kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

3) *** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

1. Siūlomos prekės / įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. **Tiekėlas privalo užpildyti siūlomos įrangos techninę specifikaciją, pateiktą konkurso sąlygu 1 priede.**

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 pirkimo dalis. Video endoskopinė sistema su automatine endoskopų plovimo mašina (1 kompl.)

Olympus CV-170
Foreseeson FS-P2404D
KeyMed TC-C3
Olympus BF-1T180
Olympus GIF-H170
Medela KV-6
Miele mini ETD2 plus PAA

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Pavadinimas ir parametrai</i>	<i>Siūlomi parametrai su nuoroda į gamintojo katalogo puslapį, arba į gamintojo katalogo internetinį puslapį Failas „Bukletai“</i>
1.	HD Vaizdo procesorius su šviesos šaltiniu: -spalvoto vaizdo CCD vaizdo endoskopams -ksenoninė ne mažiau 150W lempa arba LED lempa -virtuali chromoendoskopija arba analogiška -programinė įranga vaizdų dokumentavimui -komplektuojamas su nuotėkio matuokliu, klaviatūra	CV-170, Psl.1-10 HD Vaizdo procesorius su šviesos šaltiniu: -spalvoto vaizdo CCD vaizdo endoskopams (Psl.8) -LED lempa (Psl.2) -Analogiškas NBI siaurajuosčio vaizdo pateikimas(Psl.2) -Vaizdai naudojant programinę įrangą esančia procesoriuje įrašomi į nešiojamąją atmintinę vaizdų dokumentavimui, vėliau nešiojamojoje atmintinėje esančius endoskopinius vaizdus ir komentuos vaizdus galima paleisti naudojant asmeninį kompiuterį naudojant „Windows Internet Explorer“ (Psl.6-7) -komplektuojamas su nuotėkio matuokliu MB-155 (Psl.10), klaviatūra MAJ-2004 (Psl.5)
2.	Šviesos šaltinis integruotas procesoriuje	Šviesos šaltinis integruotas procesoriuje , Psl.1
3.	Medicininis monitorius -įstrižainė ne mažiau 24 colių -skiriamoji geba ne mažiau 1920 x 1080	Medicininis monitorius FS-P2404D, Psl.11-14 -įstrižainė 24 colių (Psl.12,14) -skiriamoji geba 1920 x 1200 (Psl.12,14)
4.	Vežimėlis endoskopinei įrangai: - ne mažiau dvi lentynos, endo laikiklis, izoliuojantis transformatorius	Vežimėlis endoskopinei įrangai: TC-C3, Psl.15-20 - keturios lentynos, endo laikiklis, izoliuojantis transformatorius (Psl.16,19)
5.	Vaizdo bronchoskopas: -apžiūros laukas $\geq 120^\circ$ - lenkimo kampai: aukštyn $\geq 180^\circ$, žemyn $\geq 130^\circ$ - įvedamo vamzdelio diametras ≤ 6 mm - kanalo diametras ≤ 3 mm - darbinis ilgis ≥ 600 mm - biopsinės žnyplės komplekte	Vaizdo bronchoskopas: BF-1T180, Psl. 21-26 -apžiūros laukas 120° (Psl.22,24) - lenkimo kampai: aukštyn 180° , žemyn 130° (Psl.22,24) - įvedamo vamzdelio diametras 6 mm(Psl.22,24) - kanalo diametras 3 mm(Psl.22,24) - darbinis ilgis 600 mm(Psl.22,24)

		- biopsinės žnyplės komplekte, FB-52C-1, 1 vnt. (Psl.26)
6.	Vaizdo gastroskopas - apžiūros laukas $\geq 140^\circ$ - lenkimo kampai: $\leq 210^\circ/120^\circ$ ir $\leq 120^\circ/120^\circ$ - įvedamo vamzdelio diametras $\leq 9,8$ mm - kanalo diametras $\leq 2,8$ mm - tiesioginio apiplovimo kanalas arba analogiškas - darbinis ilgis ≥ 1030 mm - komplektacijoje yra biopsinės žnyplės 1 vnt.	Vaizdo gastroskopas GIF-H170, Psl.27-33 - apžiūros laukas 140° (Psl.28,30) - lenkimo kampai: $210^\circ/90^\circ$ ir $100^\circ/100^\circ$ (Psl.28,30) - įvedamo vamzdelio diametras 9,2 mm (Psl.28,30) - kanalo diametras 2,8 mm(Psl.28,30) - analogiškas naudojant apiplovimo pompa OFP-2 ir adapteris(Psl.31) - darbinis ilgis 1030 mm(Psl.28,30) - komplektacijoje yra biopsinės žnyplės FB-25K-1, 1 vnt. (Psl.33)
7.	Vakuuminis atsiurbėjas - siurbimas 40 l/min ; -vakuumas 0-90kPa - du 2 L indai , 20 filtrų, 2 m silikoninės žarnelės	Vakuuminis atsiurbėjas KV-6, Psl.34-37 - siurbimas 40 l/min ; -vakuumas 0-95kPa (tolerancija: +/-15 %) (Psl.35) - du 2 L indai , 20 filtrų, 2 m silikoninės žarnelės (Psl.36,37)
8.	Endoskopų plovimo mašina - vienu metu automatiškai apnuošiamas 1 endoskopas - 1 endoskopo apnuošimo laikas- 20 ir daugiau minučių - ergonomiškas, patogus endoskopų įdėjimas iš viršaus ar iš priekio - dangtis darinėjamas jo neličiant rankomis arba valdymo mygtuku -galimybė programuoti ciklus arba naudoti gamintojo nustatytus ciklus - suderinama su įvairiais populiariausių lanksčių endoskopų gamintojų modeliais - automatinis endoskopo hermetiškumo testas prieš pradedant dezinfekcijos procesą ir monitoravimas viso proceso metu - dokumentavimas – dezinfekcinio proceso dokumentavimas - elektros instaliacija: 230 ± 10 % V/ 50 Hz -matmenys: plotis – ne daugiau 70 cm, gylis – ne daugiau 65 cm, aukštis – ne daugiau 140 cm - tiekiamo vandens apnuošimo sistema filtruojant	Endoskopų plovimo mašina mini ETD2 plus PAA, Psl.38-52 - vienu metu automatiškai apnuošiamas 1 endoskopas (Psl.41,45) - 1 endoskopo apnuošimo laikas- 30 ir daugiau minučių (Psl.41,45) - ergonomiškas, patogus endoskopų įdėjimas iš priekio (Psl.47,48) - dangtis darinėjamas valdymo mygtuku (Psl.49-50) -naudojami gamintojo nustatyti ciklai(Psl.51) - suderinama su įvairiais populiariausių lanksčių endoskopų gamintojų modeliais (Psl.53) - automatinis endoskopo hermetiškumo testas prieš pradedant dezinfekcijos procesą ir monitoravimas viso proceso metu (Psl.41,45) - dokumentavimas – dezinfekcinio proceso dokumentavimas (Psl.52) - elektros instaliacija: 230V/ 50 Hz(Psl.41,45) -matmenys: plotis – 60 cm, gylis – 60 cm, aukštis – 85 cm(Psl.41,45) - tiekiamo vandens apnuošimo sistema filtruojant vandens minkštikliu (Psl.41,45,46,53)


5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Igaliojimas pasirašyti pasiūlymą	2
2	EBVPD dokumentas	14
3	Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis bei apmokėjimą patvirtinantys dokumentai	2
4	Igaliojimas prekiauti bei atlikti įrangos techninį aptarnavimą	4
5	CE sertifikatai	12
6	Prekių sąrašas pagal įvykdytas ar vykdomas sutartis	1
7	Bukletai	53

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame AB SEB banko pasiūlymo garantinį raštą Nr.IGT1812190015961, sumai 906,60 Eur (devyni šimtai šeši eurai, 60 ct)

Pasiūlymas galioja iki datos nurodytos pirkimo dokumentuose.

Igaliotas atstovas



(Parašas*)

Andrius Simonaitis

* Pastaba. Šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.