

**MEDICINOS PRIETAISŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS
PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr.**



Vilnius

19-C-676 2019-03-12

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Užsakovas**), atstovaujamos l.e. generalinio direktoriaus pareigas Juozo Raistensčio, veikiančio pagal įstaigos įstatus, ir UAB Tradintek (toliau – **Paslaugų teikėjas**), atstovaujama technikos direktoriaus Raimondo Šimo, veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi 2019 m. gruodžio 21d. skelbtą atviro konkurso būdu vykusį „Medicinos prietaisų remonto ir techninės priežiūros paslaugų pirkimas VULSK Nr. 18367“ viešąjį pirkimą (pirkimo skelbimo Nr. 415485) (toliau - Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1.

SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja savo priemonėmis ir rizika suteikti Užsakovui medicinos prietaisų techninės priežiūros paslaugas (toliau – **Paslaugos**), o Užsakovas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 dalyje numatyta tvarka.

1.2. Sutarties dalykas medicinos prietaisų techninės priežiūros paslaugos, kurių techninė specifikacija, fiksuoti įkainiai, kiekiai ir kaina nurodyti sutarties priede Nr.1.

1.3. Medicinos prietaisų techninės priežiūros reglamentai (darbų periodiškumas, turinys, naudojamų detalių, medžiagų ir darbo priemonių sąrašai, nuorodos į gamintojo dokumentus, darbų atlikimo trukmė ir kt.) pateikti šios sutarties priede Nr.2.

1.4. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti visos nurodytos Paslaugų apimtys.

2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Sutarčiai taikomas **fiksuoto įkainio maksimalių kiekių** kainodaros metodas.

2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM: 3720,00 (trys tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt eurų). PVM suma: 781,20 Eur (septyni šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 20 ct.).

Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM: 4501,20 (keturi tūkstančiai penki šimtai vienas euras, 20 ct.).

2.3. Sutartyje nustatyti fiksuoti paslaugų įkainiai, kurie sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami, išskyrus, kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Paslaugų įkainiai keičiami (mažinami ar didinami) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Į sutarties kainą įskaityti visi Paslaugos teikėjo mokami mokesčiai ir kitos paslaugų teikimo išlaidos, būtinos tinkamam šios sutarties įvykdymui.

2.5. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nustatytoms sąlygoms.

3. TEIKIAMOS PASLAUGOS

3.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti medicinos prietaisų techninės priežiūros paslaugas šioje sutartyje numatytomis sąlygomis. Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti paslaugas, kurių detali specifikacija, maksimali apimtis ir įkainiai nustatyti šios Sutarties priede Nr.1. Perkamų pagal Sutartį paslaugų apimtis negali viršyti atskirų sutarties dalių paslaugų maksimalios apimtys, nurodytos šios Sutarties priede Nr.1. Sutarties vykdymo metu įsigyjamų paslaugų apimtys priklauso nuo faktinių Užsakovo užsakymų, paslaugų apimtys laikomos maksimaliomis apimtimis, Užsakovas gali išpirkti mažesnę apimtį nei nurodyta maksimali paslaugų apimtis.

4. PASLAUGŲ TEIKIMO IR UŽSAKymo TVARKA

4.1. Paslaugos teikiamos pagal užsakymus.

4.2. Užsakymai teikiami raštu, el. paštu: info@tradintek.com arba telefonu Nr. +37052685427.

4.3. Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 2 (dvi) savaites nuo Užsakovo užsakymo gavimo.

4.4. Teikiant užsakymą Paslaugų teikėjas informuojamas apie šia sutartimi numatytą paslaugų atlikimo planuojamą datą ir laiką, pobūdį.

4.5. Paslaugų atlikimo vieta - Santariškių g. 2, LT-08661, Vilnius.

- 4.6. Sutarties vykdymo priežiūrai paskirtas atsakingas asmuo, kuris priims suteiktas paslaugas ir pasirašys darbų apskaitos dokumentus: Medicinos technikos skyriaus vedėjas Darius Kazlauskas tel. 8 697 71083, faks. +370 5 2365111, el. pašto adresas darius.kazlauskas@santa.lt.
- 4.7. Paslaugų atlikimo grafikus raštu tarpusavyje suderina Paslaugų teikėjo ir Užsakovo įgalioti asmenys.
- 4.8. Paslaugų teikėjas atlieka paslaugas laikantis sutarties priede Nr.2 nurodyto reglamento. Jei atliekant paslaugas reikia atlikti daugiau darbų, pakeisti daugiau dalių, negu numatyta reglamente, Paslaugų teikėjas tam turi gauti Užsakovo sutikimą.

5. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

- 5.1. Paslaugų teikėjas garantuoja, kad teiks tinkamos kokybės Paslaugas, kurių kokybė atitinka Paslaugų grupei keliamas technines sąlygas, standartus ar kitus norminius aktus bei sąlygas, nustatytas šios sutarties priede Nr.1.
- 5.2. Paslaugoms atlikti Paslaugų teikėjas naudoja tik gamintojo rekomenduojamas medžiagas ir dalis. Pakeistiems mazgams, dalims ir atliktiems darbams suteikia ne mažesnę, kaip 6 mėn. garantiją.
- 5.3. Paslaugų teikėjas atsako už paslaugų teikimo metu sugadintą ar prarastą Užsakovo turtą.

6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

- 6.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei Paslaugų teikėjas dėl savo kaltės vėluoja suteikti Paslaugas techninėje specifikacijoje ir sutarties 4 dalyje numatytais terminais, Užsakovas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą Paslaugų suteikimo dieną. Paslaugos teikėjo vėluojamos suteikti Paslaugos kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų suteikti Paslaugų vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma išskaičiuojama iš Paslaugos teikėjui mokėtinų sumų.
- 6.2. Jei Paslaugų teikėjas iš esmės pažeidžia Sutartį 9.2.p. nurodytais atvejais, Užsakovas turi teisę taikyti 10 % sutarties pradinės vertės baudą, įskaitant delspinigius.
- 6.3. Jei Užsakovas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Paslaugų teikėju per sutarties 7.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02% dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

7. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

- 7.1. Užsakovas apmoka Paslaugų teikėjui už paslaugas pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo jų pateikimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartis visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis atsiskaitymo terminas Užsakovo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių/paslaugų/darbų gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.
- 7.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

8. FORCE MAJEURE

- 8.1. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja 36 mėnesius arba iki kol bus pasiekta maksimali apimtis.
- 9.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Paslaugų teikėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Paslaugų teikėjas ją iš esmės pažeidė:
- 9.2.1. suteiktos Paslaugos yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Užsakovui priimtina terminą;
- 9.2.2. Paslaugų teikėjas nurodytu terminu Paslaugų nesuteikė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.
- 9.3. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas ją iš esmės pažeidė:
- 9.3.1. Užsakovas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už suteiktas Paslaugas, kai jos buvo tinkamai suteiktos nustatytais terminais.

9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Sutarties vykdymo metu Paslaugos teikėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo Paslaugų teikėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

10.2. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

10.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalis, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

10.4. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis turi teisę ir tinkamą kvalifikaciją teikti Paslaugas.

10.5. Ne vėliau negu pirkimo sutartis pradeda vykdyti, Paslaugų teikėjas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Vykdytojas taip pat įsipareigoja Užsakovui pranešti nurodytų subtiekių pasikeitimus pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jei Paslaugų teikėjas pirkimo procedūros vykdymo metu rėmėsi subtiekių kvalifikacija, tai norėdamas pakeisti subtiekią teikėjas privalo Užsakovui pateikti naujo subtiekių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacijos atitikimą patvirtinančius dokumentus. Jei Paslaugų teikėjas pirkimo metu nesirėmė subtiekių pajėgumais, Užsakovas gali patikrinti, ar nėra LR Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytų naujo subtiekių pašalinimo pagrindų. Jeigu Paslaugų teikėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Paslaugų teikėjas Užsakovui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys, ir Užsakovui pareikalavus pateiks tai patvirtinančius dokumentus.

PRIDEDAMA. 1. Techninė specifikacija ir paslaugų įkainiai, 1 lapas;

2. Medicinos prietaisų techninės priežiūros reglamentas, 2 lapai.

ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Paslaugų teikėjas

UAB Tradintek

J. Jasinskio 9, 01112, Vilnius..

Juridinio asmens kodas: 124942182

PVM mokėtojo kodas: LT249421811

Sąskaita: LT65 7044 0600 0136 8083

Bankas: AB SEB, Banko kodas: 7044

Užsakovas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įmonės kodas 124364561


PVM mok. kodas LT243645610

a. s. LT71 7300 0100 0249 2260

AB „Swedbank“, b. k. 73000

Technikos Direktorius

Raimondas Šimas



UAB Tradintek
Technikos Direktorius
Raimondas Šimas

L.e. direktoriaus pareigas

Juozas Raistenskis



Vyriausiasis teisininkas

Vytautas Čiulionis

Vytautas Čiulionis



Priedas Nr. 1 prie 2019 m. 19-C-676 2019-03-12

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASLAUGŲ ĮKAINIAI

MEDICINOS PRIETAISŲ (MP) TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS (TP)


El.Nr.	Pirkimo dalies Nr.	Gaminio pavadinimas	Tipas/visų modelių nurodyto pavaradinimo	Mato vnt.	Preliminarus MP kiekis	Preliminarus MP TP kiekis 36 mėn.	Vieno MP vienos TP paslaugos įkainis be PVM, Eur	Vieno MP vienos TP paslaugos įkainis su PVM, Eur	Preliminarus MP kiekio TP paslaugų suma 36 mėn. be PVM, Eur	PVM (21%) suma, Eur	Preliminarus MP kiekio TP paslaugų suma 36 mėn. su PVM, Eur
1	66	General Electric	Kompiuterinis tomografas	Vnt.	1	6	620,00	750,20	3720,00	781,20	4501,20
Pradinė (maksimali) sutarties vertė Eur be PVM											3720,00
PVM (21%) suma Eur											781,20
Pradinė (maksimali) sutarties vertė Eur su PVM											4501,20

Paslaugų teikėjas

UAB Tradintek
J. Jasinskio 9, 01112, Vilnius.
Juridinio asmens kodas: 124942182
PVM mokėtojo kodas: LT249421811
Sąskaita: LT65 7044 0600 0136 8083
Bankas: AB SEB, Banko kodas: 7044

Technikos Direktorius

Raimondas Šimas




Užsakovas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
a. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“ b. k. 73000

L.e. direktoriaus pareigas

Juozas Raštėnas



Viešųjų pirkimų specialistė 4
Dainora Mažeikienė

MEDICINOS PRIETAISŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS REGLAMENTAS

Kompiuterinio tomografo LightSpeed VCT techninės priežiūros aktas

Techninės priežiūros metu atlikti patikrinimai		Pastabos
Sistema		
1-1	Patikrinti avarinio išjungimo mygtukai	□
1-2	Patikrintas „Rangeno spindulių“ šviesinis ir akustinis signalai	□
1-3	Patikrinti perspėjantys lipdukai	□
1-4	Patikrinta vaizdo kokybė IQST	□
1-5	Patikrinti klaidų pranešimai	□
1-6	Patikrintos įžeminimo kabelio jungtys	□
Valdymo įrenginys		
2-1	Patikrinta pasikalbėjimo sistema	□
2-2	Išsiurbtos dulės	□
2-3	Išvalyta klaviatūra	□
2-4	Patikrinti SCSI bokšto ventiliatorius ir filtras	□
2-5	Patikrinti aušinimo ventiliatoriai	□
2-6	Patikrintas „pelės“ veikimas	□
2-7	Nuvalyti monitoriai	□
2-8	Patikrintos kabelių jungtys	□
2-9	Nuvalytas MOD	□
Skenavimo įrenginys		
3-1	Patikrintas apsisukimų skaičius	_____ apsisukimų
3-2	Išvalytas detektorių gaubtas	□
3-3	Patikrinti komponentų ir laidų tvirtumas	□
3-4	Nuvalyti dangčiai	□
3-5	Patikrintas pozicionavimo lempos tikslumas	□
3-6	Patikrintas įrenginio stabilumas ir izoliacija	□
3-7	Nuvalyti ir patikrinti šliaužiantys kontaktai	□
3-8	Suteptas guolis	□
3-9	Patikrintas sukimo diržo įtempimas	□
3-10	Patikrinta RF imtuvo padėtis	□
Detektorių sistema		

4-1	Nuvalyti detektorių sistemos dangčiai	11
4-2	Patikrinta detektorių šildymo sistema	11
4-3	Patikrinti detektorių sistemos ventiliatoriai	11
4-4	Išsiurbti filtrai	11
Paciento stalas		
5-1	Patikrintas galvos fiksatorius	11
5-2	Patikrinti stalo dangčiai	11
5-3	Patikrintos stalo tarpinės	11
5-4	Patikrintas tarpas tarp stalviršio ir pagrindo	11
5-5	Patikrinti stalviršio bėgliai	11
5-6	Patikrintas fiksavimo mechanizmas	11
5-7	Patikrintas lietimosi daviklio veikimas	11
5-8	Patikrinta greito ištraukimo galimybė	11
5-9	Patikrinta Skenerio-Stalo antikorizijos sistema	11
5-10	Nuvalyti dangčiai	11
5-11	Sutepti stalo šliaužikliai	11
5-12	Patikrinta stalo stabilumas ir izoliacija	11
Aukštos įtampos generatorius		
6-1	Patikrintas ir išvalytas radiatoriaus ventiliatorius	11
6-2	Patikrintos generatoriaus aukštos įtampos jungtys	11
6-3	Patikrintos maitinimo kabelių jungtys	11
6-4	Atliktas HSS testas	11
Galios įrenginys (PDU)		
7-1	Patikrintos kabelių jungtys	11
7-2	Išsiurbtos dulkės	11
7-3	Patikrinta maitinimo įtampa	_____ voltų