

100 %	Maksimalus svertinis koeficientas
70 %	Svertinis kainos koeficientas
30 %	Svertinis kokybės koeficientas

Užpildo dalyvis	
Skačiavimo laukelis	
Užpildo pirkimo vykdytojas	

PVM tarifas	21 %
€	107,399.45
€	88,759.88
€	107,399.45
	0 %
	70 %
	0 %
	70 %

1 priedas	
-----------	--

Dalyvio pavadinimas: UAB Sporteka

a) vertinamo pasiūlymo kaina su PVM:
 a) vertinamo pasiūlymo kaina be PVM:
 pigiausio pasiūlymo kaina su PVM:
 vertinamas pasiūlymas brangiau nei pigiausias pasiūlymas:
 ną suteiktų taškų suma:
 kybę suteiktų taškų suma:
 ra vertinimui svarbių taškų suma:

Eilės nr.	Pozicijos/Reikalavimo aprašymas	Reikalavimai: B= Būtina atitikti P=Pageidaujam a atitikti	Reikalaujama parametru reikšmė	Sitūmos parametru reikšmės / Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra nurodyta parametru patvirtinantis dokumentas	Suteikiamų kokybės taškų skaicius	Atitinka Taip/Ne	Surinkti taškai už kokybę(11)	Kaina be PVM	Ivertinta kaina
2	3	5	4	6	7	8	9	10	11
	TRENIRUOKLIAI							€ 88,759.88	€ 88,759.88
	PNEUMATINIŲ TRENIRUOKLIŲ KOMPLEKTAS SU ĮSMANIAJA VALDYMO SISTEMA	B	1 kompl.	Gaminiojas: HUR oy Modelis: SmartTouch					
1.	Treniruoklių pasipriešinimo jėgos sukūrimo metodas	B	Suspaustu oru (pneumatinis)	Suspaustu oru (pneumatinis) HUR_SmartTouch.pdf 4 psl.					
2.	Speciali krūvio perdavimo technologija imituojanti natūralių raumenų judesį	B		Speciali krūvio perdavimo technologija imituojanti natūralių raumenų judesį "Natural Transmission" HUR_SmartTouch.pdf 1 ir 5 psl.					
3.	Kompresoriaus charakteristikos	B	Sukuriamas slėgis ≥ 10 bar; • Našumas ≥50 litrų / min.	13 bar; 50 litrų/min HUR_smartTouch.pdf 26 psl.					
4.	Speciali spintelė kompresoriui	B		Speciali spintelė kompresoriui HUR_smartTouch.pdf 27 ir 28 psl.					

Eilės nr.	Pozicijos/Reikalavimo aprašymas	Reikalaujama parametų reikšmė	Reikalavimai: B= Būtina atitikti P=Pageidaujama a atitikti	Sitūmos parametų reikšmės / Pasūlymo lapo Nr., kuriame yra nurodyta parametų patvirtinantis dokumentas	Suteikiamų kokybės taškų skačius	Atitinka Taip/Ne	Surinkti taškai už kokybę(Ti)	Kaina be PVM	Įvertinta kaina
5.	Ne mažiau kaip ši komplektacija	1. Viršutinių galūnių stūmimo / traukos treniruoklis; 2. Viršutinių galūnių dvigalvio / trigalvio raumenų treniruoklis; 3. Pilvo / nugaros raumenų treniruoklis; 4. Apatinių galūnių lenkimo / tiesimo treniruoklis; 5. Šlaunies pritraukimo / atitraukimo raumenų treniruoklis; 6. Spaudimo kojomis treniruoklis; 7. Serveris įvairių raumenų grupių treniravimo sistemos pacientų treniruoti parametų saugojimui; 8. Kompiuteris su monitorium (ne mažesniu kaip 20 colių istrižainės) duomenų apdorojimui ir treniruoti programų kūrimui ir tam reikalinga įdiegta programine įranga, serveris, biuro programų rinkinys; 9. 200 vnt. RFID kortelių pacientų identifikavimui; 10. Kompresorius	B	1. Viršutinių galūnių stūmimo / traukos treniruoklis; HUR_smartTouch.pdf 12 psl. 2. Viršutinių galūnių dvigalvio / trigalvio raumenų treniruoklis; HUR_smartTouch.pdf 13 psl. 3. Pilvo / nugaros raumenų treniruoklis; HUR_smartTouch.pdf 14 psl. 4. Apatinių galūnių lenkimo / tiesimo treniruoklis; HUR_smartTouch.pdf 14 psl. 5. Šlaunies pritraukimo / atitraukimo raumenų treniruoklis; HUR_smartTouch.pdf 15 psl. 6. Spaudimo kojomis treniruoklis; HUR_smartTouch.pdf 16 psl. 7. Serveris įvairių raumenų grupių treniravimo sistemos pacientų treniruoti parametų saugojimui; HUR_smartTouch.pdf 29-43 psl. 8. Kompiuteris su monitorium (ne mažesniu kaip 20 colių istrižainės) duomenų apdorojimui ir treniruoti programų kūrimui ir tam reikalinga įdiegta programine įranga, serveris, biuro programų rinkinys; HUR_smartTouch.pdf 44 psl.					
6.	Kiekvienas treniruoklis turi lietimui jautrų spalvotą valdymo pultą		B	Kiekvienas treniruoklis turi lietimui jautrų spalvotą valdymo pultą HUR_smartTouch.pdf 4 psl.					
7	Ne mažiau kaip šie valdymo pulto parodymai	1. Pasirinktas pratimas; 2. Krūvis; 3. Pakartojimų skaičius	B	1. Pasirinktas pratimas 2. Krūvis 3. Pakartojimų skaičius HUR_smartTouch.pdf 4 psl.					

Eilės nr.	Posicijos/Reikalavimo aprašymas	Reikalaujama parametru reikšmė	Reikalavimai: B= Būtina atitikti P=Pageidaujama atitikti	Sitūmos parametru reikšmės / Pasilymo lapo Nr., kuriame yra nurodyta parametru patvirtinantis dokumentas	Suteikiamų kokybės taškų skaičius	Atitinka Taip/Ne	Surinkti taškai už kokybę(TI)	Kaina be PVM	Įvertinta kaina
8	Krūvio nustatymo žingsnis	≤ 0,1 kg	B	0,1 kg HUR_smartTouch.pdf 5 psl.					
9	Sistema leidžia sudaryti ir užprogramuoti individualias treniručių programas pacientams		B	Sistema leidžia sudaryti ir užprogramuoti individualias treniručių programas pacientams HUR_smartTouch.pdf 9 psl.					
10	Sistema leidžia stebėti pacientų progresą ir pateikia ataskaitas		B	Sistema leidžia stebėti pacientų progresą ir pateikia ataskaitas HUR_smartTouch.pdf 9 psl.					
11	Krūvio automatinio didinimo programavimas		B	Krūvio automatinio didinimo programavimas HUR_smartTouch.pdf 9 psl.					
12	Viršutinių galūnių stūmimo / traukos treniruoklio matmenys (plotis x ilgis x aukštis)	Ne didesni: 105 x 125 x 185 cm	B	100 x 123 x 181 cm HUR_smartTouch.pdf 12 psl.					
13	Viršutinių galūnių stūmimo / traukos treniruoklio svoris	Ne didesnis 60 kg	B	56 kg HUR_smartTouch.pdf 12 psl.					
14	Viršutinių galūnių stūmimo / traukos treniruoklio funkcijos	1. Viršutinių galūnių stūmimas aukštyn; 2. Viršutinių galūnių traukimas žemyn	B	1. Viršutinių galūnių stūmimas aukštyn; 2. Viršutinių galūnių traukimas žemyn HUR_smartTouch.pdf 12 psl.					
15	Viršutinių galūnių stūmimo / traukos treniruoklio maksimalus pasipriešinimas	Stumiant aukštyn ne mažiau 50 kg. Traukiant žemyn ne mažiau 60 kg	B	54 kg 63 kg HUR_smartTouch.pdf 12 psl.					
16	Viršutinių galūnių stūmimo / traukos treniruoklis turi judesio amplitudės apribojimo mechanizmą		B	Viršutinių galūnių stūmimo / traukos treniruoklis turi judesio amplitudės apribojimo mechanizmą HUR_smartTouch.pdf 12 psl.					
17	Viršutinių galūnių stūmimo / traukos treniruoklio sėdynė reguliuojama		B	Viršutinių galūnių stūmimo / traukos treniruoklio sėdynė reguliuojama HUR_smartTouch.pdf 12 psl.					
18	Viršutinių galūnių dvigalvio / trigalvio raumenų treniruoklio matmenys (plotis x ilgis x aukštis)	Ne didesni: 105 x 100 x 120 cm	B	103 x 94 x 118 HUR_smartTouch.pdf 13 psl.					
19	Viršutinių galūnių dvigalvio / trigalvio raumenų treniruoklio svoris	Ne didesnis 90 kg	B	85 HUR_smartTouch.pdf 13 psl.					
20	Viršutinių galūnių dvigalvio / trigalvio raumenų treniruoklio funkcijos	Dvigalvio raumens treniravimas Trigalvio raumens treniravimas	B	Dvigalvio raumens treniravimas Trigalvio raumens treniravimas HUR_smartTouch.pdf 13 psl.					

Eilės nr.	Pozicijos/Reikalavimo aprašymas	Reikalaujama parametru reikšmė	Reikalavimai: B= Būtina atitikti P=Pageidaujam a atitikti	Siūlomos parametru reikšmės / Pasilymo lapo Nr., kuriame yra nurodyta parametru patvirtinantis dokumentas	Suteikiamų kokybės taškų skaičius	Atitinka Taip/Ne	Surinkti taškai už kokybę(Ti)	Kaina be PVM	Įvertinta kaina
21	Viršutinių galūnių dvigalvio / trigalvio raumenų treniruoklio maksimalus pasipriešinimas	Ne mažiau 25 kg	B	27 kg HUR_smartTouch.pdf 13psl.					
22	Viršutinių galūnių dvigalvio / trigalvio raumenų treniruoklio sėdynė reguliuojama		B	Viršutinių galūnių dvigalvio / trigalvio raumenų treniruoklio sėdynė reguliuojama HUR_smartTouch.pdf 13psl.					
23	Pilvo / nugaros raumenų treniruoklio matmenys (plotis x ilgis x aukštis)	Ne didesni 90 x 100 x 130 cm	B	85 x 95 x 125 cm HUR_smartTouch.pdf 14psl.					
24	Pilvo / nugaros raumenų treniruoklio svoris	Ne didesnis 70 kg	B	68 kg HUR_smartTouch.pdf 14psl.					
25	Pilvo / nugaros raumenų treniruoklio funkcijos	Pilvo lenkimas Nugaros lenkimas	B	Pilvo lenkimas Nugaros lenkimas HUR_smartTouch.pdf 14psl.					
26	Pilvo / nugaros raumenų treniruoklio maksimalus pasipriešinimas	Ne mažiau 60 kg	B	63 kg HUR_smartTouch.pdf 14psl.					
27	Pilvo / nugaros raumenų treniruoklio sėdynė reguluojama		B	Pilvo / nugaros raumenų treniruoklio sėdynė reguluojama HUR_smartTouch.pdf 14psl.					
28	Apatinių galūnių lenkimo / tiesimo treniruoklio matmenys (plotis x ilgis x aukštis)	Ne didesni 105 x 165 x 140 cm	B	104 x 160 x 137 cm HUR_smartTouch.pdf 15psl.					
29	Apatinių galūnių lenkimo / tiesimo treniruoklio svoris	Ne didesnis 105 kg	B	100 kg HUR_smartTouch.pdf 15psl.					
30	Apatinių galūnių lenkimo / tiesimo treniruoklio funkcijos	Apatinių galūnių lenkimas Apatinių galūnių tiesimas	B	Apatinių galūnių lenkimas Apatinių galūnių tiesimas HUR_smartTouch.pdf 15psl.					
31	Apatinių galūnių lenkimo / tiesimo treniruoklio maksimalus pasipriešinimas	Ne mažiau 35 kg	B	36 kg HUR_smartTouch.pdf 15psl.					
32	Apatinių galūnių lenkimo / tiesimo treniruoklio reguluojama nugaros atrama		B	Apatinių galūnių lenkimo / tiesimo treniruoklio reguliuojama nugaros atrama HUR_smartTouch.pdf 15psl.					

<i>Eilės nr.</i>	<i>Pozicijos/Reikalavimo aprašymas</i>	<i>Reikalaujama parametru reikšmė</i>	<i>Reikalavimai: B= Būtina atitikti P=Pageidaujam a atitikti</i>	<i>Siūlomos parametru reikšmės / Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra nurodyta parametru patvirtinantis dokumentas</i>	<i>Suteikiamų kokybės taškų skaičius</i>	<i>Atitinka Taip/Ne</i>	<i>Surinkti taškai už kokybę(Ti)</i>	<i>Kaina be PVM</i>	<i>Įvertinta kaina</i>
33	Apatinių galūnių lenkimo / tiesimo treniruoklio reguliuojami svertai		B	Apatinių galūnių lenkimo / tiesimo treniruoklio reguliuojami svertai HUR_smartTouch.pdf 15psl.					
34	Apatinių galūnių lenkimo / tiesimo treniruoklis turi judesio amplitudės apribojimo mechanizmą		B	Apatinių galūnių lenkimo / tiesimo treniruoklis turi judesio amplitudės apribojimo mechanizmą HUR_smartTouch.pdf 15psl.					
35	Šiaunies pritraukimo/ atitraukimo raumenų treniruoklio matmenys	Ne didesni nei 150 x 125 x 130 cm	B	147 x 123 x 126 cm HUR_smartTouch.pdf 16psl.					
36	Šiaunies pritraukimo/ atitraukimo raumenų treniruoklio svoris	Ne didesnis 75 kg	B	73 kg HUR_smartTouch.pdf 16psl.					
37	Šiaunies pritraukimo/ atitraukimo raumenų treniruoklio funkcijos	1. Apatinių galūnių atitraukimas 2. Apatinių galūnių pritraukimas	B	1. Apatinių galūnių atitraukimas 2. Apatinių galūnių pritraukimas HUR_smartTouch.pdf 16psl.					
38	Šiaunies pritraukimo/ atitraukimo raumenų treniruoklio maksimalus pasipriešinimas	1. Atitraukimo režime ne mažiau 35 kg 2. Pritraukimo režime ne mažiau 45 kg	B	1. Atitraukimo režime 36 kg 2. Pritraukimo režime 45 kg HUR_smartTouch.pdf 16psl.					
39	Šiaunies pritraukimo/ atitraukimo raumenų treniruoklis turi judesio amplitudės apribojimo mechanizmą		B	Šiaunies pritraukimo/ atitraukimo raumenų treniruoklis turi judesio amplitudės apribojimo mechanizmą HUR_smartTouch.pdf 16psl.					
40	Stūmimo kojomis treniruoklio matmenys	Ne didesni nei 105 x 170 x 135	B	104 x 170 x 135 cm HUR_smartTouch.pdf 17psl.					
41	Stūmimo kojomis treniruoklio svoris	Ne didesnis nei 125 kg	B	124 kg HUR_smartTouch.pdf 17psl.					
42	Stūmimo kojomis treniruoklio maksimalus pasipriešinimas	Ne mažiau 135 kg	B	135 kg HUR_smartTouch.pdf 17psl.					
43	Stūmimo kojomis treniruoklis turi judesio amplitudės apribojimo mechanizmą		B	Stūmimo kojomis treniruoklis turi judesio amplitudės apribojimo mechanizmą HUR_smartTouch.pdf 17psl.					
44	Stūmimo kojomis treniruoklio reguliuojama nugaros atrama		B	Stūmimo kojomis treniruoklio reguliuojama nugaros atrama HUR_smartTouch.pdf 17psl.					
45	Treniruoklių apmušalų spalvos pasirinkimas	Ne mažiau kaip iš 3 spalvų	B	HUR_smartTouch.pdf 17psl. iš 8 spalvų HUR_smartTouch.pdf 46 psl.					
46	Treniruoklių remo spalvos pasirinkimas	Ne mažiau kaip iš 3 spalvų	B	iš 3 spalvų HUR_smartTouch.pdf 49 psl.					
47	Treniruokliai privalo turėti medicinos prietaisų sertifikata MDD 93/42/EEB		B	Treniruokliai turi medicinos prietaisų sertifikata MDD 93/42/EEB EC Declaration of conformity-					

Eilės nr.	Pozicijos/Reikalavimo aprašymas	Reikalaujama parametru reikšmė	Reikalavimai: B= Būtina atitikti P=Pageidaujam a atitikti	Sitūmos parametru reikšmės / Pasūlymo lapo Nr., kuriame yra nurodyta parametru patvirtinantis dokumentas	Suteikiamų kokybės taškų skaičius	Atitinka Taip/Ne	Surinkti taškai už kokybę(Ti)	Kaina be PVM	Įvertinta kaina
48	Garantija	Ne mažiau 24 mėn.	B	24 mėn.					
	UNIVERSALUS TRENIUOKLIS SU DVIEM ATSKIRIAIS SVORIŲ BLOKAIS	1 vnt.	B	Gamintojas: Technogym Modelis: KINESIS ONE					
1	Paskirtis: funkcinė reabilitacijai, jėgos, lankstumo, balanso treniruotėms		B	Paskirtis: funkcinė reabilitacijai, jėgos, lankstumo, balanso treniruotėms; <i>Kinesis.pdf, psl. 4</i>					
2	Principas: atliekami pratimai naudojant savo kūno sunkio jėgą		B	Principas: atliekami pratimai naudojant savo kūno sunkio jėgą; <i>Kinesis.pdf, psl. 4</i>					
3	Treniruoklis privalo leisti atlikti judesius trijose dimensijose ir sukurti jiems pasipriešinimą		B	Treniruoklis leidžia atlikti judesius trijose dimensijose ir sukurti jiems pasipriešinimą; <i>Kinesis.pdf, psl. 4</i>					
4	Sistema nereikalauja jokio reguliavimo išskyrus svorių bloką		B	Sistema nereikalauja jokio reguliavimo išskyrus svorių bloką; <i>Kinesis.pdf, psl. 2</i>					
5	Du atskiri svorių blokai kairei ir dešinei kūno pusėms laisvesniems pratimų judesiams atlikti		B	Du atskiri svorių blokai kairei ir dešinei kūno pusėms laisvesniems pratimų judesiams atlikti; <i>Kinesis.pdf, psl. 2</i>					
6	Bendra svorių blokų masė	≥150 kg	B	Bendra svorių blokų masė 158 kg; <i>Kinesis.pdf, psl. 2</i>					
7	Didžiausia naudinga apkrova kiekvienai naudotojo rankai	≥35 kg	B	Didžiausia naudinga apkrova kiekvienai naudotojo rankai: 79 kg; <i>Kinesis.pdf, psl. 2</i>					
8	Treniruotų sistemų užimamas darbinis plotas patalpoje	≤150 x 400 cm	B	Treniruotų sistemų užimamas darbinis plotas patalpoje: 140.5 x 390 cm; <i>Kinesis.pdf, psl. 1</i>					
9	Komplekte: universalūs užraktai diržų ir kitų priemonių tvirtinimui (2vnt.);		B	Komplekte: universalūs užraktai diržų ir kitų priemonių tvirtinimui (2vnt.); <i>Kinesis.pdf, psl. 1</i>					
10	Galinių diržų, tvirtinami prie universalų užraktų (2vnt.);		B	Galinių diržų, tvirtinami prie universalų užraktų (2vnt.); <i>Kinesis.pdf, psl. 1</i>					
11	Juosmens diržas, tvirtinamas prie universalaus užrakto (1vnt.);		B	Juosmens diržas, tvirtinamas prie universalaus užrakto (1vnt.); <i>Kinesis.pdf, psl. 1</i>					
12	Garantija	Ne mažiau 24 mėn.	B	Garantija 24 mėn.					
	IRKLAVIMO TRENIUOKLIS	1 vnt.	B	Gamintojas: Technogym Modelis: SKILLROW™					
1	Treniruoklis, imituojantis irklavimo apkrovą ir judesius		B	Treniruoklis, imituojantis irklavimo apkrovą ir judesius; <i>SKILLROW.pdf, psl. 5</i>					
2	Turi būti tinkamas tiek širdies – kraujagyslių sistemos treniravimui, tiek galios treniravimui		B	Treniruoklis tinkamas tiek širdies – kraujagyslių sistemos treniravimui, tiek galios treniravimui					

Eilės nr.	Pozicijos/Reikalavimo aprašymas	Reikalaujama parametru reikšmė	Reikalavimai: B= Būtina atlikti P=Pageidaujam a atlikti	Sidomos parametru reikšmės / Pasūlymo lapo Nr., kuriame yra nurodyta parametru patvirtinantis dokumentas	Suteikiamų kokybės taškų skaičius	Atitinka Taip/Ne	Surinkti taškai už kokybę(Ti)	Kaina be PVM	Vertinta kaina
3	Pritaikytas pacientams, kurių ūgis nurodytose ribose	150-210 cm	B	Pritaikytas pacientams, kurių ūgis 150-210 cm ribose SKILLROW.pdf, psl. 26					
4	Maksimalus paciento svoris	≥ 160 kg	B	Maksimalus paciento svoris 160 kg SKILLROW.pdf, psl. 26					
5	Technologija idealiai imituojanti yrio pasipriešinimą vandeninyje		B	Technologija idealiai imituojanti yrio pasipriešinimą vandeninyje SKILLROW.pdf, psl. 9					
6	Yrio pasipriešinimo lygių skaičius	≥10	B	Yrio pasipriešinimo lygių skaičius 10, plus 3 papildomi galios režimai SKILLROW.pdf, psl. 26					
7	Integuotas laikiklis išmaniajam telefonui		B	Integuotas laikiklis išmaniajam telefonui SKILLROW.pdf, psl. 26					
8	Integuotas ekranas treniruotės parametrų atvaizduoti		B	Integuotas ekranas treniruotės parametrų atvaizduoti SKILLROW.pdf, psl. 17					
8.1	Ekranas dydis	≥ 7"	B	Ekranas dydis 7" SKILLROW.pdf, psl. 26					
8.2	Ne mažiau kaip šie ekrane rodomi parametrai	1) Treniruotės trukmė, 2) Yrių skaičius per min., 3) Nuplauktas atstumas, 4) Greitis, 5) Sudegintos kalorijos, 6) Krūvis (vatais), 7) Pasipriešinimo lygis, 8) Pulsas.	B	Ekranas rodomi parametrai: 1) Treniruotės trukmė, 2) Yrių skaičius per min., 3) Nuplauktas atstumas, 4) Greitis, 5) Sudegintos kalorijos, 6) Krūvis (vatais), 7) Pasipriešinimo lygis, 8) Pulsas. SKILLROW.pdf, psl. 20					
8.3	Lietimui jautrus valdymo mygtukai		B	Lietimui jautrus valdymo mygtukai SKILLROW.pdf, psl. 26					
9	Krūtinės diržas su siūstuvu SSD parametrai ir perduoti		B	Krūtinės diržas su siūstuvu SSD parametrai perduoti ir perduoti SKILLROW.pdf, psl. 24					
10	Treniruoklis turi transportavimo ratukus		B	Treniruoklis turi transportavimo ratukus SKILLROW.pdf, psl. 26					
11	Treniruoklis turi būti sulankstomas ne mažiau kaip j dvi dalis vietos taupymui ne treniruotė metu		B	Treniruoklis sulankstomas į dvi dalis vietos taupymui ne treniruotė metu SKILLROW.pdf, psl. 18					
12	Išilgai slankiojanti sėdynė		B	Išilgai slankiojanti sėdynė SKILLROW.pdf, psl. 11					
13	Garantija	Ne mažiau 24 mėn.	B	24 mėn.					

Eilės nr.	Pozicijos/Reikalavimo aprašymas	Reikalaujama parametru reikšmė	Reikalavimai: B= Būtina atitikti P=Pageidaujam a atitikti	Sidomos parametru reikšmės / Pasijumo lapo Nr., kuriame yra nurodyta parametru patvirtinantis dokumentas	Suteikiamu kokybes tašku skaičius	Atitinka Taip/Ne	Surinkti taškai už kokybe(Ti)	Kaina be PVM	Ivertinta kaina
	DAUGIAFUNKCINIS LAISVU SVORIU JEGOS TR	1 vnt.	B	Gamintojas: Technogym Modelis: Personal					
1	Metalinis II formos stovas svarmenims ir štangai laikyti		B	Metalinis II formos stovas svarmenims ir štangai laikyti: <i>Treniruoklis.pdf, psl. 1</i>					
1.2	Stovo plotis	1410 ± 5 mm	B	Stovo plotis: 1412 mm <i>Treniruoklis.pdf, psl. 1</i>					
1.3	Stovo aukštis	2215 ± 5 mm	B	Stovo aukštis: 2216 mm <i>Treniruoklis.pdf, psl. 1</i>					
1.4	Maksimali naudojimo apkrova	≥ 150 kg	B	Maksimali naudojimo apkrova: 150 kg <i>Treniruoklis.pdf, psl. 1</i>					
2	Komplektacija:		B	Komplektacija:					
2.1	Štanga		B	Štanga, 2, 3, 4 <i>Treniruoklis.pdf, psl. 1</i>					
2.2	Hanteliai		B	Hanteliai, psl. 2, 3 <i>Treniruoklis.pdf, psl. 2, 3</i>					
2.3	Svarmenų, tinkamų štangai ir hanteliams, komplektas	≥ 120 kg	B	Svarmenų, tinkamų štangai ir hanteliams, komplektas: 137,5 kg; <i>Treniruoklis.pdf, psl. 2, 3, 4</i>					
2.4	Priedų komplektas kabėjimo pratimams		B	Priedų komplektas kabėjimo pratimams					
2.5	Suoliukas		B	Suoliukas, psl. 2, 3 <i>Treniruoklis.pdf, psl. 2, 3</i>					
2.5.1.	Viršus iš dviejų paminkštintų, nepriklausomai besilankstančių sekcijų		B	Viršus iš dviejų paminkštintų, nepriklausomai besilankstančių sekcijų; <i>Treniruoklis.pdf, psl. 2, 3</i>					
2.5.2.	Suoliuko išoriniai matmenys (PxLxA)	(580 x 1300 x 450) ± 50 mm	B	Suoliuko išoriniai matmenys (584 x 1316 x 443) mm; <i>Treniruoklis.pdf, psl. 2, 3</i>					
2.5.3.	Maksimalus naudotojo svoris	≥ 150 kg	B	Maksimalus naudotojo svoris: 150 kg; <i>Treniruoklis.pdf, psl. 2, 3</i>					

Eilės nr.	Pozicijos/Reikalavimo aprašymas	Reikalaujama parametru reikšmė	Reikalavimai: B= Būtina atitikti P=Pageidaujam a atitikti	Silomos parametru reikšmės / Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra nurodyta parametru patvirtinantis dokumentas	Suteikiamų kokybės taškų skaicius	Atitinka Taip/Ne	Surinkti taškai už kokybę(TI)	Kaina be PVM	Vertinta kaina
2.6	Kilimėlis naudotojui		B	Kilimėlis naudotojui ; <i>Treniruoklis.pdf, psl. 2, 3</i>					
2.7	Guminis kilimėlis grindų apsaugai		B	Guminis kilimėlis grindų apsaugai; <i>Treniruoklis.pdf, psl. 2, 3</i>					
3	Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėn.	B	Garantija 24 mėn.					
	EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO KRITERIJAI								
	Pilnai kompiuterizuotas treniruoklių komplekso valdymas		P	Pilnai kompiuterizuotas HUR SmartTouch treniruoklių komplekso valdymas	15	pasirinkti	0		
	Darbuotojų apmokymas (instruktažas) atliekamas dalyvaujant gamintojui ir išduodamas atitinkamas sertifikatas apie atliktą apmokymą		P	Darbuotojų apmokymas (instruktažas) atliekamas dalyvaujant gamintojui ir išduodamas atitinkamas sertifikatas apie atliktą apmokymą	15	pasirinkti	0		