

VŠĮ RESPUBLIKINEI KLAIPĖDOS LIGONINEI

2019-04-11

Mes siūlome:

Mes siūlome šias prekes ir paslaugas:

Pirkimo objekto dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	1 vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
5.	Endokavitalinis daviklis skirtas ultragarsiniam diagnostikos aparatui Mindray DC-8 SN:QE-26000357	Vnt.	1	4.049,00	4.049,00
PVM dydis 21% ir suma Eur				850,29	850,29
Bendra 5 pirkimo objekto dalies kaina Eur su PVM				4.899,29	4.899,29

Bendra 5 pirkimo objekto dalies kaina su PVM – 4.899,29 Eur (Keturi tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni eurai 29 ct), kur PVM sudaro - 850,29 Eur.

Teikdami Pasiūlymą, patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir yra:

**5 pirkimo objekto dalis. ENDOKAVITALINIS DAVIKLIS SKIRTAS
ULTRAGARSINIAM DIAGNOSTIKOS APARATUI MINDRAY DC-8 SN:QE-26000357
(1 vnt.).**

Modelis	V11-3E,
Gamintojas	Mindray,
Kilmės šalis	Kinija

Pateikiame užpildytą siūlomos prekės techninės specifikacijos lentelę, nurodant kiekvieno techninio parametro atitikimą (tikslią parametro reikšmę) ir atitikimo patvirtinimą dokumente originalo kalba (pažymint vietą, psl. Nr.) Perkančiosios organizacijos pageidaujama parametro reikšmei pagal konkurso sąlygose nurodytas technines charakteristikas.

Atitikimus tikrinti CVP IS prisegtame dokumente pavadinimu: „Prekių aprašymas KONF“

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Siūloma techninio parametro reikšmė Draudžiama nukopijuoti ir pateikti nurodytas perkančiosios organizacijos reikalaujamo techninio parametro reikšmes. Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. <i>(negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“)</i> pildo tiekėjas
1	Endokavitalinio daviklio suderinimas	1.1. Su Mindray DC-8 ultragarsine sistema.	1.1 Siūlomas endokavitalinis daviklis V11-3E suderinamas su Mindray DC-8 ultragarsine sistema. Prekių aprašymo psl. Nr. 1, 3.
2	Elementų skaičius	Ne mažiau kaip 128 elementai.	128 elementai. Prekių aprašymo psl. Nr. 3
3	Darbinio paviršiaus spindulys (R)	Ne mažesnis 12 mm.	Darbinio paviršiaus spindulys (R) – 12,06 mm. Prekių aprašymo psl. Nr. 3
4	Dažnio diapazonas	4.1. Ne siauresnis negu 3 - 11 MHz.	Dažnio diapazonas: 3-11.2 MHz. Prekių aprašymo psl. Nr. 3
5	Būtinį endokavitalinio daviklio matavimų paketai:	5.1. Urologija. 5.2. Ginekologija.	5.1 Urologija. Prekių aprašymo psl. Nr. 2, 3. 5.2 Ginekologija. Prekių aprašymo psl. Nr. 2, 3.
6	Daviklio matymo kampas	6.1. ne mažiau 150°.	6.1 Daviklio matymo kampas iki 159°. Prekių aprašymo psl. Nr. 3
7	Prekė turi būti originali	Būtina.	Daviklis yra originalus, tiekiamas kompanijos „Mindray“ daviklis.
8	Garantija	Ne trumpesnė kaip 12 mėn.	Davikliui suteikiama 12 mėn. garantija.
9	CE ženklavimas	Būtina.	Prekių aprašymo psl. Nr. 4-7

Patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės ir paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose, taip pat ir techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vilma Gudonienė
(Vardas ir pavardė)