



UAB „Labostera“

Chemijos g. 13
Kaunas, LT-51327
Tel. (8-37) 732042
Faksas (8-37) 731994
El. paštas: info@labostera.lt

Atviro konkurso sąlygų
1 priedas

Panevėžio kolegija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL PRIETAISŲ ENERGETINIŲ PROCESŲ STUDIJŲ IR ĮNOVACIJŲ CENTRO
(EPSIC) LABORATORIJOMS**

2019-05-06 Nr.20190506/01

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Labostera“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Chemijos g. 13, Kaunas
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Herikas Budėnas
Telefono numeris	837732042
Fakso numeris	(8-37) 731994
El. pašto adresas	info@labostera.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Reg. VI Registrų centro Kauno filialas
Nr. 058934

Įmonės kodas 300084574
PVM mokėtojo kodas LT100001804416

A.s. LT57 7044 0600 0789 1962 SEB bankas; Banko kodas 70440

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes:

II pirkimo objekto dalis.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Modelis, gamintojas	Kiekis	Vieneto kaina EUR (be PVM)	Bendra pasiūlymo kaina EUR (be PVM)	PVM	Bendra pasiūlymo kaina EUR (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.	Mikroklimato parametrų matavimo prietaisų komplektas						
2.1.1.	Mikroklimato analizatorius	MI6201 Multinorm Metrel	1 vnt.	9000,00	9000,00	1890,00	10890,00
2.1.2.	Dulkėtumo matuoklis	VPC300 Exttech	1 vnt.	2000,00	2000,00	420,00	2420,00
2.1.3.	Elektrinio lauko stiprio matuoklis	CA41 Filedmeter Chauvin Arnoux	1 vnt.	9000,00	9000,00	1890,00	10890,00
2.2.	Sandarumo matavimo prietaisų komplektas						
2.2.1.	Dūmų generatorius	Smoke pen Woehler	1 vnt.	500,00	500,00	105,00	605,00
2.2.2.	Dulksnos generatorius	MK2 Woehler	1 vnt.	2000,00	2000,00	420,00	2420,00
2.2.2.	Sandarumo matavimo prietaisų rinkinys	Set, Woehler	1 vnt.	6500,00	6500,00	1365,00	7865,00
2.2.3.	Plataus kampo lęšis	1196960 FLIR	1 vnt.	9000,00	9000,00	1890,00	10890,00
2.2.4.	Minitermokamera	C2 FLIR	1 vnt.	1000,00	1000,00	210,00	1210,00
Iš viso:					39000,00	8190,00	47190,00

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) – 47190,00 keturiasdešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt Eur, 0 ct.

Į šią sumą įeina visos išlaidos (įrangos pristatymas, sumontavimas, paleidimas, kt.) ir visi akcizai, maitai bei kiti mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 8190,00 aštuoni tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt Eur., 0 ct.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 7 ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios (pildomos tik tų pirkimo objektų dalys, kurioms pateikiamas pasiūlymas):

II pirkimo objekto dalis.

Eil. Nr.	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai		Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių reikšmės
1	2		3
2.1.	Mikroklimato parametrų matavimo prietaisų kompleksas, 1 kompl.		
2.1.1.	Mikroklimato analizatorius, 1 vnt.		MI 6201 Multinorm, Metrel.
2.1.1.1.	Paskirtis	Mikroklimato parametrų matavimams patalpoje	Atitinka
2.1.1.2.	Matuojami parametrai turi apimti žemiau nurodytus parametrus, padalos vertė turi būti ne didesnė kaip nurodyta, tikslumas ne blogesnis kaip nurodytas:		Atitinka
2.1.1.2.1.	Diapazonas / padalos vertė / tikslumas oro temperatūra	-20°C....+60°C, 0,1°C, ±0,5°C	-20°C....+60°C, 0,1°C, ±0,5°C
2.1.1.2.2.	Oro greitis	0,5 m/s – 20 m/s, matavimo tikslumas ne blogiau kaip ±0,5m/s	0,5 m/s – 20 m/s, matavimo tikslumas ±0,5m/s
2.1.1.2.3.	Santykine drėgmė	0 – 100 %RH, matavimo tikslumas ne blogiau kaip ±0,1 % RH	0 – 100 %RH, matavimo tikslumas ±0,1 % RH
2.1.1.2.4.	Apšviestumas	0,1 – 20000 Lux, matavimo tikslumas ne blogiau kaip ± 8%	0,1 – 20000 Lux, matavimo tikslumas ± 8%
2.1.1.2.5.	Garso matavimas	Triukšmo lygis ne prasčiau 30dB – 140dB, tikslumas ne blogesnis kaip 0,1dB pagal EN61672 1 class arba lygiavertį.	Triukšmo lygis 30dB – 140dB, tikslumas 0,1dB pagal EN61672 1 class.
2.1.1.2.6.	CO ₂	Ne blogesnis kaip 0ppm – 5000ppm, rezoliucija ne blogesnė kaip 1ppm, tikslumas ne blogesnis kaip ±5	0ppm – 5000ppm, rezoliucija 1ppm, tikslumas ±5
2.1.1.3.	Vidinė atmintis	ne mažiau 4000 matavimų	4000 matavimų
2.1.1.4.	Matavimo trukmė	ne mažiau kaip 120 dienų	120 dienų
2.1.1.5.	Jutiklio atpažinimo funkcija (plug and measure)	Taip	Taip
2.1.1.6.	Atitikimas standartams:	EN61260, EN60751, EN60584-1, EN12599, EN ISO 7726, DIN5032. EN61326, EN61010-1 arba lygiaverčiams	EN61260, EN60751, EN60584-1, EN12599, EN ISO 7726, DIN5032. EN61326, EN61010-1
2.1.1.7.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.	Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę pateikiamas CE sertifikatas.
2.1.1.8.	Atsparumo klasė	Ne mažiau kaip IP20	IP20
2.1.1.9.	Ekranas	LCD arba lygiavertis	LCD
2.1.1.10.	Priedai	USB jungtis, kabelis ir programinė įranga.	USB jungtis, kabelis ir programinė įranga.
2.1.1.11.	Kalibravimo sertifikatas	Taip	Taip
2.1.1.12.	Jutiklio prailginimo kabelis.	Taip	Taip
2.1.1.13.	Garantinis terminas	Ne mažiau 12 mėn. nuo priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.	12 mėn. nuo priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.
2.1.1.14.	Garantinis aptarnavimas ir remontas	Tiekėjas turi turėti teisę garantiniu laikotarpiu techniškai aptarnauti	Atitinka

		siūlomą įrangą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. Pateikiamas dokumentas originalo ir lietuvių kalba, įrodantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą ir remontą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti perkamos įrangos techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu	Pateikiami atitinkami dokumentai
2.1.1.15.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.	Atitinka
2.1.2.	Dulkėtumo matuoklis, 1 vnt.		VPC300, Extech.
2.1.2.1.	Paskirtis	Kietųjų dalelių koncentracijos ore matuoklis	Atitinka
2.1.2.2.	Ne mažiau šešių sinchronizuotų kanalų.	Taip	Taip
2.1.2.3.	Ne mažiau šešių kanalų matavimas ir gautų rezultatų atvaizdavimas LCD ekrane.	Taip	Taip
2.1.2.4.	Dalelių dydžiai iki	0,3; 0,5; 1,0; 2,5; 5,0 µm.	0,3; 0,5; 1,0; 2,5; 5,0 µm.
2.1.2.5.	Integruoto vidinio siurblio našumas	ne mažiau kaip 2,83 l/min.	2,83 l/min.
2.1.2.6.	Temperatūros matavimas	-25°C – +55°C	-25°C – +55°C
2.1.2.7.	Santykinės drėgmės matavimas	0 – 100 %RH, matavimo tikslumas ne blogesnis kaip ±3%	0 – 100 %RH, matavimo tikslumas ±3%
2.1.2.8.	Svoris	Ne daugiau 1000 gramų.	1000 gramų.
2.1.2.9.	Jungtis montavimui ant trikojo	Taip	Taip
2.1.2.10.	Maitinimas	Autonominis	Autonominis
2.1.2.11.	Programuojamas matavimo laikas, išsijungimo funkcija.	Taip	Taip
2.1.2.12.	Priedai	Pakrovėjas, lagaminas, trikojis, programinė įranga kompiuteriui duomenų apdorojimui, filtras. USB jungtis.	Pakrovėjas, lagaminas, trikojis, programinė įranga kompiuteriui duomenų apdorojimui, filtras. USB jungtis.
2.1.2.13.	Integruota vaizdo ir video įrašymo kamera su duomenų kaupimu.	Taip	Taip
2.1.2.14.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.	Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę pateikiamas CE sertifikatas.
2.1.2.15.	Garantinis terminas	Ne mažiau 12 mėn. nuo priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.	12 mėn. nuo priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.
2.1.2.16.	Garantinis aptarnavimas ir remontas	Tiekėjas turi turėti teisę garantiniu laikotarpiu techniškai aptarnauti siūlomą įrangą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. Pateikiamas dokumentas originalo ir lietuvių kalba, įrodantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą ir remontą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę	Atitinka Pateikiami atitinkami dokumentai

		atlikti perkamos įrangos techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu	
2.1.2.17.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.	- Atitinka
2.1.3	Elektrinio lauko stiprio matuoklis, 1 vnt.		C.A.41 Fieldmeter, Chauvin Arnoux.
2.1.3.1.	Paskirtis	Nešiojamas prietaisas elektromagnetinei spinduliutei matuoti	Nešiojamas prietaisas elektromagnetinei spinduliutei matuoti
2.1.3.2.	Prietaisas su keičiamais jutikliais.	Taip	Taip
2.1.3.3.	Bangos ilgis	ne siauresnis nei nurodytas: nuo 100kHz iki 2,5 GHz	nuo 100kHz iki 2,5 GHz
2.1.3.4.	Matavimo diapazonas	Ne siauresnis kaip: 0,1 V/m – 100 V/m	Nuo 0,1 V/m – 100 V/m
2.1.3.5.	Suskirstytas į diapazonus	ne mažiau kaip keturis automatinius diapazonus	keturis automatinius diapazonus
2.1.3.6.	Tikslumas	Ne blogesnis kaip 0,7 V/m	0,7 V/m
2.1.3.7.	Padalos vertė	ne daugiau 0,1 V/m.	0,1 V/m.
2.1.3.8.	Autonominis maitinimas	Taip	Taip
2.1.3.9.	Ekranas	LCD arba lygiavertis	LCD
2.1.3.10.	Atmintis	Ne mažiau kaip 90 matavimų	90 matavimų
2.1.3.11.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.	Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę pateikiamas CE sertifikatas.
2.1.3.12.	Garantinis terminas	Ne mažiau 12 mėn. nuo priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.	12 mėn. nuo priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.
2.1.3.13.	Garantinis aptarnavimas ir remontas	Tiekėjas turi turėti teisę garantiniu laikotarpiu techniškai aptarnauti siūlomą įrangą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. Pateikiamas dokumentas originalo ir lietuvių kalba, įrodantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą ir remontą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti perkamos įrangos techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu	Atitinka Pateikiami atitinkami dokumentai
2.1.3.14.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.	- Atitinka
2.2.	Sandarumo matavimo prietaisų komplektas, 1 kompl.		Woehler GmbH.
2.2.1.	Dūmų generatorius, 1 vnt.		Smoke Pen.
2.2.1.1.	Paskirtis	Atitvarų ne sandarumui nustatyti ir dūmų detektorių veikimo bandymui.	Atitvarų ne sandarumui nustatyti ir dūmų detektorių veikimo bandymui.
2.2.1.2.	Tipas	Smilkstantis pieštukinis dūmų generatorius	Smilkstantis pieštukinis dūmų generatorius
2.2.1.3.	Užpildymo strypelių skaičius	Ne mažiau kaip 6 vnt.	6 vnt.

2.2.1.4.	Maitinimas	Autonominis	Autonominis
2.2.1.5.	Garantinis terminas	Ne mažiau 12 mėn. nuo priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.	12 mėn. nuo priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.
2.2.1.6.	Garantinis aptarnavimas ir remontas	Tiekėjas turi turėti teisę garantiniu laikotarpiu techniškai aptarnauti siūlomą įrangą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. Pateikiamas dokumentas originalo ir lietuvių kalba, įrodantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą ir remontą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčių teisę atlikti perkamos įrangos techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu	Atitinka Pateikiami atitinkami dokumentai
2.2.1.7.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.	- Atitinka
2.2.2.	Dulksnos generatorius, 1 vnt.		MK2, Woehler.
2.2.2.1.	Paskirtis	Skirtas generuoti skysčio dulksną iš vidinės talpos.	Skirtas generuoti skysčio dulksną iš vidinės talpos.
2.2.2.2.	Tipas	Nešiojamas	Nešiojamas
2.2.2.3.	Vidinės talpos tūris	Ne mažesnis kaip 50 ml.	50 ml.
2.2.2.4.	Skysčio lygio indikatorius	Būtinasis	Atitinka
2.2.2.5.	Svoris	Ne didesnis kaip 2 kg.	2 kg.
2.2.2.6.	Maitinimas	Vidinė pakraunama baterija	Vidinė pakraunama baterija
2.2.2.7.	Baterijos pakrovėjas	Būtinasis	Atitinka
2.2.2.8.	Veikimo trukmė nuo baterijos	Ne trumpesnė kaip 15 min.	15 min.
2.2.2.9.	Veikimo trukmė nuo tinklo	Ne trumpesnė kaip 60 min.	60 min.
2.2.2.10.	Galingumas	Ne mažesnis kaip 70 W	70 W
2.2.2.11.	Skysčio suvartojimas	Ne mažiau kaip 2 ml/min.	2 ml/min.
2.2.2.12.	Skystis užpildymui	Taip Ne mažiau kaip 300 ml.	Taip 300 ml.
2.2.2.13.	Lagaminas transportavimui	Būtinasis Metalinis arba lygiavertis lagaminas.	Atitinka Metalinis lagaminas.
2.2.2.14.	Garantinis terminas	Ne mažiau 24 mėn. nuo priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.	24 mėn. nuo priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.
2.2.2.15.	Garantinis aptarnavimas ir remontas	Tiekėjas turi turėti teisę garantiniu laikotarpiu techniškai aptarnauti siūlomą įrangą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. Pateikiamas dokumentas originalo ir lietuvių kalba, įrodantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą ir remontą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčių teisę atlikti perkamos įrangos techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu	Atitinka Pateikiami atitinkami dokumentai

2.2.2.16.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.	- Atitinka
2.2.3.	Sandarumo matavimo prietaisų rinkinys, 1 vnt.		SET, Woehler.
2.2.3.1.	Paskirtis	Patalpų sandarumo tikrinimas	Patalpų sandarumo tikrinimas
2.2.3.2.	IR USB bevielės komunikacijos modulis	Būtinas	Atitinka
2.2.3.3.	Programinės įrangos paketas	Būtinas. Programinės įrangos paketas gautų matavimo duomenų apdorojimui ir ataskaitų generavimui	Atitinka Programinės įrangos paketas gautų matavimo duomenų apdorojimui ir ataskaitų generavimui
2.2.3.4.	Durų angos teleskopinis rėmas su krepšiu	Būtinas	Atitinka
2.2.3.5.	Minimali anga	Ne daugiau kaip 85 cm x 135cm	85 cm x 135cm
2.2.3.6.	Maksimali anga	Ne mažiau kaip 125 cm x 230 cm	125 cm x 230 cm
2.2.3.7.	Suderinamumas	Visi priedai turi derėti su turimu Woehler, modelis - BC-21 įrangos komplektu	Visi priedai dera su turimu Woehler, modelis - BC-21 įrangos komplektu
2.2.3.8.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.	Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę pateikiamas CE sertifikatas.
2.2.3.9.	Garantinis terminas	Ne mažiau 12 mėn. nuo priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.	12 mėn. nuo priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.
2.2.3.10.	Garantinis aptarnavimas ir remontas	Tiekėjas turi turėti teisę garantiniu laikotarpiu techniškai aptarnauti siūlomą įrangą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. Pateikiamas dokumentas originalo ir lietuvių kalba, įrodantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą ir remontą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti perkamos įrangos techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu	Atitinka Pateikiami atitinkami dokumentai
2.2.3.11.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.	- Atitinka
2.2.4.	Plataus kampo lęšis, 1 vnt.		1196960, FLIR
2.2.4.1.	Paskirtis	Skirtas praplėsti termovizoriumi matomo lauko plotį	Skirtas praplėsti termovizoriumi matomo lauko plotį
2.2.4.2.	Lęšio tipas	IR	IR
2.2.4.3.	Apžvalgos kampas (FOV)	≥45°	≥45°
2.2.4.4.	Židinio nuotolis	9.66 mm	9.66 mm
2.2.4.5.	Suderinamumas	suderinama su turimu termovizoriumi FLIR B335	suderinama su turimu termovizoriumi FLIR B335

2.2.4.6.	Komplektuojamas su dėklu skirtu nešiojimui	Būtina	Atitinka
2.2.4.7.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.	Atitinka
2.2.4.8.	Garantinis terminas	Ne mažiau 12 mėn. nuo priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.	12 mėnesių
2.2.5.	Minitermokamera, 1 vnt.		C2, FLIR
2.2.5.1.	Paskirtis	Šilumos pokyčių monitoringui	Šilumos pokyčių monitoringui
2.2.5.2.	Prietaiso tipas	kišeninis	kišeninis
2.2.5.3.	Ekranas	ne mažesnis kaip 3 colių, 320x240 taškų lietimui jautrus, LCD arba lygiavertis	3 colių, 320x240 taškų lietimui jautrus, LCD
2.2.5.4.	Detektoriaus skyra	ne blogesnė kaip 80x60 taškų	80x60 taškų
2.2.5.5.	Regos laukas	ne prasčiau kaip 40°...43°x31°...33°	40°...43°x31°...33°
2.2.5.6.	Matavimo diapazonas	ne siauresnis kaip -10°C...+ 140°C	-10°C...+ 140°C
2.2.5.7.	Matavimo paklaida	ne didesnė nei 2°C ar 2% nuo nuskaitymo	2°C ar 2% nuo nuskaitymo
2.2.5.8.	Terminis jautrumas (NETD)	ne blogiau nei 0,1°C	0,1°C
2.2.5.9.	Integruota video kamera	ne blogesnė kaip 3M pikselių su LED pašvietimu	3M pikselių su LED pašvietimu
2.2.5.10.	Multispektrinio atvaizdavimo funkcija	Būtina. Leidžianti įskaityti žymėjimus/užrašus ant elektros įrenginių, bei padidinanti vaizdo raišką ne mažiau kaip iki 320x240 taškų	Atitinka Leidžianti įskaityti žymėjimus/užrašus ant elektros įrenginių, bei padidinanti vaizdo raišką iki 320x240 taškų
2.2.5.11.	Vidinė atmintis	nemažiau 450 radiometrinių ir foto nuotraukų komplektų	450 radiometrinių ir foto nuotraukų komplektų
2.2.5.12.	Terminio video vaizdo įrašymas	Būtinai	Atitinka
2.2.5.13.	Saugomo termovaizdų bylos formatas	radiometrinis jpg	radiometrinis jpg
2.2.5.14.	Emisijos ir atspindėtos temperatūros korekcija	Būtina	Atitinka
2.2.5.15.	Darbo laikas iš akumuliatorių	ne trumpiau kaip 2h	2h
2.2.5.16.	Darbo temperatūra	nuo -10°C iki +50°C	nuo -10°C iki +50°C
2.2.5.17.	IP klasė	ne žemesnė nei IP40	IP40
2.2.5.18.	Garantinis terminas	Ne mažiau 24 mėn. nuo priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos.	24 mėnesiai
2.2.5.19.	Garantinis aptarnavimas ir remontas	Tiekėjas turi turėti teisę garantiniu laikotarpiu techniškai aptarnauti siūlomą įrangą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. Pateikiamas dokumentas originalo ir lietuvių kalba, įrodantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą ir remontą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti perkamos įrangos techninį	Atitinka Pateikiami atitinkami dokumentai

		aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu	
2.2.5.20.	Atitikimas standartams	ISO 9001 arba lygiavertis	Atitinka
2.2.5.21.	Atitikimas CE standartui	Pristatoma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas.	Atitinka
2.2.5.22.	Komplektacija:	• Termokamera – 1 vnt. • Programinė įranga – 1 vnt. • Akumuliatorius – 1 vnt. • Maitinimo šaltinis/pakrovėjas – 1 vnt. • USB kabelis – 1 vnt.	• Termokamera – 1 vnt. • Programinė įranga – 1 vnt. • Akumuliatorius – 1 vnt. • Maitinimo šaltinis/pakrovėjas – 1vnt. USB kabelis – 1 vnt.
2.2.5.23.	Kiti reikalavimai	- Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; - Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; - Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.	Atitinka

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	EBVPD_pasirašytas	13
2	espd-response	13
3	Elintos_Metrel	1
4	Elintos_rastas	4
5	Mokymu deklaracija_Woehler	2
6	Woehler_įgaliojimas	2
7	2. CA41 CA D00SAI59	3
8	2. FLIR LENS45	1
9	2. FLIRC2	3
10	2. Single_2015_MI_6201_Multinorm_Ang	2
11	2. Smoke generators Woehler	2
12	2. VPC300_DS-en	1
13	2. set woehler	2

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Herikas Budėnas

(Vardas ir pavardė*)

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.