



UAB MOKSLINIS-TECHNINIS SUSIVIENIJIMAS NOVATEX

Laisvės pr. 117A-37, LT-06118 Vilnius, Lietuva, Tel.: 5 2737292, faksas: 5 2737296, El. paštas: info@novatex.lt; Įm. kodas: 120375749, PVM mok. kodas: LT203757414, Reg. tvark. Valstybės įm. Registrų centras, Vilniaus fil.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
(Adresatas)

PASIŪLYMAS
„DOZĖS GALIOS MATUOKLIŲ PIRKIMAS“

2019 06-18 Nr.4022

(Data)

VILNIUS

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, įmonių kodai/	UAB MOKSLINIS-TECHNINIS SUSIVIENIJIMAS NOVATEX 120375749
Tiekėjo adresas, pašto indeksas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai, pašto indeksai/	Laisvės pr. 117A-37, LT-06118 Vilnius, Lietuva
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	
Telefono numeris	(+370) 5 2737 292
Fakso numeris	(+370) 5 2737 296
El. pašto adresas	info@novatex.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us)/

Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai), įmonės kodas (-ai)	—
Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	—
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)	—

- 1) Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis.
- 2) Šiuo pasiūlymu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

1. Mes siūlome:

Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis*	Vieneto įkainis (be PVM) Eur	Vieneto įkainis* (su PVM) Eur	Viso (be PVM) Eur (3x4)	Viso* (su PVM) Eur (3x5)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Dozės galios matuoklis [PM1703MO-1, POLIMASTER]	Vnt.	35 – 40	1724,00	2086,04	68960,00	83441,60
Pasiūlymo kaina*:					68960,00	83441,60

Pasiūlymo kaina* Aštuoniasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt vienas Eur 60 ct.
(kaina žodžiais)

Pastaba: laido, duomenų perdavimui į kompiuterį ir programinės įrangos duomenų apdorojimui kaina yra įskaičiuota į komplekto kainą. Ji sudaro 34,00 Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 5, 7 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

_____.

***Pastabos:**

- 1) Kainos pasiūlyme suapvalinamos, paliekant du skaičius po kablelio
- 2) Nurodytas kiekis yra preliminarus ir naudojamas tik kainos pasiūlymų palyginimui skaičiavimui.

2. Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus 2 priedo reikalavimus.

3. Garantinių įsipareigojimų terminas – mėn. /*turi būti ne trumpesnis kaip 18 mėnesiai nuo gaminio priėmimo – perdavimo akto pasirašymo.*

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (*nurodant tuos pačius pavadinimus, kaip ir CVP IS pridėtų „prisegtų“ dokumentų*):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	02_2as_priedas	3
2	03_PM1703MO-1_2_1BT_en_konfidencialu	2
3	03_PM1703MO-1_2_1BT_en_LT_konfidencialu	2
4	04_CE 1703_konfidencialu	1
5	04_CE 1703_LT_konfidencialu	1
6	05_Is Matavimo priemoniu registro konfidencialu	1
7	06_registru jungtine konfidencialu	2
8	07_espd-response konfidencialu	15
9	08_Raštas 1703MO 1 konfidencialu	1

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

/Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija/

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegtai dokumentai“)


1	03 PM1703MO-1 2 1BT_en konfidencialu	3
2	03 PM1703MO-1 2 1BT_en LT konfidencialu	4
3	04 CE 1703 konfidencialu	5
4	04 CE 1703 LT konfidencialu	6
5	05 Is Matavimo priemoniu registro konfidencialu	7
6	06 registru jungtine konfidencialu	8
7	07 espd-response konfidencialu	9
8	08 Raštas 1703MO 1 konfidencialu	10

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina (įkainis), išskyrus kainos sudedamąsias dalis, siūloma Prekė arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nemurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

6. Pasiūlymas galioja tiek kiek nurodyta pirkimo dokumentuose.

Generalinė direktorė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Dr. Zinaida Tamaševičienė

(Vardas ir pavardė)

**DOZĖS GALIOS MATUOKLIO TECHNINIAI, ESTETINIAI, FUNKCINIAI
BEI KOKYBĖS REIKALAVIMAI**

Eil. Nr.	Reikalavimai	Deklaruojami duomenys
1.	Dozės galios matuoklio (toliau – matuoklis) paskirtis –išmatuoti rentgeno ir gama spinduliuotės lygiavertės dozės galią (lygiavertė dozė per laiko vienetą) ir lygiavertę dozę, taip pat ieškoti ir lokalizuoti radiaciją skleidžiančius šaltinius ir perspėti matuoklio naudotoją garsiniais, vaizdiniais ir vibraciniais aliarmais	Dozės galios matuoklio PM1703MO-1 paskirtis –išmatuoti rentgeno ir gama spinduliuotės lygiavertės dozės galią (lygiavertė dozė per laiko vienetą) ir lygiavertę dozę, taip pat ieškoti ir lokalizuoti radiaciją skleidžiančius šaltinius ir perspėti matuoklio naudotoją garsiniais, vaizdiniais ir vibraciniais aliarmais
2.	Matuoklio komplekto sudėtis: rentgeno ir gama spinduliuotės detektoriai (toliau – detektoriai), akumuliatorinis (-iai) elementas(-ai), segtukas segti ant diržo/kišenės, dėklas, specialus laikiklis prietaisui fiksuoti automobilio priekiniame prietaisų skydelyje su įkrovimo nuo 12 V galimybe ir įkrovimo lygio parodymu, laidas, duomenų perdavimui į kompiuterį, programinė įranga duomenų apdorojimui kompiuteryje, vartotojo instrukcija, gamintojo pakuotė.	Matuoklio komplekto sudėtis: rentgeno ir gama spinduliuotės detektoriai, pakraunamas akumuliatorinis elementas, segtukas segti ant diržo/kišenės, dėklas, specialus laikiklis prietaisui fiksuoti automobilio priekiniame prietaisų skydelyje su įkrovimo nuo 12 V galimybe ir įkrovimo lygio parodymu, IRDA laidas, duomenų perdavimui į kompiuterį, programinė įranga duomenų apdorojimui kompiuteryje, vartotojo instrukcija, gamintojo pakuotė.
3.	Matuoklio detektorių tipai: vienas Geigerio-Miulerio detektorius lygiavertės dozės galiai ir lygiavertei dozei matuoti, ir antras – scintiliacinis (CsI(Tl)) jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių paieškai. Abu matuoklio detektoriai turi būti integruoti į vieną matuoklio korpusą.	Matuoklio detektorių tipai: vienas Geigerio-Miulerio detektorius lygiavertės dozės galiai ir lygiavertei dozei matuoti, ir antras – scintiliacinis CsI(Tl) jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių paieškai. Abu matuoklio detektoriai integruoti į vieną matuoklio korpusą.
4.	Matuoklio rentgeno ir gama spinduliuotės energijų matavimo diapazonas turi būti ne siauresnis nei nuo 35 KeV iki 3 MeV;	Nuo 33 KeV iki 3 MeV
5.	Matuoklio detektoriaus lygiavertės dozės galios matavimo diapazonas turi būti ne siauresnis nei nuo 0,1 μSv/h iki 9,99Sv/h;	Nuo 0,01 μSv/h iki 10 Sv/h

6.	Matuoklio detektoriaus lygiavertės dozės matavimo diapazonas turi būti ne siauresnis nei nuo 0,1 μ Sv iki 9,99Sv;	Nuo 0,01 μ Sv iki 9,99 Sv
7.	Matuoklio lygiavertės dozės pagrindinė santykinė matavimo paklaida turi būti ne didesnė kaip $\pm 20\%$;	Lygiavertės dozės paklaida $\pm 20\%$
8.	Įkrovimo automobilyje metu matuoklis turi užtikrinti nepertraukiamą matavimą ir matavimo rezultatų parodymą;	Įkrovimo automobilyje metu matuoklis užtikrina nepertraukiamą matavimą ir matavimo rezultatų parodymą;
9.	matuoklis privalo turėti apšviečiamą skystųjų kristalų ekraną;	Matuoklis turi apšviečiamą skystųjų kristalų ekraną;
10.	matuoklis privalo turėti galimybę prijungti prie kompiuterio ir nuskaityti matavimo rezultatus, nustatyti parametrus;	Matuoklis turi galimybę prisijungti prie kompiuterio ir nuskaityti matavimo rezultatus, nustatyti parametrus;
11.	matuoklio atmintis – ne mažiau kaip 500 matavimų su data ir laiku;	matuoklio atmintis –2000 matavimų su data ir laiku
12.	matuoklio nepertraukiamo darbo trukmė su vienu baterijų komplektu turi būti ne mažesnė kaip 200 valandų.	Matuoklio nepertraukiamo darbo trukmė su vienu baterijų komplektu 1000 valandų.
13.	Matuoklio svoris su baterijų komplektu turi būti ne didesnis 300 gr.	Matuoklio svoris su baterijų komplektu 250 gr.
14.	Matuoklis turi būti tinkamas naudoti aplinkoje nuo – 30°C iki +50°C.	Matuoklis tinkamas naudoti aplinkoje nuo – 30°C iki +50°C.
15.	Matuoklio apsaugos klasė turi būti ne žemesnė kaip IP65.	Matuoklio apsaugos klasė turi būti ne žemesnė kaip IP65. (03_PMI703MO-1_2_1BT_en)
16.	Matuoklis turi būti naujas, neeksploatuotas, pagamintas 2018 – 2019 metai, pažymėtas CE ženklu.	Matuoklis naujas, neeksploatuotas, pagamintas 2019 metais, pažymėtas CE ženklu. (04_CE 1703)
17.	Matuoklio, išskyrus baterijų komplektą, tinkamumo naudoti terminas saugant originalioje gamintojo pakuotėje turi būti ne mažesnis kaip 20 metų ir turi būti gamintojo patvirtintas.	Matuoklio, išskyrus baterijų komplektą, tinkamumo naudoti terminas saugant originalioje gamintojo pakuotėje yra 20 metų. Pridedamas gamintojo patvirtintas. (08_Raštas 1703MO 1)
18.	Matuokliams turi būti suteikta ne mažiau kaip 18 mėn. garantija.	Matuokliams suteikta 18 mėn. garantija.
19.	Matuoklis turi būti įrašytas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą.	Matuoklis įrašytas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės

		registrą. (05_Is_Matavimo_priemoniu_registro)
20.	Matuokliams 2019 metais turi būti atlikta pirminė patikra ir ant matuoklio korpuso priklijuoti žymenys.	Matuokliams 2019 metais bus atlikta pirminė patikra ir ant matuoklio korpuso priklijuoti žymenys (05_Is_Matavimo_priemoniu_registro)


21. Pasiūlyme turi būti pateikti dokumentai, kurie pagrindžia, kad matuoklis atitinka funkcinis, techninius ir kokybės reikalavimus, EB atitikties deklaracija arba atitikties sertifikatas, išduotas notifikuotos įstaigos su tai pagrindžiančiais dokumentais originalo kalba ir vertimu į lietuvių kalbą.

22. Pristatant matuoklių komplektus, visi dokumentai, nurodyti 21 p. ir matuoklio techninis-funkcinis aprašymas, tinkamumo naudoti terminas, eksploatavimo ir saugojimo reikalavimai originalo ir lietuvių kalba turi būti pateikti viename segtuve kartu su elektronine versija, įrašyta į USB laikmeną.

23 Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę reikalauti, kad tiekėjas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo perkančiosios organizacijos pareikalavimo, savo sąskaita pristatytų siūlomų matuoklių pavyzdį tinkamumui įvertinti.

Generalinė direktorė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Zinaida Tamaševičienė

(Vardas ir pavardė)