

2019 m. rugpjūčio 7 d
Viešojo pirkimo – pardavimo sutarties
Nr. SL019-479
I priedas

PREKĖS KAINA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Pasiūlymo kaina € be PVM	PVM, €	Pasiūlymo kaina su PVM €
1	2	3	4	5
1.	Angiografinės sistemos Innova 4100 (s/n 2751685) rentgeno vamzdis (kodas Mx160 arba lygiavertis)	74580,00	15661,80	90241,80

Eil. Nr.	Reikalaujami parametrai	Reikalaujama parametro reikšmė	Atitikimas reikalavimams (nurodyti konkrečias siūlomos įrangos charakteristikas pagal 2 ir 3 stulpelių reikalavimus)	Konkrety nuoroda į pridedamo katalogo psl.
1	2	3	4	5
1.	Angiografinės sistemos Innova 4100 IQ (s/n 2751685) rentgeno vamzdis MX-160 arba lygiavertis		Gamintojas, modelis MX-160, GE Healthcare	Nurodytų parametru teisingumą įrodantis dokumentas.pdf 1-3 psl.
1.1	Anodo šiluminė talpa	2,74 MJ	2,74 MJ	Nurodytų parametru teisingumą įrodantis dokumentas.pdf 1-3 psl.
1.2	Trys elektronų sklaidos fokuso taškai:	0,3 mm, 0,6 mm ir 1,00 mm	0,3 mm, 0,6 mm ir 1,00 mm	Nurodytų parametru teisingumą įrodantis dokumentas.pdf 1-3 psl.
1.3	Nominali darbinė įtampa	125 kV	125 kV	Nurodytų parametru teisingumą įrodantis dokumentas.pdf 1-3 psl.
1.4	Anodo sukimosi greitis	7800 aps/min	7800 aps/min	Nurodytų parametru teisingumą įrodantis dokumentas.pdf 1-3 psl.
1.5	Rentgeno vamzdis turi tikt aparatui Innova 4100 ir turi būti sumontuotas angiografe		tinka	Nurodytų parametru teisingumą įrodantis dokumentas.pdf 1-3 psl.


Sutarties šalys:

Pirkėjas

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė

Direktoriaus pavaduotojas medicinai

Andas Povkus



Pardavėjas

UAB Tradintek

Komercijos direktorius

Tomas Mickūnaitis

A. V.

